

Resolución de Adjudicación N° 51/2022 ACP-UGP

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las diez horas del día veintiuno de abril de dos mil veintidós.

CONSIDERANDO:

- I. Que de conformidad con las disposiciones establecidas en las "Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo" GN 2349-15, se promovió el Proceso de Comparación de Precios No. COMPARACIÓN DE PRECIOS N° RES-COVID-38-CP-B-MINSAL denominada "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL APOYO DE LA VIGILANCIA MOLECULAR DE VARIANTES DEL VIRUS SARS-CoV-2", con Fondos BID - 5043/OC-ES: RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL SALVADOR.
- II. Señalándose el día treinta y uno de enero de dos mil veintidós hasta las quince horas treinta minutos, para la recepción de ofertas, habiéndose recibido tres ofertas: EQUILAB, S.A. DE C.V.; C.O.R.E.S.A. DE C.V.; y SCIENTIFIC INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. lo cual consta en el cuadro de recepción de Ofertas y que forma parte del expediente del proceso.
- III. Que la Unidad Solicitante, designó a tres personas para realizar la Evaluación de Ofertas: a) Dra. Mercedes Margarita Valencia Arauz, Coordinadora De proyectos INS, b) ING. José Jorge Chopin Pérez, Coordinador del Laboratorio Nacional de Biomédica c) Lcda. Virginia Aracely Romero García. Por parte de la ACP-UGP Yolanda Del Carmen Laínez de Rodríguez, Consultora en Adquisiciones y Contrataciones como responsable del Proceso de Compra.
- IV. Que analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento de Comparación de Precios y en Política para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, los designados para realizar la evaluación técnica de ofertas emitieron el informe de recomendación para la Adjudicación de la siguiente manera:

ADJUDICAR el proceso: No: **RES-COVID-38-CP-B-MINSAL**, "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL APOYO DE LA VIGILANCIA MOLECULAR DE VARIANTES DEL VIRUS SARS-CoV-2; según detalle:

- 1) **Ítems N°3 y 7** a la Sociedad: EQUILAB, S.A. DE C.V., por un monto de **treinta y seis mil cuatrocientos once 00/100 (\$36,411.00) Dólares de los Estados Unidos de América**, incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios-IVA.



Ítem No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incluido) US \$	PRECIO TOTAL (IVA incluido) US \$
3	60402408	CENTRIFUGA DE MESA DE TUBOS CONICOS MARCA: HETTICH MODELO: ROTANTA 460R PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA	C/U	1	\$ 20,039.00	\$ 20,039.00
7	60405175	TRANSILUMINADOR MARCA: AXYGEN/CORNING MODELO: GDBL-1000 PAÍS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	C/U	1	\$ 16,372.00	\$ 16,372.00
TOTAL ADJUDICADO						\$ 36,411.00

- 2) Ítems N° 1, 2, 4 y 5 a la Sociedad: C.O.R.E.S.A. DE C.V., por un monto de **noventa mil ciento veintiséis 00/100 (\$90,126.00) Dólares de los Estados Unidos de América**, incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios-IVA.

Ítem No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incluido) US \$	PRECIO TOTAL (IVA incluido) US \$
1	60402360	CARRO METÁLICO CON DOS ENTREPAÑOS MARCA: LABCONCO CO. MODELO: 8020000/8032500/8045000 PAÍS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	C/U	4	\$ 1,180.00	\$ 4,720.00
2	60402405	CENTRÍFUGA DE MESA MARCA: THERMO SCIENTIFIC MODELO: MULTIFUGE X1 PRO PAÍS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA /ALEMANIA	C/U	1	\$ 12,770.00	\$ 12,770.00
4	60402525	INCUBADORA BACTERIOLÓGICA MARCA: THERMO SCIENTIFIC MODELO: IMH100 PAÍS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA /ALEMANIA	C/U	1	\$ 6,236.00	\$ 6,236.00
5	60403005	AUTOCLAVE MARCA: SYSTEC MODELO: DX-90 PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA	C/U	2	\$ 33,200.00	\$ 66,400.00
TOTAL ADJUDICADO						\$ 90,126.00

- Cargados a PRÉSTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRÉSTAMO 5043/OC-ES. COMPONENTE I: MEJORAR LA DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS. SUBCOMPONENTE 1.1. VIGILANCIA, EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA E INVESTIGACIÓN DE CASOS. PROYECTOS 7518. CIFRADO PRESUPUESTARIO 2022-3200-3-11-01-22-3-61102
- Plazo entrega del suministro: 90 días calendario después de distribuida la Orden de Compra.
- Lugar donde se entregará los suministros:
Laboratorio Nacional de Salud Pública ubicado en Alameda Roosevelt, Edificio "Dr. Max Bloch" frente al parque Cuscatlán, San Salvador.

- Rechazar las ofertas presentadas por las empresas que se detallan a continuación, debido a que presentan desviaciones significativas:
 - **EQUILAB, S.A. DE C.V.:**
 - Para el ítem 2: No cumple debido a que ofrece para fondo redondo, y lo solicitado es versátil con adaptadores para centrifugar diversos tipos de tubo fondo cónico, redondo con o sin camisa.
 - Para el ítem 5: No cumple, ofrece de 79 litros y lo solicitado es capacidad de cámara horizontal: mayor de 80 litros.
 - Para el ítem 6: No cumple con todos los sistemas de filtros solicitados lo ofertado no incluye los sistemas de filtros: SYBR Green I, NED, ROX y CY3.
 - **C.O.R.E.S.A. DE C.V.:**
 - Para el ítem 6: país de procedencia del equipo, Singapur no es elegible de acuerdo al listado establecido de países elegibles por el BID.
 - Para los ítems 3 y 7, a pesar que cumple técnicamente con lo solicitado, no presenta el precio más bajo.
 - **SCIENTIFIC INSTRUMENT, S.A. de C.V.:**
 - Para el ítem 6: No cumple con todos los sistemas de filtros solicitados lo ofertado no incluye los sistemas de filtros: JOE, NED, TAMRA, y CY3.
- Declarar desierto el ítem 6, debido a que ninguna oferta cumple con lo requerido.
- V. Que en el sistema de ejecución de planes de adquisiciones (SEPA) aprobado por el BID, el proceso se identifica como revisión posterior.
- VI. Que Según Acuerdo 1944-Bis de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, donde se delega a la Dra. Bertha Patricia Figueroa de Quinteros, como responsable de autorizar, de conformidad a la normativa técnica y legal correspondiente, las adquisiciones de obras, bienes y servicios hasta por un monto de DOSCIENTOS CUARENTA SALARIOS MÍNIMOS PARA EL SECTOR COMERCIO; sus solicitudes y/o requisiciones de compra, cartas de invitación, enmiendas, adjudicar y firmar Órdenes de Compra o Contratos; notificar las adjudicaciones y los resultados a los demás participantes; así como la autorización de pago a proveedores.
- VII. Que estando de acuerdo con el Informe de Recomendación de la Adjudicación emitido por los Designados para Evaluar las Ofertas.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, documento GN-2349-15, Numeral 17. Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas, y al Numeral 18. "Adjudicación".



RESUELVE:

ADJUDICAR el proceso: No: **RES-COVID-38-CP-B-MINSAL**, "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL APOYO DE LA VIGILANCIA MOLECULAR DE VARIANTES DEL VIRUS SARS-CoV-2; según detalle:

- 1) Ítems N°3 y 7 a la Sociedad: EQUILAB, S.A. DE C.V., por un monto de **treinta y seis mil cuatrocientos once 00/100 (\$36,411.00) Dólares de los Estados Unidos de América**, incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios-IVA.

Ítem No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incluido) US \$	PRECIO TOTAL (IVA incluido) US \$
3	60402408	CENTRIFUGA DE MESA DE TUBOS CONICOS MARCA: HETTICH MODELO: ROTANTA 460R PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA	C/U	1	\$ 20,039.00	\$ 20,039.00
7	60405175	TRANSILUMINADOR MARCA: AXYGEM/CORNING MODELO: GDBL-1000 PAÍS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	C/U	1	\$ 16,372.00	\$ 16,372.00
TOTAL ADJUDICADO						\$ 36,411.00

- 2) Ítems N° 1, 2, 4 y 5 a la Sociedad: C.O.R.E.S.A. DE C.V., por un monto de **noventa mil ciento veintiséis 00/100 (\$90,126.00) Dólares de los Estados Unidos de América**, incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios-IVA.

Ítem No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incluido) US \$	PRECIO TOTAL (IVA incluido) US \$
1	60402360	CARRO METÁLICO CON DOS ENTREPAÑOS MARCA: LABCONCO CO. MODELO: 8020000/8032500/8045000 PAÍS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	C/U	4	\$ 1,180.00	\$ 4,720.00
2	60402405	CENTRÍFUGA DE MESA MARCA: THERMO SCIENTIFIC MODELO: MULTIFUGE X1 PRO PAÍS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA /ALEMANIA	C/U	1	\$ 12,770.00	\$ 12,770.00
4	60402525	INCUBADORA BACTERIOLÓGICA MARCA: THERMO SCIENTIFIC MODELO: IMH100 PAÍS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA /ALEMANIA	C/U	1	\$ 6,236.00	\$ 6,236.00
5	60403005	AUTOCLAVE MARCA: SYSTEC MODELO: DX-90 PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA	C/U	2	\$ 33,200.00	\$ 66,400.00
TOTAL ADJUDICADO						\$ 90,126.00

- Cargados a PRÉSTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRÉSTAMO 5043/OC-ES. COMPONENTE I: MEJORAR LA DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS. SUBCOMPONENTE 1.1. VIGILANCIA,

EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA E INVESTIGACIÓN DE CASOS. PROYECTOS 7518. CIFRADO PRESUPUESTARIO 2022-3200-3-11-01-22-3-61102

- Plazo entrega del suministro: 90 días calendario después de distribuida la Orden de Compra.
- Lugar donde se entregará los suministros:
Laboratorio Nacional de Salud Pública ubicado en Alameda Roosevelt, Edificio "Dr. Max Bloch" frente al parque Cuscatlán, San Salvador.
- Rechazar las ofertas presentadas por las empresas que se detallan a continuación, debido a que presentan desviaciones significativas:

- **EQUILAB, S.A. DE C.V.:**

Para el ítem 2: No cumple debido a que ofrece para fondo redondo, y lo solicitado es versátil con adaptadores para centrifugar diversos tipos de tubo fondo cónico, redondo con o sin camisa.

Para el ítem 5: No cumple, ofrece de 79 litros y lo solicitado es capacidad de cámara horizontal: mayor de 80 litros.

Para el ítem 6: No cumple con todos los sistemas de filtros solicitados lo ofertado no incluye los sistemas de filtros: SYBR Green I, NED, ROX y CY3.

- **C.O.R.E.S.A. DE C.V.:**

Para el ítem 6: país de procedencia del equipo, Singapur no es elegible de acuerdo al listado establecido de países elegibles por el BID.

Para los ítems 3 y 7, a pesar que cumple técnicamente con lo solicitado, no presenta el precio más bajo.


- **SCIENTIFIC INSTRUMENT, S.A. de C.V.:**

Para el ítem 6: No cumple con todos los sistemas de filtros solicitados lo ofertado no incluye los sistemas de filtros: JOE, NED, TAMRA, y CY3.

- Declarar desierto el ítem 6, debido a que ninguna oferta cumple con lo requerido.

3) Elaborar las respectivas órdenes de compra, una vez esta resolución esté en firme.

NOTIFÍQUESE:


DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA
Ministro de Salud Ad-honorem

