

Resolución de Adjudicación No. 59/2023 ACP-UGP

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las once horas del día veintiocho de abril de dos mil veintitrés.

CONSIDERANDO QUE:

- I. De conformidad con las disposiciones establecidas en las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial” (julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto 2018) se promovió el Proceso de Solicitud de Cotización (SDC) N° RECOVID-86-RFQ-GO denominado “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER”, fondos CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF 9229-SV, proyecto RESPUESTA DE EL SALVADOR ANTE EL COVID-19.
- II. Se estableció como fecha límite para la presentación de ofertas el día trece de enero de dos mil veintitrés, hasta las quince horas con treinta minutos.
- III. En fecha tres de enero de dos mil veintitrés, se emitió la Enmienda No. 1, estableciéndose como nueva fecha límite para la presentación de ofertas el día veintisiete de febrero dos mil veintitrés, hasta las quince horas con treinta minutos, recibiendo las siguientes ofertas: PROMED de El Salvador, S.A. de C.V. y SIEMENS Healthcare, S.A. lo cual consta en cuadro de recepción de ofertas, que forma parte del expediente del proceso.
- IV. La Unidad Solicitante designó como miembros de la Comisión Evaluadora de Cotizaciones a las siguientes personas: 1) Ing. Juan Eduardo Rodríguez Menjivar, Jefe de Planificación, Unidad de Gestión de Equipos Biomédicos. 2) Ing. Blanca Lidia Molina de Calderón, Jefe Sección de Biomédica, Hospital Nacional de la Mujer. 3) Lcda. Silvia Gloria Barrera Lazo, Jefe de Radiología, Hospital Nacional de la Mujer. 4) Lic. José Cristino Turcios Álvarez, Especialista Financiero. Y por parte de la Unidad de Gestión de Programa y Proyectos de Inversión se designó al Lic. Mario Heriberto Flores Carrillo, Consultor en Adquisiciones y Contrataciones de la ACP/UGPPI.
- V. En fecha diez de marzo de dos mil veintitrés, los miembros designados como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas, solicitaron la designación de Especialistas Técnicos para apoyar con el proceso de evaluación de ofertas. Designándose en fecha veinte de marzo de dos mil veintitrés a los siguientes profesionales: 1) Ing. José Roberto Alberti Arroyo, Especialista Estructuralista. UGIS. 2) Ing. Juan José Hernández Salazar, Especialista Electricista UGIS. 3) Ing. Elmer Alemán, Especialista en Mecánica UGP.
- VI. Que analizadas y evaluadas las cotizaciones y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento de Solicitud de Cotización y las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial (julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto 2018), los designados para realizar la evaluación técnica de las ofertas, emitieron el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación; recomendando de la siguiente manera:
- A. ADJUDICAR el referido proceso por un monto total de UN MILLÓN CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,051,842.00) con impuestos y servicios conexos incluidos, al oferente SIEMENS HEALTHCARE, S.A., debido a que cumple con todos los requisitos establecidos en el Documento de Solicitud de Cotización y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANT.	PLAZO DE ENTREGA	CIFRADO PRESUPUESTARIO
1	60501500	TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE. Marca: SIEMENS Modelo: SOMATOM go Top Origen: Alemania /China	1	180 días calendario después de la distribución del contrato	2023-3200-3-14-01-22-3-61103

Precio de los bienes:

LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD Y UNIDAD FÍSICA	PRECIO UNITARIO INCLUYENDO IMPUESTOS	PRECIO TOTAL
1	TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE.	Alemania / China	1	US\$781,442.00	US\$781,442.00
PRECIO TOTAL INCLUYE IVA					US\$781,442.00

El precio de los servicios conexos se desglosa así:

LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	CANTIDAD Y UNIDAD FÍSICA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CAPACITACIÓN	4 jornadas de 8 horas cada una: 3 jornadas para personal usuario 1 jornada para personal de mantenimiento.	US\$500.00	US\$2,000.00
	MANTENIMIENTO	6 mantenimientos: 1 mantenimiento cada 6 meses, mientras dure la garantía.	US\$1,400.00	US\$8,400.00
	OBRAS DE ADECUACIÓN	Obras de adecuación, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento para todos los equipos.	US\$260,000.00	US\$260,000.00
PRECIO DE LOS SERVICIOS CONEXOS INCLUYE IMPUESTOS				US\$270,400.00

Precio total, incluye Impuestos y Servicios Conexos.

LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD Y UNIDAD FÍSICA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE.	1	US\$1,051,842.00	US\$1,051,842.00
PRECIO TOTAL INCLUYE IVA				US\$1,051,842.00

Dicho monto será cargado a la Fuente de Financiamiento: Préstamos Externos. Contrato de Préstamo BIRF 9229-SV, Categoría de Inversión 1. Componente 1: Subcomponente 1.1 Adquisición de Medicamentos, Insumos y Equipos Médicos. Proyecto 7500.

Lugar de Entrega: Hospital Nacional de la Mujer, "Dra. María Isabel Rodríguez", entre 25 Av. Sur, Calle Francisco Menéndez, Antigua Quinta María Luisa, Bo. Santa Anita, San Salvador.

- B. Rechazar la oferta presentada por la empresa PROMED de El salvador, S.A. de C.V. debido a que, se le solicitó información técnica subsanable y no presentó la información requerida para poder continuar con el proceso de evaluación de ofertas. Además, se verificó que no cumple con todos los términos, condiciones y especificaciones técnicas requeridas, según el siguiente detalle:

Especificación Técnica	Incumplimiento
1. GANTRY 1.1. Inclinación física del gantry de aproximadamente -30 grados a +30 grados o mayor. 1.2 Capacidad de inclinar el gantry desde la consola del operador y desde ambos lados del gantry.	El equipo ofertado no posee inclinación física
5. GENERADOR DE ALTA TENSIÓN. 5.2. Tensión de salida en un rango aproximado entre 70-80 a 130-140 KV o mayor en al menos tres pasos libremente seleccionables por el usuario.	Se le solicitó Aclaración sobre esta especificación, y no presentó información.
6. SUBSISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS.	

6.4. Espesor mínimo de los cortes adquiridos en un rango aprox. entre 0.50-0.625 mm.	Ofrece 0.625 a 10mm. Se le solicitó Aclaración y no presentó información.
6.5. Tiempo aproximado de exploración continua hasta 97s o más en modo espiral.	Ofrece hasta 90 segundos.
8.CONSOLE DE ADQUISICIÓN Y CONTROL DEL EQUIPO. 8.1. Procesadores de 64bit doble núcleo a 2GHz o mejores. 8.3. Tarjeta gráfica de altas prestaciones con memoria de 4GB o más.	Se le solicitó Aclaración sobre estas especificaciones y no presentó la información requerida.
ACCESORIOS INCLUIDOS. 10. UNA (1) CÁMARA DE IMPRESIÓN SECA: 10.3. Incluir 3,000 películas tamaño 14x17 compatibles.	No ofrece las películas requeridas.
11. UN (1) CALENTADOR DE MEDIOS. 11.2 Por medio seco o por baño de maría con capacidad de 15 a 20 litros de solución salina o 15 a 20 botellas de 1 litro.	No cumple, ofrece 1.8 litros
14. EQUIPO DE PROTECCION PLOMADO: 14.2. Seis (6) Delantal plomado con espesor equivalente de 0.5 mm a 0.7 mm, fabricado en material compuesto, que cubra bajo la rodilla. 14.3. Seis (6) protección tiroidea con espesor equivalente de 0.5 mm a 0.7 mm. 14.4. Seis (6) pares de lentes plomados 0.20 mm. 14.5. 1 Porta delantal de 6 brazos de pared.	Ofrece solo 3 Delantales Ofrece solo 3 protección tiroidea. Ofrece solo 3 pares de lentes. Ofrece 1 porta delantal de 5 brazos.
21. UN BOTÓN DE INTERRUPCIÓN DE LA RADIACIÓN EN EL INTERIOR DE LA SALA Y UNO EN LA PARTE EXTERIOR EN LA CONSOLA PRINCIPAL.	Se le solicitó Aclaración sobre esta especificación y no presentó la información requerida.
22. TODOS LOS MANIQUÍES, FANTOMAS Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN (CONTROL DE CALIDAD) especificados por el fabricante en sus protocolos de calibración, mantenimiento y control de calidad, sean fabricados por el propio fabricante del equipo o por terceros, para garantizar los siguientes parámetros: 22.8. Independencia del tamaño. 22.9. Garantía de reproducibilidad y desempeño/calidad.	Se le solicitó Aclaración sobre estas especificaciones y no presentó la información requerida.
23. ACCESORIOS PARA COLOCACIÓN DE PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS: 23.1. Una (1) colchoneta blanda de posicionamiento, soportes de cabeza y brazos con juego de cojines de posicionamiento. 23.2. Un (1) soporte para las rodilla-pierna, cuñas de colocación, juego de correas blandas y sistema de sujeción para inmovilización del paciente, apoyacabezas, cabecera, lentes para proteger los ojos del paciente de los laser de posicionamiento, etc.	Se le solicitó Aclaración sobre estas especificaciones y no presentó la información requerida.
35. CARTAS COMPROMISO REQUERIDAS 35.1. Presentar carta de representante local: 35.1.6. Deberá entregar tabla con los precios de los repuestos y consumibles más usuales.	Se le solicitó Aclaración sobre esta especificación y no presentó la información requerida.

VII. Que en el STEP (Systematic Tracking of Exchanges in Procurement) aprobado por el Banco Mundial, el proceso se identifica como revisión posterior.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las "Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial" (julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto de 2018) y conforme a lo establecido en la Sección I, Instrucciones a los Licitantes literal F. Adjudicación del Contrato, numeral 41 "Criterios de Adjudicación" del Documento de Solicitud de Oferta.

RESUELVE:

A. ADJUDICAR referido proceso por un monto total de UN MILLÓN CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,051,842.00) con impuestos y servicios conexos incluidos, al oferente SIEMENS HEALTHCARE, S.A., debido a que cumple con todos los requisitos establecidos en el Documento de Solicitud de Cotización y está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente de acuerdo al detalle siguiente:

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANT.	PLAZO DE ENTREGA	CIFRADO PRESUPUESTARIO
1	60501500	TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE. Marca: SIEMENS Modelo: SOMATOM go Top Origen: Alemania /China	1	180 días calendario después de la distribución del contrato	2023-3200-3-14-01-22-3-61103

Precio de los bienes:

LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	PAÍS DE ORIGEN	CANTIDAD Y UNIDAD FÍSICA	PRECIO UNITARIO INCLUYENDO IMPUESTOS	PRECIO TOTAL
1	TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE.	Alemania / China	1	US\$781,442.00	US\$781,442.00
PRECIO TOTAL INCLUYE IVA					US\$781,442.00

El precio de los servicios conexos se desglosa así:

LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	CANTIDAD Y UNIDAD FÍSICA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CAPACITACIÓN	4 jornadas de 8 horas cada una: 3 jornadas para personal usuario 1 jornada para personal de mantenimiento.	US\$500.00	US\$2,000.00
	MANTENIMIENTO	6 mantenimientos: 1 mantenimiento cada 6 meses, mientras dure la garantía.	US\$1,400.00	US\$8,400.00
	OBRAS DE ADECUACIÓN	Obras de adecuación, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento para todos los equipos.	US\$260,000.00	US\$260,000.00
PRECIO DE LOS SERVICIOS CONEXOS INCLUYE IMPUESTOS				US\$270,400.00

Precio total, incluye Impuestos y Servicios Conexos.

LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD Y UNIDAD FÍSICA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE.	1	US\$1,051,842.00	US\$1,051,842.00
PRECIO TOTAL INCLUYE IVA				US\$1,051,842.00

Dicho monto será cargado a la Fuente de Financiamiento: **Préstamos Externos. Contrato de Préstamo BIRF 9229-SV, Categoría de Inversión 1. Componente 1: Subcomponente 1.1 Adquisición de Medicamentos, Insumos y Equipos Médicos. Proyecto 7500.**

Lugar de Entrega: Hospital Nacional de la Mujer, “Dra. María Isabel Rodríguez”, entre 25 Av. Sur, Calle Francisco Menéndez, Antigua Quinta María Luisa, Bo. Santa Anita, San Salvador.

- B. Rechazar la oferta presentada por la empresa PROMED de El salvador, S.A. de C.V. debido a que, se le solicitó información técnica subsanable y no presentó la información requerida para poder continuar con el proceso de evaluación de ofertas. Además, se verificó que no cumple con todos los términos, condiciones y especificaciones técnicas requeridas, según el siguiente detalle:

Especificación Técnica	Incumplimiento
2.GANTRY 2.1. Inclínación física del gantry de aproximadamente -30 grados a +30 grados o mayor. 1.3 Capacidad de inclinar el gantry desde la consola del operador y desde ambos lados del gantry.	El equipo ofertado no posee inclinación física
5. GENERADOR DE ALTA TENSIÓN. 5.2. Tensión de salida en un rango aproximado entre 70-80 a 130-140 KV o mayor en al menos tres pasos libremente seleccionables por el usuario.	Se le solicitó Aclaración sobre esta especificación, y no presentó información.
6.SUBSISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS. 6.4. Espesor mínimo de los cortes adquiridos en un rango aprox. entre 0.50-0.625 mm. 6.5. Tiempo aproximado de exploración continua hasta 97s o más en modo espiral.	Ofrece 0.625 a 10mm. Se le solicitó Aclaración y no presentó información. Ofrece hasta 90 segundos.
8.CONSOLE DE ADQUISICIÓN Y CONTROL DEL EQUIPO. 8.1. Procesadores de 64bit doble núcleo a 2GHz o mejores. 8.3. Tarjeta gráfica de altas prestaciones con memoria de 4GB o más.	Se le solicitó Aclaración sobre estas especificaciones y no presentó la información requerida.
ACCESORIOS INCLUIDOS. 10. UNA (1) CÁMARA DE IMPRESIÓN SECA: 10.3. Incluir 3,000 películas tamaño 14x17 compatibles.	No ofrece las películas requeridas.
11. UN (1) CALENTADOR DE MEDIOS. 11.3 Por medio seco o por baño de maría con capacidad de 15 a 20 litros de solución salina o 15 a 20 botellas de 1 litro.	No cumple, ofrece 1.8 litros
14. EQUIPO DE PROTECCION PLOMADO: 14.2. Seis (6) Delantal plomado con espesor equivalente de 0.5 mm a 0.7 mm, fabricado en material compuesto, que cubra bajo la rodilla. 14.3. Seis (6) protección tiroidea con espesor equivalente de 0.5 mm a 0.7 mm. 14.4. Seis (6) pares de lentes plomados 0.20 mm. 14.5. 1 Porta delantal de 6 brazos de pared.	Ofrece solo 3 Delantales Ofrece solo 3 protección tiroidea. Ofrece solo 3 pares de lentes. Ofrece 1 porta delantal de 5 brazos.

21. UN BOTÓN DE INTERRUPCIÓN DE LA RADIACIÓN EN EL INTERIOR DE LA SALA Y UNO EN LA PARTE EXTERIOR EN LA CONSOLA PRINCIPAL.	Se le solicitó Aclaración sobre esta especificación y no presentó la información requerida.
22. TODOS LOS MANIQUÍES, FANTOMAS Y ADITAMENTOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN (CONTROL DE CALIDAD) especificados por el fabricante en sus protocolos de calibración, mantenimiento y control de calidad, sean fabricados por el propio fabricante del equipo o por terceros, para garantizar los siguientes parámetros: 22.8. Independencia del tamaño. 22.9. Garantía de reproducibilidad y desempeño/calidad.	Se le solicitó Aclaración sobre estas especificaciones y no presentó la información requerida.
23. ACCESORIOS PARA COLOCACIÓN DE PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS: 23.1. Una (1) colchoneta blanda de posicionamiento, soportes de cabeza y brazos con juego de cojines de posicionamiento. 23.2. Un (1) soporte para las rodilla-pierna, cuñas de colocación, juego de correas blandas y sistema de sujeción para inmovilización del paciente, apoyacabezas, cabecera, lentes para proteger los ojos del paciente de los laser de posicionamiento, etc.	Se le solicitó Aclaración sobre estas especificaciones y no presentó la información requerida.
35. CARTAS COMPROMISO REQUERIDAS 35.1. Presentar carta de representante local: 35.1.6. Deberá entregar tabla con los precios de los repuestos y consumibles más usuales.	Se le solicitó Aclaración sobre esta especificación y no presentó la información requerida.

C. Elaborar el contrato respectivo.

NOTIFÍQUESE:


DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA.
MINISTRO DE SALUD AD-HONOREM


