

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 62/2021 ACP-UGP

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las ocho horas y treinta minutos del día veintitrés de julio de dos mil veintiuno.

CONSIDERANDO QUE:

- I. De conformidad con las disposiciones establecidas en las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-15, se promovió el Proceso de Comparación de Precios No: PRIDESII-204-CP-B-MINSAL denominado "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS UNIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE GOTAS GRUESAS EN NIVELES REGIONALES Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA", con fuente de financiamiento: Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- II. Señalándose el día veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., para la recepción de las ofertas, prorrogándose para el día diez de junio de dos mil veintiuno, habiéndose recibido las siguientes: 1) EQUILAB, S.A. DE C.V.; 2) C.O.R.E.S.A DE C.V.; 3) TECNO DIAGNOSTICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; 4) ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.; 5) COPROSER, S.A. DE C.V.; 6) RYASA, S.A. DE C.V.; e 7) INGETEC, S.A. DE C.V.; lo anterior consta en el expediente respectivo.
- III. La Unidad Solicitante designó a las siguientes personas como evaluadoras de las ofertas que se recibieren: 1) Dr. Kelvin Francisco Alfaro Salguero, Colaborador Técnico Médico UVETV; 2) Lcda. Roxana Jeannette Grimaldi, Colaborador Técnico UVETV; y 3) Ing. Francisco Ernesto Moya, Consultor Especializado de Ingeniería Biomédica en apoyo a la ejecución de proyectos del PRIDES II; como delegados de la Unidad Solicitante y Especialistas. Asimismo, se designó como responsable del proceso de compra a la Ing. Fabiola Lucrecia Morán de Martínez, Consultora en Adquisiciones ACP-UGP.
- IV. Que analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento de Comparación de Ofertas y en la Política para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, los designados para realizar la evaluación técnica de ofertas emitieron la Recomendación de Adjudicación, según el siguiente detalle:
 1. Adjudicar el proceso de Comparación de Precios No. PRIDESII-204-CP-B-MINSAL denominada "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS UNIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE GOTAS GRUESAS EN NIVELES REGIONALES Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA"; por un monto total de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$7,277.00) con impuestos incluidos, según el siguiente detalle:

1.1 EQUILAB, S.A. DE C.V.

No. ítem	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	LUGAR DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30601021	Contómetro de metal, manual para recuento de fórmula diferencial de células sanguíneas, de (6 - 8) teclas, con totalizador de 0-999, alarma por cada 100 impulsos con un final de 0, audible. Marca: Bal Supply Modelo: 808CI	c/u	22	Estados Unidos de América/ República Popular de China	US\$172.00	US\$3,784.00
MONTO TOTAL CON IMPUESTOS INCLUIDOS							US\$3,784.00

Plazo de entrega: 60 días calendario después de la distribución de la Orden de Compra.

Lugar de entrega: Almacén El Paraíso, colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, final 6ª. Calle oriente N°1105.

Monto cargado a la Fuente de Financiamiento Fondos Externos, Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES, Categoría de Inversión Categoría de Inversión 1. Fortalecimiento de la Red de Atención Ambulatoria, Sub Categoría 1.3 Apoyo al Funcionamiento de la Red del Primer Nivel de Atención. Proyecto 6300.

CIFRADO PRESUPUESTARIO AL CUAL SE CARGARÁ LA ADJUDICACIÓN	ITEM	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO A ADJUDICAR
2021-3200-3-08-01-22-3-61103	1	US\$79,930.00	US\$3,784.00

1.2 COPROSER, S.A. DE C.V.

No. ítem	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	LUGAR DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	30602460	Foco o bombillo halógeno para microscopio, con espiga corta, voltaje 6 voltios, potencia de (20 a 30) watts. Marca: Sin marca No. de parte: HT-B8126N	c/u	15	Estados Unidos de América	US\$31.00	US\$465.00
8	70101190	Lámpara halógena de 12 v 30 w para microscopio marca Leica modelo DMLS. Marca: Sin marca No. de parte:11500317	c/u	15	República Popular de China	US\$56.00	US\$840.00

MINISTERIO
DE SALUD

No. ítem	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	LUGAR DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	70408016	Mascarilla de protección de dos filtros intercambiables, máscara completa. Marca: 3M Modelo: 6800 Incluye: 2 filtros 3M No. de parte 60923	c/u	2	Estados Unidos de América	US\$249.00	US\$498.00
MONTO TOTAL CON IMPUESTOS INCLUIDOS							US\$1,803.00

Plazo de entrega: 30 días calendario después de la distribución de la Orden de Compra.

Lugar de entrega: Almacén El Paraíso, colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, final 6ª. Calle oriente N°1105.

Monto cargado a la Fuente de Financiamiento Fondos Externos, Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES, Categoría de Inversión Categoría de Inversión 1. Fortalecimiento de la Red de Atención Ambulatoria, Sub Categoría 1.3 Apoyo al Funcionamiento de la Red del Primer Nivel de Atención. Proyecto 6300.

CIFRADO PRESUPUESTARIO A LOS CUALES SE CARGARÁ LA ADJUDICACIÓN	ITEMS	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO A ADJUDICAR
2021-3200-3-08-01-22-3-54119	2 y 8	US\$810.00	US\$1,305.00
2021-3200-3-08-01-22-3-54113	9	US\$360.00	US\$498.00
2021-3200-3-08-01-22-3-61103	----	US\$79,930.00	Valor faltante por cubrir en los dos primeros cifrados presupuestarios US\$633.00

1.3 C.O.R.E.S.A. DE C.V.

No. ítem	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	LUGAR DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	60403450	PH metro, panel de control y pantalla digital LCD de mesa. Marca: Thermo Scientific-Orion Modelo: Star A211	c/u	1	Estados Unidos de América	US\$1,690.00	US\$1,690.00
MONTO TOTAL CON IMPUESTOS INCLUIDOS							US\$1,690.00

Plazo de entrega: 60 días calendario después de la distribución de la Orden de Compra.

Lugar de entrega: Almacén El Paraíso, colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, final 6ª. Calle oriente N°1105.

Monto cargado a la Fuente de Financiamiento Fondos Externos, Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES, Categoría de Inversión Categoría de Inversión 1. Fortalecimiento de la Red de Atención Ambulatoria, Sub Categoría 1.3 Apoyo al Funcionamiento de la Red del Primer Nivel de Atención. Proyecto 6300.

CIFRADO PRESUPUESTARIO AL CUAL SE CARGARÁ LA ADJUDICACIÓN	ITEMS	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO A ADJUDICAR
2021-3200-3-08-01-22-3-61103	6	US\$79,930.00	US\$1,690.00

2. Rechazar las ofertas que se detallan a continuación, debido a que presentan desviaciones significativas:

2.1 EQUILAB, S.A. DE C.V.:

Para el ítem 3: el bien ofertado proviene de un país no elegible.

Para ítem 4: oferta diámetro total de objetivo 10X de 17.4, habiéndose requerido de 18 mm; el grado de ajuste mínimo de perilla ofertado es de 2 micrómetros y se solicita de 2.5 micrómetros; el rango de desplazamiento ofertado es de 76x40 mm, habiéndose establecido de al menos 75x50 mm; el selector de trayectoria de luz Ocular/puerto de cámara ofertado es de 100/0 o 50/100 y el requerido es de 100/0 o de 0/100; el ajuste de punto ocular ofertado (370-392) mm, habiéndose requerido de 375-430 mm. Asimismo, no incluye el compromiso por escrito de la disponibilidad de repuestos.

Para ítem 5: oferta el objetivo de 4X con una DT de 15.9 mm, se requiere de al menos de 18 mm; el objetivo de 10X la DT ofertada es de 17.4, habiéndose requerido de 18 mm; el objetivo de 40X la DT ofertada es de 0.5 mm, y se solicita de al menos 0.6 mm; el objetivo 100X ofertado posee una DT de 0.15 mm y se requiere de al menos 0.13 mm; el grado de ajuste mínimo de perilla micrométrica ofertado es de 2 micrómetros, se solicita de 2.5; el selector de trayectoria de luz Ocular/puerto de cámara ofertado es de 100/0 o 20/80 y el requerido es de 100/0 o de 0/100; el ajuste de punto ocular ofertado es de 411-420 mm habiéndose requerido de 375-430 mm. Asimismo, no incluye el compromiso por escrito de la disponibilidad de repuestos.

2.2 C.O.R.E.S.A. DE C.V.:

Para ítem 3: No incluye el garfio requerido para pruebas de densidad; las dimensiones totales ofertadas son de 19x21.8x5.5 cm, habiéndose requerido medidas aproximadas de 21 x 30 x 30 cm, lo cual representa una variación significativa; el peso aproximado ofertado es de 2.43 lb, y el solicitado es de 20 lb, representando una variación significativa.

Para ítem 4: oferta objetivo de 10X con una DT de 12 mm, y se solicitó de 18 mm; el objetivo de 40X ofertado con una DT 0.36 mm, se requirió de no menos 0.65 mm; el objetivo de 100X ofertado con una DT de 0.10 mm, se solicitó de al menos 0.13 mm; no establece el desplazamiento vertical de platina, en desplazamiento grueso; no menciona si el porta objetivos posee inclinación interna; el rango de desplazamiento ofertado es de 26x76 mm, habiéndose establecido de al menos 75x50 mm; el selector de trayectoria de luz Ocular/puerto de cámara ofertado es de 50%/50% y el requerido es de 100/0 o de 0/100; el ajuste de punto ocular ofertado es de dioptrías preajustadas para visión corregida, habiéndose requerido de 375-340 mm. Asimismo, no presentan documentación que compruebe el cumplimiento de Norma de seguridad eléctrica para equipos de uso en laboratorios IEC 61010-1 o equivalente.

Para ítem 5: oferta el objetivo de 10X con un DT de 12 mm, y se solicitó con un DT de 18 mm; el objetivo de 40X ofertado con un DT 0.36 mm, habiéndose requerido un DT de no menos 0.65 mm; el objetivo de 100X ofertado con un DT de 0.10 mm y se solicitó con un DT de al menos 0.13 mm; no menciona el desplazamiento vertical de platina, en desplazamiento grueso; no menciona si el porta objetivos posee inclinación interna; el ajuste de punto ocular ofertado es de dioptrías preajustadas para visión corregida, habiéndose requerido de 375-340 mm.

2.3 TECNO DIAGNOSTICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.:

Para ítem 3: no menciona el apagado automático después de 10 minutos; las dimensiones totales ofertadas: 42 x 24 x 9 cm, y se requirió de medidas aproximadas de 21 x 30 x 30 cm, lo cual representa una variación significativa; el peso aproximado ofertado es de 12 lb y se requiere de 20 lb, lo cual representa una variación significativa. Asimismo, no presenta la aprobación para su comercialización.

Para ítem 4: no establece el diámetro total o distancia de trabajo de los objetivos; no establece desplazamiento vertical de platina, en desplazamiento grueso el grado de ajuste de perilla ofertado es de 1 micrómetro, habiéndose requerido de 2.5; no menciona si el microscopio cuenta con tope de platina; el selector de trayectoria de luz Ocular/puerto de cámara ofertado es de 100/0 o 50/50 y el requerido es de 100/0 o de 0/100; el ajuste de punto ocular ofertado alto es de 431 mm y el bajo de 397 mm, habiéndose requerido un ajuste de 375-430 mm. Asimismo, no presenta atestado de personal que instalará el equipo y brindará la capacitación. De igual forma no incluye el compromiso por escrito de la disponibilidad de repuestos.

Para ítem 5: no establece el diámetro total o distancia de trabajo de los objetivos; no establece desplazamiento vertical de platina, en desplazamiento grueso; el grado de ajuste de perilla ofertado es de 1 micrómetro, habiéndose requerido de 2.5; no menciona si el microscopio cuenta con tope de platina; selector de trayectoria de luz Ocular/puerto de cámara ofertado es de 100/0 o 50/50 y el requerido es de 100/0 o de 0/100; el ajuste de punto ocular ofertado alto es de 431 mm y el bajo de 397 mm, habiéndose requerido un ajuste de 375-430 mm. Asimismo, no presenta atestado de personal que instalará el equipo y brindará la capacitación. De igual forma, no incluye el compromiso por escrito de la disponibilidad de repuestos.

2.4 ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.:

Para ítem 1: Oferta Contómetro de plástico y se requiere de metal

Para ítem 4: Oferta el objetivo 4X con campo de visión de 4.5 mm, habiéndose requerido de al menos 18 mm, el objetivo de 10X con campo de visión de 1.8 mm, habiéndose requerido de 18 mm y el objetivo de 40X con campo de visión de 0.45 mm, habiéndose requerido de al menos 0.6 mm; no establece desplazamiento vertical de platina, en desplazamiento grueso; el grado de ajuste de perilla ofertado es de 2 micrómetros, habiéndose requerido de 2.5; no menciona si el porta objetivo es fijo con inclinación interna; no menciona si el tubo trinocular es inclinado en ángulo de 30 grados; no establece selector de trayectoria de luz Ocular/puerto de cámara; el ajuste de punto ocular ofertado es de 55-75 mm, habiéndose requerido de 375-430 mm. De igual forma, no presentan documentación que compruebe el cumplimiento de Norma de

seguridad eléctrica para equipos de uso en laboratorios IEC 61010-1 o equivalente. Asimismo, no presenta atestados de personal que instalará el equipo y brindará la capacitación.

Para ítem 5: oferta el objetivo 4X con campo de visión de 4.5 mm, habiéndose requerido de al menos 18 mm; el objetivo ofertado de 10X con campo de visión de 1.8 mm, habiéndose requerido de 18 mm; el objetivo ofertado de 40X con campo de visión de 0.45 mm, habiéndose requerido de al menos 0.6 mm; no establece desplazamiento vertical de platina, en desplazamiento grueso; el grado de ajuste de perilla ofertado es de 2 micrómetro, habiéndose requerido de 2.5; no menciona si el porta objetivo es fijo con inclinación interna; oferta microscopio binocular de doble cabezal inclinado a 45° y se solicita tubo trinocular inclinado en ángulo de 30 grados; no establece selector de trayectoria de luz Ocular/puerto de cámara; el ajuste de punto ocular ofertado es de 55-75 mm, habiéndose requerido de 375-430 mm; oferta cinco focos o lámparas de repuesto y se han requerido 10; no presentan documentación que compruebe el cumplimiento de Norma de seguridad eléctrica para equipos de uso en laboratorios IEC 61010-1 o equivalente. Asimismo, no presenta atestados de personal que instalará el equipo y brindará la capacitación.

2.5 COPROSER, S.A. DE C.V.:

Para el ítem 1: el bien ofertado es proveniente de un país no elegible.

2.6 RYASA, S.A. DE C.V.:

Para ítem 3: No menciona chequeo automático, garfio para pruebas de densidad y la capacidad de programarse para identificación de usuario. Las dimensiones totales ofertadas son de 17.4 x 25.2 x 8 cm y se requirió medidas aproximadas de 21 x 30 x 30 cm, lo cual representa una variación significativa. Asimismo, la balanza ofertada es de baterías, habiéndose requerido de conexión eléctrica. De igual forma, no presenta la aprobación para su comercialización.

Para el ítem 4: oferta el objetivo 10X con un DT de 17.4 mm, habiéndose requerido con DT de 18 mm; no menciona con sistema integrado de luz transmitida, iluminación de diafragma de campo fijo; no establece desplazamiento vertical de platina, en desplazamiento grueso; el grado de ajuste mínimo de perilla ofertado es de 2 micrómetros y se solicita de 2.5 micrómetros; no menciona si el Porta objetivos es fijo con inclinación interna, ni el rango de desplazamiento; establece división de luz 20/80, habiéndose requerido un selector de trayectoria de luz Ocular/puerto de cámara de 100/0 o 0/100; no menciona el ajuste de punto ocular. Asimismo, no presenta atestado de personal que instalará el equipo y brindará la capacitación.

2.7 INGETEC, S.A. DE C.V.:

Para el ítem 4: oferta objetivo de 10X con DT de 10 mm, se solicitó con un DT de 18 mm, objetivo de 40X con DT de 0.54 mm y se requirió un DT de no menos 0.65 mm; el grado de ajuste mínimo de perilla ofertado es de 2 micrómetros y se solicita de 2.5

micrómetros; el rango de desplazamiento ofertado de 75 x 30 mm, habiéndose requerido de 75 x 50 mm; el selector de trayectoria de luz Ocular/puerto de cámara ofertado es de 100/0 o 50/50 y el requerido es de 100/0 o 0/100; el rango de ajuste de distancia pupilar ofertado es de 55 x 75 mm y se requirió de 48 x 75 mm; el ajuste de punto ocular ofertado 350-395 mm, y se requirió de 375-430 mm. Asimismo, no presenta el certificado de la Norma de seguridad eléctrica para equipos de uso en laboratorios IEC 61010-1 o equivalente.

3. No se recomienda la adjudicación de la oferta presentada por EQUILAB, S.A. DE C.V., para el ítem 6, debido a que, a pesar que cumple con los requisitos establecidos en el Documento de Comparación de precios, para dicho ítem, no es la oferta de menor precio.
 4. Declarar desiertos los ítems 3, 4, 5 y 7 debido a que ninguna de las ofertas presentadas para dichos ítems cumple con los requerimientos establecidos en el Documento de Comparación de Precios; en el caso del ítem 7, debido a que no se presentó oferta alguna.
- V. En el sistema de ejecución de planes de adquisiciones (SEPA) aprobado por el BID, el proceso se identifica como revisión posterior.
- VI. Estando de acuerdo con la Recomendación de Adjudicación emitida por los designados para evaluar las ofertas.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, documento GN-2349-15, y conforme a lo establecido en el Numeral 17. "Adjudicación" del documento de Comparación de Precios:

RESUELVE:

- a) Adjudicar el proceso de Comparación de Precios No. PRIDESII-204-CP-B-MINSAL denominada "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS UNIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE GOTAS GRUESAS EN NIVELES REGIONALES Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA"; por un monto total de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$7,277.00) con impuestos incluidos, según el siguiente detalle:

1- EQUILAB, S.A. DE C.V.

No. ítem	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	LUGAR DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30601021	Contómetro de metal, manual para recuento de fórmula diferencial de células sanguíneas, de (6 - 8) teclas, con totalizador de 0-999, alarma por cada 100 impulsos con un final de 0, audible. Marca: Bal Supply Modelo: 808CI	c/u	22	Estados Unidos de América/ República Popular de China	US\$172.00	US\$3,784.00
MONTO TOTAL CON IMPUESTOS INCLUIDOS							US\$3,784.00

Plazo de entrega: 60 días calendario después de la distribución de la Orden de Compra.

Lugar de entrega: Almacén El Paraíso, colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, final 6ª. Calle oriente N°1105.

Monto cargado a la Fuente de Financiamiento Fondos Externos, Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES, Categoría de Inversión Categoría de Inversión 1. Fortalecimiento de la Red de Atención Ambulatoria, Sub Categoría 1.3 Apoyo al Funcionamiento de la Red del Primer Nivel de Atención. Proyecto 6300.

CIFRADO PRESUPUESTARIO AL CUAL SE CARGARÁ LA ADJUDICACIÓN	ITEM	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO A ADJUDICAR
2021-3200-3-08-01-22-3-61103	1	US\$79,930.00	US\$3,784.00

2- COPROSER, S.A. DE C.V.

No. ítem	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	LUGAR DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	30602460	Foco o bombillo halógeno para microscopio, con espiga corta, voltaje 6 voltios, potencia de (20 a 30) watts. Marca: Sin marca No. de parte: HT-B8126N	c/u	15	Estados Unidos de América	US\$31.00	US\$465.00
8	70101190	Lámpara halógena de 12 v 30 w para microscopio marca Leica modelo DMLS. Marca: Sin marca No. de parte:11500317	c/u	15	República Popular de China	US\$56.00	US\$840.00

MINISTERIO
DE SALUD

No. ítem	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	LUGAR DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	70408016	Mascarilla de protección de dos filtros intercambiables, máscara completa. Marca: 3M Modelo: 6800 Incluye: 2 filtros 3M No. de parte 60923	c/u	2	Estados Unidos de América	US\$249.00	US\$498.00
MONTO TOTAL CON IMPUESTOS INCLUIDOS							US\$1,803.00

Plazo de entrega: 30 días calendario después de la distribución de la Orden de Compra.

Lugar de entrega: Almacén El Paraíso, colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, final 6ª. Calle oriente N°1105.

Monto cargado a la Fuente de Financiamiento Fondos Externos, Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES, Categoría de Inversión Categoría de Inversión 1. Fortalecimiento de la Red de Atención Ambulatoria, Sub Categoría 1.3 Apoyo al Funcionamiento de la Red del Primer Nivel de Atención. Proyecto 6300.

CIFRADO PRESUPUESTARIO A LOS CUALES SE CARGARÁ LA ADJUDICACIÓN	ITEMS	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO A ADJUDICAR
2021-3200-3-08-01-22-3-54119	2 y 8	US\$810.00	US\$1,305.00
2021-3200-3-08-01-22-3-54113	9	US\$360.00	US\$498.00
2021-3200-3-08-01-22-3-61103	----	US\$79,930.00	Valor faltante por cubrir en los dos primeros cifrados presupuestarios US\$633.00

3- C.O.R.E.S.A. DE C.V.

No. ítem	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	LUGAR DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	60403450	PH metro, panel de control y pantalla digital LCD de mesa. Marca: Thermo Scientific-Orion Modelo: Star A211	c/u	1	Estados Unidos de América	US\$1,690.00	US\$1,690.00
MONTO TOTAL CON IMPUESTOS INCLUIDOS							US\$1,690.00

Plazo de entrega: 60 días calendario después de la distribución de la Orden de Compra.

Lugar de entrega: Almacén El Paraíso, colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, final 6ª. Calle oriente N°1105.

Monto cargado a la Fuente de Financiamiento Fondos Externos, Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES, Categoría de Inversión Categoría de Inversión 1. Fortalecimiento de la Red de Atención Ambulatoria, Sub Categoría 1.3 Apoyo al Funcionamiento de la Red del Primer Nivel de Atención. Proyecto 6300.

CIFRADO PRESUPUESTARIO AL CUAL SE CARGARÁ LA ADJUDICACIÓN	ITEMS	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO A ADJUDICAR
2021-3200-3-08-01-22-3-61103	6	US\$79,930.00	US\$1,690.00

- b) Rechazar, de conformidad al numeral 2.55 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15 y al numeral 15 del Documento de Comparación de Precios, por los motivos expuestos en el romano IV, numeral 2, del presente documento, las ofertas presentadas por EQUILAB, S.A. DE C.V., para los ítems 3, 4 y 5; C.O.R.E.S.A. DE C.V., para los ítems 3, 4 y 5; TECNO DIAGNOSTICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.; COPROSER, S.A. DE C.V., para el ítem 1; RYASA, S.A. DE C.V.; e INGETEC, S.A. DE C.V.
- c) FONDOS EXTERNOS: Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES. Categoría de inversión, sub categoría de inversión y cifrado presupuestario, de acuerdo a lo establecido en el literal a).
- d) Declarar desiertos los ítems 3, 4, 5 y 7.
- e) Elaborar las respectivas órdenes de compra, una vez esta resolución esté en firme.

NOTIFÍQUESE



DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA
MINISTRO DE SALUD AD-HONOREM