

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 74/2022 ACP-UGP

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las diez horas del día veinticinco de mayo de dos mil veintidós.

CONSIDERANDO:

- I. Que de conformidad con las disposiciones establecidas en las “Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” GN 2349-15, se promovió el Proceso de Comparación de Precios N° PRIDESII-322-CP-B-MINSAL denominado: “ADQUISICIÓN DE COLPOSCOPIO, UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, MORCELADOR, CAMILLA DE TRANSPORTE, CARRO DE CURACIONES, SILLÓN PARA DIÁLISIS, MESA GINECOLÓGICA Y PUENTE PARA HOSPITALES PRIORIZADOS DE LA RED PÚBLICA NACIONAL”, con fondos del programa BID 3608/OC-ES: PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II.
- II. Señalándose el día veinticinco de febrero de dos mil veintidós hasta las quince horas treinta minutos, para la recepción de ofertas, habiéndose recibido ocho ofertas: 1) INGETEC, S.A. DE C.V.; 2) DADA DADA Y CIA, S.A. DE C.V.; 3) TECMEDIC, S.A. DE C.V.; 4) PATRICIA GUADALUPE FLORES GRANADOS; 5) CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V.; 6) C&M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.; 7) MINDISAL, S.A. DE C.V. y 8) EQUIMSA, S.A. DE C.V., lo cual consta en el cuadro de recepción de Ofertas y que forma parte del expediente del proceso.
- III. La Unidad Solicitante designó a las siguientes personas para conformar el Comité Evaluador de ofertas: 1) Dra. Maribel del Carmen Rauda Cubias, Coordinadora Unidad de Colposcopia, Hospital Nacional de la Mujer; 2) Dr. Francisco José Mendoza Sánchez, Médico Especialista, Hospital Nacional de Santa Ana; 3) Tec. Roxana Margarita Morales Alvarenga, Técnica de Biomédica, Hospital Nacional de Cojutepeque; 4) Dra. Carmen Iliana Torres de Godínez, Jefe de Centro Quirúrgico, Hospital Nacional de la Mujer, 5) Ing. José Oscar Ordoñez Ayala, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento, Hospital Nacional de Sonsonate; 6) Maria de los Angeles Cedillos, Jefe del Departamento de Enfermería, Hospital Nacional de Jiquilisco; 7) Licda. Marina Liseth Guerra de Valle, Jefe de Unidad de Sala de Operaciones, Hospital Nacional de Sensuntepeque; 8) Licda. Melannia del Carmen Miranda Amaya, Jefe de Unidad de Sala de Operaciones, Hospital Nacional de Sensuntepeque; 9) Ing. Manuel Enrique Vasquez Cartagena, Jefe de Mantenimiento, Hospital Nacional de Chalatenango; 10) Dr. Denis José Calero Brizuela, Médico Nefrólogo, Hospital Nacional de Jiquilisco; 11) Ing. Juan Eduardo Rodríguez, Colaborador Técnico, Unidad de Gestión de Equipo médico. Así mismo, se designó a la Licda. Maria Guadalupe Morales Cruz, Consultora en Adquisiciones ACP-UGP, como responsable del proceso.
- IV. Que analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas en el documento de Comparación de Precios, en el Manual de Operaciones del Proyecto y en las Políticas para la Adquisición de bienes y Obras, financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-15, los designados para realizar la evaluación de las ofertas, emitieron la Recomendación de Adjudicación, según se detalla a continuación:
 1. **Adjudicar** el proceso de Comparación de Precios N° PRIDESII-322-CP-B-MINSAL denominada “ADQUISICIÓN DE COLPOSCOPIO, UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, MORCELADOR, CAMILLA DE TRANSPORTE, CARRO DE CURACIONES, SILLÓN PARA DIÁLISIS, MESA GINECOLÓGICA Y PUENTE PARA

HOSPITALES PRIORIZADOS DE LA RED PÚBLICA NACIONAL”; por un monto total de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$120,412.00) con impuestos incluidos, debido a que las empresas a adjudicar cumplen con las especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en el Documento de Comparación de Precios y el precio ofertado está dentro del presupuesto establecido, de conformidad al siguiente detalle:

- 1.1 A la empresa MINDISAL, S.A. DE C.V.: Los ítems 1, 7 Y 8 por un monto de sesenta y cinco mil trescientos noventa y seis 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$65,396.00) con impuestos incluidos.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PAIS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IMPUESTOS INCLUIDOS)	TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)
1	60303032	COLPOSCOPIO Marca: MEDGYN Modelo: AL-105Z	C/U	ESTADOS UNIDOS	3	\$ 19,880.00	\$59,640.00
7	60302525	MESA GINECOLÓGICA Marca: MINDISAL (NO IMPRESO)	C/U	EL SALVADOR	2	\$988.00	\$1,976.00
8	62704360	MESA PUENTE Marca: MINDISAL (NO IMPRESO)	C/U	EL SALVADOR	14	\$270.00	\$3,780.00
<i>Monto Total Adjudicado Con Impuestos Incluidos</i>							\$ 65,396.00

- a) **Plazo entrega de los bienes:** Para el ítem N°1 el plazo máximo de entrega de los bienes será de 120 días calendario después de distribuida la Orden de Compra. Para los ítems N°7 y N°8 el plazo máximo de entrega de los bienes será de 75 días calendario después de distribuida la Orden de Compra.
- b) **Lugar de entrega de los bienes:** Para el ítem N°1, (3 equipos) deberán ser entregados 2 en el Hospital Nacional de la Mujer, ubicado entre 25 Av. Sur y Calle Francisco Menéndez, Barrio Santa Anita San Salvador y 1 en el Hospital Nacional de Santa Ana, ubicado en final 1 Avenida Sur, N°1, Santa Ana. Para los ítems N°7 y N°8, serán entregados en Almacén El Paraíso, Final 6ª Calle Oriente N°1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador.

- 1.2 A la empresa EQUIMSA, S.A. DE C.V.: Los ítems 2 Y 3 por un monto de cuarenta y dos mil trescientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$42,300.00) con impuestos incluidos.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PAIS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IMPUESTOS INCLUIDOS)	TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)
2	60302251	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON APLICACIÓN DE CORTE Y SELLADO DE VASOS Marca: BOWA Modelo: ARC-350	C/U	ALEMANIA	1	\$22,500.00	\$22,500.00
3	60303807	MORCELADOR Marca: RICHARD WOLF/NOUVAG-AG Modelo: MORCE POWER PLUS/TCM 3000 BL	C/U	ALEMANIA	1	\$19,800.00	\$19,800.00
<i>Monto Total Adjudicado con Impuestos Incluidos</i>							\$42,300.00

- a) Plazo entrega de los bienes: Para el ítem N°2 y N°3 el plazo máximo de entrega de los bienes será de 120 días calendario después de distribuida la Orden de Compra.
- b) Lugar de entrega de los bienes: Almacén El Paraíso, Final 6ª Calle Oriente N°1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador.

1.3 A la empresa INGETEC, S.A. DE C.V.: Los ítems 4 Y 5 por un monto de doce mil setecientos dieciséis 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$12,716.00) con impuestos incluidos.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PAIS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IMPUESTOS INCLUIDOS)	TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)
4	62704120	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE CON BARANDALES Marca: WOODYWELL Modelo: YSDJ03	C/U	REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	7	\$1,508.00	\$10,556.00
5	62704200	CARRO DE CURACIONES Marca: WOODYWELL Modelo: MK-ST-W7500T	C/U	REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	4	\$540.00	\$ 2,160.00
<i>Monto Total Adjudicado con Impuestos Incluidos</i>							\$ 12,716.00

- a) **Plazo entrega de los bienes:** Para el ítem N°4 el plazo máximo de entrega de los bienes será de 90 días calendario después de distribuida la Orden de Compra. Para el ítem N°5 el plazo máximo de entrega de los bienes será de 75 días calendario después de distribuida la Orden de Compra.
- b) **Lugar de entrega de los bienes:** Almacén El Paraíso, Final 6ª Calle Oriente N°1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador.

El monto total adjudicado será cargado a la Fuente de Financiamiento Préstamos Externos, Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES, Categoría de Inversión 2. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria. Subcategoría 2.3. Apoyo al funcionamiento de la Red Hospitalaria. Proyecto 6300.
Cifrado Presupuestario: 2022-3200-3-09-02-22-3-61103.

- 2. Rechazar las ofertas presentadas por las empresas que se detallan a continuación, debido a que presentan desviaciones significativas:

2.1 DADA DADA Y CIA, S.A. DE C.V.

ÍTEM 1: No cumple debido a que el equipo ofertado no posee oculares, es decir oferta un video colposcopio mediante una camara.

2.2 TECMEDIC, S.A. DE C.V.

ÍTEM 4: No Cumple debido a que ofertó material tipo ABS para la estructura tubular y lo requerido es acero inoxidable. Así mismo las dimensiones ofertadas de altura es de 1930 cm y largo 710 mm, siendo las requeridas de altura en un rango de (75-85) cm y largo de (185-200) cm.

ITEM 7: Cumple sustancialmente con las especificaciones requeridas, pero no se recomienda adjudicar porque el precio ofertado no es el más bajo.

ITEM 8: Cumple sustancialmente con las especificaciones requeridas, pero no se recomienda adjudicar porque el precio ofertado no es el más bajo.

2.3 PATRICIA GUADALUPE FLORES GRANADOS

ÍTEM 4: No cumple debido a que para la estructura tubular se ofertó material de acero pulverizado y el material requerido es acero inoxidable. También se ofertó material ABS para los barandales de seguridad y lo requerido es material de aluminio anodizado o acero inoxidable.

ITEM 7: Cumple sustancialmente con las especificaciones requeridas, pero no se recomienda adjudicar porque el precio ofertado no es el más bajo.

ITEM 8: No cumple debido a que ofertó medida de largo de la mesa de 80 cm y lo requerido es entre un rango de (60-70) cm, así mismo para la cubierta superior se solicitó material de madera y el material ofertado es MDF el cual no es equivalente al solicitado, ya que dicho material no es para soportar la humedad.

2.4 CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V.

ITEM 4: Cumple sustancialmente con las especificaciones requeridas, pero no se recomienda adjudicar porque el precio ofertado no es el más bajo.

ITEM 8: Cumple sustancialmente con las especificaciones requeridas, pero no se recomienda adjudicar porque el precio ofertado no es el más bajo.

2.5 C&M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

ITEM 4: No cumple debido a que oferta un freno centralizado para la camilla y lo requerido es freno en las 4 ruedas. Así misma oferta medida de largo de 220 cm y lo requerido es en un rango de (185-200) cm.

ITEM 8: No cumple debido a que el largo de la mesa ofertado es de 90 cm y lo requerido es entre el rango de (60-70) cm. Por otra parte, el material ofertado para la estructura de soporte de la mesa es acero con recubrimiento de pintura en polvo y lo requerido es acero inoxidable, calibre 18.

2.6 MINDISAL, S.A. DE C.V.

ITEM 2: No cumple debido a que en los accesorios ofertó 1 placa de silicón reusable para adulto y lo requerido es 1 placa de paciente reusable, tipo sabana universal (adulto, pediátrico y neonatal).

ITEM 4: Cumple sustancialmente las especificaciones requeridas, pero no se recomienda adjudicar debido a que el precio ofertado no es el más bajo.

ITEM 5: No cumple debido a que la medida del espesor ofertada para la estructura de perfil es 0.8 mm y lo requerido es entre el rango de (1.0-1.2) mm.

2.7 EQUIMSA, S.A. DE C.V.

ÍTEM 1: Cumple sustancialmente las especificaciones requeridas, pero no se recomienda adjudicar debido a que el precio ofertado no es el más bajo.

3. Declarar desierto el ítem 6 de la Comparación de Precios N° PRIDESII-322-CP-B-MINSAL denominada "ADQUISICIÓN DE COLPOSCOPIO, UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, MORCELADOR, CAMILLA DE TRANSPORTE, CARRO DE CURACIONES, SILLÓN PARA DIÁLISIS, MESA GINECOLÓGICA Y PUENTE PARA HOSPITALES PRIORIZADOS DE LA RED PÚBLICA NACIONAL"; debido a que no fue ofertado por ninguna de las empresas participantes.

- V. En el SEPA aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el proceso se identifica como revisión posterior.
- VI. Que estando de acuerdo con el Informe de Recomendación de la Adjudicación emitido por los delegados para realizar la evaluación de las ofertas.
- VII. Según el Acuerdo Ejecutivo 291, dado en casa Presidencial, el 16 de mayo del 2022, en el cual se acuerda: modificar el Acuerdo Ejecutivo No. 277, emitido por la Presidencia de la República el 9 de mayo de 2022, en el sentido que el Despacho de Salud, se encarga durante el período comprendido

del 20 al 29 de mayo de 2022, a la señora Viceministra de Operaciones en Salud, Ad-honorem, Doctora Karla Marina Díaz de Naves y no al señor Viceministro de Salud, Ad-Honorem, Doctor Carlos Gabriel Alvarenga Cardoza, en ausencia del señor Ministro de Salud, Ad-honorem, Doctor Francisco José Alabí Montoya, a quien se le ha encomendado el desempeño de una misión oficial en el exterior, durante el período anteriormente mencionado.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad a lo anteriormente expuesto y a las disposiciones establecidas en las Políticas para la Adquisición de bienes y Obras, financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-15, y conforme al Numeral 15 "Derecho del comprador a aceptar cualquier oferta y a rechazar todas o cualquiera de las ofertas" y numeral 16, "Adjudicación" del documento de Comparación de Precios.

RESUELVE:

a) Adjudicar el proceso de Comparación de Precios N° PRIDESII-322-CP-B-MINSAL denominado "ADQUISICIÓN DE COLPOSCOPIO, UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA, MORCELADOR, CAMILLA DE TRANSPORTE, CARRO DE CURACIONES, SILLÓN PARA DIÁLISIS, MESA GINECOLÓGICA Y PUENTE PARA HOSPITALES PRIORIZADOS DE LA RED PÚBLICA NACIONAL"; por un monto total de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$120,412.00) con impuestos incluidos, debido a que las empresas a adjudicar cumplen con las especificaciones técnicas y demás requisitos exigidos en el Documento de Comparación de Precios y el precio ofertado está dentro del presupuesto establecido, de conformidad al siguiente detalle:

1. A la empresa MINDISAL, S.A. DE C.V.: Los ítems 1, 7 Y 8 por un monto de sesenta y cinco mil trescientos noventa y seis 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$65,396.00) con impuestos incluidos.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PAIS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IMPUESTOS INCLUIDOS)	TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)
1	60303032	COLPOSCOPIO Marca: MEDGYN Modelo: AL-105Z	C/U	ESTADOS UNIDOS	3	\$ 19,880.00	\$59,640.00
7	60302525	MESA GINECOLÓGICA Marca: MINDISAL (NO IMPRESO)	C/U	EL SALVADOR	2	\$988.00	\$1,976.00
8	62704360	MESA PUENTE Marca: MINDISAL (NO IMPRESO)	C/U	EL SALVADOR	14	\$270.00	\$3,780.00
<i>Monto Total Adjudicado Con Impuestos Incluidos</i>							\$ 65,396.00

2. A la empresa EQUIMSA, S.A. DE C.V.: Los ítems 2 Y 3 por un monto de cuarenta y dos mil trescientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$42,300.00) con impuestos incluidos.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PAIS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IMPUESTOS INCLUIDOS)	TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)
2	60302251	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON APLICACIÓN DE CORTE Y SELLADO DE VASOS Marca: BOWA Modelo: ARC-350	C/U	ALEMANIA	1	\$22,500.00	\$22,500.00
3	60303807	MORCELADOR Marca: RICHARD WOLF/NOUVAG-AG Modelo: MORCE POWER PLUS/TCM 3000 BL	C/U	ALEMANIA	1	\$19,800.00	\$19,800.00
<i>Monto Total Adjudicado con Impuestos Incluidos</i>							\$42,300.00

3. A la empresa INGETEC, S.A. DE C.V.: Los ítems 4 Y 5 por un monto de doce mil setecientos dieciséis 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$12,716.00) con impuestos incluidos.

ÍTEM	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PAIS DE ORIGEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IMPUESTOS INCLUIDOS)	TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)
4	62704120	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE CON BARANDALES Marca: WOODYWELL Modelo: YSDJ03	C/U	REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	7	\$1,508.00	\$10,556.00
5	62704200	CARRO DE CURACIONES Marca: WOODYWELL Modelo: MK-ST-W7500T	C/U	REPÚBLICA POPULAR DE CHINA	4	\$540.00	\$ 2,160.00
<i>Monto Total Adjudicado con Impuestos Incluidos</i>							\$ 12,716.00

- b) **Plazo entrega de los bienes:** Los ítems N°1, N°2, N°3, se entregarán 120 días calendario después de distribuida la Orden de Compra. El ítem 4 se entregará 90 días calendario después de distribuida la Orden de Compra. Los ítems N°5, N°7 y N°8 se entregarán 75 días después de distribuida la orden de compra.
- c) **Lugar de entrega de los bienes:** El ítem N°1, (3 equipos) deberán ser entregados 2 en el Hospital Nacional de la Mujer, ubicado entre 25 Av. Sur y Calle Francisco Menéndez, Barrio Santa Anita San Salvador y 1 en el Hospital Nacional de Santa Ana, ubicado en final 1 Avenida Sur, N°1, Santa Ana. Los ítems N°2, N°3, N°4, N°5, N°7 y N°8 deberán ser entregados en el Almacén El Paraíso, ubicado en Final 6ª Calle Oriente N°1105, Colonia El Paraíso, Barrio San Esteban, San Salvador.
- d) El monto total adjudicado será cargado a la Fuente de Financiamiento Préstamos Externos, Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES, Categoría de Inversión 2. Fortalecimiento de la Red Hospitalaria. Subcategoría 2.3. Apoyo al funcionamiento de la Red Hospitalaria. Proyecto 6300. Cifrado Presupuestario: 2022-3200-3-09-02-22-3-61103.
- e) **Rechazar**, de conformidad al numeral 2.55 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15 y al numeral 15 del Documento de Comparación de Precios, por los motivos expuestos en el romano IV numeral 2 del presente documento, el ítem 1 presentado por la empresa DADA DADA Y CIA, S.A. DE C.V.; los ítems 4, 7 y 8 presentados por la empresa TECMEDIC, S.A. DE C.V.; los ítems 4, 7 y 8 presentados por la señora PATRICIA GUADALUPE FLORES GRANADOS; los ítems 4 y 8 presentados por la empresa CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V.; los ítems 4 y 8 presentados por la empresa C&M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.; los ítems 2, 4 y 5 de la empresa MINDISAL, S.A. DE C.V. y el ítem 1 presentado por la empresa EQUIMSA, S.A. DE C.V.
- f) **Declarar desierto el ítem 6**, debido a que no fue ofertado por ninguna de las empresas participantes.
- g) Elaborar las respectivas órdenes de compra, una vez esta resolución esté en firme.

NOTIFÍQUESE:



DRA. KARLA MARINA DÍAZ DE NAVES
Viceministra de Operaciones en Salud, Ad-honorem
Encargada del Despacho