

Resolución de Adjudicación N° 94/2023 ACP-UGP

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a las diez horas con treinta minutos del día veintidós de junio de dos mil veintitrés.

CONSIDERANDO QUE:

- I. De conformidad con las disposiciones establecidas en las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial” (julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto 2018), se promovió el Proceso de Solicitud de Cotización (SDC) N° RECOVID-85-RFQ-GO denominado “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE UNIDAD DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PARA EL HOSPITAL NACIONAL GENERAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL; HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO “ROSALES”, SAN SALVADOR Y HOSPITAL NACIONAL GENERAL “SAN RAFAEL”, SANTA TECLA”, fondos CONTRATO DE PRESTAMO BIRF 9229-SV, proyecto RESPUESTA DE EL SALVADOR ANTE EL COVID-19.
- II. Se señaló el día trece de enero de dos mil veintitrés hasta las quince horas con treinta minutos, para la recepción de ofertas. Sin embargo, en fecha seis de enero de dos mil veintitrés, se emitió Enmienda N°1 al Documento de Solicitud de cotización, en la cual se modificó la fecha límite para la presentación de ofertas quedando establecida para el día veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. En fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se emitió enmienda N°2 al Documento de Solicitud de cotización, en la cual se modificó la fecha para la presentación de ofertas quedando establecida para el día diez de marzo de dos mil veintitrés hasta las quince horas con treinta minutos, fecha en la que se recibieron tres ofertas, siendo éstas: 1) PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; 2) BIOMEL S.A. DE C.V. y 3). SIEMENS HEALTHCARE, S.A. lo cual consta en cuadro de recepción de ofertas, que forma parte del expediente del proceso.
- III. La Unidad Solicitante designó a las siguientes personas como encargadas de realizar la evaluación de las ofertas que se presentaran: 1) Dr. Salvador Flores Rosell Alonso, Jefe de Servicio de Radiología, Hospital Nacional Zacamil; 2) Tec. Juan Carlos Campos, Jefe de Sección Biomédica, Hospital Nacional Rosales; 3) Ing. William Alfredo Hernández, Técnico de Biomédica, Hospital Nacional San Rafael; 4) Ing. Francisco Ernesto Moya, Especialista Ingeniero Biomédico, UGPPI 5) Lic. Nelson Manuel Cubías, Especialista Financiero UGPPI; así mismo, se designó por parte de la ACP-UGP al Licenciado Abner Daniel Franco Fuentes, Consultor en Adquisiciones.
- IV. Analizadas y evaluadas las ofertas y de conformidad a las disposiciones establecidas en el Documento de Solicitud de oferta y las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto 2018, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el Informe de evaluación y recomendación de la adjudicación; recomendando al titular del MINSAL:

1. ADJUDICAR el proceso de Solicitud de Cotización (SDC) N° RECOVID-85-RFQ-GO denominado "SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE UNIDAD DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PARA EL HOPITAL NACIONAL GENERAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL; HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO "ROSALES", SAN SALVADOR Y HOSPITAL NACIONAL GENERAL "SAN RAFAEL" SANTA TECLA", por un monto total de: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$6,382,675.00) con impuestos y servicios conexos incluidos; al oferente SIEMENS HEALTHCARE, S.A. debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Solicitud de Cotización y el precio ofertado está dentro de los precios de mercado, con un plazo de entrega 180 días calendario, después de la distribución del contrato.
2. RECHAZAR las ofertas presentadas por los oferentes que se detallan a continuación por presentar desviaciones significativas:
 - 2.1 PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.: Referente al lote N° 1: EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA, en su oferta establece que lo solicitado en el numeral 7.1.19.41 programa de planeación automatizada de todas las vistas cardíacas, no aplica para el equipo ofertado.
 - Lo solicitado para el numeral 22.3, únicamente oferta el vaporizador de Enflurane, pero no el vaporizador de Isoflurane.
 - Para el numeral 23.12 oferta 100 descargas a 200 joule, se solicita un mínimo de 140 choques en 360 joules o un mínimo de 200 choques en 200 joules.
 - No incluye las funciones solicitadas para los numerales 23.14.3: Saturación de oxígeno en un rango entre 50 y 100 %, Rango del Pulso: 20 a 300 BPM; 23.14.4: Presión arterial no invasiva: sistólica: 30 a 255 mmHg, diastólica: 15 a 220 mmHg, media: 20 a 235 mmHg, precisión: ± 5 mmHg y 23.14.5: Temperatura en un rango entre 20 ° a 45 ° C (76,6 ° a 113,4 ° F) con resolución de 0,1 ° C.
 - Además, en la evaluación de la prueba documental el contrato presentado no es de bienes similares al requerido para este lote (acelerador de partícula); este equipo es para tratamiento, no para diagnóstico.
 - En relación al lote N°2: TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE, oferta para el numeral 1.5 factor de pitch de 0.516 a 1.531 se solicita de 0.5 o menor hasta 1.7 o mayor.
 - Se solicita en el numeral 3.2. tasa de disipación de calor del ánodo de 1,500 kHU por minuto o más, oferta capacidad de disipación de calor de 1,070 kHU por minuto; en el numeral 4.1.
 - Se solicita Potencia de 80 kW o mayor oferta 72 kW;
 - En el numeral 13.3 se solicita 1500 jeringas compatible con inyector suministrado, este consumible está proyectado a utilizarse en un tiempo aproximado de 24 meses, ofrece 180 Cassettes que solo se puede utilizar cada uno en un plazo de 24 Hrs, debido a que el equipo ofertado es de otra tecnología.

- Para el equipo ofertado para el Lote N°3: TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE, no cumple debido a que oferta para el numeral 1.5 factor de pitch de 0.516 a 1.531 se solicita de 0.5 o menor hasta 1.7 o mayor.
- Se solicita en el numeral 3.2. tasa de disipación de calor del ánodo de 1,500 kHU por minuto o más, oferta capacidad de disipación de calor de 1,070 kHU por minuto;
- En el numeral 4.1 se solicita Potencia de 80 kW o mayor, oferta 72 kW; en el numeral 13.3 se solicita 1500 jeringas compatible con inyector suministrado; este consumible está proyectado a utilizarse en un tiempo aproximado de 24 meses, ofrece 180 Cassettes que sólo se pueden utilizar cada uno en un plazo de 24 Hrs, debido a que el equipo ofertado es de otra tecnología.

2.2 BIOMEL, S.A. DE C.V.: Referente al Lote N° 2 TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE:

- Para el numeral 1.5 oferta factor de pitch de 0.563 a 1.400; se solicita de 0.5 o menor hasta 1.7 o mayor.
- En el numeral 1.10 se solicita campo de visión de escaneo máximo 25 cm o menos, oferta campo de visión de 320 mm equivalente a 32 cm.
- En el numeral 4.1 se solicita Potencia de 80 kW o mayor, oferta 72 kW.

En lo referente al lote N°3 TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE:

- Para el numeral 1.5 oferta factor de pitch de 0.563 a 1.400 se solicita de 0.5 o menor hasta 1.7 o mayor.
- En el numeral 1.10 se solicita campo de visión de escaneo máximo 25 cm o menos, oferta campo de visión de 320 mm equivalente a 32 cm.
- En el numeral 4.1 se solicita Potencia de 80 kW o mayor, oferta 72 Kw.
- Además de las desviaciones antes mencionadas al hacer la evaluación de la Experiencia y capacidad técnica en la cual se estableció: "El Licitante deberá proporcionar prueba documental que demuestre que cumple los siguientes requisitos de experiencia: El volumen de facturación por ventas promedio tomando los datos de los Estados Financieros 2019, 2020 y 2021 requeridos en el numeral 5. Documentos que Integran la Oferta, deberá ser equivalente, como mínimo, a: 1 vez el valor de la oferta" el resultado obtenido es menor al monto total de la oferta, por lo que NO cumple con este requisito.

3. No se recomienda la adjudicación de la oferta presentada para el lote N°4: RAYOS X DIGITAL CON FLUOROSCOPÍA por el oferente PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. debido a que, a pesar de cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas, en la comparación de los precios ofertados no resultó ser el precio evaluado más bajo.

- V. Que en el STEP (Systematic Tracking of Exchanges in Procurement) aprobado por el Banco Mundial, el proceso se identifica como revisión Previa.
- VI. En fecha tres de mayo de dos mil veintitrés, se publicó para revisión en el sistema STEP el informe de evaluación de ofertas, solicitando al mismo tiempo la No Objeción correspondiente.

VII. En fecha catorce de junio de dos mil de dos mil veintitrés, se recibió no objeción al Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación, por parte del Banco Mundial, otorgada mediante correo electrónico y publicado en el sistema STEP.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad con las disposiciones establecidas en las “Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial” (julio 2016, revisadas en noviembre 2017 y agosto de 2018), y conforme a lo establecido en el numeral 8 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, del Documento de Solicitud de Cotización.

RESUELVE:

1. ADJUDICAR el proceso de Solicitud de Cotización (SDC) N° RECOVID-85-RFQ-GO denominado “SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE UNIDAD DE RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS PARA EL HOPITAL NACIONAL GENERAL “DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ” ZACAMIL; HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO “ROSALES”, SAN SALVADOR Y HOSPITAL NACIONAL GENERAL “SAN RAFAEL” SANTA TECLA”, por un monto total de: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$6,382,675.00) con impuestos y servicios conexos incluidos; al oferente SIEMENS HEALTHCARE, S.A. debido a que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos en el Documento de Solicitud de Cotización y el precio ofertado está dentro de los precios de mercado, con un plazo de entrega 180 días calendario, después de la distribución del contrato, como se detalla a continuación:

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	MARCA	PAÍS DE ORIGEN	UNID.	CANT.	P.U.	MONTO TOTAL
1	60501300	EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA	Marca: SIEMENS Modelo: MAGNETOM sola País de Origen	ALEMANIA	C/U	1	\$2,796,839.00	\$2,796,839.00
2	60501500	TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE	Marca: SIEMENS Modelo: SOMATOM X. Cite	ALEMANIA	C/U	1	US\$1,181,386.00	US\$1,181,386.00
3	60501500	TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE	Marca: SIEMENS Modelo: SOMATOM X. Cite	ALEMANIA	C/U	1	US\$1,227,366.00	US\$1,227,366.00
4	60501250	EQUIPO DE RAYOS –X- DIGITAL PARA FLUOROSCOPIA	Marca: SIEMENS Modelo: Luminos dRF MAX	ALEMANIA	C/U	2	US\$588,542.00	US\$1,177,084.00
TOTAL A ADJUDICAR CON SERVICIOS CONEXOS E IMPUESTOS INCLUIDOS								US\$6,382,675.00

Dicho monto será cargado a la Fuente de Financiamiento: Préstamos Externos. Contrato de Préstamo BIRF 9229-SV, Categoría de Inversión 1. Componente 1, Sub componente 1.1. Adquisición de Medicamentos, Insumos y Equipo Médico. Proyecto 7500. Cifrado Presupuestario: 2023-3200-3-14-01-22-3-61103.

Detalle precio de los bienes

LOTE	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNID.	CANT.	P.U.	MONTO TOTAL
1	60501300	EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA	C/U	1	\$2,491,839.00	\$2,491,839.00
2	60501500	TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE	C/U	1	US\$1,015,986.00	US\$1,015,986.00
3	60501500	TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE	C/U	1	US\$1,018,766.00	US\$1,018,766.00
4	60501250	EQUIPO DE RAYOS –X- DIGITAL PARA FLUOROSCOPIA (Hospital Nacional General “Dr. Juan José Fernández” Zacamil	C/U	1	US\$508,192.00	US\$508,192.00
		EQUIPO DE RAYOS –X- DIGITAL PARA FLUOROSCOPIA (Hospital Nacional General “San Rafael” Santa Tecla	C/U	1	US\$518,542.00	US\$518,192.00
TOTAL PRECIO DE LOS BIENES						US\$5,552,975.00

El precio de los servicios conexos se desglosa así:

Lote	SIEMENS HEALTHCARE, S.A.	CAPACITACIÓN	MANTENIMIENTOS	PREINSTALACION Y ADECUACIÓN	SERVICIOS CONEXOS
1	EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA	US\$56,500.00	US\$13,500.00	US\$235,000.00	US\$305,000.00
2	TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE	US\$37,600.00	US\$10,800.00	US\$117,000.00	US\$165,400.00
3	TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE	US\$32,800.00	US\$10,800.00	US\$165,000.00	US\$208,600.00
4	EQUIPO DE RAYOS –X- DIGITAL PARA FLUOROSCOPIA (Hospital Nacional General “Dr. Juan José Fernández” Zacamil	US\$6,300.00	US\$4,050.00	US\$70,000.00	US\$80,350.00
	EQUIPO DE RAYOS –X- DIGITAL PARA FLUOROSCOPIA	US\$6,300.00	US\$4,050.00	US\$60,000.00	US\$70,350.00


Lote	SIEMENS HEALTHCARE, S.A.	CAPACITACIÓN	MANTENIMIENTOS	PREINSTALACION Y ADECUACIÓN	SERVICIOS CONEXOS
	(Hospital Nacional General "San Rafael" Santa Tecla				
Total, costo de los servicios conexos					US\$829,700.00

Lugar de entrega: según lista de distribución detallada a continuación:

Lote	Detalle del bien	Cantidad	Lugar de Entrega	Dirección
1	EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA	1	Hospital Nacional General "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	Calle la Ermita y Av. Castro Morán, Urbanización José Simeón Cañas, Colonia Zacamil, San Salvador
2	TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE	1	Hospital Nacional General "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	Calle la Ermita y Av. Castro Morán, Urbanización José Simeón Cañas, Colonia Zacamil, San Salvador
3	TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE	1	Hospital Nacional Especializado "Rosales"	25 avenida Norte, entre 1ª Calle Poniente y Alameda Roosevelt, San Salvador.
4	RAYOS X DIGITAL CON FLUOROSCOPIA	1	Hospital Nacional General "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	Calle la Ermita y Av. Castro Morán, Urbanización José Simeón Cañas, Colonia Zacamil, San Salvador
	RAYOS X DIGITAL CON FLUOROSCOPIA	1	Hospital Nacional General "San Rafael"	Final 4ª Calle Oriente 9-2 Santa Tecla, La Libertad.

2. RECHAZAR por no responder sustancialmente a lo solicitado en el Documento de Solicitud de Cotización, numeral 6. Análisis y Evaluación de las Ofertas, las siguientes ofertas: PROMED DE EL SALADOR, S.A. DE C.V. y BIOMEL, S.A.D E C.V. debido a las razones expuestas en el romano IV numeral 2 de este documento.
3. Elaborar el respectivo contrato.

NOTIFÍQUESE:


DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA
MINISTRO DE SALUD, AD-HONOREM

