

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

DOCUMENTOS DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DIFERENTES DE CONSULTORÍA Y/O CONEXOS, MEDIANTE EL MÉTODO DE LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL (LPN).

Adquisición de Bienes y Servicios diferentes de Consultoría y/o conexos.

País: El Salvador.

Contratante: MINISTERIO DE SALUD.

Nombre del proyecto: PROGRAMA DE SALUD INTELIGENTE E INTEGRAL.

Número del préstamo/crédito: BID-5874/OC-ES.

*Título de la Adquisición: "EQUIPO MÉDICO BÁSICO E INSTRUMENTAL PARA EL
CENTRO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE".*

Identificador: ES-L1160-P00089.

LPN N.º: MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00089.

Fecha de emisión: 24 DE JUNIO DE 2025.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Junio 2025.

PARTE 1 - PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Esta Sección proporciona información para asistir a los Oferentes en la preparación de sus ofertas y sobre la forma de presentación, apertura y evaluación de las Propuestas Técnicas y Económicas y de la Calificación de los Oferentes contenidas en las Ofertas y en el manejo adecuado del principio de confidencialidad que debe mantenerse durante todo el proceso licitatorio respecto de la información acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas y la recomendación de adjudicación, hasta que se haya comunicado a todos los Oferentes el dictamen del Comité de Evaluación de las Ofertas respecto del contenido de las mismas. Las disposiciones de la Sección I deben utilizarse sin ninguna modificación.

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Esta Sección contiene la Hoja de Datos y las disposiciones específicas de cada adquisición. Complementa a la Sección I, Instrucciones a los Oferentes.

Sección III. Criterios de Evaluación de las Ofertas y de Calificación de los Oferentes

Esta Sección detalla los Criterios de Evaluación y factores de ponderación que se utilizarán para determinar la **oferta considerada como la más ventajosa** y la Calificación de los Oferentes para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

Sección IV. Formularios de la Oferta

Esta Sección contiene los Formularios de Información sobre el/los Oferentes y Listas de Precios, de Precios y Cronograma de Cumplimiento - Servicios Conexos, de Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de Declaración de Mantenimiento de Oferta y de Autorización del Fabricante que el Oferente deberá presentar en su Oferta, según corresponda, debidamente llenados.

Sección V. Países Elegibles

Esta Sección enumera los países miembros del Banco. El Contratante verificará, previo a cada Llamado, la nómina y, eventualmente, deberá ser ajustada de acuerdo con la lista vigente.

PARTE 2 - REQUISITOS DE LOS BIENES, SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORÍA Y/O SERVICIOS CONEXOS

Sección VI. Lista de Requisitos

Esta Sección incluye la Lista de Bienes y el Plan de Entregas, la Lista de Servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos y el Cronograma de Cumplimiento y las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia, los Planos o Diseños y las Inspecciones y Pruebas que describen y definen el objeto de la licitación.

PARTE 3 - CONTRATO

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Esta Sección incluye las cláusulas generales que deberán incluirse en todos los contratos. El texto de esta Sección VII no deberá ser modificado.

Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Esta Sección incluye cláusulas específicas que son propias de cada Contrato y modifican o complementan la Sección VII, Condiciones Generales del Contrato.

Sección IX. Formularios del Contrato

Esta Sección incluye el Convenio que, una vez perfeccionado el Contrato, deberá incluir las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la Oferta seleccionada, de conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes y las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

El Adjudicatario, después de la Notificación de Adjudicación del Contrato y si son requeridos en el Pliego de bases y Condiciones de la Licitación, sólo debe perfeccionar los Formularios de Garantía de Cumplimiento del Contrato y de Garantía por Pagos de Anticipo Financiero.

Anexo I: Llamado a Licitación Pública Nacional

Al final del presente Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación se adjunta un formulario de "Llamado a Licitación Pública Nacional", para orientar su elaboración.

PARTE 1

Procedimientos de la Licitación Pública Nacional

SECCIÓN I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

En esta Sección de los documentos de licitación se proporciona la información que los Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante. También se provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las Ofertas, y sobre la adjudicación del Contrato.

Las disposiciones que rigen el desempeño del Contratista, los pagos que se efectúen en virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del Contrato no se incluyen normalmente en esta Sección, sino en la Sección VII, Condiciones Generales del Contrato (CGC), y/o en la Sección VIII, Condiciones Especiales del Contrato (CEC). En caso de que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos, habrá que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre cláusulas que se refieran al mismo asunto.

Estas Instrucciones a los Oferentes no formarán parte del Contrato y dejarán de tener vigencia una vez que éste haya sido firmado.

Índice

A. GENERALIDADES	7
1. Alcance de la Licitación Pública Nacional.....	7
2. Fuente de fondos	7
3. Prácticas prohibidas	7
4. Oferentes elegibles	11
5. Elegibilidad de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos	12
B. CONTENIDO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN	12
6. Secciones del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.....	12
7. Aclaraciones sobre el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.....	12
8. Enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación	12
C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS	13
9. Costo de la Oferta	13
10. Idioma de la Oferta	13
11. Documentos que componen la Oferta	13
12. Formularios de la Oferta y Lista de Precios	14
13. Ofertas Alternativas.....	14
14. Precios de la Oferta y Descuentos	14
15. Moneda de la Oferta.....	15
16. Documentos que establecen la elegibilidad del Oferente.....	15
17. Documentos que establecen la elegibilidad de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos.....	15
18. Documentos que establecen la conformidad de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos.....	15
19. Documentos que establecen las Calificaciones del Oferente	16
20. Período de Validez de las Ofertas.....	16
21. Garantía de Mantenimiento de la Oferta.....	17
22. Formato y firma de la Oferta	18
D. PRESENTACIÓN Y APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS.....	18
23. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas.....	18
24. Plazo para presentar las Ofertas.....	19
25. Ofertas tardías	19
26. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas	19
27. Apertura Pública de las Ofertas.....	19
E. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS	20
28. Confidencialidad.....	20
29. Aclaración de las Ofertas	20
30. Cumplimiento de las Ofertas	21
31. Diferencias, omisiones y errores	21
32. Examen preliminar de las Ofertas.....	22
33. Examen de los Términos y Condiciones. Evaluación Técnica.....	22
34. Conversión a una sola moneda.....	22
35. Preferencia Nacional	22
36. Evaluación de las Ofertas	22
37. Comparación de las Ofertas	23
38. Poscalificación del Oferente.....	23
39. Derecho del Contratante a aceptar y rechazar cualquier Oferta o todas las Ofertas.....	23

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	23
40. Criterios de Adjudicación	23
41. Derecho del Contratante a variar las cantidades en el momento de la adjudicación ...	23
42. Notificación de Adjudicación del Contrato	24
43. Firma del Contrato.....	24
44. Garantía de Cumplimiento del Contrato	24

SECCIÓN I

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO)

A. GENERALIDADES

1. Alcance de la Licitación Pública Nacional

- 1.1 El Contratante indicado en la **Sección II. Datos de la Licitación (DDL)**, emite estos Documentos de Licitación (Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional) para la Licitación Pública Nacional (LPN) identificada en la **Sección II. Datos de la Licitación (DDL)**, para la Adquisición de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos especificados en la **Sección VI, Lista de Requisitos**.

El nombre, identificación y número de Lotes, si los hubiera, estarán indicados en la **Sección II. Datos de la Licitación (DDL)**.

El suministro de bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos de cumplimiento sucesivo, estará indicado en la **Sección II. Datos de la Licitación (DDL)**, si correspondiera.

- 1.2 A todos los efectos del presente Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, el término:
- (a) *“por escrito”*, significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, vía correo electrónico, facsímile, télex), con prueba de recibido;
 - (b) *“singular”* significa *“plural”* y viceversa; si el contexto así lo requiere, y
 - (c) *“día”*, significa día calendario.

2. Fuente de fondos

- 2.1 El Prestatario **identificado en los DDL**, ha recibido el financiamiento (en adelante denominado *“fondos”*), del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado *“el Banco”*), para sufragar el costo del Programa **especificado en los DDL** y destinar una porción de dichos fondos, para abonar los pagos elegibles que corresponda efectuar en virtud del contrato de suministro de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos objeto de la presente Licitación Pública Nacional.

El Banco sólo efectuará pagos a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado *“el Contrato de Préstamo”*). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco acuerde expresamente lo contrario, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo, ni a los fondos del financiamiento del Banco.

3. Prácticas prohibidas.

- 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco¹² todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas; y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones

financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta Política, el Banco define las expresiones que se indican a continuación:

(i) *Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;*

(ii) *Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;*

(iii) *Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;*

(iv) *Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;*

(v) *Una práctica obstructiva consiste en*

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID;

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o

iii) actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo, o sus derechos de acceso a la información; y

(vi) *La apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.*

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:

(i) *No financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco;*

(ii) *Suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;*

(iii) *Declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;*

- (iv) Emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;*
- (v) Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado¹³ subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;*
- (vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; o*
- (vii) Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.*
- (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.
- (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.
- (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra institución financiera internacional concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una institución financiera internacional aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.
- (f) El Banco requiere que en los documentos de licitación y los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco se incluya una disposición que exija que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Bajo esta política, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco requerirá asimismo que se incluya en contratos financiados con un préstamo o donación del Banco una disposición que obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios a (i) conservar todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; (ii) entregar cualquier documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder

a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.

- (g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoría directamente de una agencia especializada, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3.10, en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3.1 (b) relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se apliquen íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

- (a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas, que constan en este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;
- (b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;
- (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;
- (d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;
- (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;
- (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;
- (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b).

4. Oferentes elegibles

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si:

- (a) Las firmas de un país o los bienes producidos en un país pueden ser excluidos si, (i) las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel país, a condición de que se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá la competencia efectiva respecto al suministro de los bienes o la construcción de las obras de que se trate, o (ii) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas del país Prestatario prohíbe la importación de bienes del país en cuestión o pagos de cualquier naturaleza a ese país, a una persona o una entidad. Cuando se trate de que el país del Prestatario, en cumplimiento de este mandato, prohíba pagos a una firma o compras de bienes en particular, esta firma puede ser excluida.
- (b) Toda firma (incluidos sus accionistas, directores ejecutivos y personal clave) contratada por el Prestatario para proveer servicios de consultoría respecto de la preparación o ejecución de un proyecto, al igual que su matriz y todas sus filiales, quedará descalificada para suministrar bienes o construir obras o servicios que resulten directamente relacionados con los servicios de consultoría para la preparación o ejecución. Esta disposición no se aplica a las diversas firmas (consultores, contratistas o proveedores) que conjuntamente estén cumpliendo las obligaciones del contratista en virtud de un contrato llave en mano o de un contrato de diseño y construcción.
- (c) Toda firma (incluidos sus accionistas, directores ejecutivos y personal clave) que tenga una relación de negocios, incluida una relación de empleo u otro arreglo financiero, antes o durante la ejecución del contrato, una relación familiar o personal con un miembro del personal, consultor, empresa de consultoría del Prestatario o personal del Banco que participe directa o indirectamente en (i) la preparación de las especificaciones técnicas o una actividad equivalente; (ii) el proceso de licitación del contrato; o (iii) la supervisión del contrato, puede quedar excluida de la adjudicación del contrato, a menos que el conflicto derivado de esa relación se haya divulgado y resuelto de manera aceptable para el Banco a lo largo del proceso de selección y de la ejecución del contrato.
- (d) Las empresas estatales del país del Prestatario podrán participar solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) funcionan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de entidades del Prestatario o Subprestatario.
- (e) Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los incisos (b)(v) y (e) párrafo 1.16 de las Políticas de Adquisición de bienes y obras GN 2349-15, relativos a Prácticas Prohibidas, o que otra institución financiera internacional declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones será inelegible para la adjudicación o derivación de beneficio alguno, financiero o de cualquier otra índole, de un contrato financiado por el Banco durante el período que el Banco determine.

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos:

- (a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros

documentos que se utilizarán en la licitación para la contratación de las obras y/o adquisición de bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o

(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la cláusula 18 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta.

4.3. Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

5. Elegibilidad de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos

5.1 Todos los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco de acuerdo con la Sección V. Países Elegibles, con la excepción de los casos indicados en Cláusula 4.1 (a) y (b).

5.2 Para propósitos de esta cláusula, el término "*Bienes*" incluye mercaderías, materias primas, maquinaria, equipos y plantas industriales y "*Servicios Conexos*" o "*Servicios diferentes de Consultoría*" incluyen servicios tales como transporte, seguros, instalaciones, puesta en servicio, capacitación y mantenimiento inicial.

5.3 Los criterios para determinar el Origen de los Bienes y los Servicios Conexos se encuentran indicados en Sección V. Países Elegibles.

B. CONTENIDO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN

6. Secciones del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación

6.1 El Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación está compuesto por las Partes 1, 2, y 3 incluidas sus respectivas Secciones que se indicaron en la sección "Contenido del Pliego" y que deben ser leídas en conjunto con cualquier enmienda emitida en virtud de la Cláusula 8 de las IAO.

6.2 El Llamado a Licitación Pública Nacional emitido por el Contratante no forma parte del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.

6.3 Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios, términos y especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.

7. Aclaraciones sobre el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación

7.1 Todo potencial Oferente que requiera alguna aclaración sobre el contenido del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación deberá comunicarse con el Contratante por escrito a la dirección del Contratante que se **suministra en los DDL**. El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba el Contratante por lo menos 21 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Se publicarán las aclaraciones en los mismos medios en donde se publicó el Llamado a Licitación y se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos los que solicitaron aclaraciones al del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. Si el Contratante, como resultado de las aclaraciones, considerara necesario enmendar el contenido del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la Cláusula 8 y la Subcláusula 24.2, de las IAO.

8. Enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación

8.1 El Contratante podrá, en cualquier momento y siempre antes del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, enmendar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación mediante la emisión de una enmienda.

8.2 Toda enmienda emitida formará parte integral del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación y se publicarán en los mismos medios en donde se publicó el Llamado a Licitación, también será comunicada por escrito a todos los que solicitaron aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones

de la Licitación. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

- 8.3 El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de las ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan preparar sus ofertas tomando en cuenta las enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, de conformidad con la Subcláusula 24.2 de las IAO.

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

9. Costo de la Oferta

- 9.1 El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su Oferta y el Contratante, en ningún caso, estará sujeto o será responsable por dichos costos, independientemente de la modalidad o el resultado del proceso de Licitación Pública Nacional.

10. Idioma de la Oferta

- 10.1 La Oferta y toda la correspondencia y documentos relativos a la Oferta intercambiados entre el Oferente y el Contratante deberán ser escritos en el idioma que se **especifica en los DDL**.
- 10.2 Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de la Oferta pueden estar en otro idioma que se **especifica en los DDL**, con la condición de estar acompañados de una traducción fidedigna al idioma **especificado en la IAO 10.1 de los DDL**. A los fines de la interpretación de la oferta prevalecerá la documentación en el idioma original.

11. Documentos que componen la Oferta

- 11.1 La Oferta estará compuesta de todos los documentos indicados en esta Subcláusula y se presentará en un único sobre cerrado en forma inviolable y en el que se enviarán los sobres debidamente identificados como "ORIGINAL" y "COPIA".
- (a) Formulario de Información sobre el Oferente o sobre los Miembros de la APCA, si correspondiera;
 - (b) Poder que autorice al firmante de la Oferta a comprometer al Oferente, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO;
 - (c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO;
 - (d) Formulario de Oferta y Lista de Precios, de conformidad con las Cláusulas 12, 14 y 15 de las IAO;
 - (e) Evidencia documentada mediante la cual el Oferente demuestre que:
 - i) es elegible para efectuar la presentación de una Oferta en esta Licitación Pública Nacional, de conformidad con la Cláusula 16 de las IAO,
 - ii) el Origen de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos propuestos es elegible, de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO;
 - iii) los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos propuestos se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO;
 - iv) los repuestos y herramientas especiales para el funcionamiento correcto de los Bienes están disponibles, de conformidad con las Cláusulas 18 y 30 de las IAO;
 - v) sus calificaciones son suficientes para ejecutar el Contrato si su Oferta fuera aceptada y eventualmente, la autorización del fabricante si así **se estipula en los DDL**, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO, y
 - (f) Cualquier otro documento **requerido en los DDL**.

12. Formularios de la Oferta y Lista de Precios

- 12.1 El Oferente presentará su Oferta utilizando el formulario suministrado en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Este formulario deberá ser debidamente llenado sin alterar su forma y no se aceptarán sustitutos. Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la información solicitada.
- 12.2 El Oferente presentará la Lista de Precios de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos, según corresponda a su origen y utilizando los formularios suministrados en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

13. Ofertas Alternativas

- 13.1 No se considerarán ofertas técnicas alternativas, **a menos que se indique lo contrario en los DDL**. La presentación de alternativas de plazo de entrega del Bien o técnicas debidamente justificadas por el Oferente en mejor desempeño, mayor productividad y menores costos de operación y mantenimiento del Bien, así como en la disponibilidad de repuestos y servicios en el país Prestatario durante el período de post-venta y garantía, no eximirá al Oferente de la presentación de la Oferta Básica especificada en el presente Pliego de Bases y Condiciones de Licitación. El Contratante podrá rechazar las ofertas alternativas que no estén acompañadas de la Oferta Básica. Las Ofertas Alternativas que sean aceptables para el Contratante serán consideradas en un pie de igualdad con las Ofertas Básicas presentadas.
- 13.2 Las metodologías de evaluación de las alternativas de Plazo de Entrega y/o Técnicas **especificadas en los DDL** y descriptas en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, están relacionadas con el plazo estipulado en el presente Pliego de Bases y Condiciones de Licitación y la documentación que justifica y respalda los méritos de la alternativa técnica presentada por el Oferente.

14. Precios de la Oferta y Descuentos

- 14.1 Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de la Oferta y en la Lista de Precios deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación.
- 14.2 Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Lista de Precios.
- 14.3 El precio cotizado en el Formulario de Presentación de la Oferta deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca.
- 14.4 El Oferente cotizará cualquier descuento incondicional e indicará claramente su método de aplicación en el Formulario de Presentación de la Oferta.
- 14.5 El precio cotizado en el Formulario de la Oferta deberá ser el Precio Total de la Oferta. El precio de los bienes al sitio del Proyecto o sitio de Entrega incluye todos los costos de transporte, seguros, almacenamiento, impuestos y tasas de aduana, bodegaje, desaduanización si son bienes importados, todos los impuestos aplicables de conformidad con la Ley Tributaria vigente, incluido el impuesto al valor agregado, y de corresponder todos los costos de instalación y puesta en marcha, pruebas y cualquier otro costo que pueda tener incidencia directa o indirecta sobre el precio de los bienes requerido, es decir absolutamente todo lo necesario para la entrega de bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos a plena satisfacción del Contratante. El Proveedor debe cumplir a cabalidad con sus obligaciones contractuales y entregar los bienes en el sitio de entrega, estando a su cargo exclusivamente todos los costos directos e indirectos en que se incurra para la entrega de bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos a destino final.
- 14.6 Los precios deberán cotizarse como se indica en cada formulario de Lista de Precios incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta. El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar al Contratante la comparación de las ofertas. Esto no limitará de ninguna manera el derecho del Contratante para contratar bajo cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar los precios, el Oferente podrá incluir costos de transporte cotizados por empresas transportadoras registradas en cualquier país elegible, de conformidad

con la Sección V. Países Elegibles. Así mismo, el Oferente podrá adquirir servicios de seguros de cualquier país elegible de conformidad con la Sección V. Países Elegibles.

14.7 Los precios indicados en la Lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

- (i). el precio de los bienes cotizados entregados en el lugar de destino convenido en el país del Contratante **especificado en los DDL**, incluyendo todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;
- (ii). el impuesto al valor agregado que obligue el Prestatario a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Oferente.
- (iii). el precio de otros servicios conexos si los hubiere,
- (iv). el impuesto al valor agregado sobre los otros servicios conexos.

14.8 Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, **salvo indicación contraria en los DDL**. Una oferta presentada con precios ajustables no responde a lo solicitado y, en consecuencia, será rechazada de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO. Sin embargo, **si de acuerdo con lo indicado en los DDL**, los precios cotizados por el Oferente pueden ser ajustables durante la ejecución del Contrato, las ofertas que coticen precios fijos no serán rechazadas, y el ajuste de los precios se tratará como si fuera cero.

14.9 Si así se indica en la Subcláusula 1.1 de las IAO, el Llamado a Licitación será por ofertas para contratos individuales (lotes) o para combinación de contratos (grupos). **A menos que se indique lo contrario en los DDL**, los precios cotizados deberán corresponder al 100% de los artículos (bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos) indicados en cada lote y al 100% de las cantidades indicadas para cada artículo de un lote. Los Oferentes que deseen ofrecer reducción de precios (descuentos) por la adjudicación de más de un Contrato deberán indicar en su oferta los descuentos aplicables, los que no deberán ser condicionados y deberán explicar claramente el explicando su método de aplicación, de conformidad con la Subcláusula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las ofertas por todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo tiempo.

15. Moneda de la Oferta

15.1 El Oferente deberá realizar la cotización en la moneda del país del Contratante **según se especifica en los DDL**.

16. Documentos que establecen la elegibilidad del Oferente

16.1 Para establecer su elegibilidad los Oferentes, de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO, deberán suministrar toda la información requerida en el Formulario de Información sobre el Oferente o de Información sobre los Miembros de la APCA, según corresponda, incluidos en la Sección IV. Formularios de la Oferta.

17. Documentos que establecen la elegibilidad de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos

17.1 Con el objeto de establecer la elegibilidad de bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos, de conformidad con la Cláusula 5 de las IAO, los Oferentes deberán completar las declaraciones sobre el país de origen de todos los Bienes propuestos en su Oferta, en los Formularios Lista de Precios de Bienes, incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

18. Documentos que establecen la conformidad de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos

18.1 Los Oferentes, con el fin de establecer la conformidad de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos propuestos en su Oferta, deberán proporcionar evidencia

documentada acreditando que éstos cumplen con las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia y estándares especificados en la Sección VI. Lista de Requisitos.

- 18.2 La evidencia documentada puede ser presentada en forma de literatura impresa, planos o datos y deberá incluir una descripción detallada de las características esenciales técnicas y de funcionamiento de cada artículo propuesto, demostrando conformidad sustancial de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos con las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia. Incluirán, de ser procedente, una declaración de las variaciones y excepciones a las provisiones fijadas en la Sección VI. Lista de Requisitos.
- 18.3 Los Oferentes también deberán proporcionar una Lista detallada sobre la disponibilidad y los precios actuales de los repuestos, herramientas especiales, etc., necesarias para el adecuado y continuo funcionamiento de los Bienes durante el período **indicado en los DDL**, a partir del inicio de la utilización de los Bienes por el Contratante.
- 18.4 Las normas de fabricación, procesamiento, material y equipo, así como las referencias a marcas o números de catálogos (si las hubiere) que el Contratante incluye en la Sección VI. Lista de Requerimientos, son solamente descriptivas y no restrictivas. Los Oferentes pueden ofrecer otras normas de calidad, marcas y/o números de catálogos siempre y cuando demuestren, a satisfacción del Contratante, que las substituciones son sustancialmente equivalentes o superiores a las especificadas en este Pliego de Bases y Condiciones, en la Parte 2. Requisitos de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos.

19. Documentos que establecen las Calificaciones del Oferente

- 19.1 La evidencia documentada de las Calificaciones del Oferente para ejecutar el Contrato, si su Oferta es aceptada, deberá establecer a completa satisfacción del Contratante, que:
 - (a) el Oferente cumple con todos y cada uno de los Requisitos estipulados para su Calificación en la Sección III, Criterios de Evaluación de las Ofertas y de Calificación de los Oferentes;
 - (b) el Oferente que no fabrique o produzca los Bienes a ser suministrados en el país del Contratante deberá presentar, **si se requiere en los DDL**, una Autorización del Fabricante mediante el Formulario incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta, y
 - (c) el Oferente que no esté establecido comercialmente en el país del Contratante, **si se requiere en los DDL**, deberá estar o estará representado en el país del Contratante (si se le adjudica el contrato), por un Agente con capacidad para cumplir las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos, estipuladas en las Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia.

20. Período de Validez de las Ofertas

- 20.1 Las ofertas se deberán mantener válidas por el período **determinado en los DDL**, contado a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecida por el Contratante. Toda oferta con período de validez menor será rechazada por el Contratante, por incumplimiento.
- 20.2 Este periodo de validez implicará las siguientes obligaciones por parte del Oferente durante dicho plazo:
 - (a) mantener inalterables el precio de la oferta y las demás condiciones de su oferta;
 - (b) no retirar la oferta en el intervalo entre el vencimiento del plazo para la presentación de ofertas y la fecha de vencimiento de la validez estipulado por él en el formulario de oferta;
 - (c) aceptar la corrección de errores aritméticos de su oferta, en caso de existir, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO;
 - (d) firmar el contrato conforme a la cláusula 43 de las IAO, en caso de ser adjudicado; y
 - (e) suministrar la garantía de cumplimiento de contrato, en caso de ser adjudicado, de conformidad con la cláusula 44 de las IAO.

- 20.3 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de Validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitarle a los Oferentes que extiendan el período de la validez de sus ofertas. Las solicitudes y las respuestas serán por escrito. Si se hubiera solicitado una Garantía o Declaración de Mantenimiento de Oferta, de acuerdo a la Cláusula 21 de las IAO, ésta también deberá ser prorrogada por el período correspondiente.

Un Oferente puede rehusar a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía o Declaración de Mantenimiento de la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas, con excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 20.3 de las IAO.

- 20.4 En el caso de contratos con precio fijo, si la adjudicación se retrasase por un período mayor a cincuenta y seis (56) días a partir del vencimiento del plazo inicial de Validez de la Oferta, el precio del Contrato será ajustado mediante la aplicación de un factor que será especificado en la solicitud de prórroga. La evaluación de la oferta deberá basarse en el precio cotizado, sin tomar en cuenta el ajuste mencionado.

21. Garantía de Mantenimiento de la Oferta

- 21.1 El Oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Garantía de la Oferta, si así se **estipula en los DDL**.

- 21.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma **estipulada en los DDL** y denominada en la moneda del país del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier otra moneda de libre convertibilidad, y deberá:

- (a) a opción del Oferente, adoptar la forma de una carta de crédito, o una garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o una fianza emitida por una aseguradora;
- (b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente y ubicada en un país elegible. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país del Contratante, deberá tener una sucursal financiera en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía;
- (c) estar sustancialmente de acuerdo con alguno de los formularios de la Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección IV, Formularios de la Oferta, u otro formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la oferta;
- (d) ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 21.5 de las IAO.
- (e) ser presentada en original; no se aceptarán copias;
- (f) permanecer válida por un período de 28 días posteriores a la fecha límite de la validez de las ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 20.2 de las IAO; (a)

- 21.3 Si la Subcláusula 21.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las ofertas que no estén acompañadas por una Garantía que sustancialmente responda a lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

- 21.4 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan pronto como sea posible una vez que el Oferente adjudicado haya suministrado su Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO.

- 21.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si:

- (a) un Oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Oferta, salvo a lo estipulado en la Subcláusula 20.2 de las IAO; o
- (b) si el Oferente seleccionado no:

- (i) firma el Contrato de conformidad con la Cláusula 43 de las IAO;
- (ii) suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO;

21.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una Asociación en Participación o Consorcio deberá ser emitida en nombre de la Asociación en Participación o Consorcio que presenta la oferta. Si dicha Asociación o Consorcio no ha sido legalmente constituido en el momento de presentar la oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos los futuros socios de la Asociación o Consorcio tal como se denominan en la carta de intención mencionada en el subpárrafo 7 del Formulario de Información sobre el Oferente, incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta.

21.7. Si **en los DDL** no se exige una Garantía de Mantenimiento de Oferta, y

- (a) un Oferente retira su Oferta durante el período de tiempo de validez señalado por él en la Carta de la Oferta, con excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 20.2 de las IAO o
- (b) el Oferente seleccionado no firma el Contrato de conformidad con la Cláusula 43 de las IAO, o no suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO;

El Prestatario podrá, **si así se dispone en los DDL**, declarar al Oferente no elegible para la adjudicación de un contrato por parte del Contratante durante el período que se **estipule en los DDL**.

22. Formato y firma de la Oferta

- 22.1 El Oferente preparará un original de los documentos comprenden la Oferta, según se describe y especifica en las Subcláusula 11.1 de las IAO, así como la **IAO 11.1 de los DDL**, y lo marcará claramente como "ORIGINAL". Además, el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se **indica en los DDL** y marcar claramente cada ejemplar como "COPIA". En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el texto de copias.
- 22.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y estar firmadas por la persona autorizada para firmar en nombre del Oferente.
- 22.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

D. PRESENTACIÓN Y APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS

23. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas

- 23.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus ofertas por correo¹ o entregarlas personalmente y tendrán la opción de presentar sus ofertas electrónicamente, **si así se indica en los DDL**.
 - (a) Los Oferentes que presenten sus Ofertas personalmente o por correo incluirán el original y cada copia de la Oferta, inclusive ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las IAO, en sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como "ORIGINAL" y "COPIA". Los sobres que contengan el original y las copias serán incluidos a su vez en un sobre único. El resto del procedimiento será llevar a cabo de conformidad con lo estipulado en las Subcláusulas 23.2 y 23.3 de las IAO.
 - (b) Los Oferentes que presenten sus ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos **indicados en los DDL**, para la presentación de dichas Ofertas.
- 23.2 Los sobres interiores y el Sobre exterior que los contiene, deberán:
 - (a) llevar el nombre y la dirección del Oferente;

¹ No se refiere a correo electrónico sino a servicios de courier.

- (b) estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección indicada en la **IAO 24.1 de los DDL**;
- (c) llevar la identificación específica del proceso de Licitación Pública indicado en la Subcláusula 1.1 d) de las IAO **y cualquier otra identificación indicada en los DDL**, y
- (d) llevar una advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de Apertura de las Ofertas especificadas de conformidad con la Subcláusula 27.1 de las IAO.

23.3 Si los Sobres exteriores no están sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se responsabilizará si la Oferta se extravía o es abierta en forma prematura.

24. Plazo para presentar las Ofertas

24.1 La dirección y fecha y hora límite fijadas por el Contratante para la recepción de las Ofertas, **se indican en los DDL**.

24.2 El Contratante podrá extender, a su discreción, el plazo para la presentación de las Ofertas mediante una enmienda al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, de conformidad con la Cláusula 8 de las IAO y en este caso, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada todos los derechos y obligaciones del Contratante y los Oferentes, sujetos previamente a la fecha límite original para presentar las Ofertas.

25. Ofertas tardías

25.1 El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la fecha y hora límite fijada en la **IAO 24.1 de los DDL** para la presentación de las Ofertas. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo límite para la presentación de las Ofertas, será declarada tardía y rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

26. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas

26.1 Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de comunicación por escrito, de conformidad con la Cláusula 26 de las IAO, debidamente firmada por un representante autorizado y deberá incluir una copia de dicha autorización de conformidad con lo estipulado en la Subcláusula 22.2, con excepción de la comunicación de retiro que no requiere copias. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito. Todas las comunicaciones referidas a este proceso deberán ser:

- (a) presentadas de conformidad con las Cláusulas 22 y 23 de las IAO, con excepción de la comunicación de retiro que no requiere copias y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados "Retiro", "Sustitución" o "Modificación", y
- (b) recibidas por el Contratante antes de la fecha y hora límite fijadas para la presentación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 24 de las IAO.

26.2 Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Subcláusula 26.1 de las IAO, serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

26.3 Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para la presentación de Ofertas y la expiración del período de Validez de las Ofertas indicado por el Oferente en el Formulario de la Oferta o cualquier extensión, si la hubiese.

27. Apertura Pública de las Ofertas

27.1 El Contratante llevará a cabo el Acto público de Apertura de Ofertas en la dirección, fecha y hora **establecidas en los DDL**. El procedimiento para la Apertura de Ofertas presentadas electrónicamente, si fueron permitidas, de conformidad con la Subcláusula 23.1 inciso b) de las IAO, **estará indicado en los DDL**.

27.2 Primero se abrirán los sobres marcados como "RETIRO" y se leerán en voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de

Ofertas. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la Oferta correspondiente que está siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución de Oferta a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de Ofertas.

Los sobres marcados como "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de Ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de Ofertas.

- 27.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; los Precios de la Oferta, incluyendo cualquier descuento u Ofertas alternativas; la existencia de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente. Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en la evaluación. Ninguna Oferta será rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las ofertas tardías, de conformidad con la Subcláusula 25.1 de las IAO.
- 27.4 El Contratante preparará un Acta del acto de Apertura de Ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por Lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se requería. Se solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia. Una copia del Acta será distribuida a los Oferentes que presentaron sus ofertas a tiempo y será publicado en línea si fue permitido ofertar electrónicamente.

E. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS

28. Confidencialidad

- 28.1 No se divulgará información a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, acerca de la verificación, análisis, evaluación, comparación de Ofertas y poscalificación de los oferentes, ni sobre el proceso relacionado con la aclaración de las Ofertas o sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación.
- 28.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en la Evaluación de las Ofertas y Calificación de los Oferentes o en la Adjudicación del Contrato, podrá resultar en el rechazo de su Oferta.
- 28.3 No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 28.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido entre el acto de Apertura de las Ofertas y la fecha de Adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso licitatorio, en todos los casos deberá hacerlo por escrito.

29. Aclaración de las Ofertas

- 29.1 Para facilitar el proceso de revisión, evaluación y comparación de las Ofertas y poscalificación de los oferentes, el Contratante podrá solicitar, a su discreción, a cualquier Oferente aclaraciones sobre el contenido de su Oferta. No se considerarán aclaraciones presentadas por los Oferentes cuando éstas no sean en respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración por el Contratante y la respuesta del Oferente deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios o en la esencia de las Ofertas, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la Evaluación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.

30. Cumplimiento de las Ofertas

30.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, el Contratante se basará en el contenido de la propia Oferta.

30.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación es la Oferta que satisface la totalidad de los términos, condiciones y Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia estipuladas en dicho documento sin desviaciones, reservas u omisiones significativas.

Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos especificados en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación; o

(b) limita de una manera sustancial, contraria a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, los derechos del Contratante u obligaciones del Oferente en virtud del Contrato, o

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.

30.3 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, deberá ser rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante correcciones de las desviaciones, reservas u omisiones significativas.

31. Diferencias, omisiones y errores

31.1 Si una Oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, el Contratante podrá dispensar alguna diferencia u omisión cuando ésta no constituya una desviación significativa.

31.2 Cuando una Oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, el Contratante podrá solicitarle al Oferente que presente dentro de un plazo razonable, información o documentación necesaria para rectificar diferencias u omisiones relacionadas con requisitos no significativos de documentación. Dichas omisiones no podrán estar relacionadas con ningún aspecto esencial del Precio de la Oferta o de los requisitos especificados para los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos y la Calificación de los Oferentes. Si el Oferente no cumple con la petición, su oferta podrá ser rechazada.

31.3 Para permitir que la Oferta cumpla sustancialmente con el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, el Contratante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera:

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se ha obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad correspondientes, prevalecerá el precio unitario y se corregirá el precio total, a menos que, a juicio del Contratante, hubiera un error evidente en la expresión del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán sobre el total y este último deberá ajustarse;

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que este último corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras, de conformidad con los párrafos (a) y (b) precedentes.

31.4 Si el Oferente que presentó la **oferta considerada como la más ventajosa** no acepta la corrección de los errores subsanables, su Oferta será rechazada.

32. Examen preliminar de las Ofertas

- 32.1 El Contratante examinará todas las Ofertas para confirmar que todos los documentos y la documentación técnica solicitada en la Cláusula 11 de las IAO y la **IAO 11.1 de los DDL**, han sido suministrados y determinará si cada documento entregado está completo.
- 32.2 El Contratante confirmará que los siguientes documentos e información han sido proporcionados con la Oferta. Si cualquiera de estos documentos o información faltara, la Oferta será rechazada.
- (a) Formulario de Oferta, de conformidad con la Subcláusula 12.1 de las IAO;
 - (b) Lista de Precios, de conformidad con la Subcláusula 12.2 de las IAO; y
 - (c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO, si corresponde.

33. Examen de los Términos y Condiciones. Evaluación Técnica

- 33.1 El Contratante examinará todas las Ofertas para confirmar que todas las estipulaciones y condiciones de las CGC y de las CEC han sido aceptadas por el Oferente sin desviaciones, reservas u omisiones significativas.
- 33.2 El Contratante evaluará los aspectos técnicos de la Oferta presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAO, para confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección VI, Lista de Requisitos, han sido cumplidos sin ninguna desviación o reserva significativa.
- 33.3 Si después de haber examinado los términos y condiciones y efectuada la evaluación técnica, el Contratante establece que la Oferta no se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación, de conformidad con la Cláusula 30 de las IAO, la Oferta será rechazada.

34. Conversión a una sola moneda

- 34.1 La evaluación de ofertas se realizará en la moneda **establecida en la IAO 10.1 de los DDL**.

35. Preferencia Nacional

- 35.1 La Preferencia Nacional no será un factor de evaluación.

36. Evaluación de las Ofertas

- 36.1 El Contratante evaluará todas las ofertas que se determine que hasta esta etapa de la evaluación se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.
- 36.2 Para evaluar las ofertas el Contratante utilizará únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en la Cláusula 36 de las IAO. No se permitirá la aplicación de ningún otro factor, metodología o criterio.
- 36.3 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerará lo siguiente:
- (a) la evaluación se hará por artículos (bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos) o Lotes de la manera como **se especifique en los DDL**; el Precio cotizado, de conformidad con la Cláusula 14 de las IAO;
 - (b) el ajuste del Precio por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la Subcláusula 31.3 de las IAO;
 - (c) el ajuste del Precio debido a descuentos ofrecidos, de conformidad con la Subcláusula 14.4 de las IAO;
 - (d) ajustes debidos a la aplicación de los criterios de evaluación **especificados en los DDL**, de entre los indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación;
 - (e) ajustes debidos a la aplicación de un Margen de Preferencia, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 35 de las IAO.

36.4 La evaluación de una Oferta requerirá que el Contratante considere otros factores, además del Precio cotizado, de conformidad con la Cláusula 14 de las IAO. Estos factores estarán relacionados con las características, rendimiento, términos y condiciones de la compra de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos. El efecto de los factores seleccionados, si los hubiere, se expresarán en términos monetarios para facilitar la Comparación de las Ofertas, a menos que se indique lo contrario en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Los factores, metodologías y criterios que se apliquen serán los especificados en la Subcláusula 36.3 (d) de las IAO.

36.5 Si así se **indica en los DDL**, estos Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación permitirán que los Oferentes coticen Precios separados por uno o más Lotes y permitirán que el Contratante adjudique uno o varios Lotes a más de un Oferente. La metodología de evaluación para determinar la combinación de Lotes evaluada como la más baja, está detallada en la Sección III, Criterios de Evaluación de las Ofertas y Calificación de los Oferentes.

37. Comparación de las Ofertas

37.1 El Contratante comparará todas las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, para determinar la **oferta considerada como la más ventajosa**, de conformidad con la Cláusula 36 de las IAO.

38. Poscalificación del Oferente

38.1 El Contratante determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente que ha presentado la **oferta considerada como la más ventajosa** y cumplido sustancialmente con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

38.2 Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia documentada de las calificaciones del Oferente que éste ha presentado, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO.

38.3 Una determinación afirmativa será un requisito previo para la adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Oferente, en cuyo caso el Contratante procederá a determinar si el Oferente que presentó la siguiente **oferta considerada como la más ventajosa** y cumplido sustancialmente con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.

39. Derecho del Contratante a aceptar y rechazar cualquier Oferta o todas las Ofertas

39.1 El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso licitatorio y rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de adjudicar el Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes.

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

40. Criterios de Adjudicación

40.1 El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente cuya Oferta haya sido determinada la **oferta considerada como la más ventajosa** y cumple sustancialmente con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, siempre y cuando el Contratante determine que el Oferente está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

41. Derecho del Contratante a variar las cantidades en el momento de la adjudicación

41.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Contratante se reserva el derecho a aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes y/ o Servicios Conexos especificados originalmente en la Sección VI, Lista de Requerimientos, siempre y cuando esta variación no exceda las cantidades **indicadas en los DDL** y no altere los Precios Unitarios u otros términos y condiciones de la Oferta y el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.

42. Notificación de Adjudicación del Contrato

- 42.1 Antes de la expiración del período de Validez de las Ofertas, el Contratante notificará por escrito al Oferente seleccionado que su Oferta ha sido aceptada.
- 42.2. El Contratante notificará por escrito a los oferentes los resultados de la evaluación y adjudicación del contrato y publicará los resultados de la licitación en los mismos medios en donde se publicó el Llamado a Licitación, identificando la oferta y número de lotes y la siguiente información: (i) nombre de todos los Oferentes que presentaron ofertas; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las ofertas; (iii) nombre de los Oferentes cuyas ofertas fueron evaluadas y precios evaluados de cada oferta; (iv) nombre de los Oferentes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del Contrato adjudicado. Después de la publicación de la adjudicación del Contrato, los Oferentes no favorecidos podrán solicitar por escrito al Contratante explicaciones de las razones por las cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante, después de la adjudicación del Contrato, responderá prontamente y por escrito a cualquier Oferente no favorecido que solicite dichas explicaciones.
- 42.3. Cuando el Oferente seleccionado suministre el formulario del Contrato suscrito y la garantía de cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO, el Contratante informará inmediatamente a cada uno de los Oferentes no seleccionados y les devolverá su garantía de oferta, de conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO.

43. Firma del Contrato

- 43.1 Inmediatamente después de la notificación de adjudicación, el Contratante enviará al Oferente seleccionado el Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato.
- 43.2. **Salvo otra disposición en los DDL**, el Oferente seleccionado tendrá un plazo de 10 días después de la fecha de recibo del formulario del Contrato para firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante. Para dicho efecto, dentro del término de los 8 días siguientes a la fecha de la notificación de adjudicación, entregará al Contratante todos los documentos requeridos previamente a la suscripción del contrato, tal como se **detallan en los DDL**.
- 43.3. Cuando el Oferente seleccionado suministre el Contrato firmado y la garantía de cumplimiento de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO, el Contratante informará inmediatamente a cada uno de los Oferentes no seleccionados y les devolverá su garantía de Mantenimiento de la oferta, de conformidad con la Cláusula 21.4 de las IAO.

44. Garantía de Cumplimiento del Contrato

- 44.1 Dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la notificación de adjudicación de parte del Contratante, el Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, de conformidad con las CGC, utilizando para dicho propósito el formulario de Garantía de Cumplimiento de Contrato incluido en la Sección IX, Formularios del Contrato u otro formulario aceptable para el Contratante.
- 44.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentación de la Garantía de Cumplimiento mencionada anteriormente o no firma el Contrato, esto constituirá bases suficientes para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el Contratante podrá adjudicar el Contrato al Oferente calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente cuya oferta sea evaluada como la siguiente más baja y se ajuste sustancialmente a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación y que el Contratante determine que está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

SECCIÓN II.

DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

Los Datos específicos que se presentan a continuación sobre los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos que hayan de adquirirse, complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). Las estipulaciones aquí contenidas prevalecerán sobre las disposiciones en las IAO.

Cláusula IAO	A. Disposiciones Generales.			
IAO 1.1	<p>El Contratante es: MINISTERIO DE SALUD.</p> <p>El nombre y número de identificación de la LPN son: "EQUIPO MÉDICO BÁSICO E INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES". n.º MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00089.</p>			
	El número, identificación y nombre de los artículos que comprenden esta LPN son:			
	Los artículos que comprenden esta LPN se detallan a continuación:			
	Art. n.º	Descripción del Bien	Cantidad	Plazo Entrega (días calendario)
	1	BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO	15	120 días calendario a partir de un día después de la distribución del contrato.
	2	BÁSCULA DIGITAL CON ANALIZADOR DE COMPOSICION DEL CUERPO	1	
	3	BÁSCULA DE PISO, ESTANDAR	1	
	4	NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO	6	
	5	SET DE DIAGNÓSTICO	6	
	6	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	2	
	7	OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO DE DEDO	6	
	8	TENSIÓMETRO DIGITAL DE MESA PARA ADULTO	18	
	9	TERMÓMETRO INFRARROJO SIN TACTO, PARA TEMPERATURA CORPORAL	5	
	10	LÁMPARA DE MANO PARA EXAMEN	12	
	11	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA	18	
	12	LÁMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO	3	
	13	MONITOR DE SIGNOS VITALES, PORTÁTIL	1	
	14	ASPIRADOR DE SECRECIONES	2	
	15	EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	1	
	16	ELECTROCARDIOGRAFO DE DOCE CANALES	1	
	17	EXTRACTOR ELÉCTRICO DE LECHE	1	

18	ESTERILIZADOR ELÉCTRICO PARA PACHAS	1	120 días calendario a partir de un día después de la distribución del contrato.
19	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS	7	
20	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	7	
21	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE	18	
22	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, MEDIANO, DE ACERO INOXIDABLE	18	
23	ESPÉCULO VAGINAL, TIPO GRAVE, PEQUEÑO, DE ACERO INOXIDABLE	18	
24	ESPÉCULO VAGINAL VIRGINAL, DE ACERO INOXIDABLE	9	
25	MARTILLO DE REFLEJOS	4	
26	RECIPIENTE METÁLICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS	7	
27	SET DE INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA	1	
28	CAJA METÁLICA DE CURACIONES DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	1	
29	CAJA METÁLICA PARA PEQUEÑA CIRUGÍA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	1	

Los servicios conexos considerados son los siguientes:

Art. n.º	Descripción del Bien	Capacitación	Mantenimiento Preventivo
1	BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO	NO	SI
2	BÁSCULA DIGITAL CON ANALIZADOR DE COMPOSICION DEL CUERPO	SI	SI
3	BÁSCULA DE PISO, ESTANDAR	NO	SI
4	NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO	NO	NO
5	SET DE DIAGNÓSTICO	NO	NO
6	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	NO	NO
7	OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO DE DEDO	NO	NO
8	TENSIÓMETRO DIGITAL DE MESA PARA ADULTO	NO	SI
9	TERMÓMETRO INFRARROJO SIN TACTO, PARA TEMPERATURA CORPORAL	NO	NO
10	LÁMPARA DE MANO PARA EXAMEN	NO	NO
11	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA	NO	NO
12	LÁMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO	NO	NO
13	MONITOR DE SIGNOS VITALES, PORTÁTIL	SI	SI

	14	ASPIRADOR DE SECRECIONES	NO	SI
	15	EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	SI	SI
	16	ELECTROCARDIOGRAFO DE DOCE CANALES	SI	SI
	17	EXTRACTOR ELÉCTRICO DE LECHE	NO	NO
	18	ESTERILIZADOR ELÉCTRICO PARA PACHAS	NO	NO
	19	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS	NO	NO
	20	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	NO	NO
	21	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE	NO	NO
	22	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, MEDIANO, DE ACERO INOXIDABLE	NO	NO
	23	ESPÉCULO VAGINAL, TIPO GRAVE, PEQUEÑO, DE ACERO INOXIDABLE	NO	NO
	24	ESPÉCULO VAGINAL VIRGINAL, DE ACERO INOXIDABLE	NO	NO
	25	MARTILLO DE REFLEJOS	NO	NO
	26	RECIPIENTE METÁLICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS	NO	NO
	27	SET DE INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA	NO	NO
	28	CAJA METÁLICA DE CURACIONES DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	NO	NO
	29	CAJA METÁLICA PARA PEQUEÑA CIRUGÍA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	NO	NO
	El Llamado a LPN es para: Suministro de bienes.			
IAO 2.1	El Prestatario es: República de El Salvador. El préstamo del Banco es: Programa de Salud Inteligente e Integral. Número: BID-5874/OC-ES. Fecha: 28 de noviembre de 2024.			
Cláusula IAO	B. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.			
IAO 7.1	La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es: Atención: Dra. Patricia Figueroa de Quinteros, Coordinadora del Programa de Salud Inteligente e Integral (PROSINT). Dirección: Nivel dos, Edificio del Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador n.º 33. Ciudad: San Salvador. Teléfono: (503) 2591-8293. Dirección de correo electrónico: marcoenrique.duque@salud.gob.sv Las consultas deberán ser entregadas físicamente en la dirección arriba señalada o enviadas a los correos electrónicos antes indicados.			

	<p>Las respuestas a las aclaraciones y posibles enmiendas, serán publicada en la siguiente página web: www.salud.gob.sv y www.comprasal.gob.sv</p> <p><i>El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes las reciba el Contratante por lo menos 21 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas.</i></p>
Cláusula IAO	C. Preparación de las Ofertas.
IAO 10.1	El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: español.
IAO 10.2	Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de la Oferta pueden estar en Inglés, siempre que sean acompañados de una traducción fidedigna al idioma español, en la que se puedan verificar la totalidad de las especificaciones ofertadas.
IAO 11.1 a)	<p><i>Toda la información solicitada en la cláusula 11 de las IAO deberá ser presentada por los oferentes; y los documentos que a continuación se detallan:</i></p> <p><i>Documentación Legal:</i></p> <p><i>En caso de Licitantes nacionales la documentación siguiente:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro de Comercio, aun en caso de que existiere modificación en la misma.</i> <i>b. Testimonio de la Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en el Registro de Comercio (si las hubiere).</i> <i>c. Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de renovación, o primera vez según sea el caso.</i> <i>d. Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, debidamente inscrita en el Registro de Comercio.</i> <i>e. Testimonio de Escritura Pública de Poder otorgado por el Representante Legal, inscrita en el Registro de Comercio, en caso de comparecer por medio de apoderado.</i> <i>f. Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o carné de residente del representante legal de la sociedad, y/o apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes.</i> <i>g. Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la sociedad.</i> <i>h. Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios IVA.</i> <p><i>Para personas naturales la documentación siguiente:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Testimonio de Escritura Pública de Poder otorgado por el Licitante, en caso de comparecer por medio de apoderado.</i> <i>b. Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o carné de residente del Licitante, y/o apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes.</i> <i>c. Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de renovación, o primera vez según sea el caso.</i> <i>d. Tarjeta del IVA del Licitante.</i> <p><i>Para Sociedades por Acciones Simplificadas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Formulario de Constitución de la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).</i> <i>b. Resolución de Inscripción de la Sociedad en el Registro de Sociedades del Registro De Comercio.</i> <i>c. Matrícula de Empresa o establecimiento.</i> <i>d. DUI del Representante Legal.</i> <i>e. NIT de la Sociedad.</i> <i>f. Tarjeta de IVA de la Sociedad.</i>

g. Testimonio de Escritura Pública de Poder debidamente inscrito en el Registro de Comercio, en caso que comparezca por apoderado.

Persona jurídica extranjera domiciliada en El Salvador deberán presentar la documentación siguiente:

- a. Documentación completa de establecimiento de sucursal en El Salvador, inscrita en el Registro de Comercio.*
- b. Testimonio de Escritura Pública de Poder inscrito en el Registro de Comercio.*
- c. Tarjeta de NIT e IVA del ofertante.*
- d. DUI, Pasaporte, o carné de residente vigentes a la fecha de recepción y apertura de oferta del apoderado de la sociedad oferente.*

En caso de Licitantes extranjeros, deberán presentar la documentación siguiente:

- a. Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro correspondiente al país del licitante.*
- b. Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad debidamente inscrita en el Registro correspondiente al país del licitante. (en caso que las hubiere).*
- c. Credencial de Representante Legal u otro documento que acredite como tal, o Poder otorgado por el representante legal, en caso de comparecer por medio de Apoderado.*
- d. Documento de Identidad: pasaporte o carné de residente del representante legal de la sociedad, o del apoderado en su caso, estos deberán estar vigentes.*

Consorcio o Asociación (APCA), cada miembro deberá presentar:

- a. Si se trata de una Asociación en participación o Consorcio, ya constituido legalmente, deberá presentar fotocopia del documento donde conste dicha Asociación en participación o Consorcio suscrito por todos sus miembros, con firmas legalizadas de los asociados.*
- b. En el caso que la Asociación en participación o Consorcio se constituya sólo para el suministro en mención, bastará para efectos de evaluación, que lo manifieste por escrito; y todos los miembros firmaran y presentaran, junto con la oferta una carta de intención donde conste que suscribirán un acuerdo de APCA, si la oferta es aceptada ; estando obligados en caso de adjudicación, a presentar la escritura de constitución de Asociación en participación o Consorcio, debiendo designar a una persona para gestionar y recibir instrucciones en nombre de las sociedades asociadas en todo lo relacionado con la ejecución del Contrato, incluyendo el trámite de pagos.*
- c. Cuando el Oferente sea una APCA, la Oferta debe estar firmada por un representante autorizado de la APCA en nombre de ésta, designado en la carta de intención de suscripción del APCA, la cual debe estar suscrita por los representantes legalmente autorizados de todos los miembros del APCA*

Si cualesquiera de los documentos o información antes indicados faltaren, podrán ser subsanados por el Oferente.

IAO 11.1 f)

Los oferentes adicionalmente deberán proporcionar con su oferta la siguiente documentación:

1. Documentación Financiera:

a. Los Licitantes que presenten oferta deberán presentar copia simple de estados financieros correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, debidamente auditados por un Auditor autorizado.

"En el caso que la oferta sea presentada por Consorcio o Asociación (APCA), cada miembro deberá presentar la documentación financiera requerida en este literal."

b. Para cumplimiento de activos líquidos se requiere presente, cartas de líneas de crédito aprobadas o estados de cuenta de Bancos, hasta por un monto mínimo para cada artículo ofertado, según el siguiente detalle:

Artículo	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL EQUIPO	MONTOS REQUERIDOS
1	BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO	\$3,375.00
2	BÁSCULA DIGITAL CON ANALIZADOR DE COMPOSICION DEL CUERPO	\$2,250.00
3	BÁSCULA DE PISO, ESTANDAR	\$2,850.00
4	NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO	\$810.00
5	SET DE DIAGNÓSTICO	\$1,350.00
6	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	\$150.00
7	OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO DE DEDO	\$135.00
8	TENSIÓMETRO DIGITAL DE MESA PARA ADULTO	\$4,050.00
9	TERMÓMETRO INFRARROJO SIN TACTO, PARA TEMPERATURA CORPORAL	\$375.00
10	LÁMPARA DE MANO PARA EXAMEN	\$126.00
11	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA	\$378.00
12	LÁMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO	\$225.00
13	MONITOR DE SIGNOS VITALES, PORTÁTIL	\$900.00
14	ASPIRADOR DE SECRECIONES	\$1,500.00
15	EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	\$6,300.00
16	ELECTROCARDIOGRAFO DE DOCE CANALES	\$3,600.00
17	EXTRACTOR ELÉCTRICO DE LECHE	\$225.00
18	ESTERILIZADOR ELÉCTRICO PARA PACHAS	\$135.00
19	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS	\$52.50
20	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	\$52.50
21	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE	\$216.00
22	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, MEDIANO , DE ACERO INOXIDABLE	\$216.00
23	ESPÉCULO VAGINAL, TIPO GRAVE, PEQUEÑO, DE ACERO INOXIDABLE	\$216.00
24	ESPÉCULO VAGINAL VIRGINAL, DE ACERO INOXIDABLE	\$108.00
25	MARTILLO DE REFLEJOS	\$30.00
26	RECIPIENTE METÁLICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS	\$315.00
27	SET DE INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA	\$750.00

	28	CAJA METÁLICA DE CURACIONES DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	\$750.00
	29	CAJA METÁLICA PARA PEQUEÑA CIRUGÍA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	\$750.00
<p><i>En caso de ofertar más de un artículo, el monto corresponderá a la sumatoria de los artículos ofertados.</i></p> <p><u>2. Documentos adicionales con la oferta.</u></p> <p>a. Documentación como Brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio u hojas técnicas completas en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas, se aclara que no se tomaran en cuenta documentos en copia simple que sea adaptada para representar lo solicitado y en los que no se pueda verificar dichas características. <i>Se recomienda foliar todas las páginas de la oferta y detallar en el cuadro comparativo referenciando las fichas presentadas para verificar su conformidad. La referencia podrá realizarse de acuerdo al número de FOLIO de la oferta, no de la numeración de los catálogos.</i></p> <p>b. Carta compromiso con el siguiente detalle: <i>- De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años, cuando aplique.</i> <i>- Compromiso por escrito del suministrante que asegure la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.</i></p> <p><i>Si cualesquiera de los documentos o información antes indicados faltaren, podrán ser subsanados por el Oferente.</i></p>			
IAO 13.1	Se permite la presentación de Ofertas Alternativas: No		
IAO 14.7 i)	El lugar de entrega para los artículos es: Almacén El Paraíso, Colonia El Paraíso final 6ª Calle Oriente, No 1105, San Salvador.		
IAO 14.8	Los precios cotizados por el Oferente "no serán" ajustables.		
IAO 14.9	Los precios cotizados para cada artículo deberán corresponder por lo menos al cien por ciento (100%) de las cantidades especificadas de los artículos (bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos) listados para cada artículo.		
IAO 15.1	La moneda del País del Contratante es Dólares de los Estados Unidos de América.		
IAO 18.3	El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de la determinación y cotización de los repuestos): 5 años.		
IAO 19.1 (b)	Autorización del Fabricante: <i>"Se requiere para los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18"</i>		
IAO 19.1 (c)	Servicios posteriores a la venta: <i>"Se requieren para los artículos detallados en cada especificación técnica"</i>		
IAO 20.1	El plazo de Validez de la Oferta será: 140 días calendario		
IAO 21.1	La oferta deberá incluir una Declaración de Mantenimiento de la Oferta , utilizando los formularios incluido en la Sección IV Formularios de la Oferta.		
IAO 21.2	El monto de la Garantía de la Oferta es: No Aplica.		
IAO 21.7	Si el Oferente incurre en algunas de las acciones mencionadas en los subpárrafos (a) o (b) de esta disposición, el Prestatario declarará al Oferente inelegible para que el Contratante le adjudique contratos por un periodo de un (1) año para el caso del subpárrafo (a) y (3) años para el caso del subpárrafo (b).		

IAO 22.1	<p>El oferente presentará:</p> <p>1.Oferta en formato físico (ORIGINAL)</p> <p>2.Soporte digital (memoria USB) no editable de: La oferta completa <u>escaneada</u>.</p>
Cláusula IAO	D. Presentación y Apertura de Ofertas.
IAO 23.1	Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente.
IAO 23.1 (b)	<i>No Aplica.</i>
IAO 23.2 (c)	<p>Los sobres interiores y exteriores deberán llevar las siguientes leyendas adicionales de identificación:</p> <p>Nombre del Oferente: [Indicar nombre]</p> <p>Dirección: [describir dirección exacta del Oferente]</p> <p>Número del Llamado a Licitación Pública Nacional: MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00089.</p> <p>Título de la Adquisición: “EQUIPO MÉDICO BÁSICO E INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES”.</p> <p>No abrir antes de las: 10:15 hora local de El Salvador, del 25 de julio de 2025.</p>
IAO 24.1	<p>Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es:</p> <p>Atención: Dra. Patricia Figueroa de Quinteros, Coordinadora del Programa de Salud Inteligente e Integral (PROSINT).</p> <p>Dirección: Ministerio de Salud, Nivel dos, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador n.º 33.</p> <p>País: El Salvador.</p> <p>La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 25 de julio de 2025, a las: 10:00 hora local de El Salvador.</p>
IAO 27.1	<p>La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Nivel tres, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador n.º 33.</p> <p>Fecha: 25 de julio de 2025.</p> <p>Hora: 10:15 hora nacional de El Salvador.</p>
Cláusula IAO	E. Evaluación y Comparación de las Ofertas.
IAO 36.3 (a)	<p>La evaluación se hará: <i>de conformidad a lo indicado en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación.</i></p> <p><i>Las ofertas serán evaluadas por artículo completo y el Contrato comprenderá el artículo o los artículos adjudicados al Oferente Seleccionado.</i></p>

IAO 36.3 (d)	<p>Los otros factores a utilizar por el Contratante para la Evaluación de Ofertas, además del precio cotizado y los ajustes que correspondan por la aplicación de las Cláusulas anteriores, serán:</p> <p>(a) Desviación en el Plan de Entregas: "NO". (b) Desviación en el Plan de Pagos: "NO". (c) Costo de reemplazo de componentes importantes, repuestos obligatorios y servicio: "NO". (d) Disponibilidad en el país del Contratante de los repuestos y servicios posteriores a la venta, para el equipo ofrecido en la Propuesta: "SI" (e) Costos estimados de operación y mantenimiento durante la vida útil del equipo "SI" (<i>mantenimiento preventivo durante la garantía</i>) (f) Rendimiento y productividad del equipo ofrecido: "NO". (g) Criterio de Desempate: En caso de empate entre 2 o más oferentes, se recomendará la adjudicación al ofertante que ofrezca el menor plazo de entrega con respecto al solicitado; y si de persistir el empate, se recomendará la adjudicación al que haya sido el primero en entregar la oferta, lo cual se podrá verificar en el cuadro de recepción de ofertas.</p>
IAO 36.5	<i>No aplica.</i>
Cláusula IAO	F. Adjudicación del Contrato.
IAO 41.1	<p>Las cantidades podrán aumentarse, como máximo, en un 50% Las cantidades podrán reducirse, como máximo, en un 50%</p>
IAO 43.2	<p><i>El Contrato se suscribirá dentro de los: quince (15) días siguientes a la adjudicación, y una vez que el Oferente seleccionado haya entregado los documentos que se requieren por el Contratante a continuación:</i></p> <p><i>El oferente adjudicado deberá presentar la documentación solicitada en la IAO 11.1 b), debidamente certificada por notario y para el caso de los oferentes extranjeros dicha documentación deberá ser presentada debidamente apostillada o de conformidad al trámite consular establecido en el artículo 333 y 334 del Código Procesal Civil y Mercantil de El Salvador.</i></p>
	<p>OFERENTE NACIONAL y PERSONA JURIDICA EXTRANJERA DOMICILIADA EN EL SALVADOR, vigentes a la fecha de la firma de contrato, y cuya presentación es improrrogable:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solvencia vigente de la Dirección General de Impuestos Internos, (DGII). 2. Solvencia vigente de Régimen de Salud del ISSS. 3. Solvencias vigentes de pago de cotizaciones previsionales (IPSFA, ISSS, AFP'S). 4. Solvencia de Impuestos Municipales original vigente de la Alcaldía Municipal del domicilio del adjudicado. 5. Declaración Jurada de los datos bancarios. <p><i>Los licitantes nacionales, aunque no tengan registro de afiliados en todas las AFP'S, UPISSS e IPSFA, siempre tendrán que presentar las constancias, ya que dichas instituciones tienen sus respectivos formatos para estos casos.</i></p>

SECCIÓN III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

1. Criterios de Evaluación (IAO 36.3(d))

Al evaluar el costo de una oferta, el Contratante deberá considerar, además del precio cotizado, de conformidad con la Subcláusula 14.6 de las IAO, uno o más de los siguientes factores estipulados en las Subcláusulas 36.3 (d) de las IAO e (IAO 36.3(d)) de los DDL, aplicando los métodos y criterios indicados a continuación:

- (a) Plan de Entregas. No Aplica.
- (b) Variaciones en el Plan de Pagos. No Aplica.
- (c) Costo de reemplazo de los principales componentes de reemplazo, repuestos obligatorios y servicios. No Aplica.
- (d) Disponibilidad en el país del Contratante de repuestos y servicios para equipos ofrecidos en la licitación después de la venta.
- (e) Costos estimados de operación y mantenimiento. (mantenimiento preventivo durante la garantía, en los artículos que aplique)
- (f) Desempeño y productividad del equipo. No Aplica.

2. Examen Preliminar.

De conformidad con las Cláusulas indicadas en las IAO y los DDL de esta Licitación. El Oferente deberá presentar con su oferta los documentos que se detallan en la Sección I, Instrucciones a los Oferentes, Numeral 11.1 "Documentos que componen la oferta" literales (a), (b), (c), (d), (e).

3. Documentos adicionales con la oferta.

El Oferente deberá presentar con su oferta los documentos adicionales que se detallan en la Sección I, Instrucciones a los Oferentes, Numeral 11.1 literal (f).

4. Evaluación Técnica de la Oferta.

El Comprador evaluará los aspectos técnicos de la oferta presentada en virtud de la Cláusula 18 de las IAO, para confirmar que todos los requisitos estipulados en la Sección VI, Requisitos de los Bienes y Servicios de los Documentos de Licitación, han sido cumplidos sin ninguna desviación o reserva significativa.

5. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2).

Después de determinar la **oferta considerada como la más ventajosa** según lo establecido en la Subcláusula 37.1 de las IAO, el Contratante efectuará la calificación posterior del Oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 38 de las IAO, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.

(a) Capacidad financiera.

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos financieros:

ACTIVOS LIQUIDOS: Mediante criterio CUMPLE/ NO CUMPLE.

El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser: para cada artículo ofertado según el siguiente detalle:

Artículo	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL EQUIPO	MONTOS REQUERIDOS
1	BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO	\$3,375.00
2	BÁSCULA DIGITAL CON ANALIZADOR DE COMPOSICION DEL CUERPO	\$2,250.00
3	BÁSCULA DE PISO, ESTANDAR	\$2,850.00
4	NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO	\$810.00
5	SET DE DIAGNÓSTICO	\$1,350.00
6	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	\$150.00
7	OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO DE DEDO	\$135.00
8	TENSIÓMETRO DIGITAL DE MESA PARA ADULTO	\$4,050.00
9	TERMÓMETRO INFRARROJO SIN TACTO, PARA TEMPERATURA CORPORAL	\$375.00
10	LÁMPARA DE MANO PARA EXAMEN	\$126.00
11	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA	\$378.00
12	LÁMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO	\$225.00
13	MONITOR DE SIGNOS VITALES, PORTÁTIL	\$900.00
14	ASPIRADOR DE SECRECIONES	\$1,500.00
15	EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	\$6,300.00
16	ELECTROCARDIOGRAFO DE DOCE CANALES	\$3,600.00
17	EXTRACTOR ELÉCTRICO DE LECHE	\$225.00
18	ESTERILIZADOR ELÉCTRICO PARA PACHAS	\$135.00
19	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS	\$52.50
20	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	\$52.50
21	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE	\$216.00
22	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, MEDIANO , DE ACERO INOXIDABLE	\$216.00
23	ESPÉCULO VAGINAL, TIPO GRAVE, PEQUEÑO, DE ACERO INOXIDABLE	\$216.00
24	ESPÉCULO VAGINAL VIRGINAL, DE ACERO INOXIDABLE	\$108.00
25	MARTILLO DE REFLEJOS	\$30.00
26	RECIPIENTE METÁLICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS	\$315.00
27	SET DE INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA	\$750.00
28	CAJA METÁLICA DE CURACIONES DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	\$750.00
29	CAJA METÁLICA PARA PEQUEÑA CIRUGÍA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	\$750.00

En caso de ofertar más de un artículo, el monto corresponderá a la sumatoria de los artículos ofertados.

Los oferentes podrán acreditar el monto requerido a través de líneas de crédito aprobadas o estados de cuenta bancarios. El monto no podrá ser acreditado a través de anticipos contractuales no devengados.

En caso de Asociación en participación o Consorcio, el cumplimiento de este apartado criterio, será la suma de los miembros en todas las partes combinadas.

FACTURACIÓN PROMEDIO ANUAL: Mediante criterio CUMPLE/ NO CUMPLE.

Estados financieros 2021, 2022 y 2023.

El volumen de facturación por ventas promedio anual tomando los datos de los Estados Financieros presentados, deberá ser equivalente, como mínimo a: **1 vez el valor de la oferta según los artículos ofertados.**

En caso de Asociación en participación o Consorcio, el cumplimiento de este apartado criterio, será la suma de los miembros en todas las partes combinadas.

(b) Experiencia y Capacidad Técnica. Mediante criterio CUMPLE/ NO CUMPLE.

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA:

El número de *contratos/órdenes de trabajo/órdenes de compra* es: **al menos 2 (dos), para lo cual, deberá presentar documentos donde demuestre experiencia en el suministro de equipos iguales o similares a los requeridos, ya sea en el sector público o privado.**

El período: **Los contratos u órdenes de trabajo/compra deberán ser de los últimos 5 años.**

Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo:

En el caso de bienes y/o servicios prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción, Órdenes de compra, Facturas canceladas o los certificados que correspondan, describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante.

Tratándose de experiencia en el sector público: copias simples del Acta de Entrega-Recepción, Contratos, Órdenes de compra, Facturas canceladas y/o Certificado emitido por la entidad contratante.

En caso de Asociación en participación o Consorcio, el cumplimiento de estos criterios será la suma de los miembros en todas las partes combinadas.

Presentación en Copia Simple: La documentación puede ser presentada en copia simple, en tal caso la copia deberá ser legible.

SECCIÓN IV.

FORMULARIOS DE LA OFERTA.

Formulario 01 - Formulario de Información sobre el Oferente

Licitación Pública Nacional LPN n.º: **MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00089.**

Título de la Licitación: **"EQUIPO MÉDICO BÁSICO E INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES"**

Fecha: **[insertar la fecha]**

Señores

Ministerio de Salud.

Presente.-

De mi consideración:

1. Nombre jurídico del Oferente: *[indicar el nombre jurídico del Oferente].*
2. Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), nombre jurídico y nacionalidad de cada miembro: *[indicar el nombre jurídico y nacionalidad de cada miembro de la APCA, identificando al socio Representante]*
3. *[País donde está constituido el Oferente en la actualidad] o [Nombre del País de constitución de cada miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)]: [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad]*
4. *[Año de constitución del Oferente] o [año de constitución de cada miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)]: [indicar el año de constitución]*
5. Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido: *[indicar la Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido]*
6. Información del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: *[indicar el nombre del representante autorizado]*
Dirección: *[indicar la dirección del representante autorizado]*
Números de teléfono: *[indicar números de teléfono del representante]*
Dirección de correo electrónico: *[indicar dirección de correo electrónico del representante]*
7. Se adjuntan copias de los siguientes documentos:
 - Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el párrafo anterior, y de conformidad con las Subcláusulas 4.1 y 4.2 de las IAO.
 - Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), carta de intención de formar la APCA, o el Convenio de APCA, de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO.

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

Formulario 02 - Formulario de la Oferta.

Licitación Pública Nacional LPN n.º: MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00089.

Título de la Licitación: **"EQUIPO MÉDICO BÁSICO E INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES"**

Fecha: [insertar la fecha]

Señores

Ministerio de Salud.

Presente.-

De mi consideración:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- (a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, incluso sus Aclaraciones y Enmiendas No. [indicar el número y la fecha de emisión de cada boletín de aclaraciones y enmiendas];
- (b) Ofrecemos proveer los siguientes bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Bienes [indicar una descripción breve de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos.
- (c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: US\$. **[indique el monto en cifras y en letras]** dólares de los Estados Unidos de América, incluido el valor del IVA.
- (d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:
Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: [detallar cada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento, caso contrario detallar NO APLICA].
Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: [NO APLICA];
- (e) Nuestra Oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la Subcláusula 20.1 de las IAO, a partir de la fecha límite fijada para la Presentación de las Ofertas de conformidad con la Subcláusula 24.1 de las IAO. Esta Oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;
- (f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO y la Cláusula 17 de las CGC;
- (g) Los suscriptos, incluyendo todos los proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles.;
- (h) No tenemos conflicto de intereses de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO;
- (i) Nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas y proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco o normativas oficiales, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO;

- (j) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: *[indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada comisión o gratificación]*

Nombre del Receptor	Dirección	Concepto	Monto

[Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar "ninguna"]

- (k) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.
- (l) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la **oferta considerada como la más ventajosa** ni ninguna otra oferta que reciban.
- (m) Nos abstendremos de adoptar conductas para que los funcionarios del Contratante, induzcan o alteren los resultados del procedimiento, de la evaluación de las Ofertas u otros aspectos que nos otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
- (n) manifestamos bajo declaración jurada que no nos encontramos en los supuestos de las Cláusula 4 de las IAO.

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

Formulario 03 - Formularios de Listas de Precios.

Licitación Pública Nacional LPN n.º: MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00089.

Título de la Licitación: "EQUIPO MÉDICO BÁSICO E INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES".

Fecha: (fecha de presentación de la oferta)

Precio de los bienes:

Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO	c/u	15	US\$	US\$
2	BÁSCULA DIGITAL CON ANALIZADOR DE COMPOSICION DEL CUERPO	c/u	1	US\$	US\$
3	BÁSCULA DE PISO, ESTANDAR	c/u	1	US\$	US\$
4	NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO	c/u	6	US\$	US\$
5	SET DE DIAGNÓSTICO	c/u	6	US\$	US\$
6	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	c/u	2	US\$	US\$
7	OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO DE DEDO	c/u	6	US\$	US\$
8	TENSIÓMETRO DIGITAL DE MESA PARA ADULTO	c/u	18	US\$	US\$
9	TERMÓMETRO INFRARROJO SIN TACTO, PARA TEMPERATURA CORPORAL	c/u	5	US\$	US\$
10	LÁMPARA DE MANO PARA EXAMEN	c/u	12	US\$	US\$
11	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA	c/u	18	US\$	US\$
12	LÁMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANZO	c/u	3	US\$	US\$
13	MONITOR DE SIGNOS VITALES, PORTÁTIL	c/u	1	US\$	US\$
14	ASPIRADOR DE SECRECIONES	c/u	2	US\$	US\$
15	EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	c/u	1	US\$	US\$
16	ELECTROCARDIOGRAFO DE DOCE CANALES	c/u	1	US\$	US\$
17	EXTRACTOR ELÉCTRICO DE LECHE	c/u	1	US\$	US\$
18	ESTERILIZADOR ELÉCTRICO PARA PACHAS	c/u	1	US\$	US\$
19	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS	c/u	7	US\$	US\$
20	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	c/u	7	US\$	US\$
21	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE	c/u	18	US\$	US\$
22	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, MEDIANO , DE ACERO INOXIDABLE	c/u	18	US\$	US\$
23	ESPÉCULO VAGINAL, TIPO GRAVE, PEQUEÑO, DE ACERO INOXIDABLE	c/u	18	US\$	US\$
24	ESPÉCULO VAGINAL VIRGINAL, DE ACERO INOXIDABLE	c/u	9	US\$	US\$
25	MARTILLO DE REFLEJOS	c/u	4	US\$	US\$
26	RECIPIENTE METÁLICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS	c/u	7	US\$	US\$
27	SET DE INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA	c/u	1	US\$	US\$
28	CAJA METÁLICA DE CURACIONES DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	c/u	1	US\$	US\$
29	CAJA METÁLICA PARA PEQUEÑA CIRUGÍA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	c/u	1	US\$	US\$
				TOTAL	US\$

Precio de los servicios conexos.

n.º de Art.	Descripción	Descripción del servicio conexo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	30 visitas, 2 para cada equipo (15 unidades) una cada año de la garantía (2 años).	c/u	US\$	US\$
2	BÁSCULA DIGITAL CON ANALIZADOR DE COMPOSICION DEL CUERPO	CAPACITACIÓN	1 jornada de 4 horas para personal usuario	c/u	US\$	US\$
			1 jornada de 4 horas para personal de mantenimiento	c/u	US\$	US\$
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2 visitas, una unidad, una cada año de la garantía (2 años).	c/u	US\$	US\$
3	BÁSCULA DE PISO, ESTANDAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2 visitas, una unidad, una cada año de la garantía (2 años).	c/u	US\$	US\$
8	TENSÍOMETRO DIGITAL DE MESA PARA ADULTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	36 visitas, 2 para cada equipo (18 unidades), una cada año de la garantía (2 años).	c/u	US\$	US\$
13	MONITOR DE SIGNOS VITALES, PORTÁTIL	CAPACITACIÓN	1 jornada de 4 horas para personal usuario	c/u	US\$	US\$
			1 jornada de 4 horas para personal de mantenimiento	c/u	US\$	US\$
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2 visitas, una unidad, una cada año de la garantía (2 años).	c/u	US\$	US\$
14	ASPIRADOR DE SECRECIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	4 visitas, 2 para cada equipo (2 unidades), una cada año de la garantía (2 años).	c/u	US\$	US\$
15	EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	CAPACITACIÓN	1 jornada de 4 horas para personal usuario	c/u	US\$	US\$
			1 jornada de 4 horas para personal de mantenimiento	c/u	US\$	US\$
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2 visitas, una unidad, una cada año de la garantía (2 años).	c/u	US\$	US\$
16	ELECTROCARDIOGRAFO DE DOCE CANALES	CAPACITACIÓN	1 jornada de 4 horas para personal usuario	c/u	US\$	US\$
			1 jornada de 4 horas para personal de mantenimiento	c/u	US\$	US\$
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2 visitas, una unidad, una cada año de la garantía (2 años).	c/u	US\$	US\$
					TOTAL	US\$

El precio ofertado esta expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]

Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA.

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

Formulario 04. Lista de bienes, origen y especificaciones técnicas ofertadas.

Licitación Pública Nacional LPN n.º: MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00089.

Título de la Licitación: "EQUIPO MÉDICO BÁSICO E INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES".

EQUIPO MÉDICO BÁSICO

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
1	60302075	BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO	15

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
		Marca: Modelo: País de origen:
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fabricada en acero pintado con acabado tipo esmalte o pintura al horno y base tratada con antioxidante 2. Lectura en kilogramos y libras. 3. Que se puedan visualizar a ambos lados del brazo basculante. 4. Con tallímetro graduado en pulgadas y centímetros. 5. Con capacidad de soportar 400 libras o 180 kilogramos de peso. 6. Con resolución mínima de 400 libras x 4 onzas y 180 kg X 100 g 7. Con altura del tallímetro de 76cm a 198cm (+/- 10%). 8. Con plataforma antideslizante. 9. Preferentemente con rodos para fácil transporte. 10. Materia prima de construcción de la báscula debe permitir la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario para su limpieza. 		
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)		
<ol style="list-style-type: none"> 11. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485, o equivalente. 		
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA		
<ol style="list-style-type: none"> 12. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. 13. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años. 14. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años. 15. Compromiso que con la entrega de los bienes presentara certificado de calibración 		
TIEMPO DE ENTREGA		
<ol style="list-style-type: none"> 16. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato. 		
GARANTÍA		
<ol style="list-style-type: none"> 17. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del 		

<p>administrador de contrato o designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p> <p>18. Esta garantía deberá incluir atender llamados de reporte de fallas emergentes o desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas, (incluye fin de semana y festivo), a partir de la comunicación escrita realizada por el encargado del seguimiento y ejecución de contrato.</p> <p>19. Dichas reparaciones no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.</p> <p>20. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución.</p>																															
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.																															
<p>21. Incluye al menos 2 visitas durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y realización de rutinas de limpieza, calibración u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro.</p>																															
SOPORTE TÉCNICO																															
<p>22. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.</p>																															
CONDICIONES DE RECEPCIÓN																															
<p>23. Recepción: La empresa adjudicada deberá entregar los equipos armados calibrados y probados en el lugar de entrega.</p>																															
<p>24. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>RECEPCION Y CONSULTORIO USG</td> <td>IMAGENEOLOGIA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RECEPCION Y CONSULTORIO MEDICO</td> <td>CENTRO DE PREVENCION</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONSULTORIOS GINECOLOGIA</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONSULTORIOS MEDICINA</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CONSULTORIO NEFROLOGIA</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CONSULTORIO ENDOCRINOLOGIA</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CONSULTORIO GASTRO</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y PRUEBAS ECG</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL: 15</td> </tr> </tbody> </table>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	2	RECEPCION Y CONSULTORIO USG	IMAGENEOLOGIA	2	RECEPCION Y CONSULTORIO MEDICO	CENTRO DE PREVENCION	3	CONSULTORIOS GINECOLOGIA	CONSULTA EXTERNA	3	CONSULTORIOS MEDICINA	CONSULTA EXTERNA	1	CONSULTORIO NEFROLOGIA	CONSULTA EXTERNA	1	CONSULTORIO ENDOCRINOLOGIA	CONSULTA EXTERNA	1	CONSULTORIO GASTRO	CONSULTA EXTERNA	2	CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y PRUEBAS ECG	CONSULTA EXTERNA	TOTAL: 15			
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE																													
2	RECEPCION Y CONSULTORIO USG	IMAGENEOLOGIA																													
2	RECEPCION Y CONSULTORIO MEDICO	CENTRO DE PREVENCION																													
3	CONSULTORIOS GINECOLOGIA	CONSULTA EXTERNA																													
3	CONSULTORIOS MEDICINA	CONSULTA EXTERNA																													
1	CONSULTORIO NEFROLOGIA	CONSULTA EXTERNA																													
1	CONSULTORIO ENDOCRINOLOGIA	CONSULTA EXTERNA																													
1	CONSULTORIO GASTRO	CONSULTA EXTERNA																													
2	CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y PRUEBAS ECG	CONSULTA EXTERNA																													
TOTAL: 15																															
<p>25. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos listos para su funcionamiento a satisfacción del administrador de contrato.</p>																															

<p>26. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.</p> <p>27. Con la entrega del equipo presentar certificado de calibración</p>	
--	--

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
2	60302112	BÁSCULA DIGITAL CON ANALIZADOR DE COMPOSICION DEL CUERPO	1

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Marca: Modelo: País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Báscula digital con analizador de composición corporal. 2. Para uso de ambiente médico. 3. Pantalla tipo LED, LCD TFT o equivalente para visualizar parámetros, mensajes y configuración. 4. Método de medición: Análisis segmentario multifrecuencia 5. Para la medición u obtención de al menos los siguientes parámetros de valoración: <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Análisis de composición corporal: Peso-IMC, Masa corporal, Masa muscular, Masa Ósea, Agua corporal % 5.2 Medición de peso corporal de al menos 150 kg 6. Lectura en kilogramos y libras 7. Tiempo de medición menor o igual a 60 segundos 8. Debe incluir programa de interpretación y diagnóstico, de acuerdo con las aplicaciones solicitadas, y capacidad de generar e imprimir reporte. 9. Material de construcción de la báscula debe permitir el uso de desinfectantes hospitalarios. 10. Fuente de alimentación eléctrica: Batería recargable de preferencia o con fuente de alimentación externa. Incluido con el equipo 11. Capacidad de transferencia de datos vía alámbrica o inalámbrica. 		
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)		
<ol style="list-style-type: none"> 12. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485, o equivalente. 13. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América. 		
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA		
<ol style="list-style-type: none"> 14. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. 15. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años. 		

<p>16. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.</p> <p>17. Compromiso que con la entrega de los bienes presentará certificado de calibración</p>	
<p>CAPACITACION (PRESENTAR CARTA DE COMPROMISO)</p>	
<p>18. El programa de capacitaciones deberá estar avalado por el jefe del servicio y a entera satisfacción del Administrador de Contrato.</p> <p>19. Deberá Incluir todo el material de apoyo y equipo requerido para desarrollar las correspondientes capacitaciones solicitadas.</p> <p>Para personal Usuario:</p> <p>20. Se proporcionarán capacitaciones, dentro de las instalaciones del CENT en una jornada de 4 horas, las cuales deben de contener en su temario como mínimo: aplicaciones clínicas y de uso en general, manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, fallas comunes y limpieza, dichas capacitaciones serán a entera satisfacción de Administrador de contrato</p> <p>Para personal de Mantenimiento:</p> <p>21. Se proporcionarán capacitaciones dentro de las instalaciones del CENT, en una jornada de 4 horas, las cuales deben contener en su temario como mínimo: manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, limpieza del equipo, explicación de la rutina de mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo, explicación del diagrama de bloques, árbol de solución de problemas, solicitud de repuestos, en castellano.</p>	
<p>TIEMPO DE ENTREGA</p>	
<p>22. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato.</p>	
<p>GARANTÍA</p>	
<p>23. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato o designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p> <p>24. Esta garantía deberá incluir atender llamados de reporte de fallas emergentes o por desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas, (incluye fin de semana y festivo), a partir de la comunicación escrita realizada por el encargado del seguimiento y ejecución de contrato.</p> <p>25. Dichas reparaciones no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.</p> <p>26. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el equipo, deberá ser sustituido por uno de igual o mejor características a las ofertadas sin costo alguno para la institución.</p>	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.								
<p>27. Incluye al menos 2 visitas durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y realización rutinas de limpieza, calibración u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro.</p>								
SOPORTE TÉCNICO								
<p>28. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con una experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.</p>								
CONDICIONES DE RECEPCIÓN								
<p>29. Recepción: La empresa adjudicada deberá entregar los equipos armados, calibrados y probados en el lugar de entrega.</p> <p>30. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p> <table border="1" data-bbox="250 684 1179 762"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONSULTORIO NUTRICION</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </tbody> </table>			CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	1	CONSULTORIO NUTRICION	CONSULTA EXTERNA
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE						
1	CONSULTORIO NUTRICION	CONSULTA EXTERNA						
<p>31. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos listos para su funcionamiento a satisfacción del administrador de contrato.</p> <p>32. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación, o Guía de Uso. Será necesaria una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano.</p> <p>33. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.</p> <p>34. Con la entrega del equipo presentar certificado de calibración</p>								

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
3	60302110	BÁSCULA DE PISO, ESTANDAR	1

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Marca:
		Modelo:
		País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Báscula de piso para silla de rueda 2. Con plataforma fabricada en material resistente aleación de acero pintado con acabado tipo esmalte o pintura al horno y base tratada con antioxidante o material similar 3. Pantalla LCD retro iluminada o similar. 4. Lectura en kilogramos y libras. 5. Funciones específicas: Tara, Hold y Zero 6. Rampa de acceso para facilitar las maniobras del paciente 7. Con capacidad de medición de hasta 300 kg 8. Con resolución mínima de 0.1 kg 9. Preferentemente con rodos para fácil transporte. 10. Fuente de alimentación eléctrica: Batería recargable de preferencia o fuente de alimentación externa. Incluido con el equipo 11. Material de construcción de la báscula debe permitir la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario para su limpieza. 		
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)		
<ol style="list-style-type: none"> 12. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485, o equivalente. 13. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América 		
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA		
<ol style="list-style-type: none"> 14. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. 15. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años. 16. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años. 17. Compromiso que con la entrega de los bienes presentará certificado de calibración 		
TIEMPO DE ENTREGA		
18. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato.		
GARANTÍA		
19. El período de la garantía requerido es de dos (2) años , para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador		

<p>de contrato o designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p> <p>20. Esta garantía deberá incluir atender llamados de reporte de fallas emergentes por desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas (incluye fin de semana y festivo), a partir de la comunicación escrita realizada por el encargado del seguimiento y ejecución de contrato.</p> <p>21. Dichas reparaciones no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.</p> <p>22. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución.</p>							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.							
<p>23. Incluye al menos 2 visitas durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y realización de rutinas de limpieza, calibración u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro.</p>							
SOPORTE TÉCNICO							
<p>24. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con una experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.</p>							
CONDICIONES DE RECEPCIÓN							
<p>25. Recepción: La empresa adjudicada deberá entregar los equipos armados, calibrados y probados en el lugar de entrega.</p> <p>28. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p> <table border="1" data-bbox="251 1344 1182 1423"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RECEPCION DE CONSULTORIOS</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </tbody> </table> <p>26. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos listos para su funcionamiento a satisfacción del administrador de contrato.</p> <p>27. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación, o guía de Uso. Será necesaria una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano.</p> <p>28. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.</p> <p>29. Con la entrega del equipo presentar certificado de calibración</p>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	1	RECEPCION DE CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA	
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE					
1	RECEPCION DE CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA					



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
4	60302600	NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO	6

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Marca:
		Modelo:
		País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fabricado en aluminio o similar como aislante de calor. 2. Con pantalla de acrílico blanco de una sola pieza, para placa de 14" x 18" ó 35.5 cm. de largo x 46.4 cm. Alto aproximadamente. 3. Con clips de rodillos o sistema equivalente para sujetar película radiográfica. 4. Iluminación uniforme sobre toda la superficie de la pantalla acrílica. 5. Con interruptor. 6. Acabado en laca con base anticorrosiva o material similar, resistente, de alta duración. 7. Dimensiones aproximadas: 15" x 20" x 4" ó 38 cm. largo x 50.8 cm. alto x 10 cm. Profundidad. 8. Incluir todo lo necesario para su instalación. 		
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS		
<ol style="list-style-type: none"> 9. Conexión Eléctrica: Voltaje 120VAC ± 10%, 60 Hz, Fases: 1 10. La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. 		
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)		
<ol style="list-style-type: none"> 11. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485, o equivalente 		
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA		
<ol style="list-style-type: none"> 12. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. 13. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la 		

<p>disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.</p>																			
<p>TIEMPO DE ENTREGA</p>																			
<p>14. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato</p>																			
<p>GARANTÍA</p>																			
<p>15. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p> <p>16. Esta garantía deberá incluir atender llamados de reporte de fallas emergentes o desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas, (incluye fin de semana y festivo), a partir de la comunicación escrita realizada por el encargado del seguimiento y ejecución de contrato.</p> <p>17. Dichas reparaciones no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.</p> <p>18. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución.</p>																			
<p>SOPORTE TÉCNICO</p>																			
<p>19. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.</p>																			
<p>CONDICIONES DE RECEPCIÓN</p>																			
<p>20. Recepción: La empresa adjudicada deberá entregar los equipos armados y probados en el lugar de entrega.</p> <p>21. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p> <table border="1" data-bbox="284 1411 1141 1682"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SALA DE LECTURA</td> <td>IMAGENEOLOGIA</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONSULTORIOS MEDICINA</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y PRUEBAS ECG</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>RECEPCION DE CONSULTORIOS</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL 6</td> </tr> </tbody> </table> <p>22. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos listos para su funcionamiento a satisfacción del administrador de contrato.</p> <p>23. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Guía de uso o instalación.</p> <p>24. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: No. de Contrato, Vigencia de la garantía y número de contacto.</p>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	1	SALA DE LECTURA	IMAGENEOLOGIA	3	CONSULTORIOS MEDICINA	CONSULTA EXTERNA	1	CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y PRUEBAS ECG	CONSULTA EXTERNA	1	RECEPCION DE CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA	TOTAL 6			
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE																	
1	SALA DE LECTURA	IMAGENEOLOGIA																	
3	CONSULTORIOS MEDICINA	CONSULTA EXTERNA																	
1	CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y PRUEBAS ECG	CONSULTA EXTERNA																	
1	RECEPCION DE CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA																	
TOTAL 6																			

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
5	60302860	SET DE DIAGNÓSTICO	6

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Marca:
		Modelo:
		País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Set de diagnóstico que incluye un otoscopio y oftalmoscopio 2. El equipo compuesto por al menos: Mango, cabezal, lámparas y estuche de resguardo 3. Mango de material resistente con acabado estriado o rugoso, de acero inoxidable, cromado, o material duradero similar. 4. Incluir batería recargable integrada con sistema de carga. <p>OTOSCOPIO COMPLETO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Cristal óptico giratorio bidireccional con tres aumentos. 6. Con espéculos intercambiables en tamaños aproximados de 2 o 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, y 5 mm 7. Punto focal ajustable. <p>OFTALMOSCOPIO ESTANDAR</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Con lentes correctoras de dioptrías como mínimo, desde -25 hasta +30 aproximadamente. 9. Con apoyo de goma, para la ceja, diseño de lentes iluminados. 10. Con 3 de las siguientes aperturas como mínimo: semicírculo, ranura, círculo y estrella de fijación. 11. Con al menos los siguientes filtros: polarización y azul (libre de rojo) <p>ILUMINACIÓN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Brillo mayor a 15,000 lúmenes. 13. Vida útil mayor a 50,000 horas 14. Temperatura de color de al menos 4,000 K 		
ACCESORIOS INCLUIDOS POR EQUIPO		
<ol style="list-style-type: none"> 15. Un (1) estuche para resguardo y almacenaje del equipo y sus accesorios. 16. Un (1) juego de bombillos de repuestos para otoscopio y oftalmoscopio (Cuando aplique). 17. Set de baterías recargables con su cargador, según requerimiento del equipo. 18. Veinticinco espéculos de al menos los siguientes tamaños: de 2 o 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, y 5 mm. 25 de cada tamaño, Total 100. 		
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS		
<ol style="list-style-type: none"> 19. Funcionamiento a base de baterías recargables, incluir por equipo la/s batería/s recargable/s y su respectivo cargador con funcionamiento a un voltaje de 120 VAC, frecuencia 60 Hz, 1 Fase. 20. Resistente a la corrosión y a los líquidos utilizados para la desinfección en ambientes hospitalarios. 		
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)		
<ol style="list-style-type: none"> 21. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente. 		

<p>22. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América</p>																
<p>CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA</p>																
<p>23. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados.</p> <p>24. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años.</p> <p>25. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.</p>																
<p>TIEMPO DE ENTREGA</p>																
<p>26. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato.</p>																
<p>GARANTÍA</p>																
<p>27. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p>																
<p>CONDICIONES DE RECEPCIÓN</p>																
<p>28. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos listos para su funcionamiento a satisfacción del administrador de contrato.</p> <p>29. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Guía de uso</p> <p>30. Con la entrega del equipo presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS.</p> <p>31. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>CONSULTORIOS MEDICINA</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y PRUEBAS ECG</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CONSULTORIO ENDOCRINOLOGÍA</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CONSULTORIO NEFROLOGÍA</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </tbody> </table>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	3	CONSULTORIOS MEDICINA	CONSULTA EXTERNA	1	CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y PRUEBAS ECG	CONSULTA EXTERNA	1	CONSULTORIO ENDOCRINOLOGÍA	CONSULTA EXTERNA	1	CONSULTORIO NEFROLOGÍA	CONSULTA EXTERNA	
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE														
3	CONSULTORIOS MEDICINA	CONSULTA EXTERNA														
1	CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y PRUEBAS ECG	CONSULTA EXTERNA														
1	CONSULTORIO ENDOCRINOLOGÍA	CONSULTA EXTERNA														
1	CONSULTORIO NEFROLOGÍA	CONSULTA EXTERNA														

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
6	60302712	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	2

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Marca:
		Modelo:
		País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Equipo portátil para monitorización y control del nivel de saturación de oxígeno en la sangre, y la frecuencia cardiaca y Electrocardiografía, con fines diagnósticos en paciente adulto. 2. Por método no invasivo mediante Sensor de dedo. 3. Sensor dedo intercambiable. 4. Pantalla tipo LCD o LED o tecnología similar. 5. Despliegue digital del porcentaje de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. 6. Rango de mínimo medición SPO2 de 60 a 99% o mejor rango. 7. Precisión de saturación de oxígeno en sangre: de 2% a 3% o menor 8. Rango de Frecuencia de pulso de 30 a 250 pulsos por minuto o mayor. 9. Con indicador audible y/o visual de saturación baja. 10. Con indicador de batería baja. 11. Funcionamiento a baterías recargables 12. Apagado automático 13. Tiempo de la batería: \geq 30 horas de uso continuo 		
ACCESORIOS INCLUIDOS POR EQUIPO		
<ol style="list-style-type: none"> 14. Con estuche compacto para resguardo del equipo 15. Incluir Una (1) correa para transporte. 16. Incluir Un (1) set de baterías recargables y cargador con el equipo 17. Dos (2) sensores de dedo reusable para adulto. 		
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS Y MECÁNICAS		
<ol style="list-style-type: none"> 18. Opera por medio de baterías recargables con su cargador. 19. La unidad deberá estar bien construida con material resistente a golpes y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. 		
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)		
<ol style="list-style-type: none"> 20. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente. 21. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América. 		
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA		
<ol style="list-style-type: none"> 22. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. 23. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años 		

<p>24. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.</p>							
<p>TIEMPO DE ENTREGA</p>							
<p>25. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato</p>							
<p>GARANTÍA</p>							
<p>26. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato o designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p>							
<p>CONDICIONES DE RECEPCIÓN</p>							
<p>27. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos listos para su funcionamiento a satisfacción del administrador de contrato. 28. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Guía de uso 29. Con la entrega del equipo presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS. 30. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p> <table border="1" data-bbox="292 856 1133 934"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>CONSULTORIO ENDOSCOPIA</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </tbody> </table>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	2	CONSULTORIO ENDOSCOPIA	CONSULTA EXTERNA	
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE					
2	CONSULTORIO ENDOSCOPIA	CONSULTA EXTERNA					
<p>31. Imagen de referencia</p> <div style="text-align: center;">  </div>							

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
7	60302711	OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO DE DEDO	6

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Marca:
		Modelo:
		País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Equipo portátil para monitorización y control del nivel de saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardiaca, con fines diagnósticos en paciente adulto. 2. Por método no invasivo mediante Sensor de dedo. 3. Pantalla tipo LCD o LED o tecnología similar 4. Despliegue digital del porcentaje de saturación de oxígeno en sangre con intervalo de 70 a 99% o mejor rango. 5. Rango de Frecuencia de pulso de 30 a 250 pulsos por minuto o mayor. 6. Con indicador audible y/o visual de saturación baja. 7. Con indicador de batería baja. 8. Funcionamiento a baterías recargables 9. Apagado automático 		
ACCESORIOS INCLUIDOS POR EQUIPO		
<ol style="list-style-type: none"> 10. Con correa para transporte. 11. Incluir Un (1) set de baterías recargables y cargador con el equipo 		
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS		
<ol style="list-style-type: none"> 12. Opera por medio de baterías recargables con su cargador. 13. Equipo compacto, liviano, portátil. 		
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)		
<ol style="list-style-type: none"> 14. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente. 15. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América. 		
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA		
<ol style="list-style-type: none"> 16. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. 17. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años. 		
TIEMPO DE ENTREGA		
<ol style="list-style-type: none"> 18. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato. 		
GARANTÍA		
<ol style="list-style-type: none"> 19. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción. 		

CONDICIONES DE RECEPCIÓN																	
<p>20. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos listos para su funcionamiento a satisfacción del administrador de contrato.</p> <p>21. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Guía de uso</p> <p>22. Con la entrega del equipo presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS.</p> <p>23. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>CONSULTORIOS MEDICINA</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y PRUEBAS ECG</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CONSULTORIO ENDOCRINOLOGÍA</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CONSULTORIO NEFROLOGÍA</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </tbody> </table>			CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	3	CONSULTORIOS MEDICINA	CONSULTA EXTERNA	1	CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y PRUEBAS ECG	CONSULTA EXTERNA	1	CONSULTORIO ENDOCRINOLOGÍA	CONSULTA EXTERNA	1	CONSULTORIO NEFROLOGÍA	CONSULTA EXTERNA
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE															
3	CONSULTORIOS MEDICINA	CONSULTA EXTERNA															
1	CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y PRUEBAS ECG	CONSULTA EXTERNA															
1	CONSULTORIO ENDOCRINOLOGÍA	CONSULTA EXTERNA															
1	CONSULTORIO NEFROLOGÍA	CONSULTA EXTERNA															
<p>24. Imagen de referencia</p> <div style="text-align: center;">  </div>																	

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
8	60302879	TENSIÓMETRO DIGITAL DE MESA PARA ADULTO	18

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Marca: Modelo: País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensiómetro digital, para uso en consultorio de paciente adulto. 2. Equipo compacto, portátil y liviano. 3. Método de medición: oscilométrica. 4. Pantalla LCD, TFT o similar. 5. Visualización de presión sistólica, diastólica y frecuencia cardiaca. 6. Modo automático y manual. 7. Rango de medición mínima: 30-280 mm Hg ± 3 mm Hg. 8. Rango de medición de frecuencia: 40 a 180 lpm, o rango mayor. 9. Dispositivo avalado por agencias validadoras de tensiómetros reconocidas a nivel mundial, incluidas en la LISTA DE DISPOSITIVOS DE MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL AUTOMÁTICOS VALIDADOS de OPS: https://www.paho.org/es/documentos/lista-dispositivos-medir-presion-arterial-automaticos-validados (Verificar si el tensiómetro ofertado es validado en alguna de esas 5 sitios web de agencias validadoras: https://www.medaval.ie/ , https://stridebp.org/bp-monitorshhttp://www.dableducational.org/sphygmomanometers/de-vices_1_clinical.html , https://www.validatebp.org/ , https://bihsoc.org/bp-monitors/for-specialist-use/ .) 10. Almacenamiento de al menos 50 registros. 11. Mangas extraíbles e intercambiables. 12. Funcionamiento a base de: <ol style="list-style-type: none"> 12.1 Baterías recargables con cargador incluido. 12.2 Fuente de alimentación interna o externa con conexión eléctrica a 110 VAC, 60 Hz, 1 Fase. 		
ACCESORIOS INCLUIDOS POR EQUIPO		
<ol style="list-style-type: none"> 13. Seis (6) mangas reusables de material resistente con cierre de velcro o de acuerdo a tecnología del equipo ofertado <ol style="list-style-type: none"> 13.1 Dos (2) tamaño estándar medianas, 13.2 Dos (2) tamaño grandes 13.3 Dos (2) tamaño extras grandes. 14. Estuche con cierre, para guardar el equipo y las mangas. 15. Un (1) Set de baterías recargables y cargados según tecnología ofertada. 		
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS Y MECÁNICAS		
<ol style="list-style-type: none"> 16. Características mecánicas: Portátil. 17. Fuente de alimentación por medio de batería recargable, cargador para funcionar a un voltaje de 120 VAC, frecuencia 60 Hz, 1 Fase. 		
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA		

<p>18. Presentar con la oferta Registro Sanitario o Constancia de No Registro que emite la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS). Si aplica, deberá presentar Registro Sanitario vigente. En el caso que el citado registro sanitario no esté vigente, deberá presentar además del Registro Sanitario una copia de la Declaración Jurada de Renovación de Registro Sanitario y una carta en la cual se compromete; que, en caso de ser adjudicado, deberá entregar el correspondiente registro sanitario vigente, al momento de la entrega del bien.</p> <p>19. En el caso que el Equipo sea extranjero y no cuente con registro sanitario en Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), requerirá de un permiso especial de importación otorgado por la SRS. Posterior a la notificación de la resolución de la adjudicación, el ofertante procederá a tramitar el permiso especial de importación, con base a los requisitos establecidos en la página web oficial de la SRS. https://www.srs.gob.sv/?wpmpro=guia-para-tramites-de-permisos-especiales-de-importacion.</p>	
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)	
<p>20. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 81060-2:2018 o equivalente.</p> <p>21. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América.</p> <p>22. Norma de seguridad eléctrica IEC 80601-2-30-2009 o equivalente</p>	
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA	
<p>23. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados.</p> <p>24. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años.</p> <p>25. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.</p>	
TIEMPO DE ENTREGA	
<p>26. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato.</p>	
GARANTÍA	
<p>27. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica o a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p> <p>28. Esta garantía deberá incluir atender llamados de reporte de fallas emergentes por desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas, (incluye fin de semana y festivo), a partir de la comunicación escrita realizada por el encargado del seguimiento y ejecución de contrato.</p> <p>29. Dichas reparaciones no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de</p>	

<p>obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.</p> <p>30. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución.</p>							
<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO:</p>							
<p>31. Incluye al menos 2 visitas durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y realización de rutinas de limpieza, calibración u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro.</p>							
<p>SOPORTE TÉCNICO</p>							
<p>32. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.</p>							
<p>CONDICIONES DE RECEPCIÓN</p>							
<p>33. Deberá entregarse funcionando y en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato.</p> <p>34. Con la entrega del equipo presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS.</p> <p>35. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p> <table border="1" data-bbox="358 1136 1032 1209"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>CONSULTORIOS</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </tbody> </table> <p>36. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Guía de uso</p> <p>37. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.</p>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	18	CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA	
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE					
18	CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA					

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
9	60302928	TERMÓMETRO INFRARROJO SIN TACTO, PARA TEMPERATURA CORPORAL	5

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Marca:
		Modelo:
		País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Equipo para medición de temperatura corporal. 2. Tecnología de medición infrarroja de temperatura, tomado del paciente, sin contacto. 3. Lectura en menos de 10 segundos. 4. Mediciones en grados Celsius y Fahrenheit. 5. Con señal visual y/o acústica para alarma de fiebre. 6. Rango útil de medida 34°C - 42 ° C. o mayor. 7. Precisión de la medición: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 8. Con memoria de las últimas mediciones. 9. Pantalla LED o LCD con retroiluminación, de 2 o más dígitos. 10. Apagado automático. 		
ACCESORIOS INCLUIDOS POR EQUIPO		
<ol style="list-style-type: none"> 11. Estuche para guardar el equipo. 12. Set de baterías recargables con su cargador, según requerimiento del equipo. 		
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS		
<ol style="list-style-type: none"> 13. Equipo compacto portátil y liviano. 14. Fuente de alimentación por medio de batería recargable, cargador para funcionar a un voltaje de 120 VAC, frecuencia 60 Hz, 1 Fase. 		
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)		
<ol style="list-style-type: none"> 15. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485, o equivalente. 		
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA		
<ol style="list-style-type: none"> 16. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. 17. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años. 18. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años. 		
TIEMPO DE ENTREGA		
<ol style="list-style-type: none"> 19. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato. 		
GARANTÍA		
<ol style="list-style-type: none"> 20. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador 		

de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.							
CONDICIONES DE RECEPCIÓN							
<p>21. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos funcionando a satisfacción del administrador de contrato.</p> <p>22. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Guía de uso.</p> <p>23. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p> <table border="1"> <tr> <td>CANTIDAD</td> <td>UBICACIÓN</td> <td>AMBIENTE</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CONSULTORIOS</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </table>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	5	CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA	
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE					
5	CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA					

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
10	60302375	LÁMPARA DE MANO PARA EXAMEN	12
Tipo de equipo		EQUIPO MÉDICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			Marca:
			Modelo:
			País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> Lámpara de mano de tamaño pequeño de bolsillo. Aproximadamente 5 pulgadas de largo y media pulgada de diámetro. Luz tipo LED Con baterías recargables incluidas. Deberá permitir el reemplazo de baterías recargables. 			
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS			
<ol style="list-style-type: none"> Características eléctricas: Por medio de batería recargable, incluir cargador. Características mecánicas: La unidad deberá estar bien construida con material resistente a golpes y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. 			
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)			
<ol style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente. 			
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA			
<ol style="list-style-type: none"> Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años. 			
TIEMPO DE ENTREGA			
<ol style="list-style-type: none"> Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato. 			
GARANTÍA			

<p>12. El período de la garantía requerido es de un (1) año, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p>							
CONDICIONES DE RECEPCIÓN							
<p>13. Se entregará funcionando a satisfacción del administrador de contrato. 14. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p> <table border="1"> <tr> <td>CANTIDAD</td> <td>UBICACIÓN</td> <td>AMBIENTE</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>CONSULTORIOS</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </table>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	12	CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA	
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE					
12	CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA					

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
11	60302300	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA	18

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Marca: Modelo: País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Estetoscopio biauricular para paciente adulto 2. De doble campana. 3. Diafragma liso para detectar una amplia gama de frecuencias de sonido, fabricada en fibra de vidrio. 4. Campana fabricada en acero inoxidable, ajustable mediante giro, con protector externo preferiblemente de hule. 5. Un (1) tubo en "Y" libre de látex. 6. De alta durabilidad. 		
ACCESORIOS INCLUIDOS POR EQUIPO		
<ol style="list-style-type: none"> 7. Dos (2) olivas extra, flexibles, fabricadas de silicón o goma. 8. Un (1) juego de diafragmas liso de repuesto. 		
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)		
<ol style="list-style-type: none"> 9. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente. 10. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América. 		
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA		
<ol style="list-style-type: none"> 11. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. 12. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años. 13. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años. 		

TIEMPO DE ENTREGA							
14. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato .							
GARANTÍA							
15. El período de la garantía requerido es de un (1) año , para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato o designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.							
CONDICIONES DE RECEPCIÓN							
16. Se entregará funcionando a satisfacción del administrador de contrato. 17. Presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS. 18. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):							
<table border="1"> <tr> <td>CANTIDAD</td> <td>UBICACIÓN</td> <td>AMBIENTE</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>CONSULTORIOS</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </table>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	18	CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA	
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE					
18	CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA					

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
12	60302400	LAMPARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO	1

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Marca:
		Modelo:
		País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> Lámpara para examen tipo cuello de ganso con bombillo de luz blanca tipo LED. Vida media del LED $\geq 40,000$ horas Con temperatura de color $\geq 4,500$ K e intensidad $\geq 17,000$ lux Con brazo flexible Base giratoria con 5 rodos y frenos en al menos dos rodos. Altura ajustable entre (100-135) cm o rango mayor. Con interruptor eléctrico ubicado en la cabeza de la lámpara o cerca de ella para fácil acceso del usuario. 		
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS		
<ol style="list-style-type: none"> Conexión Eléctrica: Voltaje 120VAC $\pm 10\%$, 60 Hz, Fases: 1 La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. 		
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)		
<ol style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América. 		
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA		

<p>12. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados.</p> <p>13. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años.</p> <p>14. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.</p>							
<p>TIEMPO DE ENTREGA</p>							
<p>15. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato.</p>							
<p>GARANTÍA</p>							
<p>16. El período de la garantía requerido es de un (1) año, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p>							
<p>SOPORTE TÉCNICO</p>							
<p>17. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado.</p>							
<p>CONDICIONES DE RECEPCIÓN</p>							
<p>18. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos funcionando a satisfacción del administrador de contrato.</p> <p>19. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación o Guía de Uso.</p> <p>20. Presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS.</p> <p>21. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.</p> <p>22. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p>							
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="272 1333 435 1371">CANTIDAD</th> <th data-bbox="435 1333 846 1371">UBICACIÓN</th> <th data-bbox="846 1333 1130 1371">AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="272 1371 435 1409">3</td> <td data-bbox="435 1371 846 1409">CONSULTORIOS GINECOLOGÍA</td> <td data-bbox="846 1371 1130 1409">CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </tbody> </table>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	3	CONSULTORIOS GINECOLOGÍA	CONSULTA EXTERNA	
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE					
3	CONSULTORIOS GINECOLOGÍA	CONSULTA EXTERNA					

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
13	60303725	MONITOR DE SIGNOS VITALES, PORTÁTIL	1

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Marca:
		Modelo:
		País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor para uso en salas de recuperación post procedimientos mínimos invasivos 2. Para medición de al menos los siguientes parámetros: electrocardiografía, frecuencia cardiaca, respiratoria, oximetría de pulso, temperatura, presión no invasiva. 3. Para uso en paciente adulto. 4. Pantalla a color, con tecnología tipo TFT, LCD, LED o tecnología mejorada. 5. Presentación en pantalla de al menos 3 curvas fisiológicas simultaneas. 6. Tamaño máximo de pantalla de 12 pulgadas. 7. Resolución 1280 x 800 pixeles como mínimo. 8. Menús y mensajes en pantalla deben ser en español. 9. Almacenamiento de tendencias de 48 horas o su equivalente en grupos de alarmas al menos 1000 registros. <p>ELECTROCARDIOGRAFIA</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Electrocardiografía en tres o cinco derivaciones. 11. Con presentación de al menos dos canales de ECG en pantalla. 12. Con protección desfibrilador. <p>FRECUENCIA CARDIACA</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Frecuencia cardíaca con rango de medición mínima: desde 25 hasta 300 bmp 14. Alarmas ajustables para los limites altos y bajos <p>RESPIRACION</p> <ol style="list-style-type: none"> 15. Método de medición por impedancia transtorácica. 16. Presentación en pantalla de valor medido 17. Frecuencia respiratoria rango de medición mínima: 1 hasta 100 resp/min 18. Alarma de apnea. 19. Alarmas ajustables para los limites altos y bajos <p>SATURACION PARCIAL DE OXIGENO SPO2</p> <ol style="list-style-type: none"> 20. Oximetría de pulso (SPO2) con grafica de onda pletismográfica y valor numérico en pantalla. 21. Con rango mínimo de medición de 60% hasta 100%. 22. Precisión de $\pm 3\%$ o menor para un rango de 70 al 100%. 23. Con capacidad de obtener frecuencia cardiaca a través de SPO2 24. Rango mínimo de medición de frecuencia 30 hasta 240 bpm. <p>TEMPERATURA</p> <ol style="list-style-type: none"> 25. Método de medición: R resistencia térmica 26. Rango mínimo de medición de: 25°C a 44°C. <p>PRESION ARTERIAL NO INVASIVA NIBP</p> <ol style="list-style-type: none"> 27. Método de medición oscilométrica. 28. Modo de medición manual y automático. 29. Capacidad de medición y presentar en pantalla presión sistólica, diastólica, y media 30. Con rango mínimo de medición de presión SISTOLICA: 		

<p>34.1 Adulto: 40 hasta 270 mm Hg 31. Con rango mínimo de medición de presión DIASTOLICA: 35.1 Adulto: 10 hasta 215 mm Hg 32. Precisión de medida de ± 5 mm Hg o menor. 33. Alarmas ajustables para los límites altos y bajos</p>	
ACCESORIOS INCLUIDOS POR EQUIPO	
<p>34. Dos (2) cables ECG de 3 derivaciones. 35. Dos (2) Brazaletes adulto reusable con manga y accesorios para medir NIBP. 36. Dos (2) Sensores de dedo reusable adulto para SPO2 37. Dos (2) Cables de intermedios para sensor SPO2 (Si aplica). 38. Dos (2) Sensores de temperatura transcutáneo reusable para adulto (de piel o superficie) 39. 250 electrodos de ECG desechables. 40. Con batería recargable con soporte 30 minutos mínimo.</p>	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS	
<p>41. Energía eléctrica Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hz. 1 fase 42. Con soporte de batería de al menos 30 minutos.</p>	
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA	
<p>43. Presentar con la oferta Registro Sanitario o Constancia de No Registro que emite la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS). Si aplica, deberá presentar Registro Sanitario vigente. En el caso que el citado registro sanitario no esté vigente, deberá presentar además del Registro Sanitario una copia de la Declaración Jurada de Renovación de Registro Sanitario y una carta en la cual se compromete; que, en caso de ser adjudicado, deberá entregar el correspondiente registro sanitario vigente, al momento de la entrega del bien. 44. En el caso que el Equipo sea extranjero y no cuente con registro sanitario en Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), requerirá de un permiso especial de importación otorgado por la SRS. Posterior a la notificación de la resolución de la adjudicación, el ofertante procederá a tramitar el permiso especial de importación, con base a los requisitos establecidos en la página web oficial de la SRS. https://www.srs.gob.sv/?wpdmpro=guia-para-tramites-de-permisos-especiales-de-importacion.</p>	
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)	
<p>45. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente, 46. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América. 47. Deberá cumplir normas de seguridad eléctrica de la serie EN60601 o equivalente.</p>	
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA	
<p>48. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. 49. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años. 50. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.</p>	

CAPACITACION (PRESENTAR CARTA DE COMPROMISO)	
<p>51. El programa de capacitaciones deberá estar autorizado por el Administrador de Contrato, y avalado por el jefe del servicio.</p> <p>52. Deberá Incluir todo el material de apoyo y equipo requerido para desarrollar las correspondientes capacitaciones solicitadas.</p> <p>Para personal Usuario:</p> <p>53. Se proporcionarán capacitaciones, dentro de las instalaciones del CENT en una jornada de 4 horas, la cual debe de contener en su temario como mínimo: aplicaciones clínicas y de uso en general, manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, fallas comunes y limpieza, dicha capacitación será a entera satisfacción de Administrador de contrato</p> <p>Para personal de Mantenimiento:</p> <p>54. Se proporcionarán capacitaciones dentro de las instalaciones del CENT, en una jornada de 4 horas, la cual debe contener en su temario como mínimo: manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, limpieza del equipo, explicación de la rutina de mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo, explicación del diagrama de bloques, árbol de solución de problemas, solicitud de repuestos, en castellano.</p>	
TIEMPO DE ENTREGA	
55. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato.	
GARANTÍA	
<p>56. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato o designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p> <p>57. Esta garantía deberá incluir atender llamados de reporte de fallas emergentes por desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas, (incluye fin de semana y festivo), a partir de la comunicación escrita realizada por el encargado del seguimiento y ejecución de contrato.</p> <p>58. Dichas reparaciones no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.</p> <p>59. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución.</p>	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	
60. Incluye al menos 2 visitas durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y realización de rutinas de limpieza, calibración u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro.	

SOPORTE TÉCNICO								
<p>61. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.</p>								
CONDICIONES DE RECEPCIÓN								
<p>62. La empresa adjudicada deberá realizar el armado del equipo, capacitación del personal y pruebas del equipo en el lugar de entrega.</p> <p>63. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos funcionando a satisfacción del administrador de contrato.</p> <p>64. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación, Manual de Partes, Manual de Servicio. Será necesaria una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés.</p> <p>65. Presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS.</p> <p>66. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: marca, modelo, casa productora, año de fabricación, país de origen, No. de Contrato, Vigencia de la garantía y número de contacto.</p> <p>67. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPIÍA</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </tbody> </table>			CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	1	PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPIÍA	CONSULTA EXTERNA
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE						
1	PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPIÍA	CONSULTA EXTERNA						

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
14	60302055	ASPIRADOR DE SECRECIONES	2

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Marca:
		Modelo:
		País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspirador eléctrico diseñado para evacuar fluidos corporales de áreas de intervención durante procedimientos mínimos invasivos 2. Bomba eléctrica de succión continua. 3. Bajo nivel de ruido (menor a 65 dB). 4. Flujo de succión no menor a 40 LPM en su succión máxima. 5. Presión de vacío regulable en al menos de 0-650 mm Hg. 6. Controles: Los interruptores, perillas y otros controles deberán estar sellados para no permitir la filtración de fluidos. 7. Frasco: Dos frascos reutilizables con capacidad mínima de 2500 mililitros, fabricado de policarbonato, u otro material de superior calidad, incluir los respectivos aditamentos de conexión: <ol style="list-style-type: none"> 7.1 Sistema de sellos para evitar fuga de líquidos 7.2 Sistema de corte por obstrucción y dispositivo de seguridad para prevenir el rebalse del frasco. 7.3 Tubo conductivo de aspiración con cánula. 7.4 Frasco con tapadera para enroscar. 8. Filtro Bacteriológico: Sistema con filtro bacteriológico hidrofóbico descartable para prevenir contaminación. 9. Medidores: Debe incluir manómetro de precisión con escala en mm Hg o equivalente, que permita al operador fijar el límite de succión (tanto para el funcionamiento de la bomba, como para detectar fugas u obstrucciones). 		
ACCESORIOS INCLUIDOS POR EQUIPO		
<ol style="list-style-type: none"> 10. Dos (2) Frascos reutilizable extra de la misma capacidad y características que el incluido en el equipo. 11. Cinco (5) Filtros bacteriológicos hidrofóbicos descartables. 12. Dos (2) cánulas reutilizables con cada equipo 		
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS		
<ol style="list-style-type: none"> 13. Energía eléctrica Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hz. 1 fase. 14. Toma corriente macho polarizado grado hospitalario, con longitud aproximada: 1.8 m. 15. La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. 16. Todos los componentes externos deben estar montados de manera segura. 17. Equipo auto soportado, con montaje en carro sobre ruedas para facilitar su traslado 		
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA		
<ol style="list-style-type: none"> 18. Presentar con la oferta Registro Sanitario o Constancia de No Registro que emite la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS). Si aplica, deberá presentar Registro Sanitario vigente. En el caso que el 		

<p>citado registro sanitario no esté vigente, deberá presentar además del Registro Sanitario una copia de la Declaración Jurada de Renovación de Registro Sanitario y una carta en la cual se compromete; que, en caso de ser adjudicado, deberá entregar el correspondiente registro sanitario vigente, al momento de la entrega del bien.</p> <p>19. En el caso que el Equipo sea extranjero y no cuente con registro sanitario en Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), requerirá de un permiso especial de importación otorgado por la SRS. Posterior a la notificación de la resolución de la adjudicación, el ofertante procederá a tramitar el permiso especial de importación, con base a los requisitos establecidos en la página web oficial de la SRS. https://www.srs.gob.sv/?wpmpro=guia-para-tramites-de-permisos-especiales-de-importacion.</p>	
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)	
<p>20. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente.</p> <p>21. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América.</p> <p>22. Deberá cumplir normas de seguridad eléctrica de la serie EN60601 o equivalente.</p>	
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA	
<p>23. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados.</p> <p>24. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años.</p> <p>25. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.</p>	
TIEMPO DE ENTREGA	
<p>26. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato.</p>	
GARANTÍA	
<p>27. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p> <p>28. Esta garantía deberá incluir atender llamados de reporte de fallas emergentes por desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas, (incluye fin de semana y festivo), a partir de la comunicación escrita realizada por el encargado del seguimiento y ejecución de contrato.</p> <p>29. Dichas reparaciones no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.</p> <p>30. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este</p>	

<p>hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución.</p>							
<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO.</p>							
<p>31. Incluye al menos 2 visitas durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y realización rutinas de limpieza, calibración u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro.</p>							
<p>SOPORTE TÉCNICO</p>							
<p>32. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencias en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.</p>							
<p>CONDICIONES DE RECEPCIÓN</p>							
<p>33. Recepción: La empresa adjudicada deberá realizar el armado y pruebas del equipo, en el lugar de entrega.</p> <p>34. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p> <table border="1" data-bbox="261 856 1130 936"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPIA</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </tbody> </table> <p>35. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos funcionando a satisfacción del administrador de contrato.</p> <p>36. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación, Manual de Partes, Manual de Servicio. Será necesaria una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés.</p> <p>37. Presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS.</p> <p>38. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: marca, modelo, casa productora, año de fabricación, país de origen, No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.</p>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	2	PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPIA	CONSULTA EXTERNA	
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE					
2	PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPIA	CONSULTA EXTERNA					

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
15	60303320	EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	1

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Marca:
		Modelo:
		País de origen:
<p>1. Equipo portátil, completo para la atención de paro cardiorrespiratorio. Debe constar de los siguientes componentes: Desfibrilador con monitor de parámetros, Laringoscopio, Resucitador manual con bolsa reservorio, Tabla de paro, Carro de transporte</p> <p>DESFIBRILADOR:</p> <p>2. Pantalla para visualización de parámetros de monitorización, Tipo LCD TFT a color, o de tecnología mejorada.</p> <p>3. Visualización en pantalla de al menos tres canales.</p> <p>4. Administración de descarga por medio de electrodos adhesivos multifuncionales y paletas de desfibrilación tamaño adulto.</p> <p>5. Con modo de funcionamiento: manual, cardioversión sincrónica y modulo DEA</p> <p>6. Rango mínimo de selección de energía manual: de 2 a 200 Joules, en onda bifásica.</p> <p>7. Rango mínimo de selección de energía en modo DEA: de 100 a 200 Joules, configurables.</p> <p>8. Transferencia de energía en modo cardioversión sincrónica: onda QRS</p> <p>9. Tiempo de carga: menos de 10 segundos, para selección máxima de energía, y en funcionamiento a batería.</p> <p>10. Indicadores de carga: Señal sonora del equipo cargando y señal sonora de carga completa.</p> <p>11. Mensajes, menús e instrucciones de RCP, en idioma castellano.</p> <p>12. Memoria para registrar los eventos de las últimas 24 horas o 500 eventos.</p> <p>13. Batería con duración: a carga plena al menos 60 minutos o un mínimo de 175 choques a carga de energía máxima</p> <p>14. Sistema de auto chequeo o auto DIAGNÓSTICO</p> <p>15. Deberá contener los indicadores siguientes:</p> <p>15.1 Control de selección de energía</p> <p>15.2 Indicador de carga</p> <p>15.3 Control de carga / descarga de la batería</p> <p>15.4 Indicador de sincronización</p> <p>15.5 Electrodo suelto: identificado y mostrado con alarma de bajo nivel.</p> <p>15.6 Con sistema de alarmas audibles y visibles ajustable.</p> <p>LARINGOSCOPIO</p> <p>16. Para uso adulto con al menos las siguientes hojas: #3, #4 y #5 (una recta y una curva de cada número).</p> <p>17. El equipo se suministrará completo con su mango metálico externo estriado, lámparas, estuche, hojas, cargador de baterías y baterías recargables (El oferente deberá de especificar el tipo de batería que el equipo utiliza si es convencional o especializada, según recomendación del fabricante).</p> <p>18. Iluminación por medio de cable de fibra óptica</p> <p>19. Lámpara de luz blanca tipo LED.</p>		

<p>RESUCITADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> 20. Resucitador para ventilación manual de pacientes adultos, 21. Deberá poseer una válvula de seguridad para evitar la sobrepresión. 22. Con bolsa de reservorio tamaño adulto, Volumen aproximado del reservorio de aire: 1500 a 2000 ml. 23. Incluir tres mascarillas por cada bolsa. <p>TABLA DE PARO</p> <ul style="list-style-type: none"> 24. Tabla rígida para ayudar a la administración de resucitación cardiopulmonar. 25. Su construcción debe ser en plástico resistente y ligero de peso. 26. Con laterales contorneados que permitan levantar al paciente con más facilidad, preferiblemente. <p>CARRO DE PARO</p> <ul style="list-style-type: none"> 27. Carro porta desfibrilador fabricado en estructura metálica o plástico ABS, no conductivo y resistente a la corrosión y a soluciones desinfectantes de uso hospitalario. 28. Con al menos 4 gavetas resistentes, la primera de ellas con un mínimo de 16 divisiones para colocar medicamentos, éstas deben tener un mecanismo de seguridad para evitar que se abran durante el traslado. 29. Las esquinas del mueble deben ser redondeadas y con protector contra choques. 30. Con ruedas de al menos 2.5". de diámetro, con freno en al menos dos de ellas. 31. Con porta suero fabricado de acero inoxidable 32. Con manecillas en los extremos para facilidad de empuje, soportes o barandales en la superficie superior para evitar deslizamiento del material 33. Tablero o soporte superior para colocación de desfibrilador. 34. Con accesorio lateral para colocar tabla de paro cardiorrespiratorio y cilindro de oxígeno tipo E. 35. Incluir un cilindro tipo E con válvula de poste y/o manómetro 36. Maleta y/o mochila de transporte para desfibrilador 	
<p>ACCESORIOS INCLUIDOS POR EQUIPO</p> <ul style="list-style-type: none"> 37. Un (1) impresor térmico para registro de ECG, velocidad: 12.5; 25 o 50 mm/s con precisión de $\pm 5\%$ y tamaño del papel: 50 mm (anchura) x 30 m (longitud máxima). 38. Un (1) juego de paletas externas para adulto. 39. Seis (6) sets de electrodos para funcionamiento de modulo DEA para adulto, incluir el cable con conector para equipo 40. Seis (6) tubos de gel electro conductiva 41. Doce (12) rollos de papel térmico 42. Un (1) cilindro de oxígeno tipo E, con manómetro regulador de O2 tipo yugo. 	
<p>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> 43. Para el desfibrilador: Energía eléctrica Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hz. 1 fase 44. Para el laringoscopio funcionamiento a baterías, incluir baterías recargables y su respectivo cargador para funcionar a un voltaje de 120 VAC, frecuencia 60 Hz, 1 Fase. 45. La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. 46. Todos los componentes externos deben estar montados de manera segura. 	
<p>DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA</p>	

<p>47. Para el desfibrilador presentar con la oferta Registro Sanitario o Constancia de No Registro que emite la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS). Si aplica, deberá presentar Registro Sanitario vigente. En el caso que el citado registro sanitario no esté vigente, deberá presentar además del Registro Sanitario una copia de la Declaración Jurada de Renovación de Registro Sanitario y una carta en la cual se compromete; que, en caso de ser adjudicado, deberá entregar el correspondiente registro sanitario vigente, al momento de la entrega del bien.</p> <p>48. En el caso que el Equipo sea extranjero y no cuente con registro sanitario en Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), requerirá de un permiso especial de importación otorgado por la SRS. Posterior a la notificación de la resolución de la adjudicación, el ofertante procederá a tramitar el permiso especial de importación, con base a los requisitos establecidos en la página web oficial de la SRS. https://www.srs.gob.sv/?wpmpro=guia-para-tramites-de-permisos-especiales-de-importacion.</p>	
<p>NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)</p>	
<p>49. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente.</p> <p>50. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América.</p> <p>51. Deberá cumplir normas de seguridad eléctrica de la serie EN60601 o equivalente.</p>	
<p>CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA</p>	
<p>52. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados.</p> <p>53. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años.</p> <p>54. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.</p>	
<p>CAPACITACION (PRESENTAR CARTA DE COMPROMISO)</p>	
<p>55. El programa de capacitaciones deberá estar autorizado por el Administrador de Contrato, y avalado por el jefe del servicio.</p> <p>56. Deberá Incluir todo el material de apoyo y equipo requerido para desarrollar las correspondientes capacitaciones solicitadas.</p> <p>Para personal Usuario:</p> <p>57. Se proporcionarán capacitaciones, dentro de las instalaciones del CENT en una jornada de 4 horas, la cual debe de contener en su temario como mínimo: aplicaciones clínicas y de uso en general, manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, fallas comunes y limpieza, dichas capacitaciones serán a entera satisfacción de Administrador de contrato</p> <p>Para personal de Mantenimiento:</p> <p>58. Se proporcionarán capacitaciones dentro de las instalaciones del CENT, en una jornada de 4 horas, la cual debe contener en su</p>	

<p>temario como mínimo: manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, limpieza del equipo, explicación de la rutina de mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo, explicación del diagrama de bloques, árbol de solución de problemas, solicitud de repuestos, en castellano.</p>							
<p>TIEMPO DE ENTREGA</p>							
<p>59. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato</p>							
<p>GARANTÍA</p>							
<p>60. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p> <p>61. Esta garantía deberá incluir atender llamados de reporte de fallas emergentes por desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas, (incluye fin de semana y festivo), a partir de la comunicación escrita realizada por el encargado del seguimiento y ejecución de contrato.</p> <p>62. Dichas reparaciones no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.</p> <p>63. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución.</p>							
<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>							
<p>64. Incluye al menos 2 visitas durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y realización de rutinas de limpieza, calibración u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro.</p>							
<p>SOPORTE TÉCNICO</p>							
<p>65. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.</p>							
<p>CONDICIONES DE RECEPCIÓN</p>							
<p>66. La empresa adjudicada deberá realizar el armado del equipo, capacitación del personal y pruebas del equipo en el lugar de entrega.</p> <p>67. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p> <table border="1" data-bbox="337 1709 1049 1789"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONSULTORIOS</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </tbody> </table> <p>68. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos funcionando a satisfacción del administrador de contrato.</p> <p>69. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación, Manual de Partes, Manual de Servicio. Será necesaria una copia en</p>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	1	CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA	
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE					
1	CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA					

<p>físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés.</p> <p>70. Presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS.</p> <p>71. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: marca, modelo, casa productora, año de fabricación, país de origen, No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.</p>	
--	--

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
16	60302190	ELECTROCARDIOGRAFO DE DOCE CANALES	1

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Marca:
		Modelo:
		País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Equipo multicanal, portátil, utilizado para la impresión de trazos electrocardiográficos, con fines diagnósticos cardiológicos 2. Electrocardiógrafo de doce canales, capaz de monitorear y graficar simultáneamente las siguientes derivaciones: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. 3. Pantalla LCD, TFT o de mejor tecnología. 4. Capacidad de operación y registro manual y automático. 5. Con programa de medidas y diagnóstico (interpretaciones). 6. Menús y mensajes en idioma castellano 7. Impresor térmico integrado. Papel de impresión: Termosensible. 8. Con adquisición e impresión simultanea de 12 derivaciones. 9. Velocidad de impresión mínima: 5, 25 y 50 mm/seg. 10. Rango de respuesta en frecuencia de 0.05 a 150 Hz ó mayor. 11. Sensibilidad de 5,10 y 20 mm/Mv 12. Impedancia mínima de entrada 50 MΩ. 13. Factor de rechazo a modo común (CMRR) superior a los 90 dB. 14. Filtros para evitar interferencia (red y musculares) 15. Capacidad de calibración a 1mV aproximadamente 16. Con sistema de alarmas de falla de conexión de electrodos, falta de papel, batería baja, respiración y señal de ECG excedida. 17. Visualización de la frecuencia cardíaca. Control de los límites superior e inferior de frecuencia cardíaca (en un rango aproximado de 30 a 120 latidos por minuto). 18. Sistema de autodiagnóstico. 19. Interface para conectarse a computadora y/o impresor externo (puerto RS- 232, puerto USB, Bluetooth o tecnología mejorada). 20. Con batería de respaldo integrada de al menos 30 minutos. 		
ACCESORIOS INCLUIDOS.		

<p>21. Un (1) Carro para transporte del equipo, que cuente con canasta porta electrodos, porta cable de alimentación y ruedas con frenos.</p> <p>22. Dos (2) cables para paciente de 10 derivaciones</p> <p>23. Dos (2) set de electrodos completos (10 derivaciones: precordiales + extremidades)</p> <p>24. Veinticuatro (24) rollos de papel para impresor térmico.</p> <p>25. Seis (6) tubos de gel conductivo (vencimiento no menor a 12 meses)</p>	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS	
<p>26. Energía eléctrica Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hz. 1 fase</p> <p>27. Toma corriente macho polarizado grado hospitalario, con longitud aproximada: 1.8 m.</p> <p>28. Con soporte de batería interno de al menos 30 minutos.</p> <p>29. La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria.</p> <p>30. Equipo auto soportado, con montaje en carro sobre ruedas para facilitar su traslado</p>	
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA	
<p>31. Presentar con la oferta Registro Sanitario o Constancia de No Registro que emite la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS). Si aplica, deberá presentar Registro Sanitario vigente. En el caso que el citado registro sanitario no esté vigente, deberá presentar además del Registro Sanitario una copia de la Declaración Jurada de Renovación de Registro Sanitario y una carta en la cual se compromete; que, en caso de ser adjudicado, deberá entregar el correspondiente registro sanitario vigente, al momento de la entrega del bien.</p> <p>32. En el caso que el Equipo sea extranjero y no cuente con registro sanitario en Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), requerirá de un permiso especial de importación otorgado por la SRS. Posterior a la notificación de la resolución de la adjudicación, el ofertante procederá a tramitar el permiso especial de importación, con base a los requisitos establecidos en la página web oficial de la SRS. https://www.srs.gob.sv/?wpmpro=guia-para-tramites-de-permisos-especiales-de-importacion.</p>	
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)	
<p>33. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente.</p> <p>34. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América.</p> <p>35. Deberá cumplir normas de seguridad eléctrica de la serie EN60601 o equivalente.</p>	
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA	
<p>36. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados.</p> <p>37. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años.</p>	

<p>38. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.</p>	
<p>CAPACITACION (PRESENTAR CARTA DE COMPROMISO)</p>	
<p>39. El programa de capacitaciones deberá estar autorizado por el Administrador de Contrato, y avalado por el jefe del servicio.</p> <p>40. Deberá Incluir todo el material de apoyo y equipo requerido para desarrollar las correspondientes capacitaciones solicitadas.</p> <p>Para personal Usuario:</p> <p>41. Se proporcionarán capacitaciones, dentro de las instalaciones del CENT en una (1) jornada de 4 horas, la cual debe de contener en su temario como mínimo: aplicaciones clínicas y de uso en general, manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, fallas comunes y limpieza, dichas capacitaciones serán a entera satisfacción de Administrador de contrato.</p> <p>Para personal de Mantenimiento:</p> <p>42. Se proporcionarán capacitaciones dentro de las instalaciones del CENT, en una jornada de 4 horas, la cual debe contener en su temario como mínimo: manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, limpieza del equipo, explicación de la rutina de mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo, explicación del diagrama de bloques, árbol de solución de problemas, solicitud de repuestos, en castellano.</p>	
<p>TIEMPO DE ENTREGA</p>	
<p>43. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato,</p>	
<p>GARANTÍA</p>	
<p>44. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p> <p>45. Esta garantía deberá incluir atender llamados de reporte de fallas emergentes o por desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas, (incluye fin de semana y festivo), a partir de la comunicación escrita realizada por el encargado del seguimiento y ejecución de contrato.</p> <p>46. Dichas reparaciones no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.</p> <p>47. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución.</p>	
<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>	

<p>48. Incluye al menos 2 visitas durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y realización de rutinas de limpieza, calibración u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro</p>							
<p>SOPORTE TÉCNICO</p>							
<p>49. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.</p>							
<p>CONDICIONES DE RECEPCIÓN</p>							
<p>50. La empresa adjudicada deberá realizar el armado del equipo, capacitación del personal y prueba de funcionamiento en el lugar donde será entregado.</p> <p>51. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos funcionando a satisfacción del administrador de contrato.</p> <p>52. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p> <table border="1" data-bbox="277 806 1114 884"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONSULTORIO CARDIOLOGÍA</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </tbody> </table> <p>53. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación, Manual de Partes, Manual de Servicio. Será necesaria una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés.</p> <p>54. Presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS.</p> <p>55. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: marca, modelo, casa productora, año de fabricación, país de origen, No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.</p>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	1	CONSULTORIO CARDIOLOGÍA	CONSULTA EXTERNA	
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE					
1	CONSULTORIO CARDIOLOGÍA	CONSULTA EXTERNA					

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
17	60302230	EXTRACTOR ELÉCTRICO DE LECHE	1

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Marca: Modelo: País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Equipo eléctrico para la extracción de leche materna 2. Para uso en ambiente hospitalario. 3. Potencia de extracción y estimulación ajustable en al menos 3 niveles. 4. Doble embudo para extracción simultanea de ambas mamas. 5. Con control de ciclo de vacío: automático, continuo o intermitente. 6. Vacío de al menos 60 ciclos por minuto o mayor. 7. Biberones, embudos y botella que van en contacto con la leche materna para uso alimentario deberán ser libres de BPA (Bisfenol A). 8. Debe incluir kits de extracción reutilizables, esterilizables. 9. Sistema portátil funcionamiento a baterías recargables y/o con conexión eléctrica directa. 10. Motor eléctrico de funcionamiento silencioso. 		
ACCESORIOS INCLUIDOS.		
<ol style="list-style-type: none"> 11. Set de extracción hospitalario que incluya: <ol style="list-style-type: none"> 11.1 Dos (2) botellas recolectoras de al menos 80 ml, con su respectiva tapa. 11.2 Juego de embudos talla estándar (Caja de 25 unidades), de al menos dos de los siguientes tamaños: S (21 mm); M (24 mm); L (27 mm) XL (30 mm). 		
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS		
<ol style="list-style-type: none"> 12. Energía eléctrica Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hz. 1 fase 13. La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. 		
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)		
<ol style="list-style-type: none"> 14. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente. 15. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América. 		
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA		
<ol style="list-style-type: none"> 16. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. 17. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años. 18. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años. 		
TIEMPO DE ENTREGA		

<p>19. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato.</p>							
<p>GARANTÍA</p>							
<p>20. El período de la garantía requerido es de un (1) año, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica o a satisfacción del administrador de contrato o designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p>							
<p>SOPORTE TÉCNICO</p>							
<p>1. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.</p>							
<p>CONDICIONES DE RECEPCIÓN</p>							
<p>21. La empresa adjudicada deberá entregar el equipo, listo para ser puesto en funcionamiento.</p> <p>22. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p> <table border="1" data-bbox="402 758 992 835"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LACTARIO</td> <td>PRIMER NIVEL</td> </tr> </tbody> </table> <p>23. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación, o Guía de uso. Será necesaria la entrega de una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés.</p> <p>24. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: No. de Contrato, Vigencia de la garantía y número de contacto.</p>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	1	LACTARIO	PRIMER NIVEL	
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE					
1	LACTARIO	PRIMER NIVEL					

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
18	60902005	ESTERILIZADOR ELÉCTRICO PARA PACHAS	1

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Marca:
		Modelo:
		País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Equipo eléctrico para la esterilización de pachas. 2. Para uso en ambiente hospitalario. 3. Con función de secado, y filtro HEPA. 95%. Preferible 4. Con bandeja y/o cesta removible para colocación de biberones, pachas o embudos. 5. Capacidad mínima 6 botellas. 6. Panel de control y pantalla digital para programación y visualización de parámetros. 7. Tiempo de ciclo de esterilizado 30 minutos o menos. 8. Apagado automático. 		
ACCESORIOS INCLUIDOS.		
<ol style="list-style-type: none"> 9. Al menos un cesto o bandeja para colocación de biberones. 10. Filtro bacteriológico, o de entrada de aire, cuando aplique. 		
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS		
<ol style="list-style-type: none"> 11. Energía eléctrica Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hz. 1 fase 12. La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. 		
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)		
<ol style="list-style-type: none"> 13. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente. 		
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA		
<ol style="list-style-type: none"> 14. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. 15. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años. 16. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años. 		
TIEMPO DE ENTREGA		
<ol style="list-style-type: none"> 17. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato. 		
GARANTÍA		
<ol style="list-style-type: none"> 18. El período de la garantía requerido es de un (1) año, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción. 19. Esta garantía deberá incluir llamados por fallas emergentes, reparación o sustitución de piezas, accesorios o insumos y ser atendida en un tiempo máximo de 24 horas. 		

SOPORTE TÉCNICO	
<p>2. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.</p>	
CONDICIONES DE RECEPCIÓN	
<p>20. La empresa adjudicada deberá entregar el equipo, listo para ser puesto en funcionamiento.</p> <p>21. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación, o Guía de uso. Será necesaria la entrega de una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés.</p> <p>22. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: No. de Contrato, Vigencia de la garantía y número de contacto.</p>	

INSTRUMENTAL MÉDICO

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
19	63001360	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS	7

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
	Marca:
	Modelo:
	País de origen:
1. Vasija arriñonada pequeña, tamaño nominal 6", dimensiones aproximadas de 160-180 mm ±20 mm.	
2. Material estará fabricado en acero inoxidable, tipo AISI de la serie 304 norma equivalente o superior, plenamente demostrable. Presentar certificación del acero inoxidable, con su hoja de composición química.	
CONDICIONES DE RECEPCIÓN	
3. Deberá entregarse en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato.	
GARANTÍA	
4. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación	
TIEMPO DE ENTREGA	
5. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato	

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
20	63001380	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	7

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
	Marca:
	Modelo:
	País de origen:
1. Vasija arriñonada mediana, tamaño nominal 8", dimensiones aproximadas de 200-230 mm ±20 mm.	
2. Material estará fabricado en acero inoxidable, tipo AISI de la serie 304 norma equivalente o superior, plenamente demostrable. Presentar certificación del acero inoxidable, con su hoja de composición química.	
CONDICIONES DE RECEPCIÓN	
3. Deberá entregarse en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato.	
GARANTÍA	
4. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación	
TIEMPO DE ENTREGA	

5. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato	
--	--

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
21	63001025	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE	18

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
	Marca:
	Modelo:
	País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Espéculo vaginal tipo Grave 2. Tamaño grande 3. De acero inoxidable. Material estará fabricado en acero inoxidable, tipo AISI de la serie 304 norma equivalente o superior, plenamente demostrable. Presentar certificación del acero inoxidable, con su hoja de composición química. 4. Dimensiones aproximadas: 125 mm X 35 mm. 	
CONDICIONES DE RECEPCIÓN	
<ol style="list-style-type: none"> 5. Deberá entregarse en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato. 	
GARANTÍA	
<ol style="list-style-type: none"> 6. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación 	
TIEMPO DE ENTREGA	
<ol style="list-style-type: none"> 7. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato 	

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
22	63001030	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, MEDIANO , DE ACERO INOXIDABLE	18

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
	Marca:
	Modelo:
	País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Espéculo vaginal tipo Grave 2. Tamaño mediano 3. De acero inoxidable. Material estará fabricado en acero inoxidable, tipo AISI de la serie 304 norma equivalente o superior, plenamente demostrable. Presentar certificación del acero inoxidable, con su hoja de composición química. 4. Dimensiones aproximadas: 115 mm X 33 mm. 	

CONDICIONES DE RECEPCIÓN	
5. Deberá entregarse en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato.	
GARANTÍA	
6. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación	
TIEMPO DE ENTREGA	
7. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato	

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
23	63001035	ESPÉCULO VAGINAL, TIPO GRAVE, PEQUEÑO, DE ACERO INOXIDABLE	18

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
	Marca:
	Modelo:
	País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> Espéculo vaginal tipo Grave Tamaño pequeño De acero inoxidable. Material estará fabricado en acero inoxidable, tipo AISI de la serie 304 norma equivalente o superior, plenamente demostrable. Presentar certificación del acero inoxidable, con su hoja de composición química. Dimensiones aproximadas: 82 mm X 20 mm. 	
CONDICIONES DE RECEPCIÓN	
5. Deberá entregarse en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato.	
GARANTÍA	
6. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación	
TIEMPO DE ENTREGA	
7. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato	

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
24	63001038	ESPÉCULO VAGINAL VIRGINAL, DE ACERO INOXIDABLE	9

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
	Marca:
	Modelo:
	País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Espéculo vaginal tipo Grave 2. Tamaño virginal 3. De acero inoxidable. Material estará fabricado en acero inoxidable, tipo AISI de la serie 304 norma equivalente o superior, plenamente demostrable. Presentar certificación del acero inoxidable, con su hoja de composición química. 4. Dimensiones aproximadas: 75 mm X 20 mm. 	
CONDICIONES DE RECEPCIÓN	
5. Deberá entregarse en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato.	
GARANTÍA	
6. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación	
TIEMPO DE ENTREGA	
7. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato	

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
25	60302500	MARTILLO DE REFLEJOS	4

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
	Marca:
	Modelo:
	País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Martillo de reflejos con cabeza de percusión de goma 2. Tamaño de 18 a 20 cm de largo \pm 1 cm 3. Mango de acero inoxidable 	
CONDICIONES DE RECEPCIÓN	
4. Deberá entregarse en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato.	
GARANTÍA	
5. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación	
TIEMPO DE ENTREGA	
6. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato	

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
26	6300110	RECIPIENTE METÁLICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS	7

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
	Marca:
	Modelo:
	País de origen:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Recipiente cilíndrico con tapa metálica para la guarda de torundas y gasas estériles 2. Uno (1) de tamaño grande con medidas aproximadas de 18-20 cm de alto x 10 cm de diámetro, 3000 ml 3. Material estará fabricado en acero inoxidable, tipo AISI de la serie 304 norma equivalente o superior, plenamente demostrable. Presentar certificación del acero inoxidable, con su hoja de composición química. 	
CONDICIONES DE RECEPCIÓN	
<ol style="list-style-type: none"> 4. Deberá entregarse en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato. 	
GARANTÍA	
<ol style="list-style-type: none"> 5. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación 	
TIEMPO DE ENTREGA	
<ol style="list-style-type: none"> 6. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato 	

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
27	63003070	SET DE INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA	1

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
	Marca:
	Modelo:
	País de origen:
<p>Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable, que contenga el siguiente instrumental quirúrgico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Mango para bisturí del No. 4 2. 1 Mango para bisturí del No. 3 3. 1 Juego de Dilatadores Savary-Guilliard, juego de 7 piezas en el rango de 5 a 15 mm 4. 5 Pinza para biopsia, punta en forma elipsoidal fenestrada, para gastroscopio, longitud de 160 cm y 2.5 mm de diámetro aproximadamente. 5. 5 Pinza para biopsia, punta en forma elipsoidal fenestrada, con punta (spike) para 6. gastroscopio, longitud de 160 cm y 2.5 mm de diámetro aproximadamente. 	

<p>7. 1 Cánula de succión Yankauer curva con perforador central de 2 mm de diámetro y 28.5 cm de longitud aproximadamente, con botón desatornillable</p> <p>8. 1 Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm.</p> <p>9. 1 Pinza Adson, en bayoneta, con dientes, 18.5 cm de longitud aproximadamente.</p> <p>10. 2 Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm.</p> <p>11. 2 Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm.</p> <p>12. 1 Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm.</p> <p>13. 1 Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm.</p> <p>14. 1 Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm.</p> <p>15. 1 Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm.</p> <p>16. 4 Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. aproximadamente,</p> <p>17. 2 Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 160 a 165 mm.</p> <p>18. 1 Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm.</p> <p>19. 1 Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.</p> <p>20. 1 Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm.</p> <p>21. 1 Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.</p> <p>22. 1 Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm. aproximadamente,</p> <p>23. 1 Vasija arriñonada grande, 10", 250 mm. aproximadamente,</p> <p>24. 1 Charola mayo de acero inoxidable dimensiones: 49 x 32 cm. aproximadamente,</p>	
<p>CONDICIONES DE RECEPCIÓN</p>	
<p>25. Deberá entregarse en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato.</p>	
<p>GARANTÍA</p>	
<p>26. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación</p>	
<p>TIEMPO DE ENTREGA</p>	
<p>27. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato</p>	

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
28	63001005	CAJA METÁLICA DE CURACIONES, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	1

Tipo de bien	INSTRUMENTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS																								
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.		Marca:																								
		Modelo:																								
		País de origen:																								
<p>1. Contenedor metálico con tapa, para esterilizar incluyendo el instrumental que consta de (todas las medidas son aproximadas):</p> <p>1.1 3 Tijera mayo, curva de 170 mm.</p> <p>1.2 6 Pinza intestinal Allis fino 190 mm.</p> <p>1.3 6 Pinza Kocher-Ochsner, recta de 1x2 dientes, 200mm de longitud.</p> <p>1.4 3 Bandeja laboratorio, 0,16 L.</p> <p>1.5 3 Bandeja laboratorio, 0,4 L.</p> <p>1.6 3 Riñonera, 250 mm.</p> <p>1.7 3 Pinza anatómica 145mm.</p> <p>2. Contenedor e instrumental completamente de acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior.</p>																										
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)																										
<p>3. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001</p> <p>4. Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior.</p> <p>5. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa:</p>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>AISI 304 (Valores máximos)</th> <th>AISI 316 (Valores máximos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Carbono (C)</td> <td>0.08%</td> <td>0.08%</td> </tr> <tr> <td>Manganeso (Mn)</td> <td>2%</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Fosforo (P)</td> <td>0.045%</td> <td>0.045%</td> </tr> <tr> <td>Silicio (Si)</td> <td>1%</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>Cromo (Cr)</td> <td>(18-20)%</td> <td>(16-18)%</td> </tr> <tr> <td>Níquel (Ni)</td> <td>(8-11)%</td> <td>(10-14)%</td> </tr> <tr> <td>Molibdeno (Mo)</td> <td>--</td> <td>(2-3)%</td> </tr> </tbody> </table>		Elemento	AISI 304 (Valores máximos)	AISI 316 (Valores máximos)	Carbono (C)	0.08%	0.08%	Manganeso (Mn)	2%	2%	Fosforo (P)	0.045%	0.045%	Silicio (Si)	1%	1%	Cromo (Cr)	(18-20)%	(16-18)%	Níquel (Ni)	(8-11)%	(10-14)%	Molibdeno (Mo)	--	(2-3)%	
Elemento	AISI 304 (Valores máximos)	AISI 316 (Valores máximos)																								
Carbono (C)	0.08%	0.08%																								
Manganeso (Mn)	2%	2%																								
Fosforo (P)	0.045%	0.045%																								
Silicio (Si)	1%	1%																								
Cromo (Cr)	(18-20)%	(16-18)%																								
Níquel (Ni)	(8-11)%	(10-14)%																								
Molibdeno (Mo)	--	(2-3)%																								
CONDICIONES DE RECEPCIÓN																										
6. Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato																										
GARANTÍA																										
7. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación																										
TIEMPO DE ENTREGA																										
8. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato																										

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
29	63001015	CAJA METÁLICA PARA PEQUEÑA CIRUGÍA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	1

Tipo de bien	INSTRUMENTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.		Marca:
		Modelo:
		País de origen:
<p>1. Contenedor metálico con tapa, para esterilizar incluyendo el instrumental que consta de:</p> <p>1.1 1 Porta agujas Hegar-Mayo de 185mm.</p> <p>1.2 1 Tijera Mayo recta de 140-155mm.</p> <p>1.3 1 Tijera Mayo curva de 140-155mm.</p> <p>1.4 1 Pinza quirúrgica 1x2d. de 145mm.</p> <p>1.5 1 Pinza anatómica de 145mm.</p> <p>1.6 1 Pinza cirugía Adson 1x2d. de 120mm.</p> <p>1.7 2 Pinzas campo Backhaus de 135mm.</p> <p>1.8 1 Pinza porta esponja Foerster-Ballenger de 180mm.</p> <p>1.9 2 Mango bisturí no.3. para hojas del nº 10, 11, 12, 15</p> <p>1.10 1 Pistola para biopsia percutánea, disparador automático para agujas tipo tru-cut, cargador despegable y accionamiento con una sola mano. Penetración aproximadamente de 2.2 cm y cero avances. Material preferible aluminio.</p> <p>1.11 20 agujas para biopsia de mama tipo tru cut diámetro 14G, longitud entre 10-20 cm. Compatible con pistola ofertada. Empaque individual estéril</p> <p>1.12 1 Bandeja laboratorio, de 0,16 L.</p> <p>2. Contenedor e instrumental completamente de acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. No aplica para Item 1.10 y 1.11</p>		
CONDICIONES DE RECEPCIÓN		
3. Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato		
GARANTÍA		
4. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación		
TIEMPO DE ENTREGA		
5. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato		

INSPECCIONES Y PRUEBAS.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS
<p>El trámite para levantamiento de Acta de recepción deberá realizarse en coordinación con el Administrador de Contrato y personal en el Almacén El Paraíso.</p> <p>Las inspecciones para verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas y pruebas de funcionamiento de los bienes adjudicados serán realizadas en las instalaciones del Almacén El Paraíso, lo que deberá ser coordinado previamente con el Administrador del contrato.</p> <p>A los equipos que aplique según lo indicado en las especificaciones técnicas, se les colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: marca, modelo, casa productora, año de fabricación, país de origen, n.º de Contrato, Vigencia de la garantía y número de contacto.</p> <p>Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados.</p> <p>Las Inspecciones realizadas a los artículos contratados, serán las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cantidad de bienes y accesorios por artículo. b. Marca, modelo y país de origen c. Provisión de manuales, con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación, Manual de Servicio y partes. Sera necesaria una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés, para los artículos que aplique según lo indicado en las especificaciones técnicas. d. Certificado de garantía e. Defectos externos apreciables como: raspaduras, roturas y otros daños físicos evidentes. f. Cumplir las condiciones de instalación para los artículos que aplique según lo indicado en las especificaciones técnicas. g. Revisión de accesorios. h. Al momento de entregar los bienes presentara certificado de calibración, cuando aplique. i. Los equipos deberán entregarse listos para su funcionamiento y en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato. <p>Todos los equipos serán probados en presencia del administrador de contrato o quien este designe, realizando las comprobaciones de funcionamiento, para lo cual se deberá hacer acta de recepción indicando Aceptación o Rechazo del bien por parte del Administrador de contrato.</p> <p>El MINSAL podrá rechazar un equipo o sus partes que no pasen las inspecciones o pruebas establecidas en este apartado. El oferente tendrá que rectificar o reemplazar los equipos rechazados o hacer las correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para el MINSAL. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas. El oferente no podrá eximirse de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato que se firme entre las partes.</p>	

Formulario 05 - Cronograma de cumplimiento y Plan de Entregas.

Licitación Pública Nacional LPN n.º: MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00089.

Título de la Licitación: "EQUIPO MÉDICO BÁSICO E INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES".

n.º de Art.	Descripción de los Bienes	Cantidad	Lugar de destino convenido	Fecha de Entrega		
				Fecha más Temprana de Entrega	Fecha Límite de Entrega	Fecha de Entrega Ofrecida por el Oferente [a ser proporcionada por el Oferente]
1	BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO	15	Almacén El Paraíso. Col. El Paraíso, final 6ª. Calle Oriente n.º. 1105, San Salvador.	90 días calendarios a partir de un día después de la distribución del contrato.	120 días calendario a partir de un día después de la distribución del contrato.	[indicar el número de días de entrega de los suministros ofertados]
2	BÁSCULA DIGITAL CON ANALIZADOR DE COMPOSICION DEL CUERPO	1				
3	BÁSCULA DE PISO, ESTANDAR	1				
4	NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO	6				
5	SET DE DIAGNÓSTICO	6				
6	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	2				
7	OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO DE DEDO	6				
8	TENSÍOMETRO DIGITAL DE MESA PARA ADULTO	18				
9	TERMÓMETRO INFRARROJO SIN TACTO, PARA TEMPERATURA CORPORAL	5				
10	LÁMPARA DE MANO PARA EXAMEN	12				
11	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA	18				
12	LÁMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO	3				
13	MONITOR DE SIGNOS VITALES, PORTÁTIL	1				
14	ASPIRADOR DE SECRECIONES	2				
15	EQUIPO PARA PARO CON DEFIBRILADOR Y CARRO	1				
16	ELECTROCARDIOGRAFO DE DOCE CANALES	1				
17	EXTRACTOR ELÉCTRICO DE LECHE	1				
18	ESTERILIZADOR ELÉCTRICO PARA PACHAS	1				
19	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS	7				
20	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	7				
21	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE	18				
22	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, MEDIANO, DE ACERO INOXIDABLE	18				
23	ESPÉCULO VAGINAL, TIPO GRAVE, PEQUEÑO, DE ACERO INOXIDABLE	18				
24	ESPÉCULO VAGINAL VIRGINAL, DE ACERO INOXIDABLE	9				
25	MARTILLO DE REFLEJOS	4				
26	RECIPIENTE METÁLICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS	7				

27	SET DE INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA	1				
28	CAJA METÁLICA DE CURACIONES DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	1				
29	CAJA METÁLICA PARA PEQUEÑA CIRUGÍA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	1				

n.º de Art.	Descripción	Descripción del servicio conexo/ Cantidad	Unidad	Lugar de prestación del servicio	Fecha de Entrega		
					Fecha de inicio	Fecha de finalización	Plazo de Ejecución
1	BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 30 visitas, 2 para cada equipo (15 unidades) una cada año de la garantía (2 años).	c/u	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato.		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
2	BÁSCULA DIGITAL CON ANALIZADOR DE COMPOSICION DEL CUERPO	CAPACITACIÓN: 1 jornada de 4 horas para personal usuario	c/u	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato.		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
		CAPACITACIÓN: 1 jornada de 4 horas para personal de mantenimiento	c/u		A partir de la orden de inicio indicada por el Administrador de Contrato		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 visitas, una unidad, una cada año de la garantía (2 años).	c/u		De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato.		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
3	BÁSCULA DE PISO, ESTANDAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 visitas, una unidad, una cada año de la garantía (2 años).	c/u	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato.		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
8	TENSIÓMETRO DIGITAL DE MESA PARA ADULTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 36 visitas, 2 para cada equipo (18 unidades), una cada año de la garantía (2 años).	c/u	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato.		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
13	MONITOR DE SIGNOS VITALES, PORTÁTIL	CAPACITACIÓN: 1 jornada de 4 horas para personal usuario	c/u	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	A partir de la orden de inicio indicada por el Administrador de Contrato		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
		CAPACITACIÓN: 1 jornada de 4 horas para personal de mantenimiento	c/u		A partir de la orden de inicio indicada por el Administrador de Contrato		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 visitas, una unidad, una cada año de la garantía (2 años).	c/u		De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato.		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
14	ASPIRADOR DE SECRECIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4 visitas, 2 para cada equipo (2 unidades), una cada año de la garantía (2 años).	c/u	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato.		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
15	EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	CAPACITACIÓN: 1 jornada de 4 horas para personal usuario	c/u	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato.		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
		CAPACITACIÓN: 1 jornada de 4 horas para personal de mantenimiento	c/u		De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato.		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	c/u		De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato.		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

		2 visitas, una unidad, una cada año de la garantía (2 años).				
16	ELECTROCARDIOGRAFO DE DOCE CANALES	CAPACITACIÓN: 1 jornada de 4 horas para personal usuario	c/u	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato.	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
		CAPACITACIÓN: 1 jornada de 4 horas para personal de mantenimiento	c/u		De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato.	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 visitas, una unidad, una cada año de la garantía (2 años).	c/u		De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato.	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

[insertar la fecha]

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

Formulario 06 - Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

[Si se solicita, **el Oferente** completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes].

Licitación Pública Nacional LPN n.º: **MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00089.**

Título de la Licitación: **"EQUIPO MÉDICO BÁSICO E INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES".**

Fecha: [indique la fecha]

Señores
Ministerio de Salud.
Presente.

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de **1 año** para literales (a) y (b) y **3 años para literal (c)**, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:
 - (a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o
 - (b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con los Documentos de Selección; o
 - (c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.
3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.
4. Entendemos que si somos una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la carta de intención mencionada en la Subcláusula correspondiente de las IAO.]

Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que autoriza]

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]

**Formulario 06 - Garantía de Mantenimiento de la Oferta.
GARANTÍA BANCARIA (No aplica).**

Formulario 06 - Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

FIANZA (No aplica).

Formulario 07 - Autorización del Fabricante

[El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y deberá estar firmado por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su oferta, si así se establece en estos documentos.]

Licitación Pública Nacional LPN n.º: **MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00089.**

Título de la Licitación: **"EQUIPO MÉDICO BÁSICO E INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES".**

Fecha: *[indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]*

A: *[indicar el nombre completo del Contratante]*

POR CUANTO

Nosotros *[indicar nombre completo del Fabricante]*, como fabricantes oficiales de *[indique el nombre de los bienes fabricados]*, con fábricas ubicadas en *[indique la dirección completa de las fábricas]* mediante el presente instrumento autorizamos a *[indicar el nombre completo del Oferente]* a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra *[nombre y breve descripción de los bienes]*, y a posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía por un período de: *[indicar plazo de garantía de fábrica]*, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.

Nombre: *[indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]*

Cargo: *[indicar cargo]*

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: *[nombre completo del Oferente]*

Fechado en el día _____ de _____ de __ *[fecha de la firma]*.

Formulario 08 - Facturación Promedio Anual

Mi representada tiene una facturación promedio anual por *[venta de los siguientes bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos: (detallar)/prestación de servicios como: (detallar)]* por el período del *(indicar fecha)* al *_(indicar fecha)_*, de *_(indicar monto)*, adjunto documentos de respaldo. Presentamos los Estados Financieros de los años 2021, 2022 y 2023, para verificar el dato proporcionado de la Facturación Promedio de los tres años.

Atentamente,

[insertar la fecha]

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

Formulario 09 - Experiencia Específica del Oferente.

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE COMO CONTRATISTA								
No	CONTRATANTE (*)	OBJETO DEL CONTRATO	UBICACIÓN	VALOR USD		FECHAS EJECUCIÓN		PARTICIPACIÓN % EN ASOCIACIÓN - NOMBRE DEL SOCIO (**)
				ORIGINAL	FINAL	ORIGINAL	FINAL	
A) CONTRATOS EJECUTADOS DE [VENTA DE LOS SIGUIENTES BIENES: (DETALLAR)]/PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO: (DETALLAR)]								
1								
2								
TOTAL FACTURADO (INDICAR LA SUMA TOTAL EN US \$)								

[insertar la fecha]

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

Formulario 10: Disponibilidad del Equipo.
(No aplica)

<i>DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO</i>	<i>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS</i>	<i>ANTIGUEDAD</i>	<i>CONDICIÓN</i>	<i>CANTIDAD</i>	<i>PROPIETARIO</i>	<i>DISPONIBILIDAD</i>

Atentamente,

[insertar la fecha]

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

Formulario 11 - Personal Principal Propuesto - Curriculum Vitae.

(No aplica)

<i>CARGO A EJERCER</i>	<i>NACIONALIDAD</i>	<i>TÍTULO PROFESIONAL</i>	<i>FECHA DE GRADO</i>	<i>PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO</i>

MODELO DE CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL PRINCIPAL

Nombre Completo:

Edad:

Nacionalidad:

Ciudad de residencia:

Títulos profesionales: _____ Fecha obtención (d/m/a): _____

Cursos de especialización con duración mayor a 100 horas (Indicar el nombre del curso, lugar/institución que dio el curso, duración, fecha de realización).

Nombre curso Institución Duración Fechas (d/m/a)

Actividad actual y lugar de trabajo:

Experiencia profesional: (Indicar experiencia en proyectos similares)

Asociaciones a las que pertenece:

Licencia o Registro Profesional (profesionales nacionales):

Artículos técnicos y publicaciones:

Declaro que la información proporcionada es verídica.

[insertar la fecha]

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

SECCIÓN V. PAÍSES ELEGIBLES.

Elegibilidad para suministro de Bienes, contratación de Obras y prestación de Servicios, en adquisiciones financiadas por el Banco.

Nota: Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, como a cualquier fondo administrado por el Banco.

Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

- a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.
- b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América.
- c) Aruba – Por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.
- d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad.

- a) **Un individuo** tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface uno de los siguientes requisitos:
 - i) es ciudadano de un país miembro; o
 - ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

- b) **Una firma** tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:
 - i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco;
 - y
 - ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes.

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país

miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como "hecho en la Unión Europea", estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea. El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

PARTE 2
REQUISITOS DE LOS BIENES, SERVICIOS DIFERENTES DE CONSULTORÍA Y/O
SERVICIOS CONEXOS.

SECCIÓN VI.

Índice

LISTA DE REQUISITOS	108
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	70
PLANOS	84
INSPECCIONES Y PRUEBAS.....	85
LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGA	87
LISTA DE SERVICIOS Y PLAN DE ENTREGA.....	88

**SECCIÓN VI
LISTA DE REQUISITOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

1. Consideraciones generales para los licitantes:

- 1.1. No se aceptarán ofertas que contengan cantidades diferentes a las especificadas.
- 1.2. No se aceptarán ofertas que no estén de acuerdo con las Especificaciones Técnicas mínimas contenidas en este documento.
- 1.3. Aquellos proveedores de bienes que presenten una especificación diferente a la solicitada pero que represente una mejora, deberá aclarar e identificar la mejora, el MINSAL se reserva el derecho a verificar la veracidad de la información
- 1.4. Los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados, para ser utilizados en las instalaciones del Centro de Enfermedades No Trasmisibles CENT, , en Avenida Zacamil entre calle Comandante Dimas Rodríguez y calle la Ermita, Colonia Zacamil, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador, para ser armados, calibrados en los casos que aplique, para uso inmediato previas pruebas de aceptación por parte del Administrador de Contrato.
- 1.5. De resultar adjudicados, al momento de la recepción se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada componente del o los equipos en la que pueda visualizarse: marca, modelo, casa productora, año de fabricación, país de origen, No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto. Para los artículos indicados en cada especificación técnica.
- 1.6. Los licitantes adjudicados no podrán cambiar el modelo de los equipos, caso contrario, se declarará sin efecto la adjudicación y se adjudicará al licitante siguiente que cumpla con lo solicitado en las bases de licitación.

2. Información técnica requerida a presentar con las ofertas para todos los artículos:

- 2.1. Presentar documentación técnica y de apoyo a ventas, por ejemplo: Brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio u hojas técnicas en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas, se aclara que no se tomaran en cuenta documentos en copia simple que sea adaptada para representar lo solicitado y en los que no se pueda verificar dichas características.
- 2.2. Se recomienda que todas las páginas de la oferta sean foliadas (numeradas), incluyendo los catálogos, brochures o manuales que se incluyan en la oferta.
- 2.3. Se debe realizar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas, haciendo referencia a los brochures, manuales o catálogos donde se pueda verificar su cumplimiento.
- 2.4. Deberá incluir las **certificaciones requeridas y detalladas en cada especificación técnica por artículo.**
- 2.5. Deberá Presentar todas las **cartas de compromiso requeridas y detalladas** en cada especificación técnica por artículo.

3. Tiempo de entrega

- 3.1 Tiempo de entrega de **120 días** calendario posterior a la **distribución de contrato.**

4. Garantía

- 4.1. El período de la garantía requerido es **el solicitado en la Tabla 1**, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato o designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.

- 4.2. La empresa adjudicada deberá atender los llamados de reporte de falla por desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas (incluye fin de semana y festivo), dichas reparaciones no pueden ser mayores a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.
 - 4.3. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el equipo deberá ser sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo para la institución.
 - 4.4. La empresa adjudicada debe contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.
5. **Servicios conexos:**
- 5.1. **Capacitación. Para los artículos detallados en la Tabla 1, se deberá presentar compromiso escrito** donde si resultase adjudicado cumplirá con lo detallado a continuación:
 - 5.1.1 Se proporcionarán capacitaciones en las instalaciones del Centro de Enfermedades No Trasmisibles CENT.
 - 5.1.2 Las jornadas de capacitación se cuentan en períodos de 4 horas, y en cantidad de acuerdo a lo indicado en cada especificación técnica
 - 5.1.3 Deberá incluir todo el material de apoyo y equipo requerido para desarrollar las correspondientes capacitaciones solicitadas.
 - 5.1.4 Las capacitaciones deberán ser impartidas por personal especializado en cada uno de los temas y certificado por el fabricante.
 - 5.1.5 Para personal usuario y los recursos adicionales que el MINSAL designe, proporcionará a entera satisfacción del administrador de contrato las capacitaciones relacionadas a la operación y manejo del equipo, en castellano. La capacitación debe de contener en su temario como mínimo: manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, fallas comunes y limpieza.
 - 5.1.6 Para personal de mantenimiento y los recursos adicionales que el MINSAL designe, proporcionará a entera satisfacción del administrador de contrato y del jefe de mantenimiento las capacitaciones relacionadas a la operación y manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, limpieza del equipo, explicación de la rutina de mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes, explicación del diagrama de bloques, árbol de solución de problemas, solicitud de repuestos.
 - 5.1.7 El contratista deberá actualizar periódicamente y cuando sea requerido por el administrador de contrato, las instrucciones en el manejo del equipo al personal operador de éstos.
 - 5.2. **Mantenimiento preventivo:**

Incluye al menos la cantidad de visitas detalladas en cada artículo que aplique, durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y realización de rutinas de limpieza, calibración u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro.

6. Prueba de funcionamiento y recepción de los equipos:

6.1. Todos los equipos serán probados en presencia del administrador de contrato o quien este designe, realizando las comprobaciones de funcionamiento, lo cual se deberá hacer acta de recepción indicando Aceptación o Rechazo del bien por parte del Administrador de contrato.

6.2. El trámite para levantamiento de Acta de recepción deberá realizarse en coordinación con el Administrador de Contrato y con el Almacén el Paraíso.

Tabla 1. Detalle de tiempo de entrega, garantía y servicios conexos.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT	TIEMPO DE ENTREGA, GARANTIA Y SERVICIOS CONEXOS			
			Tiempo de entrega (días)	Garantía (años)	Capacitación (SI/NO)	Mantenimiento Preventivo (SI/NO)
	EQUIPO MEDICO BÁSICO					
1	BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO	15	120	2	NO	SI
2	BÁSCULA DIGITAL CON ANALIZADOR DE COMPOSICION DEL CUERPO	1	120	2	SI	SI
3	BÁSCULA DE PISO, ESTANDAR	1	120	2	NO	SI
4	NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO	6	120	2	NO	NO
5	SET DE DIAGNÓSTICO	6	120	2	NO	NO
6	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	2	120	2	NO	NO
7	OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO DE DEDO	6	120	2	NO	NO
8	TENSIÓMETRO DIGITAL DE MESA PARA ADULTO	18	120	2	NO	SI
9	TERMÓMETRO INFRARROJO SIN TACTO, PARA TEMPERATURA CORPORAL	5	120	2	NO	NO
10	LÁMPARA DE MANO PARA EXAMEN	12	120	1	NO	NO
11	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA	18	120	1	NO	NO
12	LÁMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO	3	120	1	NO	NO
13	MONITOR DE SIGNOS VITALES, PORTÁTIL	1	120	2	SI	SI
14	ASPIRADOR DE SECRECIONES	2	120	2	NO	SI
15	EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	1	120	2	SI	SI
16	ELECTROCARDIOGRAFO DE DOCE CANALES	1	120	2	SI	SI
17	EXTRACTOR ELÉCTRICO DE LECHE	1	120	1	NO	NO
18	ESTERILIZADOR ELÉCTRICO PARA PACHAS	1	120	1	NO	NO
	INSTRUMENTAL QUIRURGICO					

Parte 2. Requisitos de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos. Sección VI. Lista de Requisitos.

19	VASIJA ARRINONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS	7	120	1	NO	NO
20	VASIJA ARRINONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	7	120	1	NO	NO
21	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE	18	120	1	NO	NO
22	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, MEDIANO, DE ACERO INOXIDABLE	18	120	1	NO	NO
23	ESPÉCULO VAGINAL, TIPO GRAVE, PEQUEÑO, DE ACERO INOXIDABLE	18	120	1	NO	NO
24	ESPÉCULO VAGINAL VIRGINAL, DE ACERO INOXIDABLE	9	120	1	NO	NO
25	MARTILLO DE REFLEJOS	4	120	1	NO	NO
26	RECIPIENTE METÁLICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS	7	120	1	NO	NO
27	SET DE INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA	1	120	1	NO	NO
28	CAJA METÁLICA DE CURACIONES DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	1	120	1	NO	NO
29	CAJA METÁLICA PARA PEQUEÑA CIRUGÍA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	1	120	1	NO	NO

EQUIPO MÉDICO BÁSICO

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
1	60302075	BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO	15

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fabricada en acero pintado con acabado tipo esmalte o pintura al horno y base tratada con antioxidante 2. Lectura en kilogramos y libras. 3. Que se puedan visualizar a ambos lados del brazo basculante. 4. Con tallímetro graduado en pulgadas y centímetros. 5. Con capacidad de soportar 400 libras o 180 kilogramos de peso. 6. Con resolución mínima de 400 libras x 4 onzas y 180 kg X 100 g 7. Con altura del tallímetro de 76cm a 198cm (+/- 10%). 8. Con plataforma antideslizante. 9. Preferentemente con rodos para fácil transporte. 10. Materia prima de construcción de la báscula debe permitir la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario para su limpieza. 	
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)	
<ol style="list-style-type: none"> 11. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485, o equivalente. 	
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA	
<ol style="list-style-type: none"> 12. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. 13. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años. 14. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años. 15. Compromiso que con la entrega de los bienes presentará certificado de calibración. 	
TIEMPO DE ENTREGA	
<ol style="list-style-type: none"> 16. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato. 	
GARANTÍA	
<ol style="list-style-type: none"> 17. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato o designado del bien y deberá constar en el acta de recepción. 18. Esta garantía deberá incluir atender llamados de reporte de fallas emergentes o desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas, (incluye fin de semana y festivo), a partir de la comunicación escrita realizada por el encargado del seguimiento y ejecución de contrato. 19. Dichas reparaciones no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento. 20. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución. 	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.		
21. Incluye al menos 2 visitas durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y realización de rutinas de limpieza, calibración u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro.		
SOPORTE TÉCNICO		
22. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.		
CONDICIONES DE RECEPCIÓN		
23. Recepción: La empresa adjudicada deberá entregar los equipos armados calibrados y probados en el lugar de entrega.		
24. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):		
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE
2	RECEPCION Y CONSULTORIO USG	IMAGENEOLOGIA
2	RECEPCION Y CONSULTORIO MEDICO	CENTRO DE PREVENCION
3	CONSULTORIOS GINECOLOGIA	CONSULTA EXTERNA
3	CONSULTORIOS MEDICINA	CONSULTA EXTERNA
1	CONSULTORIO NEFROLOGIA	CONSULTA EXTERNA
1	CONSULTORIO ENDOCRINOLOGIA	CONSULTA EXTERNA
1	CONSULTORIO GASTRO	CONSULTA EXTERNA
2	CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y PRUEBAS ECG	CONSULTA EXTERNA
TOTAL: 15		
25. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos listos para su funcionamiento a satisfacción del administrador de contrato.		
26. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.		
27. Con la entrega del equipo presentar certificado de calibración		

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
2	60302112	BÁSCULA DIGITAL CON ANALIZADOR DE COMPOSICION DEL CUERPO	1

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Báscula digital con analizador de composición corporal. 2. Para uso de ambiente médico. 3. Pantalla tipo LED, LCD TFT o equivalente para visualizar parámetros, mensajes y configuración. 4. Método de medición: Análisis segmentario multifrecuencia 5. Para la medición u obtención de al menos los siguientes parámetros de valoración: <ol style="list-style-type: none"> 5.1 Análisis de composición corporal: Peso-IMC, Masa corporal, Masa muscular, Masa Ósea, Agua corporal % 5.2 Medición de peso corporal de al menos 150 kg 6. Lectura en kilogramos y libras 7. Tiempo de medición menor o igual a 60 segundos 8. Debe incluir programa de interpretación y diagnóstico, de acuerdo con las aplicaciones solicitadas, y capacidad de generar e imprimir reporte. 9. Material de construcción de la báscula debe permitir el uso de desinfectantes hospitalarios. 10. Fuente de alimentación eléctrica: Batería recargable de preferencia o con fuente de alimentación externa. Incluido con el equipo 11. Capacidad de transferencia de datos vía alámbrica o inalámbrica. 	
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)	
<ol style="list-style-type: none"> 12. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485, o equivalente. 13. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América. 	
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA	
<ol style="list-style-type: none"> 14. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. 15. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años. 16. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años. 17. Compromiso que con la entrega de los bienes presentará certificado de calibración 	
CAPACITACION (PRESENTAR CARTA DE COMPROMISO)	
<ol style="list-style-type: none"> 18. El programa de capacitaciones deberá estar avalado por el jefe del servicio y a entera satisfacción del Administrador de Contrato. 19. Deberá Incluir todo el material de apoyo y equipo requerido para desarrollar las correspondientes capacitaciones solicitadas. <p>Para personal Usuario:</p> <ol style="list-style-type: none"> 20. Se proporcionarán capacitaciones, dentro de las instalaciones del CENT en una jornada de 4 horas, las cuales deben de contener en su temario como mínimo: aplicaciones clínicas y de uso en general, manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, fallas comunes y limpieza, dichas capacitaciones serán a entera satisfacción de Administrador de contrato <p>Para personal de Mantenimiento:</p>	

<p>21. Se proporcionarán capacitaciones dentro de las instalaciones del CENT, en una jornada de 4 horas, las cuales deben contener en su temario como mínimo: manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, limpieza del equipo, explicación de la rutina de mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo, explicación del diagrama de bloques, árbol de solución de problemas, solicitud de repuestos, en castellano.</p>						
<p>TIEMPO DE ENTREGA</p>						
<p>22. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato.</p>						
<p>GARANTÍA</p>						
<p>23. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato o designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p> <p>24. Esta garantía deberá incluir atender llamados de reporte de fallas emergentes o por desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas, (incluye fin de semana y festivo), a partir de la comunicación escrita realizada por el encargado del seguimiento y ejecución de contrato.</p> <p>25. Dichas reparaciones no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.</p> <p>26. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el equipo, deberá ser sustituido por uno de igual o mejor características a las ofertadas sin costo alguno para la institución.</p>						
<p>MANTEIMIENTO PREVENTIVO.</p>						
<p>27. Incluye al menos 2 visitas durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y realización rutinas de limpieza, calibración u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro.</p>						
<p>SOPORTE TÉCNICO</p>						
<p>28. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con una experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.</p>						
<p>CONDICIONES DE RECEPCIÓN</p>						
<p>29. Recepción: La empresa adjudicada deberá entregar los equipos armados, calibrados y probados en el lugar de entrega.</p> <p>30. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONSULTORIO NUTRICION</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </tbody> </table> <p>31. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos listos para su funcionamiento a satisfacción del administrador de contrato.</p> <p>32. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación, o Guía de Uso. Será necesaria una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano.</p> <p>33. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.</p> <p>34. Con la entrega del equipo presentar certificado de calibración</p>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	1	CONSULTORIO NUTRICION	CONSULTA EXTERNA
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE				
1	CONSULTORIO NUTRICION	CONSULTA EXTERNA				

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
3	60302110	BÁSCULA DE PISO, ESTANDAR	1

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Báscula de piso para silla de rueda 2. Con plataforma fabricada en material resistente aleación de acero pintado con acabado tipo esmalte o pintura al horno y base tratada con antioxidante o material similar 3. Pantalla LCD retro iluminada o similar. 4. Lectura en kilogramos y libras. 5. Funciones específicas: Tara, Hold y Zero 6. Rampa de acceso para facilitar las maniobras del paciente 7. Con capacidad de medición de hasta 300 kg 8. Con resolución mínima de 0.1 kg 9. Preferentemente con rodos para fácil transporte. 10. Fuente de alimentación eléctrica: Batería recargable de preferencia o fuente de alimentación externa. Incluido con el equipo 11. Material de construcción de la báscula debe permitir la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario para su limpieza. 	
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)	
<ol style="list-style-type: none"> 12. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485, o equivalente. 13. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América 	
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA	
<ol style="list-style-type: none"> 14. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. 15. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años. 16. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años. 17. Compromiso que con la entrega de los bienes presentará certificado de calibración 	
TIEMPO DE ENTREGA	
18. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato .	
GARANTÍA	
<ol style="list-style-type: none"> 19. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato o designado del bien y deberá constar en el acta de recepción. 20. Esta garantía deberá incluir atender llamados de reporte de fallas emergentes por desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas (incluye fin de semana y festivo), a partir de la comunicación escrita realizada por el encargado del seguimiento y ejecución de contrato. 21. Dichas reparaciones no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento. 22. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser 	

sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución.		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.		
23. Incluye al menos 2 visitas durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y realización de rutinas de limpieza, calibración u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro.		
SOPORTE TÉCNICO		
24. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con una experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.		
CONDICIONES DE RECEPCIÓN		
25. Recepción: La empresa adjudicada deberá entregar los equipos armados, calibrados y probados en el lugar de entrega.		
28. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):		
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE
1	RECEPCION DE CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA
26. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos listos para su funcionamiento a satisfacción del administrador de contrato.		
27. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación, o guía de Uso. Será necesaria una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano.		
28. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.		
29. Con la entrega del equipo presentar certificado de calibración		
30. IMAGEN DE REFERENCIA:		
		

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
4	60302600	NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO	6

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fabricado en aluminio o similar como aislante de calor. 2. Con pantalla de acrílico blanco de una sola pieza, para placa de 14" x 18" ó 35.5 cm. de largo x 46.4 cm. Alto aproximadamente. 3. Con clips de rodillos o sistema equivalente para sujetar película radiográfica. 4. Iluminación uniforme sobre toda la superficie de la pantalla acrílica. 5. Con interruptor. 6. Acabado en laca con base anticorrosiva o material similar, resistente, de alta duración. 7. Dimensiones aproximadas: 15" x 20" x 4" ó 38 cm. largo x 50.8 cm. alto x 10 cm. Profundidad. 8. Incluir todo lo necesario para su instalación. 	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> 9. Conexión Eléctrica: Voltaje 120VAC ± 10%, 60 Hz, Fases: 1 10. La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. 	
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)	
<ol style="list-style-type: none"> 11. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485, o equivalente 	
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA	
<ol style="list-style-type: none"> 12. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. 13. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años. 	
TIEMPO DE ENTREGA	
<ol style="list-style-type: none"> 14. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato 	
GARANTÍA	
<ol style="list-style-type: none"> 15. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción. 16. Esta garantía deberá incluir atender llamados de reporte de fallas emergentes o desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas, (incluye fin de semana y festivo), a partir de la comunicación escrita realizada por el encargado del seguimiento y ejecución de contrato. 17. Dichas reparaciones no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento. 18. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución. 	
SOPORTE TÉCNICO	
<ol style="list-style-type: none"> 19. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados. 	

CONDICIONES DE RECEPCIÓN		
20.Recepción: La empresa adjudicada deberá entregar los equipos armados y probados en el lugar de entrega.		
21.Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):		
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE
1	SALA DE LECTURA	IMAGENEOLOGIA
3	CONSULTORIOS MEDICINA	CONSULTA EXTERNA
1	CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y PRUEBAS ECG	CONSULTA EXTERNA
1	RECEPCION DE CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA
TOTAL 6		
22.Realizará todo lo necesario para dejar los equipos listos para su funcionamiento satisfacción del administrador de contrato.		
23.Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Guía de uso o instalación.		
24.Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.		

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
5	60302860	SET DE DIAGNÓSTICO	6

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Set de diagnóstico que incluye un otoscopio y oftalmoscopio 2. El equipo compuesto por al menos: Mango, cabezal, lámparas y estuche de resguardo 3. Mango de material resistente con acabado estriado o rugoso, de acero inoxidable, cromado, o material duradero similar. 4. Incluir batería recargable integrada con sistema de carga. 	
OTOSCOPIO COMPLETO:	
<ol style="list-style-type: none"> 5. Cristal óptico giratorio bidireccional con tres aumentos. 6. Con espéculos intercambiables en tamaños aproximados de 2 o 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, y 5 mm 7. Punto focal ajustable. 	
OFTALMOSCOPIO ESTANDAR	
<ol style="list-style-type: none"> 8. Con lentes correctoras de dioptrías como mínimo, desde -25 hasta +30 aproximadamente. 9. Con apoyo de goma, para la ceja, diseño de lentes iluminados. 10. Con 3 de las siguientes aperturas como mínimo: semicírculo, ranura, círculo y estrella de fijación. 11. Con al menos los siguientes filtros: polarización y azul (libre de rojo) 	
ILUMINACIÓN:	
<ol style="list-style-type: none"> 12. Brillo mayor a 15,000 lúmenes. 13. Vida útil mayor a 50,000 horas 14. Temperatura de color de al menos 4,000 K 	
ACCESORIOS INCLUIDOS POR EQUIPO	
<ol style="list-style-type: none"> 15. Un (1) estuche para resguardo y almacenaje del equipo y sus accesorios. 16. Un (1) juego de bombillos de repuestos para otoscopio y oftalmoscopio (Cuando aplique). 17. Set de baterías recargables con su cargador, según requerimiento del equipo. 	

<p>18. Veinticinco espéculos de al menos los siguientes tamaños: de 2 o 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, y 5 mm. 25 de cada tamaño, Total 100.</p>		
<p>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS</p>		
<p>19. Funcionamiento a base de baterías recargables, incluir por equipo la/s batería/s recargable/s y su respectivo cargador con funcionamiento a un voltaje de 120 VAC, frecuencia 60 Hz, 1 Fase.</p>		
<p>20. Resistente a la corrosión y a los líquidos utilizados para la desinfección en ambientes hospitalarios.</p>		
<p>NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)</p>		
<p>21. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente.</p>		
<p>22. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América</p>		
<p>CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA</p>		
<p>23. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados.</p>		
<p>24. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años.</p>		
<p>25. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.</p>		
<p>TIEMPO DE ENTREGA</p>		
<p>26. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato.</p>		
<p>GARANTÍA</p>		
<p>27. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p>		
<p>CONDICIONES DE RECEPCIÓN</p>		
<p>28. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos listos para su funcionamiento a satisfacción del administrador de contrato.</p>		
<p>29. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Guía de uso</p>		
<p>30. Con la entrega del equipo presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS.</p>		
<p>31. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p>		
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE
3	CONSULTORIOS MEDICINA	CONSULTA EXTERNA
1	CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y PRUEBAS ECG	CONSULTA EXTERNA
1	CONSULTORIO ENDOCRINOLOGÍA	CONSULTA EXTERNA
1	CONSULTORIO NEFROLOGÍA	CONSULTA EXTERNA

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
6	60302712	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	2

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Equipo portátil para monitorización y control del nivel de saturación de oxígeno en la sangre, y la frecuencia cardiaca y Electrocardiografía, con fines diagnósticos en paciente adulto. 2. Por método no invasivo mediante Sensor de dedo. 3. Sensor dedo intercambiable. 4. Pantalla tipo LCD o LED o tecnología similar. 5. Despliegue digital del porcentaje de saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca 6. Rango de mínimo medición SPO2 de 60 a 99% o mejor rango. 7. Precisión de saturación de oxígeno en sangre: de 2% a 3% o menor 8. Rango de Frecuencia de pulso de 30 a 250 pulsos por minuto o mayor. 9. Con indicador audible y/o visual de saturación baja. 10. Con indicador de batería baja. 11. Funcionamiento a baterías recargables 12. Apagado automático 13. Tiempo de la batería: \geq 30 horas de uso continuo 	
ACCESORIOS INCLUIDOS POR EQUIPO	
<ol style="list-style-type: none"> 14. Con estuche compacto para resguardo del equipo 15. Incluir Una (1) correa para transporte. 16. Incluir Un (1) set de baterías recargables y cargador con el equipo 17. Dos (2) sensores de dedo reusable para adulto. 	
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS Y MECÁNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> 18. Opera por medio de baterías recargables con su cargador. 19. La unidad deberá estar bien construida con material resistente a golpes y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. 	
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)	
<ol style="list-style-type: none"> 20. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente. 21. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América. 	
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA	
<ol style="list-style-type: none"> 22. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. 23. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años 24. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años. 	
TIEMPO DE ENTREGA	
25. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato	
GARANTÍA	
26. El período de la garantía requerido es de dos (2) años , para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato o designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.	
CONDICIONES DE RECEPCIÓN	

27. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos listos para su funcionamiento a satisfacción del administrador de contrato.
28. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Guía de uso
29. Con la entrega del equipo presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS.
30. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):

CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE
2	CONSULTORIO ENDOSCOPIA	CONSULTA EXTERNA

31. Imagen de referencia



ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
7	60302711	OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO DE DEDO	6

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Equipo portátil para monitorización y control del nivel de saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardiaca, con fines diagnósticos en paciente adulto. 2. Por método no invasivo mediante Sensor de dedo. 3. Pantalla tipo LCD o LED o tecnología similar 4. Despliegue digital del porcentaje de saturación de oxígeno en sangre con intervalo de 70 a 99% o mejor rango. 5. Rango de Frecuencia de pulso de 30 a 250 pulsos por minuto o mayor. 6. Con indicador audible y/o visual de saturación baja. 7. Con indicador de batería baja. 8. Funcionamiento a baterías recargables 9. Apagado automático 	
ACCESORIOS INCLUIDOS POR EQUIPO	
<ol style="list-style-type: none"> 10. Con correa para transporte. 11. Incluir Un (1) set de baterías recargables y cargador con el equipo 	
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS Y MECÁNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> 12. Opera por medio de baterías recargables con su cargador. 	

13. Equipo compacto, liviano, portátil.		
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)		
<p>14. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente.</p> <p>15. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América.</p>		
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA		
<p>16. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados.</p> <p>17. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años</p> <p>18. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.</p>		
TIEMPO DE ENTREGA		
19. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato.		
GARANTÍA		
20. El período de la garantía requerido es de dos (2) años , para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.		
CONDICIONES DE RECEPCIÓN		
<p>21. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos listos para su funcionamiento a satisfacción del administrador de contrato.</p> <p>22. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Guía de uso</p> <p>23. Con la entrega del equipo presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS.</p> <p>24. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p>		
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE
3	CONSULTORIOS MEDICINA	CONSULTA EXTERNA
1	CONSULTORIO CARDIOLOGIA Y PRUEBAS ECG	CONSULTA EXTERNA
1	CONSULTORIO ENDOCRINOLOGÍA	CONSULTA EXTERNA
1	CONSULTORIO NEFROLOGÍA	CONSULTA EXTERNA
25. Imagen de referencia		
		

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
8	60302879	TENSÍÓMETRO DIGITAL DE MESA PARA ADULTO	18

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensiómetro digital, para uso en consultorio de paciente adulto. 2. Equipo compacto, portátil y liviano. 3. Método de medición: oscilométrica. 4. Pantalla LCD, TFT o similar. 5. Visualización de presión sistólica, diastólica y frecuencia cardiaca. 6. Modo automático y manual. 7. Rango de medición mínima: 30-280 mm Hg \pm 3 mm Hg. 8. Rango de medición de frecuencia: 40 a 180 lpm, o rango mayor. 9. Dispositivo avalado por agencias validadoras de tensiómetros reconocidas a nivel mundial, incluidas en la LISTA DE DISPOSITIVOS DE MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL AUTOMÁTICOS VALIDADOS de OPS: https://www.paho.org/es/documentos/lista-dispositivos-medir-presion-arterial-automaticos-validados (Verificar si el tensiómetro ofertado es validado en alguna de esas 5 sitios web de agencias validadoras: https://www.medaval.ie/ , https://stridebp.org/bp-monitorshttp://www.dableducational.org/sphygmomanometers/devices_1_clinical.html , https://www.validatebp.org/ , https://bihsoc.org/bp-monitors/for-specialist-use/ .) 10. Almacenamiento de al menos 50 registros. 11. Mangas extraíbles e intercambiables. 12. Funcionamiento a base de: <ol style="list-style-type: none"> 12.1 Baterías recargables con cargador incluido. 12.2 Fuente de alimentación interna o externa con conexión eléctrica a 110 VAC, 60 Hz, 1 Fase. 	
ACCESORIOS INCLUIDOS POR EQUIPO	
<ol style="list-style-type: none"> 13. Seis (6) mangas reusables de material resistente con cierre de velcro o de acuerdo a tecnología del equipo ofertado <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Dos (2) tamaño estándar medianas, 6.2 Dos (2) tamaño grandes 6.3 Dos (2) tamaño extras grandes. 14. Estuche con cierre, para guardar el equipo y las mangas. 15. Un (1) Set de baterías recargables y cargados según tecnología ofertada. 	
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS Y MECÁNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> 16. Características mecánicas: Portátil. 17. Fuente de alimentación por medio de batería recargable, cargador para funcionar a un voltaje de 120 VAC, frecuencia 60 Hz, 1 Fase. 	
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA	

<p>18. Presentar con la oferta Registro Sanitario o Constancia de No Registro que emite la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS). Si aplica, deberá presentar Registro Sanitario vigente. En el caso que el citado registro sanitario no esté vigente, deberá presentar además del Registro Sanitario una copia de la Declaración Jurada de Renovación de Registro Sanitario y una carta en la cual se compromete; que, en caso de ser adjudicado, deberá entregar el correspondiente registro sanitario vigente, al momento de la entrega del bien.</p> <p>19. En el caso que el Equipo sea extranjero y no cuente con registro sanitario en Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), requerirá de un permiso especial de importación otorgado por la SRS. Posterior a la notificación de la resolución de la adjudicación, el ofertante procederá a tramitar el permiso especial de importación, con base a los requisitos establecidos en la página web oficial de la SRS. https://www.srs.gob.sv/?wpdmpro=guia-para-tramites-de-permisos-especiales-de-importacion.</p>
<p>NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)</p> <p>20. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 81060-2:2018 o equivalente.</p> <p>21. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América.</p> <p>22. Norma de seguridad eléctrica IEC 80601-2-30-2009 o equivalente</p>
<p>CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA</p> <p>23. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados.</p> <p>24. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años.</p> <p>25. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.</p>
<p>TIEMPO DE ENTREGA</p> <p>26. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato.</p>
<p>GARANTÍA</p> <p>27. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica o a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p> <p>28. Esta garantía deberá incluir atender llamados de reporte de fallas emergentes por desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas, (incluye fin de semana y festivo), a partir de la comunicación escrita realizada por el encargado del seguimiento y ejecución de contrato.</p> <p>29. Dichas reparaciones no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.</p> <p>30. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución.</p>
<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO:</p> <p>31. Incluye al menos 2 visitas durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y realización de rutinas de limpieza, calibración u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro.</p>
<p>SOPORTE TÉCNICO</p>

<p>32. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.</p>						
<p>CONDICIONES DE RECEPCIÓN</p>						
<p>33. Deberá entregarse funcionando y en buen estado a entera satisfacción del administrador de contrato.</p>						
<p>34. Con la entrega del equipo presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS.</p>						
<p>35. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p>						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>CONSULTORIOS</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </tbody> </table>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	18	CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE				
18	CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA				
<p>36. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Guía de uso</p>						
<p>37. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.</p>						

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
9	60302928	TERMÓMETRO INFRARROJO SIN TACTO, PARA TEMPERATURA CORPORAL	5

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> Equipo para medición de temperatura corporal. Tecnología de medición infrarroja de temperatura, tomado del paciente, sin contacto. Lectura en menos de 10 segundos. Mediciones en grados Celsius y Fahrenheit. Con señal visual y/o acústica para alarma de fiebre. Rango útil de medida 34°C - 42 ° C. o mayor. Precisión de la medición: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ Con memoria de las últimas mediciones. Pantalla LED o LCD con retroiluminación, de 2 o más dígitos. Apagado automático. 	
ACCESORIOS INCLUIDOS POR EQUIPO	
<ol style="list-style-type: none"> Estuche para guardar el equipo. Set de baterías recargables con su cargador, según requerimiento del equipo. 	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> Equipo compacto portátil y liviano. Fuente de alimentación por medio de batería recargable, cargador para funcionar a un voltaje de 120 VAC, frecuencia 60 Hz, 1 Fase. 	
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)	
<ol style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485, o equivalente. 	
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA	
<ol style="list-style-type: none"> Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. 	

17. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años.						
18. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.						
TIEMPO DE ENTREGA						
19. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato .						
GARANTÍA						
20. El período de la garantía requerido es de dos (2) años , para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.						
CONDICIONES DE RECEPCIÓN						
21. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos funcionando a satisfacción del administrador de contrato.						
22. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Guía de uso.						
23. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>CONSULTORIOS</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </tbody> </table>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	5	CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE				
5	CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA				

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
10	60302375	LÁMPARA DE MANO PARA EXAMEN	12
Tipo de equipo		EQUIPO MÉDICO	
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
<ol style="list-style-type: none"> Lámpara de mano de tamaño pequeño de bolsillo. Aproximadamente 5 pulgadas de largo y media pulgada de diámetro. Luz tipo LED Con baterías recargables incluidas. Deberá permitir el reemplazo de baterías recargables. 			
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS			
<ol style="list-style-type: none"> Características eléctricas: Por medio de batería recargable, incluir cargador. Características mecánicas: La unidad deberá estar bien construida con material resistente a golpes y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. 			
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)			
8. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente.			
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA			
<ol style="list-style-type: none"> Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años. 			
TIEMPO DE ENTREGA			
11. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato .			
GARANTÍA			
12. El período de la garantía requerido es de un (1) año , para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.			

CONDICIONES DE RECEPCIÓN		
13. Se entregará funcionando a satisfacción del administrador de contrato.		
14. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):		
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE
12	CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
11	60302300	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA	18

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Estetoscopio biauricular para paciente adulto 2. De doble campana. 3. Diafragma liso para detectar una amplia gama de frecuencias de sonido, fabricada en fibra de vidrio. 4. Campana fabricada en acero inoxidable, ajustable mediante giro, con protector externo preferiblemente de hule. 5. Un (1) tubo en "Y" libre de látex. 6. De alta durabilidad. 	
ACCESORIOS INCLUIDOS POR EQUIPO	
<ol style="list-style-type: none"> 7. Dos (2) olivas extra, flexibles, fabricadas de silicón o goma. 8. Un (1) juego de diafragmas liso de repuesto. 	
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)	
<ol style="list-style-type: none"> 9. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente. 10. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (mercado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América. 	
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA	
<ol style="list-style-type: none"> 11. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. 12. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años. 13. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años. 	
TIEMPO DE ENTREGA	
14. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato .	
GARANTÍA	
15. El período de la garantía requerido es de un (1) año , para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato o designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.	
CONDICIONES DE RECEPCIÓN	

16. Se entregará funcionando a satisfacción del administrador de contrato.
 17. Presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS.
 18. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):

CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE
18	CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
12	60302400	LAMPARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO	1

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> Lámpara para examen tipo cuello de ganso con bombillo de luz blanca tipo LED. Vida media del LED $\geq 40,000$ horas Con temperatura de color $\geq 4,500$ K e intensidad $\geq 17,000$ lux Con brazo flexible Base giratoria con 5 rodos y frenos en al menos dos rodos. Altura ajustable entre (100-135) cm o rango mayor. Con interruptor eléctrico ubicado en la cabeza de la lámpara o cerca de ella para fácil acceso del usuario. 	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> Conexión Eléctrica: Voltaje 120VAC $\pm 10\%$, 60 Hz, Fases: 1 La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. 	
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)	
<ol style="list-style-type: none"> Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América. 	
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA	
<ol style="list-style-type: none"> Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años. 	
TIEMPO DE ENTREGA	
15. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato .	
GARANTÍA	
16. El período de la garantía requerido es de un (1) año , para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.	
SOPORTE TÉCNICO	
17. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado.	

CONDICIONES DE RECEPCIÓN		
18. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos funcionando a satisfacción del administrador de contrato.		
19. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación o Guía de Uso.		
20. Presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS.		
21. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.		
22. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):		
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE
3	CONSULTORIOS GINECOLOGÍA	CONSULTA EXTERNA

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
13	60303725	MONITOR DE SIGNOS VITALES, PORTÁTIL	1

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> Monitor para uso en salas de recuperación post procedimientos mínimos invasivos Para medición de al menos los siguientes parámetros: electrocardiografía, frecuencia cardiaca, respiratoria, oximetría de pulso, temperatura, presión no invasiva. Para uso en paciente adulto. Pantalla a color, con tecnología tipo TFT, LCD, LED o tecnología mejorada. Presentación en pantalla de al menos 3 curvas fisiológicas simultaneas. Tamaño máximo de pantalla de 12 pulgadas. Resolución 1280 x 800 pixeles como mínimo. Menús y mensajes en pantalla deben ser en español. Almacenamiento de tendencias de 48 horas o su equivalente en grupos de alarmas al menos 1000 registros. 	
ELECTROCARDIOGRAFIA	
<ol style="list-style-type: none"> Electrocardiografía en tres o cinco derivaciones. Con presentación de al menos dos canales de ECG en pantalla. Con protección desfibrilador. 	
FRECUENCIA CARDIACA	
<ol style="list-style-type: none"> Frecuencia cardíaca con rango de medición mínima: desde 25 hasta 300 bmp Alarmas ajustables para los limites altos y bajos 	
RESPIRACION	
<ol style="list-style-type: none"> Método de medición por impedancia transtorácica. Presentación en pantalla de valor medido Frecuencia respiratoria rango de medición mínima: 1 hasta 100 resp/min Alarma de apnea. Alarmas ajustables para los limites altos y bajos 	
SATURACION PARCIAL DE OXIGENO SPO2	
<ol style="list-style-type: none"> Oximetría de pulso (SPO2) con grafica de onda pletismográfica y valor numérico en pantalla. Con rango mínimo de medición de 60% hasta 100%. Precisión de $\pm 3\%$ o menor para un rango de 70 al 100%. Con capacidad de obtener frecuencia cardiaca a través de SPO2 Rango mínimo de medición de frecuencia 30 hasta 240 bpm. 	
TEMPERATURA	
<ol style="list-style-type: none"> Método de medición: R resistencia térmica Rango mínimo de medición de: 25°C a 44°C. 	

<p>PRESION ARTERIAL NO INVASIVA NIBP</p> <p>27. Método de medición oscilométrica.</p> <p>28. Modo de medición manual y automático.</p> <p>29. Capacidad de medición y presentar en pantalla presión sistólica, diastólica, y media</p> <p>30. Con rango mínimo de medición de presión SISTOLICA: 34.2 Adulto: 40 hasta 270 mm Hg</p> <p>31. Con rango mínimo de medición de presión DIASTOLICA: 35.2 Adulto: 10 hasta 215 mm Hg</p> <p>32. Precisión de medida de ± 5 mm Hg o menor.</p> <p>33. Alarmas ajustables para los límites altos y bajos</p>
<p>ACCESORIOS INCLUIDOS POR EQUIPO</p> <p>34. Dos (2) cables ECG de 3 derivaciones.</p> <p>35. Dos (2) Brazaletes adulto reusable con manga y accesorios para medir NIBP.</p> <p>36. Dos (2) Sensores de dedo reusable adulto para SPO2</p> <p>37. Dos (2) Cables de intermedios para sensor SPO2 (Si aplica).</p> <p>38. Dos (2) Sensores de temperatura transcutáneo reusable para adulto (de piel o superficie)</p> <p>39. 250 electrodos de ECG desechables.</p> <p>40. Con batería recargable con soporte 30 minutos mínimo.</p>
<p>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS</p> <p>41. Energía eléctrica Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hz. 1 fase</p> <p>42. Con soporte de batería de al menos 30 minutos.</p>
<p>DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA</p> <p>43. Presentar con la oferta Registro Sanitario o Constancia de No Registro que emite la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS). Si aplica, deberá presentar Registro Sanitario vigente. En el caso que el citado registro sanitario no esté vigente, deberá presentar además del Registro Sanitario una copia de la Declaración Jurada de Renovación de Registro Sanitario y una carta en la cual se compromete; que, en caso de ser adjudicado, deberá entregar el correspondiente registro sanitario vigente, al momento de la entrega del bien.</p> <p>44. En el caso que el Equipo sea extranjero y no cuente con registro sanitario en Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), requerirá de un permiso especial de importación otorgado por la SRS. Posterior a la notificación de la resolución de la adjudicación, el ofertante procederá a tramitar el permiso especial de importación, con base a los requisitos establecidos en la página web oficial de la SRS. https://www.srs.gob.sv/?wpdmpro=guia-para-tramites-de-permisos-especiales-de-importacion.</p>
<p>NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)</p> <p>45. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente,</p> <p>46. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América.</p> <p>47. Deberá cumplir normas de seguridad eléctrica de la serie EN60601 o equivalente.</p>
<p>CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA</p> <p>48. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados.</p> <p>49. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años.</p> <p>50. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.</p>
<p>CAPACITACION (PRESENTAR CARTA DE COMPROMISO)</p> <p>51. El programa de capacitaciones deberá estar autorizado por el Administrador de Contrato, y avalado por el jefe del servicio.</p> <p>52. Deberá Incluir todo el material de apoyo y equipo requerido para desarrollar las correspondientes capacitaciones solicitadas.</p>

<p>Para personal Usuario:</p> <p>53. Se proporcionarán capacitaciones, dentro de las instalaciones del CENT en una jornada de 4 horas, la cual debe de contener en su temario como mínimo: aplicaciones clínicas y de uso en general, manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, fallas comunes y limpieza, dicha capacitación será a entera satisfacción de Administrador de contrato</p> <p>Para personal de Mantenimiento:</p> <p>54. Se proporcionarán capacitaciones dentro de las instalaciones del CENT, en una jornada de 4 horas, la cual debe contener en su temario como mínimo: manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, limpieza del equipo, explicación de la rutina de mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo, explicación del diagrama de bloques, árbol de solución de problemas, solicitud de repuestos, en castellano.</p>
<p>TIEMPO DE ENTREGA</p> <p>55. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato.</p>
<p>GARANTÍA</p> <p>56. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato o designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p> <p>57. Esta garantía deberá incluir atender llamados de reporte de fallas emergentes por desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas, (incluye fin de semana y festivo), a partir de la comunicación escrita realizada por el encargado del seguimiento y ejecución de contrato.</p> <p>58. Dichas reparaciones no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.</p> <p>59. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución.</p>
<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO.</p> <p>60. Incluye al menos 2 visitas durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y realización de rutinas de limpieza, calibración u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro.</p>
<p>SOPORTE TÉCNICO</p> <p>61. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.</p>
<p>CONDICIONES DE RECEPCIÓN</p> <p>62. La empresa adjudicada deberá realizar el armado del equipo, capacitación del personal y pruebas del equipo en el lugar de entrega.</p> <p>63. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos funcionando a satisfacción del administrador de contrato.</p> <p>64. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación, Manual de Partes, Manual de Servicio. Será necesaria una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés.</p> <p>65. Presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS.</p> <p>66. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: marca, modelo, casa productora, año de fabricación, país de origen, No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.</p>

67. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):		
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE
1	PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPIA	CONSULTA EXTERNA

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
14	60302055	ASPIRADOR DE SECRECIONES	2

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspirador eléctrico diseñado para evacuar fluidos corporales de áreas de intervención durante procedimientos mínimos invasivos 2. Bomba eléctrica de succión continua. 3. Bajo nivel de ruido (menor a 65 dB). 4. Flujo de succión no menor a 40 LPM en su succión máxima. 5. Presión de vacío regulable en al menos de 0-650 mm Hg. 6. Controles: Los interruptores, perillas y otros controles deberán estar sellados para no permitir la filtración de fluidos. 7. Frasco: Dos frascos reutilizables con capacidad mínima de 2500 mililitros, fabricado de policarbonato, u otro material de superior calidad, incluir los respectivos aditamentos de conexión: <ol style="list-style-type: none"> 7.1 Sistema de sellos para evitar fuga de líquidos 7.2 Sistema de corte por obstrucción y dispositivo de seguridad para prevenir el rebalse del frasco. 7.3 Tubo conductivo de aspiración con cánula. 7.4 Frasco con tapadera para enroscar. 8. Filtro Bacteriológico: Sistema con filtro bacteriológico hidrofóbico descartable para prevenir contaminación. 9. Medidores: Debe incluir manómetro de precisión con escala en mm Hg o equivalente, que permita al operador fijar el límite de succión (tanto para el funcionamiento de la bomba, como para detectar fugas u obstrucciones). 	
ACCESORIOS INCLUIDOS POR EQUIPO	
<ol style="list-style-type: none"> 10. Dos (2) Frascos reutilizable extra de la misma capacidad y características que el incluido en el equipo. 11. Cinco (5) Filtros bacteriológicos hidrofóbicos descartables. 12. Dos (2) cánulas reutilizables con cada equipo 	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> 13. Energía eléctrica Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hz. 1 fase. 14. Toma corriente macho polarizado grado hospitalario, con longitud aproximada: 1.8 m. 15. La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. 16. Todos los componentes externos deben estar montados de manera segura. 17. Equipo auto soportado, con montaje en carro sobre ruedas para facilitar su traslado 	
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA	
<ol style="list-style-type: none"> 18. Presentar con la oferta Registro Sanitario o Constancia de No Registro que emite la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS). Si aplica, deberá presentar Registro Sanitario vigente. En el caso que el citado registro sanitario no esté vigente, deberá presentar además 	

<p>del Registro Sanitario una copia de la Declaración Jurada de Renovación de Registro Sanitario y una carta en la cual se compromete; que, en caso de ser adjudicado, deberá entregar el correspondiente registro sanitario vigente, al momento de la entrega del bien.</p> <p>19. En el caso que el Equipo sea extranjero y no cuente con registro sanitario en Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), requerirá de un permiso especial de importación otorgado por la SRS. Posterior a la notificación de la resolución de la adjudicación, el ofertante procederá a tramitar el permiso especial de importación, con base a los requisitos establecidos en la página web oficial de la SRS. https://www.srs.gob.sv/?wpdmpro=guia-para-tramites-de-permisos-especiales-de-importacion.</p>
<p>NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)</p>
<p>20. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente.</p> <p>21. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América.</p> <p>22. Deberá cumplir normas de seguridad eléctrica de la serie EN60601 o equivalente.</p>
<p>CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA</p>
<p>23. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados.</p> <p>24. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años.</p> <p>25. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.</p>
<p>TIEMPO DE ENTREGA</p>
<p>26. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato.</p>
<p>GARANTÍA</p>
<p>27. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p> <p>28. Esta garantía deberá incluir atender llamados de reporte de fallas emergentes por desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas, (incluye fin de semana y festivo), a partir de la comunicación escrita realizada por el encargado del seguimiento y ejecución de contrato.</p> <p>29. Dichas reparaciones no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.</p> <p>30. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución.</p>
<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO.</p>
<p>31. Incluye al menos 2 visitas durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y realización rutinas de limpieza, calibración u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro.</p>
<p>SOPORTE TÉCNICO</p>
<p>32. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia s en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.</p>

CONDICIONES DE RECEPCIÓN		
33. Recepción: La empresa adjudicada deberá realizar el armado y pruebas del equipo, en el lugar de entrega.		
34. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):		
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE
2	PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPIA	CONSULTA EXTERNA
35. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos funcionando a satisfacción del administrador de contrato.		
36. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación, Manual de Partes, Manual de Servicio. Será necesaria una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés.		
37. Presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS.		
38. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: marca, modelo, casa productora, año de fabricación, país de origen, No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.		

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
15	60303320	EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	1

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>1. Equipo portátil, completo para la atención de paro cardiorrespiratorio. Debe constar de los siguientes componentes: Desfibrilador con monitor de parámetros, Laringoscopio, Resucitador manual con bolsa reservorio, Tabla de paro, Carro de transporte</p> <p>DESFIBRILADOR:</p> <p>2. Pantalla para visualización de parámetros de monitorización, Tipo LCD TFT a color, o de tecnología mejorada.</p> <p>3. Visualización en pantalla de al menos tres canales.</p> <p>4. Administración de descarga por medio de electrodos adhesivos multifuncionales y paletas de desfibrilación tamaño adulto.</p> <p>5. Con modo de funcionamiento: manual, cardioversión sincrónica y modulo DEA</p> <p>6. Rango mínimo de selección de energía manual: de 2 a 200 Joules, en onda bifásica.</p> <p>7. Rango mínimo de selección de energía en modo DEA: de 100 a 200 Joules, configurables.</p> <p>8. Transferencia de energía en modo cardioversión sincrónica: onda QRS</p> <p>9. Tiempo de carga: menos de 10 segundos, para selección máxima de energía, y en funcionamiento a batería.</p> <p>10. Indicadores de carga: Señal sonora del equipo cargando y señal sonora de carga completa.</p> <p>11. Mensajes, menú e instrucciones de RCP, en idioma castellano.</p> <p>12. Memoria para registrar los eventos de las últimas 24 horas o 500 eventos.</p> <p>13. Batería con duración: a carga plena al menos 60 minutos o un mínimo de 175 choques a carga de energía máxima</p> <p>14. Sistema de auto chequeo o auto DIAGNÓSTICO</p> <p>15. Deberá contener los indicadores siguientes:</p> <p>15.1 Control de selección de energía</p> <p>15.2 Indicador de carga</p> <p>15.3 Control de carga / descarga de la batería</p> <p>15.4 Indicador de sincronización</p> <p>15.5 Electrodo suelto: identificado y mostrado con alarma de bajo nivel.</p> <p>15.6 Con sistema de alarmas audibles y visibles ajustable.</p>	

LARINGOSCOPIO

16. Para uso adulto con al menos las siguientes hojas: #3, #4 y #5 (una recta y una curva de cada número).
17. El equipo se suministrará completo con su mango metálico externo estriado, lámparas, estuche, hojas, cargador de baterías y baterías recargables (El oferente deberá de especificar el tipo de batería que el equipo utiliza si es convencional o especializada, según recomendación del fabricante).
18. Iluminación por medio de cable de fibra óptica
19. Lámpara de luz blanca tipo LED.

RESUCITADOR

20. Resucitador para ventilación manual de pacientes adultos,
21. Deberá poseer una válvula de seguridad para evitar la sobrepresión.
22. Con bolsa de reservorio tamaño adulto, Volumen aproximado del reservorio de aire: 1500 a 2000 ml.
23. Incluir tres mascarillas por cada bolsa.

TABLA DE PARO

24. Tabla rígida para ayudar a la administración de resucitación cardiopulmonar.
25. Su construcción debe ser en plástico resistente y ligero de peso.
26. Con laterales contorneados que permitan levantar al paciente con más facilidad, preferiblemente.

CARRO DE PARO

27. Carro porta desfibrilador fabricado en estructura metálica o plástico ABS, no conductivo y resistente a la corrosión y a soluciones desinfectantes de uso hospitalario.
28. Con al menos 4 gavetas resistentes, la primera de ellas con un mínimo de 16 divisiones para colocar medicamentos, éstas deben tener un mecanismo de seguridad para evitar que se abran durante el traslado.
29. Las esquinas del mueble deben ser redondeadas y con protector contra choques.
30. Con ruedas de al menos 2.5". de diámetro, con freno en al menos dos de ellas.
31. Con porta suero fabricado de acero inoxidable
32. Con manecillas en los extremos para facilidad de empuje, soportes o barandales en la superficie superior para evitar deslizamiento del material
33. Tablero o soporte superior para colocación de desfibrilador.
34. Con accesorio lateral para colocar tabla de paro cardiorrespiratorio y cilindro de oxígeno tipo E.
35. Incluir un cilindro tipo E con válvula de poste y/o manómetro
36. Maleta y/o mochila de transporte para desfibrilador

ACCESORIOS INCLUIDOS

37. Un (1) impresor térmico para registro de ECG, velocidad: 12.5; 25 o 50 mm/s con precisión de $\pm 5\%$ y tamaño del papel: 50 mm (anchura) x 30 m (longitud máxima).
38. Un (1) juego de paletas externas para adulto.
39. Seis (6) sets de electrodos para funcionamiento de modulo DEA para adulto, incluir el cable con conector para equipo
40. Seis (6) tubos de gel electro conductiva
41. Doce (12) rollos de papel térmico
42. Un (1) cilindro de oxígeno tipo E, con manómetro regulador de O2 tipo yugo.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS

43. Para el desfibrilador: Energía eléctrica Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hz. 1 fase
44. Para el laringoscopio funcionamiento a baterías, incluir baterías recargables y su respectivo cargador para funcionar a un voltaje de 120 VAC, frecuencia 60 Hz, 1 Fase.
45. La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria.
46. Todos los componentes externos deben estar montados de manera segura.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA

47. Para el desfibrilador presentar con la oferta Registro Sanitario o Constancia de No Registro que emite la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS). Si aplica, deberá presentar Registro

<p>Sanitario vigente. En el caso que el citado registro sanitario no esté vigente, deberá presentar además del Registro Sanitario una copia de la Declaración Jurada de Renovación de Registro Sanitario y una carta en la cual se compromete; que, en caso de ser adjudicado, deberá entregar el correspondiente registro sanitario vigente, al momento de la entrega del bien.</p> <p>48. En el caso que el Equipo sea extranjero y no cuente con registro sanitario en Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), requerirá de un permiso especial de importación otorgado por la SRS. Posterior a la notificación de la resolución de la adjudicación, el ofertante procederá a tramitar el permiso especial de importación, con base a los requisitos establecidos en la página web oficial de la SRS. https://www.srs.gob.sv/?wpdmpro=guia-para-tramites-de-permisos-especiales-de-importacion.</p>
<p>NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)</p>
<p>49. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente.</p> <p>50. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América.</p> <p>51. Deberá cumplir normas de seguridad eléctrica de la serie EN60601 o equivalente.</p>
<p>CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA</p>
<p>52. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados.</p> <p>53. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años.</p> <p>54. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.</p>
<p>CAPACITACION (PRESENTAR CARTA DE COMPROMISO)</p>
<p>55. El programa de capacitaciones deberá estar autorizado por el Administrador de Contrato, y avalado por el jefe del servicio.</p> <p>56. Deberá Incluir todo el material de apoyo y equipo requerido para desarrollar las correspondientes capacitaciones solicitadas.</p> <p>Para personal Usuario:</p> <p>57. Se proporcionarán capacitaciones, dentro de las instalaciones del CENT en una jornada de 4 horas, la cual debe de contener en su temario como mínimo: aplicaciones clínicas y de uso en general, manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, fallas comunes y limpieza, dichas capacitaciones serán a entera satisfacción de Administrador de contrato</p> <p>Para personal de Mantenimiento:</p> <p>58. Se proporcionarán capacitaciones dentro de las instalaciones del CENT, en una jornada de 4 horas, la cual debe contener en su temario como mínimo: manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, limpieza del equipo, explicación de la rutina de mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo, explicación del diagrama de bloques, árbol de solución de problemas, solicitud de repuestos, en castellano.</p>
<p>TIEMPO DE ENTREGA</p>
<p>59. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato</p>
<p>GARANTÍA</p>
<p>60. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p> <p>61. Esta garantía deberá incluir atender llamados de reporte de fallas emergentes por desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas, (incluye fin de semana y festivo), a partir de la comunicación escrita realizada por el encargado del seguimiento y ejecución de contrato.</p>

<p>62. Dichas reparaciones no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.</p> <p>63. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución.</p>						
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
<p>64. Incluye al menos 2 visitas durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y realización de rutinas de limpieza, calibración u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro.</p>						
SOPORTE TÉCNICO						
<p>65. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.</p>						
CONDICIONES DE RECEPCIÓN						
<p>66. La empresa adjudicada deberá realizar el armado del equipo, capacitación del personal y pruebas del equipo en el lugar de entrega.</p> <p>67. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p> <table border="1" data-bbox="483 957 1157 1037"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONSULTORIOS</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </tbody> </table> <p>68. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos funcionando a satisfacción del administrador de contrato.</p> <p>69. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación, Manual de Partes, Manual de Servicio. Será necesaria una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés.</p> <p>70. Presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS.</p> <p>71. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: marca, modelo, casa productora, año de fabricación, país de origen, No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.</p>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	1	CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE				
1	CONSULTORIOS	CONSULTA EXTERNA				

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
16	60302190	ELECTROCARDIOGRAFO DE DOCE CANALES	1

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>1. Equipo multicanal, portátil, utilizado para la impresión de trazos electrocardiográficos, con fines diagnósticos cardiológicos</p> <p>2. Electrocardiógrafo de doce canales, capaz de monitorear y graficar simultáneamente las siguientes derivaciones: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 y V6.</p> <p>3. Pantalla LCD, TFT o de mejor tecnología.</p> <p>4. Capacidad de operación y registro manual y automático.</p> <p>5. Con programa de medidas y diagnóstico (interpretaciones).</p> <p>6. Menús y mensajes en idioma castellano</p>	

<p>7. Impresor térmico integrado. Papel de impresión: Termosensible.</p> <p>8. Con adquisición e impresión simultanea de 12 derivaciones.</p> <p>9. Velocidad de impresión mínima: 5, 25 y 50 mm/seg.</p> <p>10. Rango de respuesta en frecuencia de 0.05 a 150 Hz ó mayor.</p> <p>11. Sensibilidad de 5,10 y 20 mm/Mv</p> <p>12. Impedancia mínima de entrada 50 MΩ.</p> <p>13. Factor de rechazo a modo común (CMRR) superior a los 90 dB.</p> <p>14. Filtros para evitar interferencia (red y musculares)</p> <p>15. Capacidad de calibración a 1mV aproximadamente</p> <p>16. Con sistema de alarmas de falla de conexión de electrodos, falta de papel, batería baja, respiración y señal de ECG excedida.</p> <p>17. Visualización de la frecuencia cardíaca. Control de los límites superior e inferior de frecuencia cardíaca (en un rango aproximado de 30 a 120 latidos por minuto).</p> <p>18. Sistema de autodiagnóstico.</p> <p>19. Interface para conectarse a computadora y/o impresor externo (puerto RS- 232, puerto USB, Bluetooth o tecnología mejorada).</p> <p>20. Con batería de respaldo integrada de al menos 30 minutos.</p>
<p>ACCESORIOS INCLUIDOS.</p> <p>21. Un (1) Carro para transporte del equipo, que cuente con canasta porta electrodos, porta cable de alimentación y ruedas con frenos.</p> <p>22. Dos (2) cables para paciente de 10 derivaciones</p> <p>23. Dos (2) set de electrodos completos (10 derivaciones: precordiales + extremidades)</p> <p>24. Veinticuatro (24) rollos de papel para impresor térmico.</p> <p>25. Seis (6) tubos de gel conductivo (vencimiento no menor a 12 meses)</p>
<p>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS</p> <p>26. Energía eléctrica Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hz. 1 fase</p> <p>27. Toma corriente macho polarizado grado hospitalario, con longitud aproximada: 1.8 m.</p> <p>28. Con soporte de batería interno de al menos 30 minutos.</p> <p>29. La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria.</p> <p>30. Equipo auto soportado, con montaje en carro sobre ruedas para facilitar su traslado</p>
<p>DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA</p> <p>31. Presentar con la oferta Registro Sanitario o Constancia de No Registro que emite la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS). Si aplica, deberá presentar Registro Sanitario vigente. En el caso que el citado registro sanitario no esté vigente, deberá presentar además del Registro Sanitario una copia de la Declaración Jurada de Renovación de Registro Sanitario y una carta en la cual se compromete; que, en caso de ser adjudicado, deberá entregar el correspondiente registro sanitario vigente, al momento de la entrega del bien.</p> <p>32. En el caso que el Equipo sea extranjero y no cuente con registro sanitario en Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), requerirá de un permiso especial de importación otorgado por la SRS. Posterior a la notificación de la resolución de la adjudicación, el ofertante procederá a tramitar el permiso especial de importación, con base a los requisitos establecidos en la página web oficial de la SRS. https://www.srs.gob.sv/?wpdmpro=guia-para-tramites-de-permisos-especiales-de-importacion.</p>
<p>NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)</p> <p>33. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente.</p>

<p>34. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América.</p> <p>35. Deberá cumplir normas de seguridad eléctrica de la serie EN60601 o equivalente.</p>
<p>CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA</p>
<p>36. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados.</p> <p>37. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años.</p> <p>38. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.</p>
<p>CAPACITACION (PRESENTAR CARTA DE COMPROMISO)</p>
<p>39. El programa de capacitaciones deberá estar autorizado por el Administrador de Contrato, y avalado por el jefe del servicio.</p> <p>40. Deberá Incluir todo el material de apoyo y equipo requerido para desarrollar las correspondientes capacitaciones solicitadas.</p> <p>Para personal Usuario:</p> <p>41. Se proporcionarán capacitaciones, dentro de las instalaciones del CENT en una (1) jornada de 4 horas, la cual debe de contener en su temario como mínimo: aplicaciones clínicas y de uso en general, manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, fallas comunes y limpieza, dichas capacitaciones serán a entera satisfacción de Administrador de contrato.</p> <p>Para personal de Mantenimiento:</p> <p>42. Se proporcionarán capacitaciones dentro de las instalaciones del CENT, en una jornada de 4 horas, la cual debe contener en su temario como mínimo: manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, limpieza del equipo, explicación de la rutina de mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo, explicación del diagrama de bloques, árbol de solución de problemas, solicitud de repuestos, en castellano.</p>
<p>TIEMPO DE ENTREGA</p>
<p>43. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato,</p>
<p>GARANTÍA</p>
<p>44. El período de la garantía requerido es de dos (2) años, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p> <p>45. Esta garantía deberá incluir atender llamados de reporte de fallas emergentes o por desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas, (incluye fin de semana y festivo), a partir de la comunicación escrita realizada por el encargado del seguimiento y ejecución de contrato.</p> <p>46. Dichas reparaciones no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.</p> <p>47. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución.</p>
<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p>
<p>48. Incluye al menos 2 visitas durante el periodo de garantía, en los cuales se verificará como mínimo: el funcionamiento de los equipos, las condiciones de operación en que se encuentra y</p>

realización de rutinas de limpieza, calibración u otros indicados por fábrica para prevenir fallas a futuro						
SOPORTE TÉCNICO						
49. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.						
CONDICIONES DE RECEPCIÓN						
50. La empresa adjudicada deberá realizar el armado del equipo, capacitación del personal y prueba de funcionamiento en el lugar donde será entregado.						
51. Realizará todo lo necesario para dejar los equipos funcionando a satisfacción del administrador de contrato.						
52. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONSULTORIO CARDIOLOGÍA</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </tbody> </table>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	1	CONSULTORIO CARDIOLOGÍA	CONSULTA EXTERNA
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE				
1	CONSULTORIO CARDIOLOGÍA	CONSULTA EXTERNA				
53. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación, Manual de Partes, Manual de Servicio. Será necesaria una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés.						
54. Presentar copia simple de uno de los siguientes documentos: Registro Sanitario Vigente, Constancia de No Registro o Permiso especial de importación otorgado por la SRS.						
55. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: marca, modelo, casa productora, año de fabricación, país de origen, No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.						

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
17	60302230	EXTRACTOR ELÉCTRICO DE LECHE	1

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> Equipo eléctrico para la extracción de leche materna Para uso en ambiente hospitalario. Potencia de extracción y estimulación ajustable en al menos 3 niveles. Doble embudo para extracción simultanea de ambas mamás. Con control de ciclo de vacío: automático, continuo o intermitente. Vacío de al menos 60 ciclos por minuto o mayor. Biberones, embudos y botella que van en contacto con la leche materna para uso alimentario deberán ser libres de BPA (Bisfenol A). Debe incluir kits de extracción reutilizables, esterilizables. Sistema portátil funcionamiento a baterías recargables y/o con conexión eléctrica directa. Motor eléctrico de funcionamiento silencioso. 	
ACCESORIOS INCLUIDOS.	
<ol style="list-style-type: none"> Set de extracción hospitalario que incluya: <ol style="list-style-type: none"> Dos (2) botellas recolectoras de al menos 80 ml, con su respectiva tapa. Juego de embudos talla estándar (Caja de 25 unidades), de al menos dos de los siguientes tamaños: S (21 mm); M (24 mm); L (27 mm) XL (30 mm). 	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS	
12. Energía eléctrica Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hz. 1 fase	

<p>13. La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria.</p>						
<p>NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)</p>						
<p>14. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente.</p> <p>15. Aprobada su comercialización por Directiva 93/42 CEE o equivalente por tipo de equipo (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón o FDA para los Estados Unidos de América.</p>						
<p>CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA</p>						
<p>16. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados.</p> <p>17. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años.</p> <p>18. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años.</p>						
<p>TIEMPO DE ENTREGA</p>						
<p>19. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato.</p>						
<p>GARANTÍA</p>						
<p>20. El período de la garantía requerido es de un (1) año, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica o a satisfacción del administrador de contrato o designado del bien y deberá constar en el acta de recepción.</p>						
<p>SOPORTE TÉCNICO</p>						
<p>3. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados.</p>						
<p>CONDICIONES DE RECEPCIÓN</p>						
<p>21. La empresa adjudicada deberá entregar el equipo, listo para ser puesto en funcionamiento.</p> <p>22. Área de Ubicación (para fines de uso interno de la institución):</p> <table border="1" data-bbox="532 1186 1102 1266"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UBICACIÓN</th> <th>AMBIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LACTARIO</td> <td>PRIMER NIVEL</td> </tr> </tbody> </table> <p>23. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación, o Guía de uso. Sera necesaria la entrega de una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés.</p> <p>24. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto.</p>	CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE	1	LACTARIO	PRIMER NIVEL
CANTIDAD	UBICACIÓN	AMBIENTE				
1	LACTARIO	PRIMER NIVEL				

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
18	60902005	ESTERILIZADOR ELÉCTRICO PARA PACHAS	1

Tipo de equipo	EQUIPO MÉDICO
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Equipo eléctrico para la esterilización de pachas. 2. Para uso en ambiente hospitalario. 3. Con función de secado, y filtro HEPA. 95%. Preferible 4. Con bandeja y/o cesta removible para colocación de biberones, pachas o embudos. 5. Capacidad mínima 6 botellas. 6. Panel de control y pantalla digital para programación y visualización de parámetros. 7. Tiempo de ciclo de esterilizado 30 minutos o menos. 8. Apagado automático. 	
ACCESORIOS INCLUIDOS.	
<ol style="list-style-type: none"> 9. Al menos un cesto o bandeja para colocación de biberones. 10. Filtro bacteriológico, o de entrada de aire, cuando aplique. 	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS	
<ol style="list-style-type: none"> 11. Energía eléctrica Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hz. 1 fase 12. La unidad deberá estar bien construida con material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria. 	
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)	
<ol style="list-style-type: none"> 13. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o equivalente. 	
CARTAS COMPROMISO A ENTREGAR CON LA OFERTA	
<ol style="list-style-type: none"> 14. Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados. 15. De no obsolescencia del modelo a ofertar por al menos un periodo de cinco (5) años. 16. Compromiso por escrito del suministrante en asegurar la disponibilidad de repuestos para los bienes y/o equipos por un período mínimo de cinco (5) años. 	
TIEMPO DE ENTREGA	
<ol style="list-style-type: none"> 17. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato. 	
GARANTÍA	
<ol style="list-style-type: none"> 18. El período de la garantía requerido es de un (1) año, para todo el equipo contra desperfectos de fábrica a satisfacción del administrador de contrato designado del bien y deberá constar en el acta de recepción. 19. Esta garantía deberá incluir llamados por fallas emergentes, reparación o sustitución de piezas, accesorios o insumos y ser atendida en un tiempo máximo de 24 horas. 	
SOPORTE TÉCNICO	
<ol style="list-style-type: none"> 20. La empresa adjudicada deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado, con experiencia en el mantenimiento de los equipos similares a los ofertados. 	
CONDICIONES DE RECEPCIÓN	
<ol style="list-style-type: none"> 21. La empresa adjudicada deberá entregar el equipo, listo para ser puesto en funcionamiento. 22. Con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación, o Guía de uso. Sera necesaria la entrega de una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés. 23. Se colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto. 	

INSTRUMENTAL MÉDICO

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
19	63001360	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS	7

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vasija arriñonada pequeña, tamaño nominal 6", dimensiones aproximadas de 160-180 mm ±20 mm. 2. Material estará fabricado en acero inoxidable, tipo AISI de la serie 304 norma equivalente o superior, plenamente demostrable. Presentar certificación del acero inoxidable, con su hoja de composición química.
CONDICIONES DE RECEPCIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 3. Deberá entregarse en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato.
GARANTÍA
<ol style="list-style-type: none"> 4. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación
TIEMPO DE ENTREGA
<ol style="list-style-type: none"> 5. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
20	63001380	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	7

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vasija arriñonada mediana, tamaño nominal 8", dimensiones aproximadas de 200-230 mm ±20 mm. 2. Material estará fabricado en acero inoxidable, tipo AISI de la serie 304 norma equivalente o superior, plenamente demostrable. Presentar certificación del acero inoxidable, con su hoja de composición química.
CONDICIONES DE RECEPCIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 3. Deberá entregarse en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato.
GARANTÍA
<ol style="list-style-type: none"> 4. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación
TIEMPO DE ENTREGA
<ol style="list-style-type: none"> 5. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
21	63001025	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE	18

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Espéculo vaginal tipo Grave 2. Tamaño grande 3. De acero inoxidable. Material estará fabricado en acero inoxidable, tipo AISI de la serie 304 norma equivalente o superior, plenamente demostrable. Presentar certificación del acero inoxidable, con su hoja de composición química. 4. Dimensiones aproximadas: 125 mm X 35 mm.
CONDICIONES DE RECEPCIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 5. Deberá entregarse en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato.
GARANTÍA
<ol style="list-style-type: none"> 6. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación
TIEMPO DE ENTREGA
<ol style="list-style-type: none"> 7. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
22	63001030	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, MEDIANO , DE ACERO INOXIDABLE	18

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Espéculo vaginal tipo Grave 2. Tamaño mediano 3. De acero inoxidable. Material estará fabricado en acero inoxidable, tipo AISI de la serie 304 norma equivalente o superior, plenamente demostrable. Presentar certificación del acero inoxidable, con su hoja de composición química. 4. Dimensiones aproximadas: 115 mm X 33 mm.
CONDICIONES DE RECEPCIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 5. Deberá entregarse en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato.
GARANTÍA
<ol style="list-style-type: none"> 6. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación
TIEMPO DE ENTREGA
<ol style="list-style-type: none"> 7. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
23	63001035	ESPÉCULO VAGINAL, TIPO GRAVE, PEQUEÑO, DE ACERO INOXIDABLE	18

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Espéculo vaginal tipo Grave 2. Tamaño pequeño 3. De acero inoxidable. Material estará fabricado en acero inoxidable, tipo AISI de la serie 304 norma equivalente o superior, plenamente demostrable. Presentar certificación del acero inoxidable, con su hoja de composición química. 4. Dimensiones aproximadas: 82 mm X 20 mm.
CONDICIONES DE RECEPCIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 5. Deberá entregarse en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato.
GARANTÍA
<ol style="list-style-type: none"> 6. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación
TIEMPO DE ENTREGA
<ol style="list-style-type: none"> 7. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
24	63001038	ESPÉCULO VAGINAL VIRGINAL, DE ACERO INOXIDABLE	9

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Espéculo vaginal tipo Grave 2. Tamaño virginal 3. De acero inoxidable. Material estará fabricado en acero inoxidable, tipo AISI de la serie 304 norma equivalente o superior, plenamente demostrable. Presentar certificación del acero inoxidable, con su hoja de composición química. 4. Dimensiones aproximadas: 75 mm X 20 mm.
CONDICIONES DE RECEPCIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 5. Deberá entregarse en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato.
GARANTÍA
<ol style="list-style-type: none"> 6. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación
TIEMPO DE ENTREGA
<ol style="list-style-type: none"> 7. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
25	60302500	MARTILLO DE REFLEJOS	4

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Martillo de reflejos con cabeza de percusión de goma 2. Tamaño de 18 a 20 cm de largo \pm 1 cm 3. Mango de acero inoxidable
CONDICIONES DE RECEPCIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 4. Deberá entregarse en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato.
GARANTÍA
<ol style="list-style-type: none"> 5. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación
TIEMPO DE ENTREGA
<ol style="list-style-type: none"> 6. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
26	63001103	RECIPIENTE METÁLICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS	7

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Recipiente cilíndrico con tapa metálica para la guarda de torundas y gasas estériles 2. Uno (1) de tamaño grande con medidas aproximadas de 18-20 cm de alto x 10 cm de diámetro, 3000 ml 3. Material estará fabricado en acero inoxidable, tipo AISI de la serie 304 norma equivalente o superior, plenamente demostrable. Presentar certificación del acero inoxidable, con su hoja de composición química.
CONDICIONES DE RECEPCIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 4. Deberá entregarse en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato.
GARANTÍA
<ol style="list-style-type: none"> 5. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación
TIEMPO DE ENTREGA
<ol style="list-style-type: none"> 6. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
27	63003070	SET DE INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA	1

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
<p>Una (1) Caja o Bandeja de acero inoxidable, que contenga el siguiente instrumental quirúrgico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Mango para bisturí del No. 4 2. 1 Mango para bisturí del No. 3 3. 1 Juego de Dilatadores Savary-Guilliard, juego de 7 piezas en el rango de 5 a 15 mm 4. 5 Pinza para biopsia, punta en forma elipsoidal fenestrada, para gastroscopio, longitud de 160 cm y 2.5 mm de diámetro aproximadamente. 5. 5 Pinza para biopsia, punta en forma elipsoidal fenestrada, con punta (spike) para gastroscopio, longitud de 160 cm y 2.5 mm de diámetro aproximadamente. 6. 1 Cánula de succión Yankauer curva con perforador central de 2 mm de diámetro y 28.5 cm de longitud aproximadamente, con botón desatornillable 7. 1 Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. 8. 1 Pinza Adson, en bayoneta, con dientes, 18.5 cm de longitud aproximadamente. 9. 2 Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm. 10. 2 Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. 11. 1 Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. 12. 1 Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. 13. 1 Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. 14. 1 Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. 15. 4 Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. aproximadamente, 16. 2 Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 160 a 165 mm. 17. 1 Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. 18. 1 Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. 19. 1 Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. 20. 1 Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. 21. 1 Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm. aproximadamente, 22. 1 Vasija arriñonada grande, 10", 250 mm. aproximadamente, 23. 1 Charola mayo de acero inoxidable dimensiones: 49 x 32 cm. aproximadamente,
CONDICIONES DE RECEPCIÓN
25. Deberá entregarse en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato.
GARANTÍA
26. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación
TIEMPO DE ENTREGA
27. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS	CANTIDAD
28	63001005	CAJA METÁLICA DE CURACIONES, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	1

Tipo de bien	INSTRUMENTAL																								
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.																									
<p>1. Contenedor metálico con tapa, para esterilizar incluyendo el instrumental que consta de (todas las medidas son aproximadas):</p> <p>1.1 3 Tijera mayo, curva de 170 mm.</p> <p>1.2 6 Pinza intestinal Allis fino 190 mm.</p> <p>1.3 6 Pinza Kocher-Ochsner, recta de 1x2 dientes, 200mm de longitud.</p> <p>1.4 3 Bandeja laboratorio, 0,16 L.</p> <p>1.5 3 Bandeja laboratorio, 0,4 L.</p> <p>1.6 3 Riñonera, 250 mm.</p> <p>1.7 3 Pinza anatómica 145mm.</p> <p>2. Contenedor e instrumental completamente de acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior.</p>																									
NORMATIVA A CUMPLIR (PRESENTAR CERTIFICADOS VIGENTES)																									
<p>3. Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001</p> <p>4. Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior.</p> <p>5. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa:</p>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Elemento</th> <th>AISI 304 (Valores máximos)</th> <th>AISI 316 (Valores máximos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Carbono (C)</td> <td>0.08%</td> <td>0.08%</td> </tr> <tr> <td>Manganeso (Mn)</td> <td>2%</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Fosforo (P)</td> <td>0.045%</td> <td>0.045%</td> </tr> <tr> <td>Silicio (Si)</td> <td>1%</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>Cromo (Cr)</td> <td>(18-20)%</td> <td>(16-18)%</td> </tr> <tr> <td>Níquel (Ni)</td> <td>(8-11)%</td> <td>(10-14)%</td> </tr> <tr> <td>Molibdeno (Mo)</td> <td>--</td> <td>(2-3)%</td> </tr> </tbody> </table>		Elemento	AISI 304 (Valores máximos)	AISI 316 (Valores máximos)	Carbono (C)	0.08%	0.08%	Manganeso (Mn)	2%	2%	Fosforo (P)	0.045%	0.045%	Silicio (Si)	1%	1%	Cromo (Cr)	(18-20)%	(16-18)%	Níquel (Ni)	(8-11)%	(10-14)%	Molibdeno (Mo)	--	(2-3)%
Elemento	AISI 304 (Valores máximos)	AISI 316 (Valores máximos)																							
Carbono (C)	0.08%	0.08%																							
Manganeso (Mn)	2%	2%																							
Fosforo (P)	0.045%	0.045%																							
Silicio (Si)	1%	1%																							
Cromo (Cr)	(18-20)%	(16-18)%																							
Níquel (Ni)	(8-11)%	(10-14)%																							
Molibdeno (Mo)	--	(2-3)%																							
CONDICIONES DE RECEPCIÓN																									
6. Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato																									
GARANTÍA																									
7. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 año contra desperfectos de fabricación																									
TIEMPO DE ENTREGA																									
8. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato																									

ARTÍCULO	CÓDIGO MINSAL	NOMBRE	CANTIDAD
29	63001015	CAJA METÁLICA PARA PEQUEÑA CIRUGÍA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	1

Tipo de bien	INSTRUMENTAL
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.	
<p>1. Contenedor metálico con tapa, para esterilizar incluyendo el instrumental que consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 1 Porta agujas Hegar-Mayo de 185mm. 1.2 1 Tijera Mayo recta de 140-155mm. 1.3 1 Tijera Mayo curva de 140-155mm. 1.4 1 Pinza quirúrgica 1x2d. de 145mm. 1.5 1 Pinza anatómica de 145mm. 1.6 1 Pinza cirugía Adson 1x2d. de 120mm. 1.7 2 Pinzas campo Backhaus de 135mm. 1.8 1 Pinza porta esponja Foerster-Ballenger de 180mm. 1.9 2 Mango bisturí no.3. para hojas del nº 10, 11, 12, 15 1.10 1 Pistola para biopsia percutánea, disparador automático para agujas tipo tru-cut, cargador despegable y accionamiento con una sola mano. Penetración aproximadamente de 2.2 cm y cero avances. Material preferible aluminio. 1.11 20 agujas para biopsia de mama tipo tru cut diámetro 14G, longitud entre 10-20 cm. Compatible con pistola ofertada. Empaque individual estéril 1.12 1 Bandeja laboratorio, de 0,16 L. <p>2. Contenedor e instrumental completamente de acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. No aplica para Item 1.10 y 1.11</p>	
CONDICIONES DE RECEPCIÓN	
3. Deberá entregarse a entera satisfacción del administrador de contrato	
GARANTÍA	
4. Garantía de fábrica o del distribuidor de 1 años contra desperfectos de fabricación	
TIEMPO DE ENTREGA	
5. Tiempo de entrega de 120 días calendario posterior a la distribución de contrato	

**PLANOS.
(No aplica)**

Lista de Planos o Diseños		
Plano o Diseño N°	Nombre del Plano o Diseño	Propósito

INSPECCIONES Y PRUEBAS.

El trámite para levantamiento de Acta de recepción deberá realizarse en coordinación con el Administrador de Contrato y personal en el Almacén El Paraíso.

Las inspecciones para verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas y pruebas de funcionamiento de los bienes adjudicados serán realizadas en las instalaciones del Almacén El Paraíso, lo que deberá ser coordinado previamente con el Administrador del contrato.

A los equipos que aplique según lo indicado en las especificaciones técnicas, se les colocará una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada uno de los equipos en la que pueda visualizarse: marca, modelo, casa productora, año de fabricación, país de origen, n.º de Contrato, Vigencia de la garantía y número de contacto.

Que los bienes a suministrar deberán ser totalmente nuevos con un tiempo de fabricación no mayor a 12 meses y de tecnología reciente, no reconstruidos o modificados.

Las Inspecciones realizadas a los artículos contratados, serán las siguientes:

- a. Cantidad de bienes y accesorios por artículo.
- b. Marca, modelo y país de origen
- c. Provisión de manuales, con la entrega de cada equipo deberá presentar: Manual de Operación, Manual de Servicio y partes. Será necesaria una copia en físico y una copia en memoria extraíble USB, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés, para los artículos que aplique según lo indicado en las especificaciones técnicas.
- d. Certificado de garantía
- e. Defectos externos apreciables como: raspaduras, roturas y otros daños físicos evidentes.
- f. Cumplir las condiciones de instalación para los artículos que aplique según lo indicado en las especificaciones técnicas.
- g. Revisión de accesorios.
- h. Al momento de entregar los bienes presentara certificado de calibración, cuando aplique.
- i. Los equipos deberán entregarse listos para su funcionamiento y en excelente estado a entera satisfacción del administrador de contrato.

Todos los equipos serán probados en presencia del administrador de contrato o quien este designe, realizando las comprobaciones de funcionamiento, para lo cual se deberá hacer acta de recepción indicando Aceptación o Rechazo del bien por parte del Administrador de contrato.

El MINSAL podrá rechazar un equipo o sus partes que no pasen las inspecciones o pruebas establecidas en este apartado. El oferente tendrá que rectificar o reemplazar los equipos rechazados o hacer las correcciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para el MINSAL. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas. El oferente no podrá eximirse de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato que se firme entre las partes.

LISTA DE BIENES Y PLAN DE ENTREGA.

n.º de Artículo	Descripción de los Bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de destino convenido	Fecha de Entrega		
					Fecha más Temprana de Entrega	Fecha Límite de Entrega	Fecha de Entrega Ofrecida por el Oferente [a ser proporcionada por el Oferente]
1	BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO	15	c/u	<p><i>Almacén El Paraíso. Col. El Paraíso, final 6ª. Calle Oriente n.º. 1105, San Salvador.</i></p>	<p><i>90 días calendario a partir de un día después de la distribución del contrato.</i></p>	<p><i>120 días calendario a partir de un día después de la distribución del contrato.</i></p>	<p><i>[indicar el número de días de entrega de los suministros ofertados]</i></p>
2	BÁSCULA DIGITAL CON ANALIZADOR DE COMPOSICION DEL CUERPO	1	c/u				
3	BÁSCULA DE PISO, ESTANDAR	1	c/u				
4	NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO	6	c/u				
5	SET DE DIAGNÓSTICO	6	c/u				
6	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	2	c/u				
7	OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO DE DEDO	6	c/u				
8	TENSIÓMETRO DIGITAL DE MESA PARA ADULTO	18	c/u				
9	TERMÓMETRO INFRARROJO SIN TACTO, PARA TEMPERATURA CORPORAL	5	c/u				
10	LÁMPARA DE MANO PARA EXAMEN	12	c/u				
11	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA	18	c/u				
12	LÁMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO	3	c/u				
13	MONITOR DE SIGNOS VITALES, PORTÁTIL	1	c/u				
14	ASPIRADOR DE SECRECIONES	2	c/u				
15	EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	1	c/u				
16	ELECTROCARDIOGRAFO DE DOCE CANALES	1	c/u				
17	EXTRACTOR ELÉCTRICO DE LECHE	1	c/u				
18	ESTERILIZADOR ELÉCTRICO PARA PACHAS	1	c/u				
19	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS	7	c/u				
20	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	7	c/u				

Parte 2. Requisitos de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos. Sección VI. Lista de Requisitos.

21	ESPEJULO VAGINAL TIPO GRAVE, GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE	18	c/u	<p><i>Almacén El Paraíso. Col. El Paraíso, final 6ª. Calle Oriente n°. 1105, San Salvador.</i></p>	<p><i>90 días calendario a partir de un día después de la distribución del contrato.</i></p>	<p><i>120 días calendario a partir de un día después de la distribución del contrato.</i></p>	<p><i>[indicar el número de días de entrega de los suministros ofertados]</i></p>
22	ESPEJULO VAGINAL TIPO GRAVE, MEDIANO, DE ACERO INOXIDABLE	18	c/u				
23	ESPEJULO VAGINAL, TIPO GRAVE, PEQUEÑO, DE ACERO INOXIDABLE	18	c/u				
24	ESPEJULO VAGINAL VIRGINAL, DE ACERO INOXIDABLE	9	c/u				
25	MARTILLO DE REFLEJOS	4	c/u				
26	RECIPIENTE METÁLICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS	7	c/u				
27	SET DE INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA	1	c/u				
28	CAJA METÁLICA DE CURACIONES DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	1	c/u				
29	CAJA METÁLICA PARA PEQUEÑA CIRUGÍA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	1	c/u				

[insertar la fecha]

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

LISTA DE SERVICIOS Y PLAN DE ENTREGA.

n.º de Art.	Descripción de los Servicios Conexos y/o Servicios diferentes de Consultoría	Cantidad	Unidad	Lugar de prestación del servicio	Fecha de Entrega		
					Fecha de inicio	Fecha de finalización	Plazo de Ejecución
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.						
	Deberá realizar dos visitas por cada equipo durante el tiempo de vigencia de la garantía, una cada año.	30	Visitas	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
2	CAPACITACIÓN.						
	Para personal usuario.	1	Jornada de 4 horas.	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
	Para personal de mantenimiento.	1	Jornada de 4 horas.				[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.						
Deberá realizar dos visitas por cada equipo durante el tiempo de vigencia de la garantía, una cada año.	2	Visitas	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]	
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.						
	Deberá realizar dos visitas por cada equipo durante el tiempo de vigencia de la garantía, una cada año.	2	Visitas	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	A partir de la orden de inicio indicada por el Administrador de Contrato		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.						
	Deberá realizar dos visitas por cada equipo durante el tiempo de vigencia de la garantía, una cada año.	36	Visitas	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
13	CAPACITACIÓN.						
	Para personal usuario.	1	Jornada de 4 horas.	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
	Para personal de mantenimiento.	1	Jornada de 4 horas.				[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.						
Deberá realizar dos visitas por cada equipo durante el tiempo de vigencia de la garantía, una cada año.	2	Visitas	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]	
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.						
	Deberá realizar dos visitas por cada equipo durante el tiempo de vigencia de la garantía, una cada año.	4	Visitas	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	A partir de la orden de inicio indicada por el Administrador de Contrato		[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]

Parte 2. Requisitos de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos. Sección VI. Lista de Requisitos.

15	CAPACITACIÓN.					
	Para personal usuario.	1	Jornada de 4 horas.	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
	Para personal de Mantenimiento.	1	Jornada de 4 horas.			[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Deberá realizar dos visitas por cada equipo durante el tiempo de vigencia de la garantía, una cada año.	2	Visitas	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]	
16	CAPACITACIÓN.					
	Para personal usuario.	1	Jornada de 4 horas.	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
	Para personal de mantenimiento.	1	Jornada de 4 horas.			[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
Deberá realizar dos visitas por cada equipo durante el tiempo de vigencia de la garantía, una cada año.	2	Visitas	Centro de Enfermedades No Transmisibles CENT	De conformidad a la solicitud del Administrador de Contrato	[indicar el plazo ofertado para prestar el servicio]	

[insertar la fecha]

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: _____

Nombre del Oferente: _____

Dirección: _____

**PARTE 3.
CONTRATO.**

SECCIÓN VII. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC).

Índice de Cláusulas.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	158
1. Definiciones.....	158
2. Documentos del Contrato.....	158
3. Prácticas Prohibidas	158
4. Interpretación	161
5. Idioma.....	162
6. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA).....	162
7. Elegibilidad.....	162
8. Notificaciones	163
9. Ley aplicable	163
10. Solución de controversias	163
11. Alcance de los suministros.....	164
12. Entrega y documentos	164
13. Responsabilidad del Proveedor	164
14. Precio del Contrato.....	164
15. Condiciones de Pago.....	164
16. Impuestos y derechos	164
17. Garantía de Cumplimiento del Contrato.....	164
18. Derechos de Autor	165
19. Confidencialidad de la Información	165
20. Subcontratación.....	165
21. Especificaciones y Normas.....	166
22. Embalaje y Documentos.....	166
23. Seguros.....	166
24. Transporte.....	166
25. Inspecciones y Pruebas	166
26. Liquidación por Daños y Perjuicios.....	167
27. Garantía de los Bienes.....	167
28. Indemnización por Derechos de Patentes	168
29. Limitación de Responsabilidad	169
30. Cambio en las Leyes y Regulaciones	169
31. Fuerza Mayor	169
32. Órdenes de Cambio y Enmiendas al Contrato.....	169
33. Prórroga de los Plazos	170
34. Terminación.....	170
35. Cesión.....	171

SECCIÓN VII.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

1. Definiciones.

1.1 Las siguientes palabras y expresiones tendrán los significados que aquí se les asigna:

- (a) "Banco", el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o cualquier fondo administrado por el Banco.
- (b) "Contrato", el Convenio celebrado entre Contratante y Proveedor, junto con los documentos del Contrato allí referidos, incluyendo todos los anexos y apéndices y todos los documentos incorporados allí por referencia.
- (c) "Documentos del Contrato", documentos enumerados en el Convenio, incluyendo cualquier enmienda.
- (d) "Precio del Contrato", precio pagadero al Proveedor según se especifica en el Convenio, sujeto a condiciones y ajustes allí estipulados o deducciones propuestas, según corresponda en virtud del Contrato.
- (e) "Día", día calendario.
- (f) "Cumplimiento", significa que el Proveedor ha completado la entrega de bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en el Contrato.
- (g) "CGC", las Condiciones Generales del Contrato.
- (h) "Bienes", todos los productos, materia prima, maquinaria y equipo, y otros materiales que el Proveedor deba proporcionar al Contratante en virtud del Contrato.
- (i) "El País del Contratante", es **el especificado en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)**.
- (j) "Contratante", entidad que compra los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos, **según se indica en CEC**.
- (k) "Servicios Conexos", servicios incidentales relativos a la provisión de los bienes, tales como transporte, seguro, instalación, puesta en servicio, capacitación y mantenimiento inicial y otras obligaciones similares del Proveedor en virtud del Contrato.
- (l) "CEC", las Condiciones Especiales del Contrato.
- (m) "Subcontratista", cualquier persona natural, entidad privada o pública o cualquier combinación de ellas, con quienes el Proveedor ha subcontratado el suministro de cualquier porción de los Bienes o la ejecución de cualquier parte de los Servicios.
- (n) "Proveedor", la persona natural, jurídica o entidad gubernamental, o una combinación de éstas, cuya oferta para ejecutar el contrato ha sido aceptada por el Contratante y es denominada como tal en el Contrato.
- (o) "Sitio del Proyecto", donde corresponde, **significa el lugar citado en las CEC**.

2. Documentos del Contrato.

Sujetos al orden de precedencia establecido en el Contrato, se entiende que todos los documentos que forman parte integral del Contrato (y todos sus componentes allí incluidos) son correlativos, complementarios y recíprocamente aclaratorios. El Contrato deberá leerse de manera integral.

3. Prácticas Prohibidas.

- 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios

(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco12 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas; y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.

(a) A efectos del cumplimiento de esta Política, el Banco define las expresiones que se indican a continuación:

(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

(v) Una práctica obstructiva consiste en:

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID;

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o

iii) actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo, o sus derechos de acceso a la información; y

(vi) La apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:

(i) No financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o la contratación de obras financiadas por el Banco;

- (ii) Suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;*
 - (iii) Declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;*
 - (iv) Emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;*
 - (v) Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado¹³ subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;*
 - (vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; o*
 - (vii) Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.*
- (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.
- (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.
- (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra institución financiera internacional concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término "sanción" incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una institución financiera internacional aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.
- (f) El Banco requiere que en los documentos de licitación y los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco se incluya una disposición que exija que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Bajo esta política, todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco

requerirá asimismo que se incluya en contratos financiados con un préstamo o donación del Banco una disposición que obligue a solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios a (i) conservar todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; (ii) entregar cualquier documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y hacer que empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de servicios y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios o concesionario.

(g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoría directamente de una agencia especializada, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3.10, en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3.1 (b) relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se apliquen íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios diferentes a los de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

4. Interpretación.

4.1 Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural, y viceversa.

4.2 Totalidad del Contrato.

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Contratante y el Proveedor y substituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (ya sea escritos o verbales) realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de la celebración del Contrato.

4.3 Enmienda.

Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que esté por escrito, fechada y se refiera expresamente al Contrato, y esté firmada por un representante de cada una de las partes debidamente autorizado.

4.4 Limitación de Dispensas.

(a) Sujeto a lo indicado en la Subcláusula 4.4 (b) siguiente de estas CGC, ninguna dilación, tolerancia, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición

del Contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato.

Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

- (b) Toda dispensa a los derechos, poderes o remedios de una de las partes en virtud del Contrato, deberá ser por escrito, llevar la fecha y estar firmada por un representante autorizado de la parte otorgando dicha dispensa y deberá especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

4.5 Divisibilidad.

Si cualquier provisión o condición del Contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del Contrato.

5. Idioma.

- 5.1 El Contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato intercambiados entre el Proveedor y el Contratante, deberán ser escritos en el idioma español. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del Contrato, pueden estar en otro idioma siempre que los mismos estén acompañados de una traducción fidedigna de los apartes pertinentes al idioma especificado y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del Contrato.

- 5.2 El Proveedor será responsable de todos los costos de la traducción al idioma que rige, así como de todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción de los documentos proporcionados por el Proveedor.

6. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA).

- 6.1 Si el Proveedor es una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), todas las partes que lo conforman deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al Contratante por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato y deberán designar a una de ellas para que actúe como representante con autoridad para comprometer a la APCA. La composición o constitución de la APCA no podrá ser alterada sin el previo consentimiento del Contratante.

7. Elegibilidad.

- 7.1 El Proveedor y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del Banco. Se considera que un Proveedor o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos:

- (a) **Un individuo** tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

- (i) es ciudadano de un país miembro; o
- (ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente "bona fide" y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

- (b) **Una firma** tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

- (i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y
- (ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

- 7.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

- 7.3 Los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco. Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje, el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, función o propósito de uso son diferentes, en forma sustancial, de sus partes o componentes. Si un bien consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo cual puede ser ejecutado por el proveedor, Contratante o un tercero), para lograr que el bien pueda operar y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de componentes individuales se hizo en un país miembro. Si el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empaacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país donde éste fue empacado y embarcado con destino al Contratante. A efectos de determinar el origen de bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, éstos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de Unión. El origen de materiales, partes o componentes de bienes o nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de bienes no determina el origen de los mismos.
- 7.4 El Proveedor deberá suministrar el formulario denominado “Certificado de Proveedor”, contenido en los Formularios del Contrato, declarando que los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos tienen su origen en un país miembro del Banco. Este formulario deberá ser entregado al Contratante, junto con los documentos mencionados en la Subcláusula 15.2 de las CGC, como condición para que se realice el pago de los Bienes. El Contratante se reserva el derecho de pedir al Proveedor información adicional con el objeto de verificar que los Bienes son originarios de países miembros del Banco.

8. Notificaciones.

- 8.1 Todas las notificaciones entre las partes en virtud de este Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección **indicada en las CEC**. El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita con prueba de recibo.
- 8.2 Una notificación será efectiva en la fecha más tardía entre la fecha de entrega y la fecha de la notificación.

9. Ley aplicable.

- 9.1 El Contrato se regirá y se interpretará según las leyes que se **indiquen en las CEC**.

10. Solución de controversias.

- 10.1 El Contratante y el Proveedor harán todo lo posible para resolver amigablemente mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.
- 10.2 Si después de transcurridos veintiocho (28) días las partes no han podido resolver la controversia o diferencia mediante dichas consultas mutuas, el Contratante o el Proveedor podrá informar a la otra parte sus intenciones de iniciar un proceso de arbitraje con respecto al asunto en disputa, conforme a las disposiciones que se indican a continuación. No se podrá iniciar un proceso de arbitraje con respecto a dicho asunto si no se ha emitido la mencionada notificación. Cualquier controversia o diferencia respecto de la cual se haya notificado la intención de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad con esta cláusula, se resolverá definitivamente mediante arbitraje. El proceso de arbitraje puede comenzar antes o después de la entrega de bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos en virtud del Contrato. El arbitraje se llevará a cabo según el reglamento de procedimientos **estipulado en las CEC**.
- 10.3 No obstante, las referencias a arbitraje en este documento;
- (a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a menos que las partes acuerden de otra manera; y

(b) el Contratante pagará el dinero que le adeude al Proveedor.

11. Alcance de los suministros.

11.1 Los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos serán suministrados según lo estipulado en la Lista de Requerimientos.

12. Entrega y documentos.

12.1 Sujeto a lo dispuesto en Subcláusula 32.1 de las CGC, la entrega de bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos se realizará de acuerdo con el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento indicado en Lista de Requerimientos. Los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor se **detallan en las CEC**.

13. Responsabilidad del Proveedor.

13.1 El Proveedor deberá proporcionar todos los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos incluidos en el Alcance de Suministros y el Plan de Entrega y Cronograma de Cumplimiento, de conformidad con las Cláusulas 11 y 12 de las CGC.

14. Precio del Contrato.

14.1 Los precios que cobre el Proveedor por Bienes proporcionados y Servicios Conexos prestados en virtud del contrato no podrán ser diferentes de los cotizados en su Oferta por el Proveedor, excepto por cualquier ajuste de precios **autorizado en las CEC**.

15. Condiciones de Pago.

15.1 El precio del Contrato, incluyendo cualquier pago por anticipo, si correspondiera, se pagará según se **establece en las CEC**.

15.2 La solicitud de pago del Proveedor al Contratante deberá ser por escrito, acompañada de recibos que describan, según corresponda, Bienes entregados y Servicios Conexos cumplidos y de los documentos presentados de conformidad con la Subcláusula 7.4 y la Cláusula 12 de las CGC, y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.

15.3 El Contratante efectuará los pagos prontamente, pero de ninguna manera podrá exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura o solicitud de pago por el Proveedor y después de que el Contratante la haya aceptado.

15.4 Las monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud de este Contrato serán aquellas que el Proveedor hubiese especificado en su Oferta.

15.5 Si el Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al Proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo **establecido en las CEC**, el Contratante pagará al Proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa de interés **establecida en las CEC**, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo

16. Impuestos y derechos.

16.1 En el caso de Bienes fabricados fuera del país del Contratante, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares impuestos fuera del país del Contratante.

16.2 En el caso de Bienes fabricados en el país del Contratante, el Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta la entrega de bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos contratados con el Contratante.

16.3 El Contratante interpondrá sus mejores oficios, para que el Proveedor se beneficie con el mayor alcance posible de cualquier exención impositiva, concesiones o privilegios legales que pudiesen aplicar al Proveedor en el país del Contratante.

17. Garantía de Cumplimiento del Contrato.

- 17.1 Si así se **estipula en las CEC**, el Proveedor, dentro de los siguientes ocho (8) días de la notificación de la adjudicación del Contrato, deberá suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato por el monto establecido en las CEC.
- 17.2 Los recursos de la Garantía de Cumplimiento del Contrato serán pagaderos al Contratante como indemnización por cualquier pérdida que le pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato.
- 17.3 Como se **establece en las CEC**, la Garantía de Cumplimiento del Contrato, si es requerida, deberá estar denominada en la(s) misma(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante y presentada en uno de los formatos estipulados en las CEC u otro formato aceptable al Contratante.
- 17.4 A menos que las **CEC indiquen otra cosa**, la Garantía de Cumplimiento del Contrato será liberada por el Contratante y devuelta al Proveedor a más tardar veintiocho (28) días contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones contractuales del Proveedor, incluyendo cualquier obligación relativa a la Garantía de los Bienes.

18. Derechos de Autor.

- 18.1 Los derechos de autor de los planos, documentos y otros materiales que contengan datos e información proporcionada al Contratante por el Proveedor, seguirán siendo de propiedad del Proveedor. Si esta información fue suministrada al Contratante en forma directa o a través del Proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.

19. Confidencialidad de la Información.

- 19.1 El Contratante y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento por escrito de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, lo anterior, el Proveedor podrá proporcionar documentos, datos e información recibidos del Contratante a sus Subcontratistas, para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. El Proveedor obtendrá de esos Subcontratistas el compromiso de confidencialidad similar al requerido del Proveedor en esta Cláusula.
- 19.2 El Contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del Proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Asimismo, el Proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida del Contratante para ningún otro propósito que el de la ejecución del Contrato.
- 19.3 La obligación de las partes de conformidad con las Subcláusulas 19.1 y 19.2 de las CGC arriba mencionadas, no aplicará a información que:
- (a) el Contratante o el Proveedor requieran compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;
 - (b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
 - (c) puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente en forma directa o indirecta de la otra parte; o
 - (d) que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad.
- 19.4 Las disposiciones precedentes de esta Cláusula no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los Suministros o cualquier parte de ellos.
- 19.5 Las disposiciones de la Cláusula 19 de las CGC permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

20. Subcontratación.

20.1 El Proveedor informará al Contratante por escrito de los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no los hubiera especificado en su Oferta. Dichas notificaciones, en la oferta original o las posteriores, no eximirán al Proveedor de sus obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades contraídas en virtud del Contrato.

20.2 Todos los subcontratos deben cumplir con las disposiciones de las Cláusulas 3 y 7 de las CGC.

21. Especificaciones y Normas.

21.1 Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia y Planos:

(a) Los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos proporcionados bajo este contrato deberán ajustarse a Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia y normas estipuladas en Sección VI, Lista de Requisitos y cuando no se hace referencia a una norma aplicable, la norma será equivalente o superior a las normas oficiales cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los Bienes.

(b) El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre del Contratante, mediante notificación al Contratante de dicho rechazo.

(c) Cuando en el Contrato se hagan referencias a códigos y normas conforme a las cuales éste debe ejecutarse, la edición o versión revisada de dichos códigos y normas será la especificada en la Lista de Requerimientos y Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del Contrato se aplicará solamente con la aprobación previa del Contratante y dicho cambio se registrará de conformidad con la Cláusula 32 de las CGC.

22. Embalaje y Documentos.

22.1 El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, su manipulación brusca y descuidada, su exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones, y su almacenamiento en espacios abiertos. En el tamaño y peso de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse.

22.2 El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan estipulado expresamente en el Contrato, y cualquier otro requisito, si lo hubiere, **especificado en las CEC** y en cualquiera otra instrucción dispuesta por el Contratante.

23. Seguros.

23.1 Los Bienes suministrados bajo el Contrato deberán ser asegurados completamente por el Proveedor a su cargo y sin costo alguno para el Contratante, en una moneda de libre convertibilidad de un país elegible, contra todo riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la adquisición, fabricación, transporte, almacenamiento y entrega del Bien, **a menos que las CEC indiquen otra cosa.**

24. Transporte.

24.1 El Proveedor será el responsable de transportar los Bienes suministrados bajo el Contrato a su cargo y sin costo alguno para el Contratante, **a menos que las CEC indiquen otra cosa.**

25. Inspecciones y Pruebas.

25.1 Todas las pruebas y/o inspecciones de los bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos las realizará el Proveedor por su cuenta y sin costo alguno para el Contratante, de conformidad a lo **previsto en las CEC.**

25.2 Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los Bienes o en otro lugar **establecido por el Contratante en las CEC.** De conformidad con la Subcláusula 25.3 de

las CGC, cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o sus subcontratistas se les proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para el Contratante.

- 25.3 El Contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en Subcláusula 25.2 de las CGC, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
- 25.4 Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente al Contratante indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una tercera parte, si correspondiera o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al Contratante o su representante designado, presenciar las pruebas o inspecciones, cuando el Proveedor esté dispuesto.
- 25.5 El Contratante podrá requerir al Proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero considere necesarias para verificar características y funcionamiento de los bienes, cumplimiento con códigos de Especificaciones Técnicas/Términos de Referencia y normas contractuales. Los costos adicionales razonables que incurra el Proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del Contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
- 25.6 El Proveedor presentará al Contratante informe de los resultados de pruebas e inspecciones.
- 25.7 El Contratante podrá rechazar algunos de los Bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o no se ajusten a las especificaciones. El Proveedor, sin costos para el Contratante tendrá que rectificar o reemplazar bienes o componentes rechazados o hacer modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones.
- Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para el Contratante, una vez que notifique al Contratante de conformidad con la Subcláusula 25.4 de las CGC.
- 25.8 El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los Bienes o de parte de ellos, ni la presencia del Contratante o de su representante, ni la emisión de informes, de conformidad con la Subcláusula 25.6 de las CGC, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato.

26. Liquidación por Daños y Perjuicios.

- 26.1 Con excepción de lo estipulado en la Cláusula 31 de las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o la prestación de los Servicios Conexos dentro del período especificado en el Contrato, sin perjuicio de los otros recursos que el Contratante tenga en virtud del Contrato, éste podrá deducir del Precio de Contrato por concepto de liquidación de daños y perjuicios, una suma equivalente al porcentaje del Precio de los Bienes atrasados o Servicios no prestados establecido en las CEC por cada semana o fracción de semana de retraso hasta alcanzar el máximo porcentaje **especificado en las CEC**. El Contratante, al alcanzarse ese máximo, podrá dar por terminado el contrato de conformidad con la Cláusula 34 de las CGC.

27. Garantía de los Bienes.

- 27.1 El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa.
- 27.2 De conformidad con la Subcláusula 21.1 (b) de las CGC, el Proveedor garantiza que todos los Bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese

incurrido o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el país de destino final.

- 27.3 La Garantía permanecerá vigente durante el período cuya fecha de terminación sea la más temprana entre los doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes o cualquier parte de ellos según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino indicado en el Contrato o los dieciocho (18) meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar de flete en el país de origen, **salvo que se indique otra cosa en las CEC.**
- 27.4 El Contratante comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El Contratante otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.
- 27.5 Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación y dentro del plazo **establecido en las CEC**, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos o sus partes sin ningún costo para el Contratante.
- 27.6 Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo **establecido en las CEC**, el Contratante, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Contratante pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato.

28. Indemnización por Derechos de Patentes.

- 28.1 De conformidad con la Subcláusula 28.2 de las CEC, el Proveedor indemnizará y librá de toda responsabilidad al Contratante y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluso gastos y honorarios por representación legal, que incurra el Contratante como resultado de la trasgresión o supuesta trasgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato debido a:
- (a) instalación de los bienes por el Proveedor o el uso de los Bienes en el País donde está el lugar del proyecto; y
 - (b) venta de productos producidos por los Bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los Bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier trasgresión que resultara del uso de los Bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el Proveedor en virtud del Contrato.

- 28.2 Si se entablara un proceso legal o una demanda contra el Contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la Subcláusula 28.1 de las CGC, el Contratante notificará prontamente al Proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre del Contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.
- 28.3 Si el Proveedor no notifica al Contratante dentro de los veintiocho (28) días contados a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, el Contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.
- 28.4 El Contratante se compromete, a solicitud del Proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que éste pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. El Proveedor reembolsará al Contratante por gastos razonables en que hubiera incurrido.
- 28.5 El Contratante indemnizará y eximirá de culpa al Proveedor y sus empleados, funcionarios y Subcontratistas por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado que pudieran afectar al Proveedor como resultado de cualquier trasgresión o supuesta trasgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas,

derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, materiales u otros documentos suministrados o diseñados por el Contratante o a nombre suyo.

29. Limitación de Responsabilidad.

29.1 Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe,

(a) el Proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual, de agravio o de otra índole frente al Contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar al Contratante los daños y perjuicios previstos en el Contrato, y

(b) la responsabilidad total del Proveedor frente al Contratante, ya sea contractual, de agravio o de otra índole, no podrá exceder el Precio del Contrato, entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no se aplicará a los costos provenientes de la reparación o reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación del Proveedor de indemnizar al Contratante por transgresiones de patente.

30. Cambio en las Leyes y Regulaciones.

30.1 A menos que se indique otra cosa en el Contrato, si después de la fecha de veintiocho (28) días antes de la presentación de las Ofertas, cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto con carácter de ley entrase en vigencia, se promulgase, abrogase o modificase en el país del Contratante (incluyendo cualquier cambio en interpretación o aplicación por las autoridades competentes) y que afecte posteriormente la fecha de Entrega y/o el Precio del Contrato, dicha Fecha de Entrega y/o Precio del Contrato serán incrementados o reducidos según corresponda, en la medida que el Proveedor haya sido afectado por dichos cambios en el desempeño de sus obligaciones en virtud del contrato. No obstante, dicho incremento o disminución del costo no se pagará en forma separada ni será acreditado si el mismo ya ha sido tenido en cuenta en los ajustes de precios, si correspondiera y de conformidad con la Cláusula 14 de las CGC.

31. Fuerza Mayor.

31.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento si la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato es el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

31.2 A los fines de esta Cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos, actos del Contratante en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

31.3 Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará por escrito al Contratante a la máxima brevedad posible sobre dicha condición y causa. A menos que el Contratante disponga otra cosa por escrito, el Proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente.

32. Órdenes de Cambio y Enmiendas al Contrato.

32.1 El Contratante podrá, en cualquier momento, efectuar cambios dentro del marco general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8 de las CGC, en uno o más de los siguientes aspectos:

(a) planos, diseños o especificaciones, cuando los Bienes que deban suministrarse en virtud al Contrato deban ser fabricados específicamente para el Contratante;

(b) la forma de embarque o de embalaje;

(c) el lugar de entrega, y/o

(d) los Servicios Conexos que deba suministrar el Proveedor.

- 32.2 Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución en el costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor cumpla cualquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, se efectuará un ajuste equitativo al Precio del Contrato o al Plan de Entregas/ de Cumplimiento o a ambas cosas y el Contrato se enmendará según corresponda. El Proveedor deberá presentar la solicitud de ajuste de conformidad con esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) días contados a partir de la fecha en que éste reciba la solicitud de la orden de cambio del Contratante.
- 32.3 Los precios que cobrará el Proveedor por Servicios Conexos que pudieran ser necesarios pero que no fueron incluidos en el Contrato, deberán convenirse previamente entre las partes y no excederán los precios que el Proveedor cobra actualmente a terceros por servicios similares.
- 32.4 Sujeto a lo anterior, no se introducirá ningún cambio o modificación al Contrato excepto mediante una enmienda por escrito ejecutada por ambas partes.

33. Prórroga de los Plazos.

- 33.1 Si el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen, en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, condiciones que impidiesen la entrega oportuna de los Bienes o el cumplimiento de los Servicios Conexos de conformidad con la Cláusula 12 de las CGC, el Proveedor informará prontamente y por escrito al Contratante sobre la demora, posible duración y causa. Tan pronto como sea posible después de recibir la comunicación del Proveedor, el Contratante evaluará la situación y a su discreción podrá prorrogar el plazo de cumplimiento del Proveedor. En dicha circunstancia, ambas partes ratificarán la prórroga mediante una enmienda al Contrato.
- 33.2 Excepto en el caso de Fuerza Mayor indicado en la Cláusula 31 de las CGC, cualquier retraso en el desempeño de sus obligaciones de Entrega y Cumplimiento expondrá al Proveedor a la imposición de liquidación por daños y perjuicios de conformidad con la Cláusula 26 de las CGC, a menos que se acuerde una prórroga en virtud de la Subcláusula 33.1 de las CGC.

34. Terminación

34.1 Terminación por Incumplimiento

1. El Contratante, sin perjuicio de otros recursos a su haber en caso de incumplimiento del Contrato, podrá terminar el Contrato en su totalidad o en parte mediante una comunicación de incumplimiento por escrito al Proveedor en cualquiera de las siguientes circunstancias:
- (i) si el Proveedor no entrega parte o ninguno de los Bienes dentro del período establecido en el Contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por el Contratante de conformidad con la Cláusula 33 de las CGC; o
 - (ii) si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del Contrato; o
 - (iii) si el Proveedor, a juicio del Contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del Contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción, según se define en la Cláusula 3 de las CGC.

- (b) Si el Contratante terminara el Contrato en su totalidad o en parte, de conformidad con la Subcláusula 34.1 (a) de las CGC, podrá adquirir, bajo términos y condiciones que considere apropiadas, Bienes o Servicios Conexos similares a los no suministrados o prestados. En estos casos, el Proveedor deberá pagar al Contratante los costos adicionales resultantes de dicha adquisición. Sin embargo, el Proveedor seguirá estando obligado a completar la ejecución de aquellas obligaciones en la medida que hubiesen quedado sin concluir.

34.2 Terminación por Insolvencia.

- (a) El Contratante podrá rescindir el Contrato en cualquier momento mediante comunicación por escrito al Proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Proveedor, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Contratante.

34.3 Terminación por Conveniencia.

- (a) El Contratante, mediante comunicación enviada al Proveedor podrá terminar el Contrato, total o parcialmente, en cualquier momento por razones de conveniencia. La comunicación deberá indicar que la terminación es por conveniencia del Contratante, el alcance de la terminación de las responsabilidades del Proveedor en virtud del Contrato y la fecha de efectividad de dicha terminación.
- (b) Los Bienes que ya estén fabricados y listos para embarcar dentro de los veintiocho (28) días siguientes a al recibo por el Proveedor de la notificación de terminación del Contratante deberán ser aceptados por el Contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el Contrato. En cuanto al resto de los Bienes el Contratante podrá elegir entre las siguientes opciones, que:
 - (i) se complete alguna porción y entregue de acuerdo con las condiciones y precios del Contrato, y/o
 - (ii) se cancele el balance restante y pague al Proveedor una suma convenida por aquellos Bienes o Servicios Conexos que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el Proveedor.

35. Cesión.

- 35.1 Ni el Contratante ni el Proveedor podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen contraído en virtud del Contrato, excepto con el previo consentimiento por escrito de la otra parte.

SECCIÓN VIII

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

Cláusula/ Subcláusula de las CGC	CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO - CEC
CEC 1.1(i)	El País del Contratante es: <i>República de El Salvador.</i>
CEC 1.1(j)	El Contratante es: <i>Ministerio de Salud (MINSAL).</i>
CEC 1.1(o)	El Sitio de entrega de los bienes: <i>Almacén El Paraíso, Colonia El Paraíso final 6ª Calle Oriente, No 1105, San Salvador.</i>
CEC 8.1	<p>Para Notificaciones, la dirección del Contratante será:</p> <p><i>del Comprador:</i></p> <p>Atención: <i>Dra. Patricia Figueroa de Quinteros, Coordinadora del Programa de Salud Inteligente e Integral (PROSINT).</i> Dirección: <i>Nivel dos, Edificio del Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador n.º 33.</i> Ciudad: <i>San Salvador.</i> Teléfono: <i>(503) 2591-8293.</i> Dirección de correo electrónico: <i>marcoenrique.duque@salud.gob.sv</i></p> <p><i>del Proveedor:</i></p> <p>Atención: [el nombre completo de la persona, si corresponde] Dirección postal: [nombre de la calle y número] Piso/Oficina [el piso y número de oficina, si corresponde] Ciudad: [el nombre de la ciudad o población] País: [el nombre del país] Teléfono: [número del teléfono incluyendo los códigos del país y de la ciudad] Fax: [número del facsímil incluyendo los códigos del país y de la ciudad] Dirección electrónica: [dirección de correo electrónico]</p>
CEC 9.1	La Ley que rige este contrato es la ley de la República de El Salvador.
CEC 10.2	<p>Los reglamentos de los procedimientos para los procesos de arbitraje, de conformidad con la Cláusula 10.2 de las CGC, serán:</p> <p><i>a. Contrato con un Proveedor Extranjero:</i></p> <p><i>Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, o por incumplimiento, cesación, o anulación del mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la CNUDMI (Reglamento de Arbitraje de 1976 de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) (UNCITRAL, por sus siglas en inglés)</i></p> <p><i>b. Contratos con Proveedores ciudadanos del país del Comprador:</i></p>

	<p><i>En el caso de alguna disputa, controversia, discrepancia o reclamo entre el Comprador y el Proveedor que en la ejecución del contrato surgiere, se resolverá intentando primero la Resolución amigable entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solución, se recurrirá al Arbitraje, de conformidad con la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje y su Reglamento de El Salvador.</i></p> <p><i>Contratista local es la persona jurídica o natural con domicilio o sede principal de sus negocios dentro del territorio de la República de El Salvador.</i></p>
CEC 12.1	Detalle de los documentos de Embarque y/u otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: NO APLICA.
CEC 14.1	Los precios de los Bienes suministrados y Servicios Conexos prestados “no serán” ajustables.
CEC 15.1	<p>La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:</p> <p>A.1 Pago de bienes a proveedores nacionales</p> <p>(i) Anticipo (a solicitud del proveedor): Hasta el veinte por ciento (20%) del Precio de los bienes se pagará contra solicitud de pago y presentación de una garantía bancaria o fianza por el monto equivalente y válida por el plazo de un año contado a partir de la distribución del contrato o hasta que los bienes hayan sido entregados en la forma establecida en los documentos de licitación o en otra forma que el Comprador considere aceptable.</p> <p>En caso de no requerirse anticipo del 20%, este porcentaje será sumado al ochenta por ciento indicado en el inciso “ii”, para hacer un total del 100% del pago.</p> <p>(ii) Al recibir los bienes: El ochenta por ciento (80%) del precio del Contrato de los bienes recibidos, se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes de recibidos los documentos de pago.</p> <p>A.2 Pago de los servicios conexos.</p> <p>a) Capacitaciones: se pagará el 100% del servicio de capacitación, contra la presentación de un acta de recepción del servicio y el listado correspondiente del personal capacitado, aprobado por el Administrador del Contrato, para los artículos que aplique según lo indicado en las especificaciones técnicas.</p> <p>b) Mantenimientos: se pagará el 100% del servicio de mantenimiento, contra la presentación de un acta de recepción del servicio y el listado correspondiente del equipo revisado, aprobado por el Administrador del Contrato, para los artículos que aplique según lo indicado en las especificaciones técnicas.</p> <p>El pago de los bienes y servicios conexos suministrados se efectuará en dólares de los Estados Unidos de América, de la siguiente manera:</p> <p>El Proveedor presentará a la Tesorería del Proyecto de la Unidad Financiera Institucional, factura de consumidor final en duplicado cliente a nombre MINSAL/Contrato de Préstamo BID n.º 5874/OC-ES, PROGRAMA DE SALUD INTELIGENTE E INTEGRAL; adjuntando acta de recepción a satisfacción por parte de la Unidad solicitante por medio de su delegado, original y copia de las notas de aprobación de las garantías que estipula el contrato, las que aplique, extendidas por la ACP y copia del Contrato. En la factura correspondiente, en el apartado de la</p>

	<p>descripción de los bienes, deberá hacer referencia al número y concepto del Contrato suscrita con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario, Categoría de Inversión, menos las retenciones correspondientes según ley y líquido a pagar.</p> <p>El pago se hará mediante abono a cuenta según la declaración jurada firmada por el proveedor al momento de suscribir el contrato.</p>
CEC 15.5	<p>Si el contratante no efectuará cualquiera de los pagos al proveedor una vez vencido los 30 días establecidos en el Contrato, contará con 30 días adicionales para resolver dicho impase, de lo contrario si en el plazo adicional no resolviere tal situación el contratante pagará al proveedor un interés de 0.016% del monto del pago atrasado por día de atraso.</p>
CEC 17.1	<p>“Se requerirá” una Garantía de Cumplimiento.</p> <p>Dentro de un máximo de veintiocho (28) días siguientes a la distribución del contrato, el oferente deberá presentar una Garantía o fianza de Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por la vigencia de 1 año contado a partir de la distribución del contrato; y que deberá cumplir con los requisitos indicados en el modelo de la Sección IX. Formularios de Contrato por una entidad autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero.</p> <p>Para el caso de Garantías emitidas por entidades en el extranjero estas deberán tener un corresponsal con domicilio legal en El Salvador y autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. La Garantía deberá presentarse en el Área de Adquisiciones y Contrataciones del Programa del Ministerio de Salud, ubicada en Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador, número 33, San Salvador.</p>
CEC 17.3	<p>La Garantía de Cumplimiento, podrá presentarse en cualquiera de las formas siguientes: una Garantía Bancaria o una Fianza de Cumplimiento pagadera a la vista.</p> <p>La moneda de la Garantía de Cumplimiento, deberá ser emitida en Dólares de los Estados Unidos de América.</p> <p>En caso que la Garantía sea emitida por un Banco de un país extranjero, éste deberá tener corresponsalía con un Banco del país del Contratante, el que deberá estar autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero.</p>
CEC 17.4	<p>La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: <i>a más tardar cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los servicios o bienes.</i></p>
CEC 22.2	<p>El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación:</p> <p>IDENTIFICACIÓN DEL BIEN: _____</p> <p>DESTINATARIO: MINISTERIO DE SALUD.</p> <p>Proyecto: n.º MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00089.</p> <p>“EQUIPO MÉDICO BÁSICO E INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES”.</p> <p>-El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato. Se aplicará en todo momento los estándares para el manejo de carga internacional.</p> <p>-Colocar una placa o viñeta metalizada en un lugar visible en cada componente del o los equipos en la que pueda visualizarse: marca, modelo, casa productora, año de</p>

	fabricación, país de origen, No. de Contrato, Vigencia de la garantía y numero de contacto, para los artículos indicados en cada especificación técnica.
CEC 23.1	La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a considerar la cobertura de seguro de los Bienes al lugar de destino final dentro del país del Comprador, definido como el Sitio del Proyecto, hasta DDP.
CEC 24.1	El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar los Bienes al lugar de destino final establecido por el Contratante y definido como el Sitio del Proyecto o lugar de entrega, transportarlos a dicho lugar de destino incluyendo seguro y almacenamiento contratado y pagado por el Proveedor, tal como se estipula en el Contrato. Todos los gastos directos e indirectos relacionados con la entrega de bienes, servicios diferentes de consultoría y/o servicios conexos están incluidos en el Precio del Contrato.
CEC 25.1	Las inspecciones y pruebas serán realizadas de conformidad a lo indicado en el apartado de INSPECCIONES Y PRUEBAS de la Sección VI Lista de Requisitos.
CEC 25.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en: <i>el Almacén El Paraíso, Colonia El Paraíso final 6° Calle Oriente # 1105, San Salvador.</i>
CEC 26.1	El valor de la liquidación por daños y perjuicios será aplicado de la siguiente forma: Para el caso de incumplimiento del plazo establecido para la entrega de los bienes y servicios, se aplicará al proveedor una multa según el siguiente detalle: a) Sanción diaria de 0.1% en los primeros 30 días de retraso b) Sanción diaria de 0.125% en los siguientes 30 días de retraso y hasta el día 60 c) Sanción diaria de 0.15% en los siguientes días de retraso Dicha penalidad será aplicable sobre el valor total del contrato. El valor acumulado por dicha multa no podrá exceder del 15% del monto total del contrato. Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el quince por ciento (15%) del valor total del Contrato, se podrá proceder a la terminación del mismo, haciendo efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
CEC 27.3	El período de Validez de la Garantía de fábrica de los Bienes será <i>según lo detallado en las especificaciones técnicas de cada artículo, apartado GARANTÍA, contra desperfectos de fabricación y soporte en sitio.</i>
CEC 27.5	El plazo para reparar o reemplazar los Bienes que fueron recepcionados a entera satisfacción será de: El tiempo de respuesta para atender llamados de reporte de fallas emergentes o por desperfectos de fábrica, en un período no mayor a 24 horas, (incluye fin de semana y festivo), a partir de la comunicación escrita realizada por el encargado del seguimiento y ejecución de contrato. De conformidad a la especificación
CEC 27.6	Las reparaciones no pueden durar un plazo mayor a quince días calendario, y deben incluir todos los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento. En los casos que la empresa compruebe que requiere un tiempo mayor para una reparación, al plazo acordado, deberá notificar este hecho al Administrador de Contrato, si no puede ser reparado o pasa más de sesenta días continuos fuera de servicio el o los equipos, deberán ser sustituidos por uno de iguales o mejores características a las ofertadas sin costo alguno para la institución.

<p>CEC 32</p>	<p>Modificaciones:</p> <p>En caso que, en el curso de la ejecución del Contrato, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas se llevarán a cabo mediante Resolución Ministerial firmada por el Titular del MINSAL; y las que afecten el objeto del Contrato como incremento y disminución del mismo, únicamente podrán llevarse a cabo a través de Resolución Modificativa de Contrato, firmada por ambas partes.</p> <p>La solicitud de modificación por parte del Contratista deberá ser dirigida por escrito a la persona encargada de la Administración del contrato, dicha solicitud debe efectuarse 15 días antes expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su petición; en caso de proceder el Administrador del Contrato deberá remitir su solicitud a la Coordinación del área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa en adelante ACP-UGP, ubicada en el Nivel dos, Edificio del Instituto Nacional de la Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador n.º 33, San Salvador, Teléfono: 2591-8293; dicha solicitud deberá presentarse antes expirar el plazo de la entrega contratada.</p>
<p>CEC 33</p>	<p>Retraso en la Entrega.</p> <p>El Ministerio de Salud por medio de la autoridad competente, podrá conceder prórroga para la entrega de lo pactado, mediante Resolución Razonada firmada por el titular, únicamente si el retraso del PROVEEDOR se debiera a causas no imputables al mismo, debidamente comprobado, para lo cual tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no dará derecho al PROVEEDOR a reclamar una compensación económica adicional. La solicitud deberá ser dirigida por escrito a la persona encargada de la Administración del Contrato, 15 días antes expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su petición; en caso de proceder el Administrador del Contrato deberá remitir su solicitud a la Coordinación del área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión del Programa en adelante ACP-UGP, ubicada en el Nivel dos, Edificio del Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador n.º 33, San Salvador, Teléfono: 2591-8293; dicha solicitud deberá presentarse antes expirar el plazo de la entrega contratada.</p>

SECCIÓN IX
FORMULARIOS DEL CONTRATO
Índice de Formularios

1. Contrato.....	178
2. Garantía de Cumplimiento del Contrato	180
3. Garantía/Fianza de Anticipo.....	119

1. Contrato

FORMULARIO DE CONTRATO.

Este contrato se celebra entre _____, mayor de edad, _____, de este domicilio, portadora de mi Documento Único de Identidad Número -____, con Número de Identificación Tributaria _____; actuando en nombre y representación del Ministerio de Salud, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce - cero diez mil ciento veintidós - cero cero tres - dos, personería que compruebo con la siguiente documentación; y sobre la base de la Donación/ Convenio/ Manual _____ los cuales le conceden facultades para firmar Contratos como el presente, y que para los efectos de este Contrato me denominaré **MINISTERIO DE SALUD**, o simplemente **EL MINSAL**, o **EL "CONTRATANTE"**, con domicilio legal en Calle Arce No. 827, San Salvador; y _____, mayor de edad, _____, del domicilio de _____, Departamento de _____, portador de mi Documento Único de Identidad Número _____, y Número de Identificación Tributaria _____, actuando como _____ de la Sociedad _____, que puede abreviarse _____, con Tarjeta de Identificación Tributaria Número _____, y que en lo sucesivo me denominaré "**EL PROVEEDOR**", calidad que es acreditada mediante: _____, por lo que se encuentra facultado para celebrar actos como el presente; que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará "**EL PROVEEDOR**"; por lo que en el carácter con que comparecemos convenimos en celebrar el presente Contrato de acuerdo a las siguientes cláusulas:

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación respecto de ciertos Bienes y Servicios Conexos, a saber, *[indique una breve descripción de los Bienes y Servicios]*, y ha aceptado una Oferta del Proveedor para el suministro de dichos Bienes y Servicios.

El Comprador y el Proveedor acuerdan lo siguiente:

1. En este contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en los respectivos documentos del Contrato a que se refieran.
2. Los documentos enumerados a continuación forman parte del presente Contrato; dichos documentos deberán leerse e interpretarse como integrantes del mismo. En caso de alguna discrepancia o inconsistencia entre los documentos contractuales y el Contrato, prevalecerá el Contrato:
 - (a) la Carta de Aceptación;
 - (b) la Carta de la Oferta (la última del Oferente, si se utilizó el método de Mejor Oferta Final o Negociaciones);
 - (c) El Documento de Solitud de Oferta _____ No. _____;
 - (d) las enmiendas y aclaraciones n.º _____ (si las hubiera);
 - (e) las Condiciones Especiales del Contrato;
 - (f) las Condiciones Generales del Contrato;
 - (g) los requerimientos técnicos (incluyendo los Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos y las Especificaciones Técnicas);
 - (h) las listas completas (incluyendo las Listas de Precios o las últimas del Oferente si se utilizó el método de Mejor Oferta Final o Negociaciones);
 - (i) La Resolución de Adjudicación No. _____ de fecha _____;
 - (j) cualquier otro documento enumerado en las CGC como parte integrante del Contrato.
3. **PRECIO DEL CONTRATO.** El monto total para el pago de los (bienes o servicios) objeto del citado contrato, es por la cantidad de _____ (US\$ \$_____).

4. EL PROVEEDOR se obliga a Suministrar los (Bienes o Servicios) objeto del presente contrato por el plazo de _____ DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la distribución del contrato.
5. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO. La administración y Seguimiento del Contrato, será de conformidad a lo establecido en _____, la cual corresponde a la Unidad Solicitante o a la persona que esta delegue, en este sentido se ha designado a _____; como responsable de la Administración del Contrato.
6. PAGO DEL SUMINISTRO. El pago del Suministro bajo el presente Contrato será cargado a la fuente de financiamiento:
7. Como contraprestación por los pagos que el Comprador hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a suministrar los Bienes y Servicios al Comprador y a subsanar los defectos de estos en total consonancia con las disposiciones del Contrato.
8. El Comprador se compromete a pagar al Proveedor, como contraprestación por el suministro de los Bienes y Servicios Conexos y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescriptos en este.
9. VIGENCIA. La vigencia de este Contrato será a partir de la firma y distribución del mismo, y finalizará treinta (30) días adicionales, después de que la Unidad Solicitante o la persona que esta delegue, hayan firmado el Acta de Recepción de haber recibido los bienes a entera satisfacción del MINSAL.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de San Salvador, a los ____ días del mes de ____ de dos mil_____ .

MINISTRO DE SALUD.

PROVEEDOR.

2. Garantía de Cumplimiento del Contrato.

[El banco, a solicitud del Oferente seleccionado, completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. En caso que la Garantía sea emitida por un Banco de un país extranjero, éste deberá tener corresponsalía con un Banco del país del Contratante.]

Fecha: *[indicar la fecha (día, mes, y año) de la presentación de la Oferta]*
LPN No. y Título: *[indicar el No. y título del proceso licitatorio]*

Sucursal del Banco u Oficina: *[nombre completo del Garante]*

Beneficiario: *[Nombre completo del Comprador]*

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO n.º: *[indicar el número de la Garantía]*

Se nos ha informado que *[nombre completo del Proveedor]* (en adelante denominado “el Proveedor”) ha celebrado el contrato No. *[indicar número]* de fecha *[indicar (día, mes, y año)]* con ustedes, para el suministro de *[indique número, nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos]* (en adelante denominado “el Contrato”).

Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan *[indicar la(s) suma(s) en cifras y en palabras]*² contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una declaración escrita, manifestando que el Proveedor está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que ustedes prueben o acrediten las causas o razones de su demanda o la suma especificada en ella.

Esta Garantía tendrá una vigencia de días contados a partir de la distribución del contrato, Esta garantía expirará a más tardar el *[indicar el número]* día de *[indicar el mes]* de *[indicar el año]*³, y cualquier reclamación de pago bajo esta garantía deberá ser recibida por nosotros en esta oficina en o antes de esa fecha.

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera solicitud” (*Uniform Rules for Demand Guarantees*), Publicación ICC No. 458, excepto el numeral (ii) del Sub-artículo 20 (a).

[firma(s) del representante autorizado del banco y del Proveedor]

² El banco deberá insertar la suma establecida en las CEC y denominada como se establece en las CEC, ya sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

³ Las fechas han sido establecidas de conformidad con la Cláusula 17.4 de las Condiciones Generales del Contrato (“CGC”) teniendo en cuenta cualquier otra obligación de garantía del Proveedor de conformidad con la Cláusula 15.2 de las CGC, prevista a ser obtenida con una Garantía de Cumplimiento parcial. El Comprador deberá advertir que, en caso de prórroga del plazo para cumplimiento del Contrato, el Comprador tendrá que solicitar al banco una extensión de esta Garantía. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la fecha de expiración establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Comprador pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito de dicha extensión por el Comprador, la que nos será presentada antes de la expiración de la Garantía.”

Garantía de Cumplimiento (Fianza).

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantía]

Por esta Fianza, *[indique el nombre del obligado principal]*, como Mandante (en adelante, el "Proveedor"), y *[indique el nombre del Garante]*, como Garante (en adelante, el "Garante"), se obligan y obligan a sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios de manera firme, conjunta y solidaria ante *[indique el nombre del Comprador]* como Obligante (en lo sucesivo, el "Contratante") por el monto de *[indique el monto en letras y números]*, cuyo pago deberá realizarse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

POR CUANTO el Proveedor ha celebrado un Contrato escrito con el Comprador con fecha __ de _____ de 20__ para [número, nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos], de conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aquí contemplada, forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato. Esta Garantía tendrá una vigencia de días contados a partir de la distribución del contrato, la cual vencerá a más tardar el de de ...

POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el Proveedor cumple oportuna y fielmente con los términos del Contrato mencionado (incluida toda enmienda de la que haya sido objeto), esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se mantendrá con plena validez y vigencia. Si el Proveedor incumple alguna disposición del Contrato, y el Comprador así lo declara y cumple sus propias obligaciones derivadas del Contrato, el Garante podrá remediar el incumplimiento sin demora o deberá, sin demora, optar por una de las siguientes medidas:

- (1) Finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos.
- (2) Obtener una o más ofertas de Licitantes calificados para presentarlas al Comprador con miras al cumplimiento del Contrato de conformidad con los términos y condiciones de este, y, una vez que el Comprador y el Garante decidan cuál es el Licitante que presentó la oferta más baja ajustada a las condiciones, arbitrar los medios necesarios para que se celebre un Contrato entre dicho Licitante y el Comprador y facilitar, conforme avance el trabajo (aun cuando exista una situación de incumplimiento o una serie de incumplimientos en el marco del Contrato o los Contratos de terminación concertados con arreglo a este párrafo), fondos suficientes para sufragar el costo de terminación menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Garante en virtud de esta Fianza, el monto que se señala en el primer párrafo de esta. Por "Saldo del Precio del Contrato", conforme se usa en este párrafo, se entenderá el importe total que deberá pagar el Comprador al Proveedor en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el Comprador al Proveedor.
- (3) Pagar al Comprador el monto exigido por este para finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos en él, por un total máximo que no supere el de esta Fianza.

El Garante no será responsable por un monto mayor que el de la penalidad especificada en esta Fianza.

Cualquier acción legal derivada de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año desde la fecha de emisión del Certificado de Recepción.

Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que no sean el Comprador definido en el presente documento, o sus herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

En prueba de conformidad, el Proveedor firma y sella la presente Fianza y el Garante estampa su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, a los _____ días del mes de ____ de 20__.

[Firma(s) del representante autorizado del banco y del Proveedor]

3. Garantía/Fianza de Anticipo.

Garantía a la Vista.

_____ [Nombre del Banco y Dirección de la Sucursal u Oficina Emisora]

Beneficiario: _____ [Nombre y Dirección del Comprador]

Fecha: _____

FIANZA POR ANTICIPO n.º: _____

Se nos ha informado que [indique el nombre del Proveedor, que, en el caso de APCA, será el de la APCA] (en adelante, el "Solicitante") ha celebrado el Contrato n.º [indique número de referencia del Contrato], de fecha [indique fecha] con el Beneficiario, para el suministro de [indique nombre del contrato y breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en adelante, el "Contrato").

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer un pago anticipado por un monto de _____ [monto en cifras] (_____) [monto en palabras] contra una fianza por pago anticipado.

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garantes, por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar al Beneficiario una suma (o sumas) que no exceda [indique la(s) suma(s) en cifras y en letras] (_____)¹ al recibo en nuestras oficinas de la demanda conforme a los requisitos del Beneficiario, respaldada por una declaración del Beneficiario, ya sea en la demanda propiamente dicha o en un documento aparte firmado que acompañe o identifique la demanda, donde conste que el Solicitante:

- (a) ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la provisión de los Bienes, o
- (b) no ha cumplido con el reembolso del pago por anticipo de acuerdo con las condiciones del Contrato, especificando el monto que el Solicitante no ha reembolsado.

En virtud de esta Garantía se podrá presentar un reclamo a partir del momento en que el Garante presente un certificado del banco del Beneficiario en el que se indique que el pago mencionado arriba se ha acreditado en la cuenta número [indique número] que el Solicitante mantiene en [indique el nombre y la dirección del banco del Solicitante].

Esta garantía vencerá el día _____ de _____, 20__ En consecuencia, cualquier reclamo de pago realizado en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina a más tardar en la fecha señalada.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la Cámara de Comercio Internacional relativas a las garantías contra primera solicitud, revisión de 2010, publicación n.º 758 de la CCI; queda excluida de la presente la declaración de respaldo del inciso (a) del artículo 15 de dichas reglas.

¹ El Garante deberá especificar una suma que represente el monto del pago por anticipado que esté denominada ya sea en la(s) moneda(s) del pago por anticipado que se indica(n) en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.

San Salvador, 24 de junio de 2025.



Dra. Patricia Figueroa de Quinteros.
Coordinadora del Programa de Salud Inteligente e Integral (PROSINT).
MINISTERIO DE SALUD.

LLAMADO A LICITACIÓN.

Licitación Pública Nacional n.º: **MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00089.**

Título de la Licitación: **“EQUIPO MÉDICO BÁSICO E INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE”**

Número del préstamo: **BID-5874/OC-ES.**

Nombre del proyecto: **PROGRAMA DE SALUD INTELIGENTE E INTEGRAL.**

País: **EL SALVADOR.**

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto fue publicado en el Development Business, edición n.º de IDB-P2181300-03/25 de fecha 28 de marzo de 2025.
2. El *Gobierno de El Salvador*: “ha recibido” un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del *PROGRAMA DE SALUD INTELIGENTE E INTEGRAL*. Parte de los recursos de este Préstamo se destinará a pagos elegibles que se efectúen en virtud de la presente Licitación Pública Nacional.
3. El *Ministerio de Salud* a través de la *UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROGRAMA*, invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para los suministros siguientes: *EQUIPO MÉDICO BÁSICO E INSTRUMENTAL PARA EL CENTRO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE*.
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada *Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-15*, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.
5. El presupuesto referencial es de: *CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS 00/100 (US\$107,300.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA*, incluido el valor del IVA. La modalidad del contrato es por precios unitarios en una lista de cantidades. El precio del contrato “no está” sujeto a ajuste de precios.
6. El plazo de entrega de los suministros es de *CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO* a partir de un día después de la distribución del contrato. Las entregas de los suministros de esta Licitación Pública Nacional deberán ser presentados en el Almacén El Paraíso, colonia El Paraíso, final 6ª Calle Oriente, n.º 1105, San Salvador, de conformidad con el Plan de Entregas indicado en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación.
7. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar mayor información contactando al número telefónico y/o correo electrónico abajo indicado y descargar los documentos de licitación en la página web del MINSAL www.salud.gob.sv y en www.comprasal.com **No es requisito que estén inscritos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES).**
8. Los requisitos de calificación incluyen: a) Cumplimiento de especificaciones técnicas, descritos en la Licitación Pública Nacional; b) Capacidad Financiera, Activos Líquidos deberán ser hasta por un monto mínimo para cada artículo ofertado, según el siguiente detalle:

Artículo	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL EQUIPO	MONTOS REQUERIDOS
1	BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO	\$3,375.00
2	BÁSCULA DIGITAL CON ANALIZADOR DE COMPOSICION DEL CUERPO	\$2,250.00
3	BÁSCULA DE PISO, ESTANDAR	\$2,850.00
4	NEGATOSCOPIO DE UN CUERPO	\$810.00
5	SET DE DIAGNÓSTICO	\$1,350.00

6	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	\$150.00
7	OXÍMETRO DE PULSO COMPACTO DE DEDO	\$135.00
8	TENSIÓMETRO DIGITAL DE MESA PARA ADULTO	\$4,050.00
9	TERMÓMETRO INFRARROJO SIN TACTO, PARA TEMPERATURA CORPORAL	\$375.00
10	LÁMPARA DE MANO PARA EXAMEN	\$126.00
11	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA	\$378.00
12	LÁMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO	\$225.00
13	MONITOR DE SIGNOS VITALES, PORTÁTIL	\$900.00
14	ASPIRADOR DE SECRECIONES	\$1,500.00
15	EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	\$6,300.00
16	ELECTROCARDIOGRAFO DE DOCE CANALES	\$3,600.00
17	EXTRACTOR ELÉCTRICO DE LECHE	\$225.00
18	ESTERILIZADOR ELÉCTRICO PARA PACHAS	\$135.00
19	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PULGADAS	\$52.50
20	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS	\$52.50
21	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE	\$216.00
22	ESPÉCULO VAGINAL TIPO GRAVE, MEDIANO, DE ACERO INOXIDABLE	\$216.00
23	ESPÉCULO VAGINAL, TIPO GRAVE, PEQUEÑO, DE ACERO INOXIDABLE	\$216.00
24	ESPÉCULO VAGINAL VIRGINAL, DE ACERO INOXIDABLE	\$108.00
25	MARTILLO DE REFLEJOS	\$30.00
26	RECIPIENTE METÁLICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS	\$315.00
27	SET DE INSTRUMENTAL PARA ENDOSCOPIA	\$750.00
28	CAJA METÁLICA DE CURACIONES DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	\$750.00
29	CAJA METÁLICA PARA PEQUEÑA CIRUGÍA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	\$750.00

En caso de ofertar más de un artículo, el monto corresponderá a la sumatoria de los artículos ofertados.

Además, deberá cumplir con la Capacidad Técnica: c) El volumen de facturación por ventas promedio anual tomando los datos de los *Estados Financieros 2021, 2022 y 2023*, el cual deberá ser equivalente como mínimo a: *1 vez el valor de la oferta según los artículos ofertados*. d) Experiencia como contratista: el número de contratos/órdenes de trabajo/órdenes de compra es: al menos 2 (dos). En caso de Asociación en participación o Consorcio, el cumplimiento de este apartado es por todas las partes combinadas.

No se otorgará Margen de Preferencia a contratistas o APCA's nacionales.

9. Las ofertas deberán entregarse en forma física contenidas en un sobre cerrado en la dirección abajo indicada a más tardar a las **10:00** horas (hora nacional de El Salvador), del **25 de julio de 2025**. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Los Oferentes **no podrán** presentar Ofertas electrónicamente. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección indicada al final de este Llamado, a las **10:15** horas (hora local de El Salvador), del **25 de julio de 2025**.
10. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
11. Las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación y las Ofertas presentadas por los Oferentes no podrán ser negociadas.

12. La dirección arriba referida es:

Oficina: **MINSAL/Unidad de Gestión del Programa-UGP.**

Atención: **Dra. Patricia Figueroa de Quinteros/ Coordinadora del Programa de Salud Inteligente e Integral (PROSINT).**

MINISTERIO DE SALUD.

Domicilio: **Nivel dos, Edificio del Instituto Nacional de Salud, Urbanización Lomas de Altamira, Boulevard Altamira y Avenida República de Ecuador n.º 33, San Salvador.**

Tel: **(503) 2591-8355.**

Correo electrónico: **marcoenrique.duque@salud.gob.sv**

San Salvador, 24 de junio de 2025.


Dra. Patricia Figueroa de Quinteros
Coordinadora del Programa de Salud Inteligente e Integral (PROSINT).
MINISTERIO DE SALUD.

