

ENMIENDA N° 1

San Salvador, 8 de julio de 2025.

El Ministerio de Salud, a través del Área de Adquisiciones y Contrataciones de la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos de Inversión, de conformidad a la cláusula 8 Enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, de la Parte 1. Procedimientos de LPN. Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Documento de Licitación, informa a todas las personas naturales y jurídicas que obtuvieron el Documento de Licitación N° **MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00090** denominado **“EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA Y ECOCARDÍOGRAFO PARA EL CENTRO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES”**, que se han realizado modificaciones al Documento de Licitación, producto de consultas efectuadas por los participantes que obtuvieron el documento, como se detalla a continuación:

N°	COMO DICE	SE MODIFICA POR
1	<p>Parte 1. Procedimientos de LPN. Sección IV. Formularios. Formulario 04. Lista de bienes, origen y especificaciones técnicas ofertadas. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. Artículo 1 CÓDIGO MINSAL: 60303242 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA ESPECIALIZADO PARA USO OBSTETRICO-GINECOLOGICO. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.</p> <p>3. Con monitor de 23” o mayor, con resolución grado médico.</p>	<p>Parte 1. Procedimientos de LPN. Sección IV. Formularios. Formulario 04. Lista de bienes, origen y especificaciones técnicas ofertadas. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. Artículo 1. CÓDIGO MINSAL: 60303242. EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA ESPECIALIZADO PARA USO OBSTETRICO-GINECOLOGICO. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.</p> <p>3. Con monitor de 21” o mayor con resolución Full HD.</p>
2	<p>Parte 1. Procedimientos de LPN. Sección IV. Formularios. Formulario 04. Lista de bienes, origen y especificaciones técnicas ofertadas. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. Artículo 2. CÓDIGO MINSAL: 60303240. EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.</p> <p>4. Con monitor de 23” o mayor, con resolución grado médico.</p>	<p>Parte 1. Procedimientos de LPN. Sección IV. Formularios. Formulario 04. Lista de bienes, origen y especificaciones técnicas ofertadas. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. Artículo 2. CÓDIGO MINSAL: 60303240. EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.</p> <p>4. Con monitor de 21” o mayor, con resolución Full HD.</p>



N°	COMO DICE	SE MODIFICA POR
3	<p>Parte 1. Procedimientos de LPN. Sección IV. Formularios. Formulario 04. Lista de bienes, origen y especificaciones técnicas ofertadas. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. Artículo 2. CÓDIGO MINSAL: 60303240. EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA. ACCESORIOS INCLUIDOS.</p> <p>23. Transductores electrónicos de banda ancha, ultra banda o multifrecuencia con segundas armónicas para ser utilizados en modo 2D y Doppler, preferentemente de manera simultánea que cumplan con las funciones de las especialidades solicitadas (3D), al menos tres:</p> <p>20.1 Transductor Lineal para rangos de frecuencia de 5 MHz o menor a 10 MHz o mayor, con frecuencias armónicas, o equivalente.</p> <p>20.2 Transductor curvo para rango de frecuencias de 2 MHz o menor a 5 MHz o mayor, o equivalente.</p> <p>20.3 Transductor intracavitario para el rango de frecuencias de 4 MHz o menor a 8 MHz o mayor, o equivalente.</p> <p>20.4 Transductor sectorial 1.5 MHz o menor a 5 MHz o mayor, con frecuencias armónicas, o equivalente</p> <p>20.5 Para aplicaciones ecocardiografía.</p>	<p>Parte 1. Procedimientos de LPN. Sección IV. Formularios. Formulario 04. Lista de bienes, origen y especificaciones técnicas ofertadas. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. Artículo 2. CÓDIGO MINSAL: 60303240. EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA. ACCESORIOS INCLUIDOS.</p> <p>23. Transductores electrónicos de banda ancha, ultra banda o multifrecuencia con segundas armónicas para ser utilizados en modo 2D y Doppler, preferentemente de manera simultánea que cumplan con las funciones de las especialidades solicitadas (3D), al menos tres:</p> <p>23.1 Transductor Lineal para rangos de frecuencia de 5 MHz o menor a 10 MHz o mayor, con frecuencias armónicas, o equivalente.</p> <p>23.2 Transductor curvo para rango de frecuencias de 2 MHz o menor a 5 MHz o mayor, o equivalente.</p> <p>23.3 Transductor intracavitario para el rango de frecuencias de 4 MHz o menor a 8 MHz o mayor, o equivalente.</p> <p>23.4 Transductor sectorial 1.5 MHz o menor a 5 MHz o mayor, con frecuencias armónicas, o equivalente.</p> <p>23.5 Para aplicaciones ecocardiografía de eco estrés de volumen rápido.</p>
4	<p>Parte 1. Procedimientos de LPN. Sección IV. Formularios. Formulario 04. Lista de bienes, origen y especificaciones técnicas ofertadas. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. Artículo 1. CÓDIGO MINSAL: 60303242. EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA ESPECIALIZADO PARA USO OBSTETRICO-GINECOLOGICO. ACCESORIOS INCLUIDOS.</p> <p>23. Transductores electrónicos de banda ancha, ultra banda o multifrecuencia con segundas armónicas para ser utilizados en modo 2D, 3D, 4D</p>	<p>Parte 1. Procedimientos de LPN. Sección IV. Formularios. Formulario 04. Lista de bienes, origen y especificaciones técnicas ofertadas. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. Artículo 1. CÓDIGO MINSAL: 60303242. EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA ESPECIALIZADO PARA USO OBSTETRICO-GINECOLOGICO. ACCESORIOS INCLUIDOS.</p> <p>23. Transductores electrónicos de banda ancha, ultra banda o multifrecuencia con segundas armónicas para ser utilizados en modo 2D, 3D, 4D (Cuando Aplique), y Doppler preferentemente de manera simultánea que</p>

N°	COMO DICE	SE MODIFICA POR
	y Doppler, preferentemente de manera simultánea que cumplan con las funciones para las aplicaciones solicitadas que cumplan como mínimo con...	cumplan con las funciones para las aplicaciones solicitadas que cumplan como mínimo con...
	29. Fundas protectoras para el equipo	29. una funda protectora para el equipo
5	Parte 1. Procedimientos de LPN. Sección IV. Formularios. Formulario 04. Lista de bienes, origen y especificaciones técnicas ofertadas. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. Artículo 2. CÓDIGO MINSAL: 60303240 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS. 32. Montaje tipo carro para facilitar su transporte.	Parte 1. Procedimientos de LPN. Sección IV. Formularios. Formulario 04. Lista de bienes, origen y especificaciones técnicas ofertadas. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. Artículo 2. CÓDIGO MINSAL: 60303240. EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS 32. Montaje tipo carro para facilitar su transporte gabinete rodable.
6	Parte 1. Procedimientos de LPN. Sección IV. Formularios. Formulario 04. Lista de bienes, origen y especificaciones técnicas ofertadas. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. Artículo 2. CÓDIGO MINSAL: 60303240 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA ACCESORIOS INCLUIDOS 28. Fundas protectoras para el equipo y sus periféricos.	Parte 1. Procedimientos de LPN. Sección IV. Formularios. Formulario 04. Lista de bienes, origen y especificaciones técnicas ofertadas. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS. Artículo 2. CÓDIGO MINSAL: 60303240 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA ACCESORIOS INCLUIDOS 28. Una funda protectora para el equipo y sus periféricos.
7	Llamado a licitación Licitación Pública Nacional n° MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P000090	Llamado a licitación Licitación Pública Nacional n° MINSAL-LPN-B-ES-L1160-P00090

Esta enmienda formará parte integral del Documento de Licitación, el resto del contenido se mantiene inalterado.

Patricia Figueroa de Quinteros
DRA. PATRICIA FIGUEROA DE QUINTEROS
Coordinadora del Programa de Salud Inteligente e Integral (PROSINT).
MINISTERIO DE SALUD

