



ACLARACIÓN No. 1
PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS
N° CP-B-PRIDES-MINSAL/142

“Adquisición de Reactivos para Determinación de TSH-Neonatal por Fluorescencia u otra Tecnología Compatible, en Equipo Semi /Automatizado para Muestra de Sangre Seca en Papel Filtro, Incluye la Dotación del Equipo en Comodato”

Se hace del conocimiento a las empresas participantes del proceso de comparación de precios: N° CP-B-PRIDES-MINSAL/142 “Adquisición de Reactivos para Determinación de TSH-Neonatal por Fluorescencia u otra Tecnología Compatible, en Equipo Semi /Automatizado para Muestra de Sangre Seca en Papel Filtro, Incluye la Dotación del Equipo en Comodato” fondos BID, que debe tomar en cuenta para la elaboración de su oferta, las siguientes **aclaraciones** realizadas al proceso.

No.	PREGUNTAS REALIZADAS POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES	RESPUESTAS EMITIDAS POR EL MINSAL
1	Solicitamos permitan aceptar alternativas, debido a que ya tenemos un sistema completo y actualizado en la institución , siendo esta la posición más conveniente para su institución por el costo de la prueba final, ya que ustedes en la lista de servicios conexos, indican al pie de la página 10, que requieren equipos nuevos, lo cual incrementaría considerablemente el costo actual. Nosotros podemos ofrecer las dos opciones, pero es necesario que permitan la presentación de alternativas para sus intereses.	No es aceptable, dado que los equipos actualmente en uso han cumplido su vida útil, por lo que se requieren equipos nuevos. No se aceptan alternativas de acuerdo a las cláusulas del documento base de comparación de precios, sección 1, numeral 9 “No se podrán presentar ofertas alternativas”
2	Aceptarían el sistema de cómputo e impresores que fueron entregados en la compra recién pasada, Enero 2015, ya que son equipos relativamente nuevos, esto con el fin de bajar costos?	Se requieren hardware y software nuevos de acuerdo a la tecnología ofertada con sus respectivos UPS e impresor. Los actuales de acuerdo al contrato anterior pasaron a ser propiedad del hospital.

San Salvador, Jueves 29 de octubre de 2015.



LIC. ISELA DE LOS ANGELES MEJIA
JEFA UACI