



San Salvador, 10 de agosto de 2021.

ACLARACIÓN No. 1

El Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de conformidad a los artículos 51 de la LACAP y 49 del RELACAP, informa a todas las personas naturales y jurídicas, que obtuvieron las bases de la Licitación Pública LP No. 08/2021 denominada "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LA REGION DE ORIENTE". Con fuente de financiamiento: Fondo General, que producto de consulta efectuada por participantes que obtuvieron las bases, como se detalla a continuación:

No.	Consulta	Respuesta
1	Ítem 2, Código 60402405, CENTRIFUGA DE MESA, favor aclarar lo siguiente: Confirmar que al referirse a la cubierta de cabezal de la centrifuga se refieren a la tapa que cubre la cámara de centrifugación en donde se coloca el cabezal/rotor.	Efectivamente al referirse a la cubierta de cabezal de la centrifuga se refiere a la tapa que cubre la cámara de centrifugación, donde se coloca el cabezal/rotor, ya que esta lo protege de daños por derrames o desprendimiento de objetos en la cámara de centrifugado.
2	Ítem 2, Código 60402405, CENTRIFUGA DE MESA, favor aclarar lo siguiente: Confirmar que aceptan una centrifuga con capacidad para hasta 30 tubos de 15 ml con rango de velocidad de la centrifuga de 300-600 rpm y que con el rotor con capacidad de 30 tubos de 15 ml que se entregaría, la centrifuga corre hasta 4,500 rpm y con temporizador ajustable de 30 segundo hasta 99 minutos o en modo continuo.	Según especificaciones técnicas se solicita que la capacidad de la centrifuga de mesa de 20-24 tubos de 15 ml, un equipo con mayor capacidad no afectara de forma negativa la realización de la actividad para la cual esta siendo adquirido, por lo tanto, si es aceptable una centrifuga con capacidad para 30 tubos de 15 ml. En cuanto a la velocidad de centrifugación se solicita con una velocidad aproximada 5,000 rpm, por lo tanto, se encuentra dentro de los requerimientos aceptables.
3	Ítem 4, Código 60403210, ROTADOR SEROLÓGICO, aceptan un rotador serológico con movimiento orbital de 3/4" (19 mm) y control de velocidad de 50 - 300 rpm.	Debe cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el Anexo 1, Ítem 4.
4	En las bases de Licitación, página N° 93 presenta el ANEXO N° 14, (formato de visita técnica) pero no aparece descrito el contacto para poder realizarla, no podrían proporcionar esa información.	Este proceso de Licitación no requiere visita de campo, por lo cual no aplica el ANEXO N° 14.

Lic. Herberth Alexis Portillo Montes
Jefe UACI



JA