



MINISTERIO
DE SALUD



San Salvador, 26 de Mayo de 2022

Aclaración No. 1

El Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de conformidad a los artículos 51 de la LACAP y 49 del RELACAP, informa a todas las personas naturales y jurídicas, que obtuvieron las bases de la **LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA-ADA-UE-CA No. 07/2022** denominada **"ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL SUPERIOR DEL MINSAL"** con fuente de financiamiento: **Recursos Propios FAE**; que producto de consulta efectuada por participante que obtuvo la base, hace la aclaración como se detalla a continuación:

Pregunta 1

Con respecto al **ITEM No. 58, CODIGO: 30101673**, relacionado al reactivo DPD en polvo para realizar el análisis de cloro libre mediante el método colorimétrico, este reactivo por lo general se tiende a llamar de diferentes formas, entre ellas: N, N-DIETIL-P-FENILENODIAMINA SAL, N,N-DI ETILBENCENO SULFATO DE AMONIO, N,N DIETIL-P-FENILENODIAMINA SULFATO, O P-FENILENODIAMINA, N,N DIETIL SULFATO; dependiendo de la nomenclatura en la que se nombre, aunque se trate del mismo compuesto químico que finalmente reacciona con la muestra de agua para tomar la lectura de cloro libre. Y para lo cual es aceptado su acrónimo como DPD que pueda trabajar con kits para análisis de cloro libre de las marcas más comunes usadas a nivel mundial como: Hach, Lovibond, Merck, entre otras. **Dicho lo anterior favor aceptar que se oferte DPD descrito con el nombre de N, N-DIETIL-P-FENILENODIAMINAS SAL.**

Respuesta 1

Se aceptará evaluar el insumo ofertado, siempre y cuando cumpla con el número de **CAS (Chemical Abstracts Service) CAS 6283-63-2**, que aparece en la descripción correspondiente al ítem 58 código 30101673, en la Parte II Romano III Literal A Cantidad y Descripción del suministro, de la Base de Licitación.

Atentamente



Inga. Claudia Marina Velasquez de Castro
Jefe UACI.

CMVdeC/JACL/manm