ESTE DOCUMENTO FUE DISTRIBUIDO EL DIA: 16 FEB 2023

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA-LA-ADA-UE-CA No. 04/2023

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL QUE INCLUYE MEDICAMENTOS RENALES PARA LA RED DE HOSPITALES DEL MINSAL"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FONDO GENERAL

ADENDA No. 2

Fecha: 15 de febrero de 2023.

El Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de conformidad a los Artículos 50 de la LACAP y 50 del RELACAP, informa a todas las Personas Naturales y Jurídicas que obtuvieron la Base del proceso de **LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA-LA-ADA-UE-CA No. 04/2023,** denominado **"CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL QUE INCLUYE MEDICAMENTOS RENALES PARA LA RED DE HOSPITALES DEL MINSAL", con Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL,** que se han realizado modificaciones al Documento de Licitación Abierta, por iniciativa institucional, como se detalla a continuación:

No.	TEXTO SEGÚN BASES
1	**Parte II** **Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas** ITEM 1- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DIALISIS PERITONEAL HOSPITALARIA AUTOMATIZADA ITEM 2-TDR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA HEMODIALISIS ITEM 3-TDR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIALISIS PERITONEAL INTRAHOSPITALARIA ITEM 4-TDR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA ITEM 5-TDR CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA AUTOMATIZADA. EL OFERTANTE TENDRA EN CUENTA QUE DEBERA PRESENTAR UN COSTO O PRECIO UNITARIO POR SERVICIO (ADULTO O PEDIATRICO SIN VARIACIÓN), Y SE MANTENDRA INALTERABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
	MODIFICACIÓN
	Parte II **Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas** ITEM 1- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DIALISIS PERITONEAL HOSPITALARIA AUTOMATIZADA ITEM 2-TDR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA HEMODIALISIS ITEM 3-TDR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIALISIS PERITONEAL INTRAHOSPITALARIA ITEM 4-TDR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA ITEM 5-TDR CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA AUTOMATIZADA EL OFERTANTE TENDRA EN CUENTA QUE EL PRECIO UNITARIO POR SERVICIO (ADULTO O PEDIATRICO) PUEDE SER DIFERENTE Y SE MANTENDRA INALTERABLE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

<table>
<tr><th>No.</th><th>TEXTO SEGÚN BASES</th></tr>
<tr><td>2</td><td>

Parte II
Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas

ITEM 1- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DIALISIS PERITONEAL HOSPITALARIA AUTOMATIZADA

Número de servicios aproximados de Diálisis Peritoneal Automatizada Hospitalaria.

No.	HOSPITAL	NUMERO DE SERVICIOS APROXIMADOS REQUERIDOS
1	Hospital Nacional Rosales	14,400
2	Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel	--
3	Hospital Nacional San Juan Dios de Santa Ana	4,032
4	Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom	5,500
5	Hospital Nacional de Usulután	150
6	Hospital Nacional Zacamil	0
7	Hospital Nacional de Zacatecoluca	150
8	Hospital Nacional de Jiquilisco	150

MODIFICACIÓN

Parte II
Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas
ITEM 1- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DIALISIS PERITONEAL HOSPITALARIA AUTOMATIZADA

Número de servicios aproximados de Diálisis Peritoneal Automatizada Hospitalaria.

No.	HOSPITAL	NUMERO DE SERVICIOS APROXIMADOS REQUERIDOS
1	Hospital Nacional Rosales	14,400
2	Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel	**576**
3	Hospital Nacional San Juan Dios de Santa Ana	4,032
4	Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom	5,500
5	Hospital Nacional de Usulután	150
6	Hospital Nacional Zacamil	0
7	Hospital Nacional de Zacatecoluca	150
8	Hospital Nacional de Jiquilisco	150

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>TEXTO SEGÚN BASES</th></tr>
<tr><td>3</td><td>
Parte II
Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas
ITEM 1- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DIALISIS PERITONEAL HOSPITALARIA AUTOMATIZADA

2. Equipo en comodato.
<table>
<tr><th>No.</th><th>Hospital</th><th>Numero de Maquinas Requeridas</th><th>Máquinas De Respaldo</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Hospital Nacional Rosales</td><td>50</td><td>4</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel</td><td>5</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hospital Nacional San Juan Dios de Santa Ana</td><td>16</td><td>2</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom</td><td>15</td><td>2</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hospital Nacional de Usulután</td><td>2</td><td>1</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hospital Nacional Zacamil</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hospital Nacional de Zacatecoluca</td><td>2</td><td>1</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hospital Nacional de Jiquilisco</td><td>2</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>TOTAL MAQUINAS REQUERIDAS</td><td>92</td><td>12</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>MODIFICACIÓN</td></tr>
<tr><td></td><td>
Parte II
Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas
ITEM 1- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DIALISIS PERITONEAL HOSPITALARIA AUTOMATIZADA

2. Equipo en comodato.
<table>
<tr><th>No.</th><th>Hospital</th><th>Numero de Maquinas Requeridas</th><th>Máquinas De Respaldo</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Hospital Nacional Rosales</td><td>50</td><td>4</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel</td><td>75</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hospital Nacional San Juan Dios de Santa Ana</td><td>16</td><td>2</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom</td><td>15</td><td>2</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hospital Nacional de Usulután</td><td>2</td><td>1</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hospital Nacional Zacamil</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hospital Nacional de Zacatecoluca</td><td>2</td><td>1</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hospital Nacional de Jiquilisco</td><td>2</td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>TOTAL MAQUINAS REQUERIDAS</td><td>162</td><td>12</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No.	TEXTO SEGÚN BASES
4	**Parte II** **Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas** **ITEM 2-TDR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA HEMODIALISIS** **SET PARA HEMODIALISIS (SERVICIO ADULTO)** 3. Dializador de fibra hueca a base de di o triacetato de celulosa, polisintano o polisulfona, para Hemodiálisis coeficiente de ultrafiltración 60-100 mL/mm de Mercurio (Hg), superficie de 1.0 a 2.0 metros cuadrados, empaque individual estéril, descartable. **SET PARA HEMODIALISIS (SERVICIO PEDIATRICO)** 3. Dializador de fibra hueca a base de di o triacetato de celulosa, polisintano o polisulfona, para Hemodiálisis coeficiente de ultrafiltración de 8 a 12 mL/h/mm de Mercurio (Hg), superficie de 0.3 a 0.5 metros cuadrados, empaque individual estéril, descartable. 4. Dializador de fibra hueca a base de di o triacetato de celulosa, polisintano o polisulfona, para Hemodiálisis coeficiente de ultrafiltración 13 a 16 mL/h/mm de Mercurio (hg), superficie de 0.6 a 0.8 metros cuadrados, empaque individual estéril, descartable. 6. Dializador de fibra hueca a base de di o triacetato de celulosa, polisintano o polisulfona, para Hemodiálisis coeficiente de ultrafiltración 40 a 80 mL/h/mm de Mercurio (hg), superficie de 1.1 a 1.2 metros cuadrados, empaque individual estéril, descartable. 7. Dializador de fibra hueca a base de di o triacetato de celulosa, polisintano o polisulfona, para Hemodiálisis coeficiente de ultrafiltración 40 a 80 mL/h/mm de Mercurio (hg), superficie de 1.3 a 1.5 metros cuadrados, empaque individual estéril, descartable. 8. Línea arteriovenosa para Hemodiálisis, con segmento de bomba de 6mm, empaque individual estéril. especificación técnica: que incluya barrera protectora para transductor de presión, empaque individual estéril. **A DEMANDA** 15. Catéter de Doble Lumen para Hemodiálisis, con sistema de conexión curvo, 9 a 10 Fr x (13-16) cm, con alambre guía, dilatador y aguja introductora, empaque individual estéril (este insumo deber ser incluido y cobrado extra únicamente para los casos que el administrador de contrato lo determine).
	MODIFICACIÓN
	Parte II **Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas.** **ITEM 2-TDR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA HEMODIALISIS** **SET PARA HEMODIALISIS (SERVICIO ADULTO)** 3- Dializador de fibra hueca a base de di o triacetato de celulosa, polisintano o polisulfona, para Hemodiálisis coeficiente de ultrafiltración **40-100** mL/mm de Mercurio (Hg), superficie de **1.0 a 2.5** metros cuadrados, empaque individual estéril, descartable. **SET PARA HEMODIALISIS (SERVICIO PEDIATRICO)** 3- Dializador de fibra hueca a base de di o triacetato de celulosa, polisintano o polisulfona, para Hemodiálisis coeficiente de ultrafiltración de **7 a 12** mL/h/mm de Mercurio (Hg), superficie de **0.2 a 0.5** metros cuadrados, empaque individual estéril, descartable. 4- Dializador de fibra hueca a base de di o triacetato de celulosa, polisintano o polisulfona, para Hemodiálisis coeficiente de ultrafiltración **13 a 23** mL/h/mm de Mercurio (hg), superficie de 0.6 a 0.8 metros cuadrados, empaque individual estéril, descartable. 6- Dializador de fibra hueca a base de di o triacetato de celulosa, polisintano o polisulfona, para Hemodiálisis coeficiente de ultrafiltración **35 a 80** mL/h/mm de Mercurio (hg), superficie de **1.1 a 1.2** metros cuadrados, empaque individual estéril, descartable. 7- Dializador de fibra hueca a base de di o triacetato de celulosa, polisintano o polisulfona, para Hemodiálisis coeficiente de ultrafiltración **35 a 80** mL/h/mm de Mercurio (hg), superficie de 1.3 a 1.5 metros cuadrados, empaque individual estéril, descartable. 8- Línea arteriovenosa para Hemodiálisis, con segmento de bomba de **6-6.5** mm, empaque individual estéril. especificación técnica: que incluya barrera protectora para transductor de presión, empaque individual estéril. **A DEMANDA** 15- Catéter de Doble Lumen para Hemodiálisis, con sistema de conexión curvo, 9 a 10 Fr X **(12-16)** Cm, con alambre guía, dilatador y aguja introductora, empaque individual estéril (este insumo deber ser incluido y cobrado extra únicamente para los casos que el administrador de contrato lo determine).

<table>
<tr><th>No.</th><th>TEXTO SEGÚN BASES</th></tr>
<tr><td>5</td><td>

Parte II
Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas

ITEM 4-TDR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA

Hospitales que requieren el servicio:

No.	HOSPITAL	NUMERO DE SERVICIOS APROXIMADOS REQUERIDOS
1	Hospital Nacional Rosales	109,500
2	Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel	90,000
3	Hospital Nacional San Juan Dios de Santa Ana	58,400
4	Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom	14,582
5	Hospital Nacional de Usulután	9,000
7	Hospital Nacional de Zacatecoluca	14,400
8	Hospital Nacional de Jiquilisco	10,080
9	Hospital Nacional de La Unión	8,709
10	Hospital Nacional de San Vicente	8,709
11	Hospital Nacional Zacamil	8,709
12	Hospital Nacional Santiago de María "Dr. Jorge Arturo Mena"	14,152
13	Hospital Nacional Santa Rosa de Lima	8,709
TOTAL DE SERVICIOS APROXIMADOS REQUERIDOS		362,250

</td></tr>
<tr><td></td><td>

MODIFICACIÓN

Parte II
Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas

ITEM 4-TDR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA

Hospitales que requieren el servicio:

No.	HOSPITAL	NUMERO DE SERVICIOS APROXIMADOS REQUERIDOS
1	Hospital Nacional Rosales	109,500
2	Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel	90,000
3	Hospital Nacional San Juan Dios de Santa Ana	58,400
4	Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom	14,582
5	Hospital Nacional de Usulután	9,000
7	Hospital Nacional de Zacatecoluca	14,400
8	Hospital Nacional de Jiquilisco	10,080
9	Hospital Nacional de La Unión	8,709
10	Hospital Nacional de San Vicente	8,709
11	Hospital Nacional Zacamil	8,709
12	Hospital Nacional Santiago de María "Dr. Jorge Arturo Mena"	14,152
13	Hospital Nacional Santa Rosa de Lima	8,709
TOTAL DE SERVICIOS APROXIMADOS REQUERIDOS		**354,950**

</td></tr>
</table>

No.	TEXTO SEGÚN BASES
6	**Parte II** **Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas** **ITEM 5-TDR CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA AUTOMATIZADA** **SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA AUTOMATIZADA ADULTO** 4- Sistema de infusión de 3 o 4 espigas de solución de diálisis y una de drenaje para maquina cicladora de diálisis peritoneal, empaque individual estéril descartable.
	MODIFICACIÓN
	Parte II **Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas** **ITEM 5-TDR CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA AUTOMATIZADA** **SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA AUTOMATIZADA ADULTO** 4- Sistema de infusión de 2, 3 o 4 espigas de solución de diálisis y una de drenaje para maquina cicladora de diálisis peritoneal, empaque individual estéril descartable.

No.	TEXTO SEGÚN BASES
7	**Parte II** **Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas** **ITEM 5-TDR CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA AUTOMATIZADA**

No.	HOSPITAL	NUMERO DE SERVICIOS APROXIMADOS REQUERIDOS
1	Hospital Nacional Rosales	54,750
2	Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel	36,500
3	Hospital Nacional San Juan Dios de Santa Ana	27,375
4	Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom	14,600
5	Hospital Nacional de Usulután	4,380
7	Hospital Nacional de Zacatecoluca	3,650
8	Hospital Nacional de Jiquilisco	4,380
TOTAL DE SERVICIOS APROXIMADOS REQUERIDOS		146,635

MODIFICACIÓN

Parte II
Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas
ITEM 5-TDR CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA AUTOMATIZADA

No.	HOSPITAL	NUMERO DE SERVICIOS APROXIMADOS REQUERIDOS
1	Hospital Nacional Rosales	54,750
2	Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel	36,500
3	Hospital Nacional San Juan Dios de Santa Ana	27,375
4	Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom	14,600
5	Hospital Nacional de Usulután	4,380
7	Hospital Nacional de Zacatecoluca	3,650
8	Hospital Nacional de Jiquilisco	4,380
TOTAL DE SERVICIOS APROXIMADOS REQUERIDOS		**145,635**

<table>
<tr><th>No.</th><th>TEXTO SEGÚN BASES</th></tr>
<tr><td></td><td>
Parte II
Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas
ITEM 5-TDR CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA AUTOMATIZADA

EQUIPO EN COMODATO
<table>
<tr><th>No.</th><th>HOSPITAL</th><th>NUMERO DE MAQUINAS APROXIMADAS REQUERIDAS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Hospital Nacional Rosales</td><td>150</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hospital Nacional San Juan Dios de Santa Ana</td><td>75</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom</td><td>40</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hospital Nacional de Usulután</td><td>12</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hospital Nacional Zacamil</td><td>-</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hospital Nacional de Zacatecoluca</td><td>10</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hospital Nacional de Jiquilisco</td><td>12</td></tr>
<tr><td></td><td>TOTAL MAQUINAS APROXIMADAS REQUERIDAS</td><td>299</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>MODIFICACIÓN</td></tr>
<tr><td></td><td>
Parte II
Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas

ITEM 5-TDR CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA AUTOMATIZADA

EQUIPO EN COMODATO
<table>
<tr><th>No.</th><th>HOSPITAL</th><th>NUMERO DE MAQUINAS APROXIMADAS REQUERIDAS</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Hospital Nacional Rosales</td><td>150</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel</td><td>75</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hospital Nacional San Juan Dios de Santa Ana</td><td>75</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom</td><td>40</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hospital Nacional de Usulután</td><td>12</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hospital Nacional Zacamil</td><td>-</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hospital Nacional de Zacatecoluca</td><td>10</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Hospital Nacional de Jiquilisco</td><td>12</td></tr>
<tr><td></td><td>TOTAL MAQUINAS APROXIMADAS REQUERIDAS</td><td>374</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

N°	ADICIÓN
9	**Parte II** **Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas** **ITEM 1- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DIALISIS PERITONEAL HOSPITALARIA AUTOMATIZADA** **SERVICIO DE DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA INTRAHOSPITALARIA ADULTO** **Después de apartado "A DEMANDA", incorporar lo siguiente:** **ADULTO DATOS APROXIMADOS DIALISIS PERITONEAL HOSPITALARIA AUTOMATIZADA**

Hospital Nacional.	Corto larga vida.	Catéter blando
Hospital Nacional "Rosales"	600	600
Hospital Nacional "San Juan de Dios" de Santa Ana	500	500
Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San miguel	1440	720

N°	ADICIÓN
10	**Parte II** **Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas** **ITEM 1- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DIALISIS PERITONEAL HOSPITALARIA AUTOMATIZADA** **SERVICIO DE DIALISIS PERITONEAL HOSPITALARIA AUTOMATIZADA PEDIATRICO** **Después de apartado "A DEMANDA", incorporar lo siguiente:** Las cantidades requeridas aproximadas por Hospital son:

Hospital Nacional.	Corto larga vida.	Catéter blando
Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"	120	60
Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel	40	40

N°	ADICIÓN
11	**Parte II** **Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas** **ITEM 2-TDR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA HEMODIALISIS** **SET PARA HEMODIALISIS (SERVICIO PARA ADULTO)** **Después de apartado "A DEMANDA", incorporar lo siguiente:**

HOSPITAL	Catéter Doble Lumen anuales cantidad aproximada	Catéter Permanente cantidad aproximada.
Hospital Nacional "San Juan de Dios" de Santa Ana	300	10
Hospital Nacional "Rosales"	600	650
Hospital Nacional "San Juan de Dios " de San Miguel	250	100
Hospital Nacional "San Pedro" de Usulután	75	10
Hospital Nacional de Zacamil	75	75

N°	ADICIÓN
12	**Parte II** **Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas** **ITEM 2-TDR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA HEMODIALISIS** **SET PARA HEMODIALISIS (SERVICIO PEDIATRICO):** **Después de apartado "A DEMANDA", incorporar lo siguiente:**

HOSPITAL	Catéter Doble Lumen anuales cantidad aproximada	Catéter Permanente cantidad aproximada.
Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"	117 diferentes medidas	117 diferentes medidas
Hospital Nacional "San Juan de Dios" de San Miguel	10 diferentes medidas	6 diferentes medidas

N°	ADICIÓN
13	**Parte II** **Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas** **ITEM 4-TDR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA** **Después del apartado "A DEMANDA", incorporara el apartado siguiente:** **SERVICIO** Se requiere 4 bolsas por servicio, la misma cantidad para Adulto y Pediátrico.

N°	ADICIÓN
14	**Parte II** **Romano II - Aspectos Logísticos y Técnicos de las ofertas** En la Parte final se incorporará el apartado siguiente. **CANTIDAD DE PACIENTES QUE SE ATENDERAN POR CADA TERAPIA.**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE PACIENTES QUE SE ATENDERAN
1	CONTRATACION DE SERVICIO PARA DIALISIS PERITONEAL HOSPITALARIA AUTOMATIZADA	1,148
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA HEMODIALISIS	1,138
3	CONTRATACION DE SERVICIO PARA DIALISIS PERITONEAL INTRAHOSPITALARIA	844
4	CONTRATACION DE SERVICIO PARA DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA	967
5	CONTRATACION DE SERVICIO PARA DIALISIS PERITONEAL AMBULATORIA AUTOMATIZADA	430

Esta adenda formara parte integral de la Base de Licitación Abierta, el resto del contenido se mantiene inalterable, a las catorce horas del día antes indicado.

DR. FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA
MINISTRO DE SALUD AD-HONOREM